DECLARATION OF CONFORMITY

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer:
Medical Mattress Care bv
Puyveldestraat 8
9170 Sint-Pauwels
Belgium

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product identification

Product name:
Matras Visco standaard incl. PU hoes

Model / type:
10007331

Reference / article number:
MMC V10 ROL

Basic UDI-DI:
Pending

Intended purpose

The product is intended as a medical mattress for individual patient use in a care or home environment.
It supports comfort and hygiene and is delivered with a PU cover to protect the mattress against fluids.
The mattress is intended for hygienic maintenance and contributes to a safe and clean patient environment.

Classification

The device is classified as:
Class I medical device
in accordance with Annex VIII of Regulation (EU) 2017/745.

The device is:

- **Non-sterile**
- **Without measuring function**
- **Not a reusable surgical instrument**

Conformity statement

The manufacturer declares that the device described above complies with:

Regulation (EU) 2017/745 on medical devices

Applicable standards

- **EN 12182**


The device has been developed and assessed in accordance with applicable general safety and performance requirements as set out in Annex I of Regulation (EU) 2017/745.

Additional information

Technical documentation (TD MMC MATRAS VISCO STANDAARD INCL. PU HOES) is maintained by the manufacturer in accordance with Annex II and III of Regulation (EU) 2017/745.

Place and date of issue
Sint-Pauwels, 21/09/2025

Signature



CE

1. PRODUCTBESCHRIJVING

1.1 Productnaam

- **Matras Visco standaard incl. PU hoes**

1.2 Productcode

- **MMC V10 A ROL**

1.3 Producttype

- **Medische matras (met beschermhoes)**

1.4 Beschrijving

- **Medische visco-elastische matras met PU beschermhoes voor gebruik in zorg- en thuisomgeving**

1.5 Intended purpose

- **Ondersteuning van patiënten in een zorg- of thuisomgeving, met focus op comfort en hygiënische bescherming van de matras door middel van een vloeistofdichte PU hoes**

1.6 Doelgroep

- **Personen die bedlegerig zijn of langdurig ondersteuning nodig hebben**

---

2. CLASSIFICATIE

Klasse:

- **Klasse I (MDR Annex VIII)**

Motivatie:

- **Niet-invasief hulpmiddel**
- **Geen steriele functie**
- **Geen meetfunctie**
- **Geen actieve functie**

---

3. PRODUCTSPECIFICATIES

- **Materiaal: visco-elastisch + schuim (visco)**
- **Beschermlaag: PU hoes (vloeistofdicht)**

- **Vorm: standaard matras**

---

4. ⚠️ RISICOANALYSE (MINIMUM)

Risico	Oorzaak	Maatregel
Doorligwonden (bij verkeerd gebruik)	onvoldoende positionering	gebruiksinstructies
Oververhitting	onvoldoende ventilatie	materiaalkeuze / ventilatie
Hygiëneproblemen	onvoldoende onderhoud	onderhoudsinstructies
Huidirritatie	materiaal / PU hoes	huidvriendelijke materialen
Allergie	materialen	labeling + info
Slijtage	langdurig gebruik	kwaliteitscontrole

---

5. 📋 ALGEMENE VEILIGHEID & PRESTATIE

- **Product is veilig bij normaal gebruik**
- **Geen invasief of actief risico**
- **Functioneert zoals bedoeld (ondersteuning + comfort + hygiënebescherming)**

---

6. 🏷️ LABELING & IFU

Label bevat:

- **productnaam**
- **fabrikant**
- **adres**
- **artikelnummer**
- **CE-markering**

IFU bevat:

- **gebruiksinstructies**
- **onderhoud / reiniging (incl. PU hoes)**
- **waarschuwingen (hygiëne, ventilatie, gebruik)**

---

7. KLINISCHE EVALUATIE

Motivatie:

- **Laag-risico product**
- **Ondersteunende functie**
- **Geen actieve medische interventie**

Conclusie:

- **Klinische data niet vereist**
- **Literatuur en gebruikservaring volstaan**

---

8. PMS (POST MARKET SURVEILLANCE)

- **Klachtenregistratie (centraal MMC systeem)**
- **Evaluatie van incidenten**
- **Corrigerende acties indien nodig**

---

9. FABRIKANTINFORMATIE

- **Medical Mattress Care bv**
- **Puyveldestraat 8**
- **9170 Sint-Pauwels**
- **België**
- **SRN: in aanvraag**

---

10. DECLARATION OF CONFORMITY

→ Toegevoegd Doc MMC V10 A ROL