11.5.3. 인체삽입 의료기기

제 정 일	2014.04.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	의료기기 임상시험부				
유 관 부 서					

관 련 기 준	JCI Standard 7th Edition: ASC.7.4, FMS.9.2

제1조 (목적)

1. 병원에서 이루어지는 인체삽입 의료기기(Implantable Medical Device) 관련 수술/시술 시 안전하고 일관된 진료를 제공하기 위함이다.

제2조 (정의)

1. 환자안전사건: 의료서비스 중 발생한 사건사고나 예상치 못한 진료결과에 대하여 의료진 또는 환자로부터 진료혁신센터 환자안전팀에 보고/신고된 사건
2. 인체삽입 의료기기(Implantable Medical Device): 수술(시술)을 통해 영구적으로 배치되어, 해당 장치의 유용한 기간 동안 신체의 기능 또는 구조를 지속적으로 보조, 복원 또는 대체하는 장치

제3조 (절차)

1. 세브란스병원은 인체에 삽입되는 의료기기 중 질향상과 환자안전 관련 추후 관리가 필요한 경우 인체삽입 의료기기로 지정하여 다음 사항에 대해 관리한다.
   1) 과학적 근거 및 연구결과에 근거한 인체삽입 의료기기 선정
   2) 수술/시술 전 인체삽입 의료기기 준비여부 확인
   3) 해당 의료진의 교육 및 자격
   4) 환자안전사건
   5) 인체삽입 의료기기 오작동 보고
   6) 감염관리
   7) 퇴원교육
   8) 회수 절차(Recall Process)

2. 세브란스병원 내규 [1.3.1. 수술의 정확한 수행] 및 [1.3.2. 시술의 정확한 수행]에 따라 수술/시술 부위 표시를 시행한다.

3. 수술/시술 전 다음 사항을 확인한다.
   1) 환자 이름 및 등록번호, 예정 수술/시술명, 수술/시술 부위
   2) 동의서 등 수술/시술 관련 기록 및 수술/시술에 필요한 검사가 있는 경우 검사 결과
   3) 수술/시술에 필요한 혈액제제, 인체삽입 의료기기 정보, 특수 장비 준비

4. 세브란스병원 내규 [1.3.1. 수술의 정확한 수행] 및 [1.3.2. 시술의 정확한 수행]에 따라 수술/시술 직전 수술/시술에 참여하는 모든 팀원이 함께 Time out을 시행한다.

5. 회수 절차(Recall Process) 시 추적관리를 위해 인체삽입 의료기기의 바코드를 입력한다.

6. 자격을 갖춘 의사가 관련 수술/시술을 시행한다.

7. 인체삽입 의료기기 공급 회사 직원은 수술/시술 중 수술/시술장소에 원칙적으로 출입하지 않는다. 단, 부득이하게 출입하는 경우 수술실 출입규정을 따른다.

8. 의료진은 환자 또는 대리인에게 퇴원 후 관리 및 응급상황 시 연락처 등에 대한 교육을 시행한다.

9. 인체삽입 의료기기 수술/시술 환자는 감염관리 지침에 따라 관리하고, 감염발생 시 원인분석 및 개선활동을 시행한다.

10. 인체삽입 의료기기 오작동이 발생한 경우 의료기기 안전정보 판별위원회(원내)에 보고하고, 식품의약품안전처(원외) 보고는 식품의약품안전처 고시에 따른다.

11. 인체삽입 의료기기 관련 환자안전사건 발생 시 환자안전파트에 보고하고, 의료기기 안전정보 판별위원회에서 관련 자료를 분석 및 모니터링한다.

12. 인체삽입 의료기기 관련 사항은 의료질향상 및 환자안전위원회에 보고하여 통합 관리한다.

13. 식품의약품안전처 또는 제조·판매업체에서 회수(Recall)가 결정된 인체삽입 의료기기는 인체삽입 의료기기 회수 절차에 따르며, 식품의약품 안전처에서 자료 제출 요청 시 식품의약품안전처 고시에 따라 시한 내 보고한다.
   1) 회수가 결정된 인체삽입 의료기기를 환자에게 사용한 경우에는 식품의약품안전처 또는 제조·판매업체 고시에 따라 정해진 시간 내에 환자(해외 거주 환자 포함)에게 설명하고 관련 활동을 진행한다.

14. 인체삽입 의료기기 관련 질향상과 환자안전 모니터링 지표는 관련 진료과 및 부서의 우선순위 평가항목으로 관리한다.

제4조 (부록)

1. 인체삽입 의료기기(Implantable Medical Device) 목록
2. 인체삽입 의료기기 회수 절차

제5조 (참고)

1. Paxton EW, et al.(2013) Kaiser Permanente implant registries benefit patient safety, quality improvement, cost-effectiveness. JT Comm J Qual Patient Saf.

2. Guggenbichler JP, et al.(2011). Incidence and Clinical Implication of nosocomial infections associated with implantable biometerials-Catheters, ventilator associated pneumonia, urinary tract infections. GMS krankenbbyg Interdiszip
3. American Academy of Orthopaedic Surgeons. Information Statement: Implant Device Recalls. Feb 2002. (Updated: Feb 2016.) Accessed Jan 5, 2020. (7판 참고자료)
4. Durand L, et al. OHP-034 Traceability of implantable medical devices (IMDS) in hospital: Industrial codification systems still insufficient. Eur J Hosp Pharm. 2015 Mar;22 Suppl 1:A207–A208.(7판 참고자료)
5. 의료기기법 시행규칙
6. 식품의약품안전처 관련 고시

내규의 제 · 개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)

1. 이 내규는 2014년 4월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)

1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인 : 세브란스병원장 이 강 영 (인)