8.5.3. 일회용 물품의 재사용

제 정 일	2009.01.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	감염관리위원회				
유 관 부 서					

관 련 기 준	JCI Standard 7th Edition: PCI.6.1

제1조 (목적)

1. 일회용 물품의 재사용에 대한 기준을 제시하기 위함이다.

제2조 (정의)

1. 일회용 물품(Single Used Device): 1회 사용 후 폐기를 원칙으로 하는 물품(Single use로 표기된 물품)
2. 재멸균(Resterilization): 포장을 개봉하였으나 사용하지 않은 경우, 혹은 포장이 완전한 상태에서 유효기간의 만료 등으로 다시 멸균과정을 거치는 것
3. 일회용 물품의 재사용(Reuse of SUD): 일회용으로 표기된 물품을 reprocessing의 과정을 거쳐 다른 환자에게 사용하는 것
4. 일회용 물품의 재과정(Reprocessing of SUD): 환자에게 사용한 1회용 물품을 다른 환자에게 다시 사용할 목적으로 세척, 소독, 포장 및 멸균의 과정을 거치는 것

제3조 (절차)

1. 일회용 물품은 재사용하지 않는 것을 원칙으로 한다.

2. 일회용 물품의 재사용이 필요한 경우는 필요성과 멸균방법을 해당부서나 위원회에서 [부록2. 일회용 물품 재사용 허가 신청서]를 작성한 후 감염관리위원회에 상정, 병원운영위원회에서 최종 승인한다.

3. 재사용하면 안되는 경우
   1) 급여/비급여 항목으로 1회 사용 수가가 인정된 경우
   2) 소독이나 멸균으로 재질의 변화를 가져오는 경우
   3) 좁고 긴 관이나 코일, 카테터 등 세척이 용이하지 않는 제품

4. 재사용을 인정하는 경우
   1) 보건복지부에서 재사용 횟수를 감안하여 수가를 고시한 경우
   2) 시술 시 필수적으로 사용하는 품목이나 보건복지부 불인정 품목으로 비용발생을 할 수 없는 고가의 진료재료

5. 일회용 재사용 품목
   1) NS(NeuroSurgery), Midas cutting burr
   2) ENT(Ear, Nose and Throat), Bien cutting drill burr
   3) PS(Plastic Surgery), Drill cutting burr
   4) Cutting Burr 재사용 시 세척방법은 [부록1. Cutting burr 재사용 시 세척방법]을 참고한다.

6. 재사용 횟수
   1) 재멸균은 1회에 한하여 허용한다.
   2) Stainless 제품: 세척 및 멸균준비 과정에서 확대경을 사용하여 품질 상태를 확인하며, 재사용 준비 과정에서 이상이 확인되면 폐기한다.
   3) 플라스틱 제품: 1회에 한하여 재사용한다.
   4) 가능하다면 재사용임을 확인하기 위하여 기구의 직접접촉이 없는 부위에 재사용임을 표시한다.

7. 물품의 기능 및 상태 평가
   1) 세척 후 포장 전에 확대경을 이용하여 육안으로 확인하고 기능을 확인한다.
   2) 모양의 변형, 낡거나 마모된 것, 부식된 것, 기구의 색이 변화된 것은 폐기한다.
   3) 사용시 성능이 저하된 것은 폐기한다.

8. 재사용물품에 대한 평가 및 활용
   1) 멸균과정을 확인하기 위하여 중앙멸균실의 멸균점검과정(Mechanical, chemical, biological indicator)에 따라 점검한다.
   2) 연 2회 준비된 재사용 물품 중 각 항목별로 5개를 수거하여 기구의 청결 및 기능상태를 평가한다. 평가결과에 따라 개선활동을 진행한다.
   3) 재사용물품을 사용한 환자의 기록을 보관하여, 문제 발생 시 추적할 수 있도록 한다.

제4조 (부록)
1. Cutting Burr 재사용 시 세척방법
2. 일회용 물품 재사용 허가 신청서

제5조 (참고)
1. CDC Guideline for Disinfection and Sterilization, 2008.
2. FDA. Guidance for Industry and FDA Staff. Medical Device User Fee and Modernization Act of 2002, Validation Data in Premaket Notification Submissions(510 (k)s) for Reprocessed Single-Use Medical Devices.

내규의 제 · 개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)
1. 이 내규는 2009년 1월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)

1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인: 세브란스병원장 이 강 영 (인)