

# 仮想筋電義手の開発に関する研究

河合 将暉 指導教官 戸崎 哲也

## 1 はじめに

上肢切断者が筋電義手を装着する際、自在に扱うことができるように訓練を行う必要がある。VR を用いた筋電義手トレーニングの効果については先行研究 [1][2] で検討されているが、仮想筋電義手の見た目によっても訓練効果や幻肢痛緩和の有差があると考えられる。本研究では仮想筋電義手モデルを用いた VR トレーニングシステムの構成を目的とする。

## 2 研究内容

### 2.1 3D モデルの構成

本研究で使用した 3D スキャナは“EinScan HX”を用いた。出力方法は.mtl 形式で出力したものを blender で表面のノイズ部分を除去・補正し見た目に違和感のない程度に後処理を行った。そしてそのモデルに対してボーン (3D モデルの動きを制御するための骨組み) を図 1 のように配置した。




図 1: 仮想筋電 3D モデル構成図

### 2.2 システムの構成

Unity を用いて構成した仮想空間上のオブジェクト配置を図 2 に示す。




図 2: 仮想空間上のオブジェクト配置図

仮想空間上のオブジェクトには物理演算をつけており、構成した仮想空間には枠組みの中に動かせるオブジェクトとして球体・立方体・円錐の 3D モデルを用意し、固定オブジェクトとしては適当な高さの長方形 3D モデルを用意した。仮想筋電義手モデルはマウスの動きに合わせて前後左右に移動できるように構成し、図 3 のように非固定オブジェクトと接触しているときに右クリックを押下している間オブジェクトを掴むことができる。




図 3: 仮想筋電義手モデルのオブジェクト保持

## 3 まとめと今後の課題

本研究では主に左腕切断者を想定した 3D モデルでトレーニングシステムを構成した。今後の課題としては、右腕切断者の場合の 3D モデルを用意すること、腕の動きを VR 上に変換するためのインタフェースをマウスを用いて構成しているが、実際に上肢切断者を対象としてシミュレータを扱う場合、マウスを使用できないことを考慮し、光変位センサ「First VR」を用いたシステム改善や適切なトレーニングシステムの構築および検討を行う予定である。

## 参考文献

- [1] 芝軒 太郎 他: “VR を利用した筋電義手操作トレーニングシステムの開発と仮想 Box and Block Test の実現”, 日本ロボット学会誌, vol.30,no.6,pp.621-628 (2012).
- [2] Osumi M, et al. Characteristics of Phantom Limb Pain Alleviated with Virtual Reality Rehabilitation. Pain Med. 2019 May 1;20(5):1038-1046. doi: 10.1093/pm/pny269. PMID: 30576543.