

# NObreath 검사시 주의사항

| ENO의 결과값에 영향을 주는 요인                                                                                                                                                      |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 증가                                                                                                                                                                       | 감소                                                |
| 천식                                                                                                                                                                       | 흡연                                                |
| 아토피                                                                                                                                                                      | 검사시 호흡을 빨리 부는 행위                                  |
| 산성 음식 or 음료수                                                                                                                                                             | 급성음주섭취                                            |
| 상/하기도 감염                                                                                                                                                                 | 낭포성섬유증                                            |
| 운동                                                                                                                                                                       | COPD                                              |
| 숨을 참음                                                                                                                                                                    | 글루코코티코스테로이드 흡입 및 섭취                               |
| <div> <div>환자의 준비</div> <div> <div>약물복용여부</div> <div>한시간이내 음식 및 음료섭취 금지</div> <div>한시간이내 과격한 운동금지</div> <div>한시간이내 흡연 금지</div> <div>24시간이내에 많은 음주 금지</div> </div> </div> |                                                   |
| 검사시 주의사항                                                                                                                                                                 | 검사자 주의사항                                          |
| NObreath Flo가 기기에 정확하게 연결이 되는지 확인한다.                                                                                                                                     | 검사전 장비본체의 건전지 잔량이 항상 녹색상태이어야 한다. (주황색이면 교체 후 검사)  |
| Nose Clip은 환자의 부은 상태가 부정확시(낮게볼때) 착용하여 사용한다.                                                                                                                              | 장비 근처에 휘발성물질(알코올성 재재 등)을 피해야 한다.                  |
| 장비는 항상 수직으로 올바르게 세워서 불어 flow rate를 유지할 수 있게한다.                                                                                                                           |                                                   |
| 2회 검사를 하여 결과값이 10%이내면 결과를 report하고 10%이상이면 재검사를 진행한다.                                                                                                                    | 검사결과값이 50ppb이하시 $\pm 5ppb$<br>50ppb이상시 $\pm 10\%$ |
| 1회 검사후 환자는 약 3분후 재검사를 진행한다.                                                                                                                                              | 장비는 1회 검사후 1분후 재검사 가능하나 인체의 생리적으로 약 1분이상의 휴식 후 검사 |
| 환자는 검사전 들이마신 숨을 참지말고 곧바로 불어낸다.                                                                                                                                           | 들이마신 숨을 참고 (약 2-3초) 불면 검사결과 값에 영향                 |