

YD 烟道试验机

执行标准：JG/T194-2018 《住宅厨房、卫生间排气道》/JC/T854-2008 《玻璃纤维增强水泥排气管道》

本试验机适用于各种增强纤维、水泥烟道及厨卫排气道等承载力，采用计算机控制、激光打印机 打印试验结果。



图片仅做参考，以实物为准

主要技术参数

序号	名 称	300 型
1	荷载	精度 1%
2	试验量程	3~300.00KN
3	加载速率	烟 道： KN/S 加载 （软件设定）
4	承压板尺寸	烟道： 850mm×600mm
5	上下压板最大间距	电动丝杠 900~3000 mm
6	测试空间	900×900×高 900-3000mm
7	油缸 行程	100mm
8	液压泵最大压力	31.5Mpa
9	电源、功率	2.6KW
10	控制加载	计算机软件控制数字伺服电机
11	试验机外形尺寸	1900×1500×4500mm
12	重 量	2300kg