BikeRc

Raport rehabilitacji stopy

Pomiar zakresu ruchu stawu skokowego (kostki) z kamery lub filmu

PACJENT	DATA RAPORTU	STRONA PO URAZIE
Jan Kowalski (przykład)	31 października 2026 20:23	prawa
LICZBA POMIARÓW	**OKRES**	**OSTATNIE ĆWICZENIE**
22 (14 dni)	20.09 – 24.10.2026 17:30	Pompowanie stopą

KLATKI Z OSTATNIEGO POMIARU

Brak zapisanych klatek (miniatury mogły zostać usunięte, aby zwolnić miejsce w pamięci przeglądarki).

KLUCZOWE WYNIKI – OSTATNI POMIAR (24.10.2026 17:30, STRONA LEWA)

ZAKRES RUCHU KOSTKI
72°
−51° … +20°

MAKS. ZGIĘCIE GRZBIETOWE
+20°
orient. ok. +20°

MAKS. ZGIĘCIE PODESZWOWE
−51°
orient. −40…−50°

POWTÓRZENIA
15
cel 3×15

PORÓWNANIE LEWA / PRAWA – POMPOWANIE STOPĄ

WSKAŹNIK	LEWA	PRAWA (PO URAZIE)	RÓŻNICA	DEFICYT
Zakres ruchu kostki	72°	61°	−11°	15%
Maks. zgięcie grzbietowe	20°	17°	−3°	17%
Maks. zgięcie podeszwowe	51°	44°	−7°	14%
Powtórzenia	15	16	+1	+7%

Zakres nogi po urazie to 85% zakresu nogi zdrowej. Deficyt = (strona zdrowa − kontuzjowana) / zdrowa, z ostatnich pomiarów każdej strony. Wartości w tabeli pochodzą z ostatniego zapisanego pomiaru dla każdej strony.

ZAKRESY ORIENTACYJNE DLA ZDROWEGO STAWU SKOKOWEGO

Zgięcie grzbietowe (palce do goleni): orientacyjnie ok. 20°

Zgięcie podeszwowe (palce w dół): orientacyjnie ok. 40–50°

Wartości różnią się osobniczo i zależą od metody pomiaru – to tylko punkt odniesienia, a nie cel do osiągnięcia na siłę.

OBSERWACJE AUTOMATYCZNE (ORIENTACYJNE)

- Maksymalne zgięcie grzbietowe w ostatnim pomiarze: +20° (orientacyjnie dla zdrowej kostki ok. 20°).
- Maksymalne zgięcie podeszwowe: −51° (orientacyjnie 40–50°). Całkowity zakres: 72° (orientacyjnie 60–70°).
- Ostatni pomiar wykonano bez ustawienia pozycji neutralnej – kąty są liczone względem stopy prostopadłej do goleni (0° = 90° w stawie skokowym). Dla dokładniejszych wyników użyj przycisku „Ustaw pozycję neutralną”.

Wartości orientacyjne, generowane automatycznie – nie stanowią diagnozy medycznej. Skonsultuj ćwiczenia z fizjoterapeutą.


© Wojciech Wieczorek · Rehabilitacja stopy – prototyp

- Strona lewa: zmiana zakresu od pierwszego pomiaru (20.09) do ostatniego (24.10): −2°.
- Strona prawa: zmiana zakresu od pierwszego pomiaru (20.09) do ostatniego (24.10): +36°.
- Zakres nogi po urazie to 85% zakresu nogi zdrowej (deficyt 15%).


POMIARY (SESJE)

DATA	STR.	ĆWICZENIE	MIN…MAX	ZAKRES	POWT.	TRYB
24.10.2026 17:30	L	Pompowanie stopą	−51…+20°	**72°**	15	cała noga
24.10.2026 17:30	P	Pompowanie stopą	−44…+17°	**61°**	16	cała noga
22.10.2026 17:30	P	Wspięcie na palce	0…+19%	**19%**	11	cała noga
20.10.2026 17:30	L	Pompowanie stopą	−53…+21°	**73°**	15	cała noga
20.10.2026 17:30	P	Pompowanie stopą	−42…+16°	**58°**	14	cała noga
16.10.2026 17:30	L	Pompowanie stopą	−53…+22°	**74°**	15	cała noga
16.10.2026 17:30	P	Pompowanie stopą	−40…+14°	**54°**	15	cała noga
14.10.2026 17:30	P	Wspięcie na palce	0…+15%	**15%**	10	cała noga
12.10.2026 17:30	L	Pompowanie stopą	−52…+21°	**73°**	15	cała noga
12.10.2026 17:30	P	Pompowanie stopą	−37…+12°	**49°**	16	cała noga
08.10.2026 17:30	L	Pompowanie stopą	−53…+21°	**74°**	15	cała noga
08.10.2026 17:30	P	Pompowanie stopą	−35…+11°	**46°**	14	cała noga
04.10.2026 17:30	L	Pompowanie stopą	−53…+21°	**74°**	15	cała noga
04.10.2026 17:30	P	Pompowanie stopą	−32…+9°	**41°**	15	cała noga
02.10.2026 17:30	P	Wspięcie na palce	0…+10%	**10%**	9	cała noga
30.09.2026 17:30	L	Pompowanie stopą	−51…+21°	**72°**	15	cała noga
30.09.2026 17:30	P	Pompowanie stopą	−30…+8°	**38°**	16	cała noga
27.09.2026 17:30	P	Pompowanie stopą	−27…+6°	**33°**	15	cała noga
25.09.2026 17:30	P	Wspięcie na palce	0…+6%	**6%**	8	cała noga
23.09.2026 17:30	P	Pompowanie stopą	−24…+4°	**28°**	14	cała noga
20.09.2026 17:30	L	Pompowanie stopą	−52…+21°	**74°**	15	cała noga
20.09.2026 17:30	P	Pompowanie stopą	−22…+3°	**25°**	15	cała noga

POSTĘP W CZASIE – ZAKRES RUCHU (POMPOWANIE STOPĄ)



PRZEBIEG OSTATNIEGO POMIARU – KOSTKA



METODYKA I ZASTRZEŻENIE

Kąt kostki to kąt między osią goleni a linią stopy (pięta–palce) w płaszczyźnie obrazu (2D), przedstawiony względem pozycji neutralnej: wartości dodatnie oznaczają zgięcie grzbietowe, ujemne – podeszwowe. W trybie „Cała noga" punkty (kolano, kostka, pięta, palce) wyznacza model MediaPipe PoseLandmarker uruchamiany lokalnie w przeglądarce. W trybie „Zbliżenie stopy" trzy punkty wskazuje użytkownik, a aplikacja śledzi je w filmie; kąt między dwoma odcinkami nie zależy od drżenia kamery. Obraz nie jest nigdzie wysyłany; dane trwają tylko w przeglądarce użytkownika. Dokładność zależy od ustawienia kamery (prostopadle do płaszczyzny ruchu, na wysokości kostki), oświetlenia i kontrastu tła – pomiar nie zastępuje goniometru.

To narzędzie orientacyjne – wynik nie jest diagnozą medyczną ani oceną stanu zdrowia. Zakres i rodzaj ćwiczeń oraz wszelkie decyzje dotyczące rehabilitacji należy skonsultować z fizjoterapeutą lub lekarzem prowadzącym.