



睡眠统计数据分析仪表板



设备: 13D7F34920008071211150807

正在分析该设备的睡眠数据... | 监控时段: 2025-07-05 12:20:44 ~ 2025-07-05 14:28:42

返回实时监控



选择时间区间

设备 13D7F34920008071211150807 共有 3 条睡眠记录

请选择要查看的睡眠时间区间:

2025-07-05 12:20 ~ 2025-07-05 14:28 (2小时7分57秒)



睡眠健康报告

点击查看详细睡眠分析报告



睡眠类型识别

本次睡眠属于午睡，总时长为2小时7分57秒，开始时间在13:20左右。



总体概况

整体睡眠状况较为理想，但存在一些需要关注的问题。主要表现为深睡眠时间较短和呼吸暂停现象。



生理指标分析

- 呼吸率:** 平均呼吸率为13次/分钟，处于正常范围内（午睡标准为12-20次/分钟），但接近下限。
- 心率:** 平均心率为71次/分钟，在夜睡标准范围内（50-70次/分钟），理想值略高。
- 心率变异性:** 心率变异性为0.5546，处于良好范围（>0.15）。



睡眠结构分析

- 深睡眠时间:** 仅31分46秒，占比不足5%，偏离午睡标准中建议的5-15%。
- 浅睡眠时间:** 无记录，可能占大部分时间。
- 清醒时长:** 共5分28秒，占总时间的约2.7%，符合午睡标准（<10分钟）。
- 睡眠效率:** 计算得出为64.3%，低于理想值。

🏃 行为表现分析

- **体动频率**：每小时8次，偏离午睡标准中的理想范围（<5次/小时），可能影响深睡眠质量。
- **呼吸暂停次数**：1次，属于轻度异常（1-3次/小时）。
- **离床行为**：共2次，超出午睡标准中偶尔一次可接受的范围。

🕒 时间节律分析

- **入睡潜伏期**：从上床到实际开始睡眠的时间为8分钟，符合午睡标准中的正常范围（<30分钟）。
- **作息规律性**：上床时间和自然醒来时间间隔合理，未发现明显偏差。

★ 综合评估

整体来看，本次午睡质量一般。主要问题包括深睡眠时间不足和呼吸暂停现象，建议注意改善体动频率以提高深度睡眠比例，并关注呼吸健康状况。

以上分析基于提供的数据进行客观评价，如有进一步需要，请咨询专业医生或睡眠专家。希望这些建议能帮助您更好地了解自己的睡眠状况并采取相应措施。

📅 报告基于 2025-07-05 的睡眠数据生成

📊 睡眠数据分析

🕒 总时长	🛏 在床时长	❤ 平均心率	🫁 平均呼吸率
2小时7分57秒	0小时43分33秒	71.0 BPM	13.0 /min
🛏 上床时间	😴 入睡时间	🌅 醒来时间	🚶 离床时间
13:20:02	13:28:09	14:05:49	14:27:52


zz 睡眠阶段概览

😴 深睡眠	🌙 浅睡眠	😊 清醒	🚶 离床
0小时31分46秒	0小时0分0秒	0小时5分28秒	1小时24分24秒




详细分析图表

睡眠阶段分布




睡眠行为统计



波形和状态分析

成功加载 767 条详细数据记录

睡眠状态时间线





呼吸波形



心率波形





详细数据统计



有效呼吸数据

767 条

有效心率数据

767 条

有效状态数据

767 条

状态分布统计:

状态	记录数	占比
离床	170	22.2%
体动	445	58.0%
清醒	12	1.6%
深睡眠	64	8.3%
呼吸暂停	76	9.9%