2024年上半年仪器设备维修记录台账

序号 设备名称 故障现象 维修日期

001 气相色谱仪 基线漂移 2024-02-14

002 恒温培养箱 温控失灵 2024-03-22

003 电子天平 读数不稳定 2024-04-11

004 离心机 异响 2024-05-09

005 超纯水机 产水电阻率下降 2024-06-18

维修费用合计：人民币叁万柒仟贰佰元整。

其中气相色谱仪更换检测器一支，费用最高。

下半年计划对使用年限超过八年的设备统一组织技术鉴定，决定是否报废更新。

档号：DA-1005　形成日期：2024-06-30