



Uputa o lijeku

balance 4,25% glukoze 1,75 mmol/l kalcija,
otopina za peritonealnu dijalizu

Упатство за употреба

баланс 4,25% глюкоза, 1,75 mmol/l калциум,
раствор за перитонеална дијализа

ИНСТРУКЦИЯ

баланс 1,5%/2,3%/4,25% глюкозы, 1,25/1,75 ммоль/л кальция
Раствор для перитонеального диализа

ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування лікарського засобу

Баланс 4,25% глюкози 1,75 ммоль/л кальцію
Розчин для перитонеального діалізу

Package leaflet

balance 4.25% glucose, 1.75 mmol/l calcium,
solution for peritoneal dialysis

包裝說明書

"費森尤斯"均衡腹膜透析液4.25%葡萄糖, 1.75 mmol/L 鈣

BiH

MK

BY

UA

RC(en)

MAL

RC(zh)



balance

4,25% glukoze

1,75 mmol/l kalcija

Šta se nalazi u ovoj uputi:

1. Šta je *balance* i za šta se koristi
2. Šta morate znati prije nego što počnete uzimati *balance*
3. Kako primjenjivati *balance*
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati *balance*
6. Sadržaj pakovanja i druge informacije

1. Šta je *balance* i za šta se koristi

balance se koristi za pročišćavanje krvi putem potrušnice kod bolesnika sa zadnjim stadijem kroničnog bubrežnog oboljenja. Ta vrsta pročišćavanja krvi naziva se peritonealnom dijalizom.

2. Šta morate znati prije nego počnete uzimati *balance*

Nemojte koristiti *balance* 4,25% glukoze 1,75 mmol/l kalcija:

- ako je razina kalija u vašoj krvi vrlo niska
- ako je razina kalcija u vašoj krvi vrlo visoka
- ako je volumen vaših tjelesnih tekućina prenizak
- ako imate niski krvni pritisak
- ako imate poremećaj metabolizma poznat kao laktacidoza

Liječenje peritonealnom dijalizom ne smije započeti ako imate

- promjene u području trbuha kao što su
 - ozljede ili nakon kirurškog zahvata
 - opekotine
 - velike upalne reakcije kože
 - upalu potrušnice
 - vlažne rane koje ne zacjeljuju
 - pupčanu, preponsku kilu ili kilu dijafragme
 - tumori u području abdomena i crijeva
- upalna oboljenja crijeva
- zapetljaj crijeva
- bolesti pluća, posebice upalu pluća
- trovanje krvi prouzročeno bakterijom
- iznimno visoke razine masnoće u krvi
- trovanje zbog prisutnosti mokraćnih proizvoda u krvi koje se ne može liječiti pročišćavanjem krvi
- iznimno velika neishranjenost i gubitak težine posebice kada adekvatni unos hrane koja sadrži bjelančevine nije moguć

Upozorenja i mjere opreza

- Odmah obavijestite svojeg liječnika
- ako ste pretrpjeli **veliki gubitak elektrolita (soli)** povraćanjem i/ili proljevom
 - ako imate **abnormalne bubrege** (policiistični bubrezi)
 - ako imate **upalu potrušnice** koja se može prepoznati po mutnom dijalizatu i/ili boli u trbuhu. Molimo vas da vreću s dreniranim dijalizatom pokažete svom liječniku.
 - ako imate **jake bolove u trbuhu, nadimanje trbuha ili povraćanje**. To može biti znak inkapsulirajuće peritoneumske skleroze, a komplikacija terapije peritonealnom dijalizom koja može imati fatalan ishod.

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

balance 4,25% glukoze 1,75 mmol/l kalcija, otopina za peritonealnu dijalizu

kalcijev hlorid dihidrat, natrijev hlorid, otopina natrijevog (S)-laktata, magnezijev hlorid heksahidrat, glukoza monohidrat

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.
- Ovaj lijek propisan je vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi čak i ako imaju simptome jednake vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Pročišćavanje krvi može dovesti do **gubitka bjelančevina i vitamina topivih u vodi**. Kako bi se izbjegao manjak preporučuje se odgovarajuća prehrana ili dodaci prehrani.

Vaš će liječnik provjeriti vašu ravnotežu elektrolita (soli), rad bubrega, tjelesnu težinu i prehranu.

Zbog visoke koncentracije glukoze *balance* 4,25% glukoze 1,75 mmol/l kalcija treba primjenjivati s oprezom i pod nadzorom liječnika.

Uzimanje drugih lijekova

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Budući da pročišćavanje krvi može utjecati na učinke lijekova vaš liječnik možda treba promijeniti doziranje, posebice

- **lijekova protiv zatajivanja srca** kao što je digoksin. Vaš će liječnik provjeriti razinu kalija u krvi i, ako je potrebno, poduzeti odgovarajuće mjere.
- **lijekove koji utječu na razine kalcija** kao što su lijekovi koji sadrže kalcij ili vitamin D.
- **lijekove koji povećavaju izlučivanje urina**, kao što su diuretici.
- **lijekove koji se uzimaju kroz usta, a koji smanjuju razine šećera u krvi** ili inzulin. Trebali biste redovito mjeriti razinu šećera u krvi. Dijabetičari će možda trebati prilagoditi dnevnu dozu inzulina.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku za savjet prije nego primijenite ovaj lijek. Ne postoje odgovarajući podaci o primjeni lijeka *balance* u trudnica i tijekom dojenja. Ako ste trudni ili dojite trebali bi primjenjivati *balance* **samo ako to Vaš liječnik smatra neophodnim**.

Upravljanje vozilima i strojevima

balance ne utječe ili zanemarljivo utječe na vašu sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

3. Kako primjenjivati *balance*

Uvijek koristite ovaj lijek tačno onako kako vam je vaš liječnik ili ljekarnik rekao. Ako niste sigurni provjerite kod vašeg liječnika ili ljekarnika.

Vaš će liječnik odrediti način, trajanje i učestalost primjene te potreban volumen otopine, kao i vrijeme zadržavanja iste u trbušnoj šupljini.

Ako se javi napetost u području trbuha, vaš liječnik će možda smanjiti volumen otopine.

Kontinuirana ambulantna peritonealna dijaliza (CAPD):

- **Odrasli:** uobičajena doza je 2000 - 3000 ml otopine četiri puta dnevno, ovisno o tjelesnoj težini i radu bubrega. Nakon razdoblja zadržavanja, između 2 i 10 sati otopinu treba drenirati.
- **Djeca:** Liječnik će odrediti potreban volumen dijalizne otopine ovisno o toleranciji, dobi i tjelesnoj površini djeteta. Preporučena inicijalna doza je 600-800 ml/m² (do 1000 ml/m² tijekom noći) površine tijela četiri puta dnevno.

Koristite *balance* **samo u trbušnoj šupljini**.

Koristite *balance* samo ako je otopina prozirna, a vreća neoštećena.

balance je dostupan u vreći s dvije komore. Otopine u dvije komore moraju se izmiješati prije upotrebe, a na opisan način.

Upute za rukovanje

Sistem *stay•safe*® za kontinuiranu ambulantnu peritonealnu dijalizu (CAPD):

Vreća s otopinom se prvo mora zagrijati na temperaturu tijela. To je potrebno učiniti pomoću odgovarajućeg grijača vreća. Vrijeme zagrijavanja za vreću od 2000 ml, početne temperature 22 °C je približno 120 min. Detaljnije upute mogu se naći u uputama za rukovanje grijačem vreća. Mikrovalna pećnica se ne smije koristiti zbog rizika od djelomičnog pregrijavanja otopine. Nakon zagrijavanja otopine možete početi s izmjenom vreća.

1. Priprema otopine

- ◆ Provjerite zagrijanu vreću s otopinom (naljepnicu, rok trajanja, bistroću otopine, neoštećenost vreće i zaštitnog omota, provjerite je li pregrada cijela).
- ◆ Stavite vreću na čvrstu podlogu.
- ◆ Otvorite zaštitni omot vreće i pakovanje dezinfekcijske kapice.
- ◆ Operite ruke s antimikrobnim losionom za pranje.
- ◆ Motajte vreću koja leži na zaštitnom omotu od jednog kraja sve dok se srednja pregrada ne otvori. Otopine iz dviju komora miješaju se automatski.
- ◆ Sada motajte vreću od gornjeg kraja sve dok se pregrada donjeg trokuta potpuno ne otvori.
- ◆ Provjerite jesu li sve pregrade potpuno otvorene.
- ◆ Provjerite je li otopina bistra i da vreća ne pušta.

2. Priprema izmjene vreće

- ◆ Objesite vreću s otopinom na gornji držač stalka za infuziju, odvijte liniju na vreći s otopinom, stavite DISC u organizator. Nakon što se odvijte linija koja vodi do drenažne vrećice objesite drenažnu vrećicu na donji držač stalka za infuziju.
- ◆ Smjestite konektor katetera na jedan od dva umetka organizatora.
- ◆ Smjestite novu dezinfekcijsku kapicu u drugi slobodni nastavak.
- ◆ Dezinficirajte ruke i uklonite zaštitni poklopac s DISC-a.
- ◆ Spojite konektor katetera na DISC.

3. Istakanje

✦ Otvorite stezaljku na međukateteru. Započnite istakanje. ✦ Pozicija ●

4. Ispiranje

✦ Nakon što je istakanje završeno, ispustite mlaz svježe otopine u drenažnu vreću (otprilike 5 sekundi).

✦ Pozicija ●●

5. Utakanje

✦ Započeti utakanje okretanjem kontrolnog prekidača na ✦ Poziciju ○●●

6. Sigurnosna mjera

✦ Zatvorite međukateter uvođenjem PIN-a u konektor katetera. ✦ Pozicija ●●●●

7. Odspajanje

✦ Uklonite zaštitni poklopac s dezinfekcijske kapice i navrtnite ga na već uporabljenu kapicu. ✦ Odmrtnite konektor katetera s DISC-a i zavrtnite ga na novu dezinfekcijsku kapicu.

8. Zatvaranje DISC-a

✦ Zatvorite DISC s otvorenim krajem zaštitnog poklopca uporabljene dezinfekcijske kapice, koji je smješten na desnoj strani organizatora.

9. Provjerite bistroću i težinu dreniranog dijalizata, te ako je otopina bistra, bacite je.

Svaka se vreća koristi samo jednom, a ostatak neiskorištene otopine treba baciti.

Nakon odgovarajuće edukacije, *balance* se može koristiti samostalno kod kuće. U tu svrhu, a prilikom zamjene vreća, potrebno je osigurati strogo poštivanje svih naučenih koraka tijekom edukacije te higijenskih uvjeta.

Uvijek provjerite je li drenirani dijalizat zamućen. Vidjeti dio 2.

Ako uzmete više *balancea* nego što ste trebali

Ako ste utočili previše otopine u trbušnu šuplinu višak možete drenirati. Ako koristite previše vreća, molimo vas da kontaktirate svog liječnika budući da može doći do neravnoteže tekućine i/ili elektrolita.

Ako ste zaboravili uzeti *balance*

Pokušajte pribaviti količinu dijalizata propisanu za svako razdoblje od 24 sata kako biste izbjegli rizik od mogućih po život opasnih posljedica. Ako niste sigurni provjerite kod vašeg liječnika ili ljekarnika.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može izazvati nuspojave, iako se one ne pojavljuju kod svih.

Sljedeće nuspojave se pojavljuju kao rezultat liječenja peritonealnom dijalizom:

vrlo često (u više od 1 na 10 osoba):

- upala potrbušnice s tragovima zamućenog dreniranog dijalizata, bol u trbuhu, groznica, osjećaj slabosti ili, u iznimno rijetkim slučajevima, trovanje krvi. Molimo vas da vreću s dreniranim dijalizatom pokažete svom liječniku.
- infekcija kože na izlazu katetera ili duž katetera, što se može prepoznati po crvenilu, oticanju, boli, vlaženju ili krastama.
- kila trbušne stijenke

Ako primijetite bilo koju od navedenih nuspojava, molimo vas da odmah o tome obavijestite svog liječnika.

Druge nuspojave liječenja su:

često (u manje od 1 na 10 osoba):

- problemi s uticanjem i isticanjem dijalizne otopine
- osjećaj rastezanja ili punoće u trbuhu
- bol u ramenima

manje često (u manje od 1 na 100 osoba):

- proljev
- zatvor

vrlo rijetko (u manje od 1 na 10000 osoba):

- trovanje krvi

nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

- poteškoće s disanjem
- osjećaj slabosti
- inkapsulirajuća peritoneumska skleroza, mogući simptomi su bol u trbuhu, nadimanje trbuha ili povraćanje.

Sljedeće se nuspojave mogu pojaviti prilikom korištenja *balancea*:

vrlo često (kod više od 1 na 10 osoba):

- manjak kalija

često (u manje od 1 na 10 osoba):

- višak kalcija ako je unos kalcija previsok
- visoke razine šećera u krvi
- visoke razine masnoća u krvi
- dobivanje na težini

manje često (u manje od 1 na 100 osoba):

- preniske razine tjelesne tekućine, što se može prepoznati po brzom gubitku težine, niskom krvnom tlaku, ubrzanom puls
- previsoke razine tjelesne tekućine, što se može prepoznati po vodi u tkivima i plućima, visokom krvnom tlaku, poteškoćama s disanjem
- omaglica

Prijavlivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati *balance*

Čuvajte ovaj lijek izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na vreći i kutiji iza „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nemojte držati na temperaturi ispod 4 °C.

Gotovu otopinu pripremljenu za upotrebu, treba odmah upotrijebiti ili, najduže, unutar 24 sata poslije miješanja.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što *balance* sadrži

Djelatne tvari u 1 litri otopine pripremljene za upotrebu su:

Kalcijev hlorid dihidrat	0,2573 g
Natrijev hlorid	5,640 g
Otopina natrijevog (S)-laktata (3,925 g natrijev (S)-laktata)	7,85 g
Magnezijev hlorid heksahidrat	0,1017 g
Glukoza monohidrat (42,5 g bezvodne glukoze)	46,75 g

Te količine djelatnih tvari odgovaraju:

1,75 mmol/l kalcija, 134 mmol/l natrija, 0,5 mmol/l magnezija, 101,5 mmol/l hlorida, 35 mmol/l laktata i 235,8 mmol/l glukoze.

Drugi sastojci su voda za injekcije, hloridna kiselina, natrijev hidroksid i natrijev hidrojenkarbonat.

Kako *balance* izgleda i sadržaj pakovanja

Otopina je prozirna i bezbojna.

Teorijski osmolaritet otopine pripremljene za uporabu iznosi 511 mOsm/l, a pH je oko 7,0.

balance je dostupan u vreći s dvije komore. Jedna komora sadrži alkalnu otopinu laktata, a druga komora sadrži kiselu otopinu glukoze s elektrolitima.

balance je dostupan u sljedećem sistemu za davanje i veličini pakovanja po kutiji:

stay•safe®
4 × 2000 ml

Način i mjesto izdavanja

Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa.

Proizvođač

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg v.d.H., Njemačka

Proizvođač gotovog lijeka

Fresenius Medical Care BH d.o.o., Sarajevo, Frankfurter Straße 6-8, 66606 St. Wendel, Njemačka

Nosilac dozvole za stavljanje u promet lijeka u promet

Fresenius Medical Care BH d.o.o., Sarajevo, Zmaja od Bosne 7-7A, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja

04-07.3-2-5344/20 od 22.12.2020.

Datum zadnje revizije upute

Decembar 2020.

BiH

баланс

4,25% глюкоза

1,75 mmol/l калциум

Упатството за употреба содржи:

1. Што претставува *баланс* и за што се употребува
2. Што треба да знаете пред да го употребите *баланс*
3. Како да се употребува *баланс*
4. Можни несакани дејства
5. Начин на чување на *баланс*
6. Содржина на пакувањето и други информации

Носител на одобрение за ставање на лек во промет

ИНТЕРКОМ ДОО увоз извоз Скопје, Ул. Булевар 8-ми Септември бр. 8/2-локал 4, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

Производител

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Frankfurter Straße 6-8, 66606 St. Wendel, Germany

1. Што претставува *баланс* и за што се употребува

баланс се употребува за прочистување на крв преку перитонеумот кај пациентите со терминална фаза на хронична бубрежна инсуфициенција. Овој тип на прочистување на крв се вика перитонеална дијализа.

2. Што треба да знаете пред да го употребите *баланс*

Не го употребувајте *баланс* 4,25% глюкоза, 1,75 mmol/l калциум

- доколку нивото на калиум во Вашата крв е многу ниско
- доколку нивото на калциум во Вашата крв е многу високо
- доколку волуменот на течности во Вашето тело е премногу ниско
- доколку имате низок крвен притисок
- доколку имате нарушување на метаболизмот познато како млечна ацидоза

Не отпочнувајте со третман на перитонеална дијализа ако имате

- промени во абдоминалниот регион како што се
 - повреди или после операција
 - изгореници
 - силни воспалителни реакции на кожата
 - воспаление на перитонеумот
 - рани со исцедок кои не зараснуваат
 - умбиликална, ингвинална или дијафрагмална хернија
 - тумори во абдоменот или дебелото црево
- инфламаторни болести на дебелото црево
- интестинални опструкции
- болести на белите дробови, особено пневмонија
- труење на крвта предизвикано од бактерија
- екстремно високи концентрации на масти во крвта
- труење предизвикано од продукти на урина во крвта кое не може да се третира со прочистување на крвта
- тешка малнутриција и губење на тежината, особено ако не е можен адекватен внес на храна која содржи протеини

Упатство за употреба: Информации за корисникот

balance 4,25% glucose, 1,75 mmol/l calcium

баланс 4,25% глюкоза, 1,75 mmol/l калциум, раствор за перитонеална дијализа

Пред употреба на лекот внимателно прочитајте го упатството бидејќи содржи важни информации за Вас.

- Чувајте го упатството. Можеби ќе треба да го прочитате повторно.
- Ако имате дополнителни прашања, обратете се кај Вашиот лекар, фармацевт или медицинска сестра.
- Овој лек е препишан само за Вас. Не го давајте на други лица. Може да им наштети, иако нивните знаци на болест се исти како Вашите.
- Доколку добиете некои несакани дејства, разговарајте со Вашиот лекар, фармацевт или медицинска сестра. Ова вклучува било какви можни несакани дејства кои не се наведени во ова упатство. Види дел 4.

Предупредувања и мерки на претпазливост

Веднаш информирајте го Вашиот лекар

- доколку имате **тешок губиток на електролити (соли)** како резултат на повраќање и/или дијареја
- доколку имате **абнормални бубрези** (полицистични бубрези)
- доколку имате **воспаление на перитонеумот**, препознатливо по заматен дијализат и/или абдоминална болка. Ве молиме покажете ја кесата со издренираниот дијализат на Вашиот лекар.
- доколку имате **тешка абдоминална болка, надуеност во абдоменот или повраќање**. Ова може да биде знак за капсулирана перитонеална склероза, компликација од перитонеална дијализа која може да биде фатална.

Перитонеална дијализа може да доведе до **губиток на протеини и витамини растворливи во вода**.

Адекватна диета или додатоци во исхраната се препорачуваат со цел да се избегнат состојбите на дефицитарност.

Вашиот лекар ќе ги провери Вашиот електролитен (солен) баланс, функцијата на бубрезите, телесната маса и нутритивната состојба.

Поради висока концентрација на глюкоза, *баланс* 4,25% глюкоза, 1,75 mmol/l калциум треба внимателно да се користи и под мониторинг на Вашиот лекар.

Други лекови и *баланс*

Известете го Вашиот лекар или фармацевт доколку употребувате, во скоро време сте употребувале или би можеле да употребувате било какви други лекови.

Бидејќи перитонеалната дијализа може да влијае на ефектите на лековите, Вашиот лекар можеби ќе треба да ги промени нивните дози, особено на

- **лекови за срцева инсуфициенција**, како што е дигоксин. Вашиот лекар ќе го провери нивото на калиум во Вашата крв и доколку е потребно, ќе превземе соодветни мерки.
- **лекови кои влијаат на нивото на калциум** како што се оние кои содржат калциум или витамин Д.
- **лекови кои ја зголемуваат екскрецијата на урина**, како што се диуретиците.
- **лекови земени орално кои го намалуваат нивото на шеќерот во крвта** или инсулин. Нивото на шеќер во Вашата крв треба редовно да се мери. Дијабетичарите можеби ќе треба да ја прилагодат дневната доза на инсулин.

Бременост и доене

Доколку сте бремени или доите, мислите дека би можеле да бидете бремени или планирате да имате дете, прашајте го Вашиот лекар за совет пред земање на овој лек. Не постојат соодветни податоци од употреба на *баланс* кај бремени жени или за време на лактација. Доколку сте бремени или доите може да користите *баланс* само доколку Вашиот лекар смета дека е апсолутно неопходно.

Влијание врз способноста за возење или ракување со машини

баланс нема или има незначително влијание на способноста за возење или ракување со машини.

3. Како да се употребува *баланс*

Секогаш употребувајте го овој лек точно како што Вашиот лекар или фармацевт Ви кажал. Доколку не сте сигурни консултирајте се со Вашиот лекар или фармацевт.

Вашиот лекар ќе го одреди методот, времетраењето и фреквенцијата на употреба и потребниот волумен на раствор и времето на задржување во перитонеалната празнина.

Доколку дојде до напнатост во абдоминалната регија Вашиот лекар може да го намали волуменот.

Континуирана амбулаторна перитонеална дијализа (КАПД):

- **Возрасни:** Вообичаената доза е 2000 - 3000 ml раствор четири пати на ден во зависност од телесната маса и функцијата на бубрезите. После 2-10 часа време на задржување растворот се дренира.
- **Деца:** Лекарот ќе го одреди потребниот волумен на растворот за дијализа во зависност од толеранцијата, возраста и телесната површина на детето. Препорачаната почетна доза е 600-800 ml/m² (до 1000 ml/m² преку ноќ) телесна површина четири пати на ден.

Автоматска перитонеална дијализа (АПД):

За ова, се користат "sleep•safe" системи. Циклерот автоматски ја контролира размената на кеси преку ноќта.

- **Возрасни:** Вообичаената доза е 2000 ml (максимум 3000 ml) по размена со 3-10 размени преку ноќ и време на циклорот 8 до 10 саати, и преку ден една или две размени.
- **Деца:** Волуменот по размена треба да биде 800-1000 ml/m² (до 1400 ml/m²) телесна површина со 5-10 размени преку ноќ.

Употребувајте го *баланс* само во перитонеална празнина.

Употребувајте го *баланс* само ако растворот е бистар и кесата е неоштетена.

баланс е достапен во дво-коморна кеса. Пред употреба растворот во двете комори мора да се измешаат како што е објаснето.

Инструкции за ракување

“*stay•safe*®” систем за континуирана амбулаторна перитонеална дијализа (КАПД):

Кесата со раствор прво се загрева на собна температура. Ова треба да се направи со употреба на соодветен грејач на кеси. Времето за загревање за 2000 ml кеса со почетна температура од 22 °C е приближно 120 минути. Подетални информации можат да се добијат од упатството за ракување на кесата за кеси. Микробранова печка не смее да се користи за да се загрее растворот, поради ризикот од локално прегревање. По загревањето на растворот можете да започнете со размена на кесите.

1. Подготовка на растворот

◆ Проверете ја загреаната кеса со раствор (етикета, рок на траење, бистрина на растворот, кесата и обвивката да се неоштетени, шевовите да се комплетни). ◆ Поставете ја кесата на тврда површина. ◆ Отворете ја обвивката на кесата и пакувањето на дезинфекциското капаче. ◆ Измијте ги рацете со антибактериски лосион за миење раце. ◆ Свиткајте ја кесата која што лежи на обвивката, од едниот од страничните рабови се додека средишниот шев не се отвори. Растворите во двете комори автоматски се мешаат. ◆ Сега, свиткајте ја кесата од горниот раб се додека шевот на долниот триаголник е комплетно отворен. ◆ Проверете дали сите шевови се комплетно отворени. ◆ Проверете дали растворот е бистар и дека кесата не протекува.

2. Подготовка за размена на кесите

◆ Закачете ја кесата со растворот на горниот дел од инфузиониот столб, одвиткајте ја црвената линија на кесата со раствор и поставете го ДИСКОТ во организаторот. По одвиткувањето на црвената линија до кесата за дренажа, закачете ја кесата за дренажа на долниот дел од инфузиониот столб. ◆ Поставете го конекторот за катетер во едната од двете прегради на организаторот. ◆ Поставете го новото дезинфекциско капаче во другата слободна преграда. ◆ Дезинфицирајте ги Вашите раце и отстранете го заштитното капаче на ДИСКОТ. ◆ Поврзете го конекторот за катетерот со ДИСКОТ.

3. Излевање

◆ Отворете ја стегата на продолжетокот. Излевањето започнува. ◆ Позиција ●

4. Промивање

◆ По завршување на излевањето, испуштете свеж раствор во кесата за дренажа (отприлика 5 секунди). ◆ Позиција ●●

5. Влевање

◆ Започнете го влевањето со вртење на контролниот прекинувач на ◆ Позиција ○●●

6. Чекор за безбедност

◆ Затворете го продолжетокот за катетер со вметнување на ПИНОТ во конекторот за катетер. ◆ Позиција ●●●●

7. Исклучување

◆ Отстранете го заштитното капаче од новото дезинфекциско капаче и навртете го кон старото. ◆ Одвртете го конекторот за катетер од ДИСКОТ и навртете го конекторот за катетер на новото дезинфекциско капаче.

8. Затворање на ДИСКОТ

◆ Затворете го ДИСКОТ со отворениот крај на употребеното дезинфекциско капаче, кое што останало во десното дупче од организаторот.

9. Проверете ја бистрината и тежината на издrenираниот дијализат и доколку отпадната течност е бистра, **отстранете ја**.

“*sleep•safe*” систем за автоматска перитонеална дијализа (АПД):

За време на автоматската перитонеална дијализа (АПД) растворот се загрева автоматски од страна на циклатор.

5000 ml “*sleep•safe*” систем

1. Подготовка на растворот

◆ Проверете ја кесата со раствор (етикета, рок на траење, бистрина на растворот, кесата и обвивката да се неоштетени, шевовите да се комплетни). ◆ Поставете ја кесата на тврда површина. ◆ Отворете ја обвивката на кесата. ◆ Измијте ги рацете со антибактериски лосион за миење раце. ◆ Одвиткајте ги средишниот шев и конекторот за кеса. ◆ Свиткајте ја кесата која што лежи на обвивката, од дијагоналниот крај кон конекторот на кесата. Средишниот шев ќе се отвори. ◆ Продолжете се додека шевот од помалата комора не се отвори исто така. ◆ Проверете дали сите шевови се комплетно отворени. ◆ Проверете дали растворот е бистар и дека кесата не протекува.

2. Одвиткајте го црвцето на кесата.

3. Отстранете го заштитното капаче.

4. Вметнете го конекторот на кеса во слободен влез на “*sleep•safe*” циклатор.

5. Кесата е сега подготвена за употреба со “*sleep•safe*” сетот.

Секоја кеса треба да се употребува само еднаш и било кој неупотребен преостанат раствор мора да се отстрани.

По соодветна обука, *баланс* може да се употребува самостојно дома. За ова, треба да сте сигурни дека при размената на кесите строго се следат чекорите и хигиенските услови научени за време на обуката. Секогаш проверувајте го издrenираниот дијализат за заматеност. Види дел 2.

Доколку употребите повеќе *баланс* од што е потребно

Доколку дозволите премногу раствор да влезе во перитонеалната празнина, вишокот може да се издrenира. Доколку сте употребиле премногу кеси Ве молиме контактирајте го Вашиот лекар, бидејќи ова може да резултира со нерамнотежа на течности и/или електролити.

Доколку заборавите да го употребите *баланс*

Обидете се да го постигнете волуменот на дијализат препишан за секои 24 часа период, со цел да избегнете ризик од можни последици опасни по живот. Доколку не сте сигурни контактирајте го Вашиот лекар. Доколку имате дополнителни прашања за употребата на овој лек, прашајте го Вашиот лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4. Можни несакани дејства

Како и сите лекови, и овој лек може да предизвика несакани дејства, иако не се јавуваат кај сите пациенти.

Следните несакани дејства може да се појават како резултат на третманот на перитонеална дијализа општо:

многу чести (се јавуваат кај повеќе од 1 на 10 лица):

- воспаление на перитонеумот со знаци на заматеност на издrenираниот дијализат, абдоминална болка, треска, чувство на болест или во многу ретки случаи труење на крвта. Ве молиме покажете ја кесата со издrenираниот дијализат на Вашиот лекар.

- воспаление на кожата кај излезното место на катетерот или по должина на катетерот, препознатливо по црвенило, оток, болка, исцедок или лупење.
- хернија на абдоминалниот сид

Ве молиме веднаш контактирајте го Вашиот лекар доколку забележите било кој од овие несакани дејства. Други несакани дејства на третманот се:

чести (се јавуваат кај 1 на 10 лица):

- проблеми со влевањето или излевањето на дијализатот
- чувство на истегнатост или исполнетост на абдоменот
- болка во рамото

невообичаени (се јавуваат кај 1 на 100 лица):

- дијареја
- констипација

многу ретки (се јавуваат кај 1 на 10000 лица):

- труење на крвта

непознати (фреквенцијата не може да биде проценета од достапните податоци):

- отежнато дишење
- чувство на болест
- капсуларна перитонеална склероза, можни симптоми може да се абдоминална болка, надуеност или повраќање

Следните несакани дејства може да се јават кога се употребува *баланс*:

многу чести (може да влијае на повеќе од 1 на 10 лица):

- недостаток на калиум

чести (може да влијае на 1 на 10 лица):

- вишок на калциум ако внесот на калциум е премногу висок
- високо ниво на шеќер во крвта
- високо ниво на масти во крвта
- зголемување на телесна тежина

невообичаени (може да влијае на повеќе од 1 на 100 лица):

- премногу ниско ниво на телесни течности, што може да се распознае со забрзано губење на тежина, низок крвен притисок, забрзан пулс
- премногу високо ниво на телесни течности, што може да се распознае со вода во ткивата и белите дробови, висок крвен притисок, отежнато дишење
- вртоглавица.

Пријавување на несакани дејства

Обратете се кај вашиот лекар, фармацевт или медицинска сестра дококу се појават некои несакани дејства. Ова се однесува и на несакани дејства кои не се наведени во ова упатство.

Со известување за несаканите дејства може да помогнете да се добијат повеќе информации за безбедноста на лекот.

Несаканите дејства на лекот може да се пријават во Националниот центар за фармаковигиланца при Агенцијата за лекови и медицински средства (Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54 кат 1) или електронски преку веб-страницата на агенцијата (<https://malmed.gov.mk/>).

5. Начин на чување на *баланс*

Чувајте го овој лек на места невидливи и недостапни за деца.

Не го употребувајте овој лек по рокот на траење кој е обележан на кесата и кутијата по “Рок на траење:”. Рокот на траење се однесува на последниот ден од тој месец.

Не го чувајте *баланс* на температура под 4 °C.

Растворот подготвен за употреба треба веднаш да се искористи, максимум во рок од 24 часа по мешањето.

МК

6. Содржина на пакувањето и други информации

Што содржи *баланс*

Активни супстанции во 1 литар раствор подготвен за употреба се:

Калциум хлорид дихидрат	0,2573 g
Натриум хлорид	5,640 g
Раствор на натриум (C)-лактат (3,925 g натриум (C)-лактат)	7,85 g
Магнезиум хлорид хексахидрат	0,1017 g
Глукоза монохидрат (42,5 g безводна глукоза)	46,75 g

Овие количини на активни супстанции се еквивалентни на:

1,75 mmol/l калциум, 134 mmol/l натриум, 0,5 mmol/l магнезиум, 101,5 mmol/l хлорид, 35 mmol/l лактат и 235,8 mmol/l глукоза.

Останати состојки се вода за инјекции, хлороводородна киселина, натриум хидроксид и натриум хидроген карбонат.

Изглед на *баланс* и содржина на пакувањето

Растворот е бистар и безбоен.

Теоретската осмоларност на растворот подготвен за употреба е 511 mOsm/l, pH е околу 7,0.

баланс е достапен во двокоморна кеса. Едната комора содржи алкален раствор на натриум лактат, а другата кисел глукозен раствор со електролити.

баланс е достапен во следниве системи за апликација и големини на пакување во картонска кутија:

" <i>stay•safe</i> ®"	" <i>sleep•safe</i> "
4 × 2000 ml	2 × 5000 ml

На пазарот не се достапни сите големини на пакувања.

Начин на издавање на лекот

Лекот се применува само во здравствена установа.

Броеви на одобренја за ставање на лек во промет

11-1455/1 за "*stay•safe*®" 2000 ml

11-1451/1 за "*sleep•safe*" 5000 ml

Датум на последна ревизија на внатрешното упатство

12/2022

баланс

1,5% глюкозы
2,3% глюкозы
4,25% глюкозы

1,25 ммоль/л калция

1,75 ммоль/л калция

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного средства

БАЛАНС

Лекарственная форма

Раствор для перитонеального диализа 1,5% глюкозы, 1,25 ммоль/л калция

Раствор для перитонеального диализа 2,3% глюкозы, 1,25 ммоль/л калция

Раствор для перитонеального диализа 4,25% глюкозы, 1,25 ммоль/л калция

Раствор для перитонеального диализа 1,5% глюкозы, 1,75 ммоль/л калция

Раствор для перитонеального диализа 2,3% глюкозы, 1,75 ммоль/л калция

Раствор для перитонеального диализа 4,25% глюкозы, 1,75 ммоль/л калция

Описание

Прозрачный бесцветный или слегка желтоватый раствор.

Состав лекарственного средства

баланс 1,5%/2,3%/4,25% глюкозы, 1,25/1,75 ммоль/л калция представляет собой двухкамерный мешок, одна камера которого содержит кислый раствор электролитов на основе глюкозы, другая – щелочной раствор лактата. При смешивании двух растворов путем открывания срединного шва между камерами, образуется нейтральный готовый к использованию раствор.

ДО СМЕШИВАНИЯ

1 л кислого раствора электролитов на основе глюкозы содержит:

	<i>баланс</i> 1,5% глюкозы, 1,25 ммоль/л калция	<i>баланс</i> 2,3% глюкозы, 1,25 ммоль/л калция	<i>баланс</i> 4,25% глюкозы, 1,25 ммоль/л калция	<i>баланс</i> 1,5% глюкозы, 1,75 ммоль/л калция	<i>баланс</i> 2,3% глюкозы, 1,75 ммоль/л калция	<i>баланс</i> 4,25% глюкозы, 1,75 ммоль/л калция
Действующие вещества:						
Кальция хлорид дигидрат	0,3675 g	0,3675 g	0,3675 g	0,5145 g	0,5145 g	0,5145 g
Натрия хлорид	11,279 g	11,279 g	11,279 g	11,279 g	11,279 g	11,279 g
Магния хлорид гексагидрат	0,2033 g	0,2033 g	0,2033 g	0,2033 g	0,2033 g	0,2033 g
Глукоза моногидрат (глукоза безводная)	33,0 g (30,0 g)	50,0 g (45,46 g)	93,5 g (85,0 g)	33,0 g (30,0 g)	50,0 g (45,46 g)	93,5 g (85,0 g)
Вспомогательные вещества:						
Вода для инъекций, натрия гидроксид, кислота хлористоводородная						

1 литр щелочного раствора лактата содержит:

	баланс 1,5% глюкозы, 1,25 ммоль/л кальция	баланс 2,3% глюкозы, 1,25 ммоль/л кальция	баланс 4,25% глюкозы, 1,25 ммоль/л кальция	баланс 1,5% глюкозы, 1,75 ммоль/л кальция	баланс 2,3% глюкозы, 1,75 ммоль/л кальция	баланс 4,25% глюкозы, 1,75 ммоль/л кальция
Действующее вещество:						
Натрия (S)-лактата раствор (натрия (S)-лактат)	15,69 г (7,85 г)	15,69 г (7,85 г)	15,69 г (7,85 г)	15,69 г (7,85 г)	15,69 г (7,85 г)	15,69 г (7,85 г)
Вспомогательные вещества: Вода для инъекций, натрия гидрокарбонат						

ПОСЛЕ СМЕШИВАНИЯ

1 литр нейтрального готового к использованию раствора содержит:

	баланс 1,5% глюкозы, 1,25 ммоль/л кальция	баланс 2,3% глюкозы, 1,25 ммоль/л кальция	баланс 4,25% глюкозы, 1,25 ммоль/л кальция	баланс 1,5% глюкозы, 1,75 ммоль/л кальция	баланс 2,3% глюкозы, 1,75 ммоль/л кальция	баланс 4,25% глюкозы, 1,75 ммоль/л кальция
Действующие вещества:						
Кальция хлорид дигидрат	0,1838 г	0,1838 г	0,1838 г	0,2573 г	0,2573 г	0,2573 г
Натрия хлорид	5,640 г	5,640 г	5,640 г	5,640 г	5,640 г	5,640 г
Натрия (S)-лактата раствор (натрия (S)-лактат)	7,85 г (3,925 г)	7,85 г (3,925 г)	7,85 г (3,925 г)	7,85 г (3,925 г)	7,85 г (3,925 г)	7,85 г (3,925 г)
Магния хлорид гексагидрат	0,1017 г	0,1017 г	0,1017 г	0,1017 г	0,1017 г	0,1017 г
Глюкоза моногидрат (глюкоза безводная)	16,5 г (15,0 г)	25,0 г (22,73 г)	46,75 г (42,5 г)	16,5 г (15,0 г)	25,0 г (22,73 г)	46,75 г (42,5 г)
Вспомогательные вещества: Вода для инъекций, натрия гидрокарбонат, натрия гидроксид, кислота хлористоводородная						

	баланс 1,5% глюкозы, 1,25 ммоль/л кальция	баланс 2,3% глюкозы, 1,25 ммоль/л кальция	баланс 4,25% глюкозы, 1,25 ммоль/л кальция	баланс 1,5% глюкозы, 1,75 ммоль/л кальция	баланс 2,3% глюкозы, 1,75 ммоль/л кальция	баланс 4,25% глюкозы, 1,75 ммоль/л кальция
Ca ²⁺	1,25 ммоль/л	1,25 ммоль/л	1,25 ммоль/л	1,75 ммоль/л	1,75 ммоль/л	1,75 ммоль/л
Na ⁺	134 ммоль/л	134 ммоль/л	134 ммоль/л	134 ммоль/л	134 ммоль/л	134 ммоль/л
Mg ²⁺	0,5 ммоль/л	0,5 ммоль/л	0,5 ммоль/л	0,5 ммоль/л	0,5 ммоль/л	0,5 ммоль/л
Cl ⁻	100,5 ммоль/л	100,5 ммоль/л	100,5 ммоль/л	101,5 ммоль/л	101,5 ммоль/л	101,5 ммоль/л
(S)-Лактат	35 ммоль/л	35 ммоль/л	35 ммоль/л	35 ммоль/л	35 ммоль/л	35 ммоль/л
Глюкоза	83,2 ммоль/л	126,1 ммоль/л	235,8 ммоль/л	83,2 ммоль/л	126,1 ммоль/л	235,8 ммоль/л
pH ≈	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Теоретическая осмолярность	356 мОсм/л	399 мОсм/л	509 мОсм/л	358 мОсм/л	401 мОсм/л	511 мОсм/л

Фармакотерапевтическая группа

Раствор для перитонеального диализа.

ATX: B05DB

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

баланс 1,5%/2,3%/4,25% глюкозы, 1,25/1,75 ммоль/л кальция представляет собой стерильный, свободный от бактериальных эндотоксинов, раствор электролитов, содержащий глюкозу и лактатный буфер, предназначенный для интраперитонеального применения для лечения терминальной стадии почечной недостаточности различного генеза с помощью постоянного амбулаторного перитонеального диализа (ПАПД).

Характерным для постоянного амбулаторного перитонеального диализа (ПАПД) является более или менее постоянное присутствие обычно 2 литров диализного раствора в брюшной полости, который заменяется свежим раствором от трех до пяти раз в сутки.

Основным принципом любого метода перитонеального диализа является использование брюшины в качестве полупроницаемой мембраны, позволяющей проводить обмен растворенных веществ и воды между кровью и диализным раствором путем диффузии и конвекции в соответствии с их физико-химическими свойствами.

Профиль электролитов раствора по существу такой же, как у физиологической сыворотки, хотя он был адаптирован (например, содержание калия) для использования у пациентов, страдающих уреимией, для проведения заместительной терапии почечной функции посредством обмена содержимого брюшной полости и жидкости.

баланс 1,5%/2,3%/4,25% глюкозы, 1,25 ммоль/л кальция

Концентрация кальция в данном растворе для перитонеального диализа составляет 1,25 ммоль/л, что, как было установлено, снижает риск гиперкальциемии при сопутствующем лечении кальцийсодержащими препаратами для связывания фосфатов и/или витамина D.

Вещества, обычно выводящиеся с мочой, такие как мочевина, креатинин, неорганические фосфаты, мочевая кислота, прочие растворенные вещества и вода, выводятся из организма в диализный раствор. Водный баланс может поддерживаться путем приема растворов с различной концентрацией глюкозы, влияющих на выведение жидкости (ультрафильтрацию).

Вторичный метаболический ацидоз вследствие терминальной стадии почечной недостаточности компенсируется наличием лактата в диализном растворе. Лактат полностью метаболизируется до бикарбоната.

Фармакокинетика

Уремические продукты (такие как мочевина, креатинин и мочевая кислота), неорганические фосфаты и электролиты, такие как натрий, калий, кальций и магний удаляются из организма в диализный раствор путем диффузии и/или конвекции.

Глюкоза диализата, применяемая в баланс 1,5%/2,3%/4,25% глюкозы, 1,25/1,75 ммоль/л кальция в качестве осмотического агента, медленно абсорбируется, уменьшая диффузионный градиент между диализным раствором и внеклеточной жидкостью. Ультрафильтрация максимальна в начале времени экспозиции и достигает максимума примерно через 2 - 3 часа. Затем в процессе абсорбции начинается прогрессирующая потеря ультрафильтрата.

Через 4 часа объем ультрафильтрата в среднем составляет 100 мл для раствора 1,5% глюкозы, 400 мл для раствора 2,3% глюкозы и 800 мл для раствора 4,25% глюкозы.

При проведении диализа в течение 6 часов абсорбируется 60 - 80% диализной глюкозы.

Лактат, применяемый в качестве буферного агента, практически полностью абсорбируется после 6-часовой экспозиции. У пациентов с нормальной функцией печени лактат быстро метаболизируется, на что указывает нормальное содержание промежуточных метаболитов.

BY

Перенос кальция зависит от концентрации глюкозы в диализном растворе, объема сливаемого диализата, ионизированного кальция в сыворотке и концентрации кальция в диализном растворе. Чем выше концентрация глюкозы, объем сливаемого диализата и концентрация ионизированного кальция в сыворотке, и чем ниже концентрация кальция в диализном растворе, тем больше выведение кальция из организма в диализат.

баланс 1,5%/2,3%/4,25% глюкозы, 1,25 ммоль/л кальция

По оценкам, типичный режим ПАПД, состоящий в сутки из трех мешков с концентрацией 1,5% глюкозы и одного мешка с концентрацией 4,25% глюкозы (концентрация кальция 1,25 ммоль/л), позволяет вывести до 160 мг кальция в сутки и в большем количестве принимать перорально лекарственные средства, содержащие кальций и витамин D без риска гиперкальциемии.

Показания к применению

Терминальная (декомпенсированная) стадия хронической почечной недостаточности различного генеза, которая может подлежать лечению перитонеальным диализом.

Способ применения и дозировка

Дозировка

Данный раствор предназначен только для интраперитонеального применения.

Метод лечения, частота обменов и время экспозиции определяются лечащим врачом.

Постоянный амбулаторный перитонеальный диализ (ПАПД)

Взрослые: Если нет других предписаний, пациенту назначают 2000 мл раствора на один обмен четыре раза в сутки. По истечении времени нахождения раствора в брюшной полости от 2 до 10 часов раствор дренируют.

Дозу, объем раствора и количество обменов необходимо подбирать индивидуально для каждого пациента.

Если в начале перитонеального диализа возникает боль из-за растяжения брюшной стенки, следует временно уменьшить объем раствора на обмен до 500 – 1500 мл.

У пациентов с избыточной массой тела и/или устойчивых к большим объемам наполнения, а также, если потеряна остаточная функция почек, объем раствора на обмен может быть увеличен до 2500 – 3000 мл.

Педиатрическая популяция: У детей объем раствора на обмен следует задавать в зависимости от возраста и площади поверхности тела (ППТ).

Первоначально назначенный объем раствора должен составлять 600 – 800 мл/м² ППТ на один обмен четыре (иногда три или пять) раза в сутки. Объем раствора может быть увеличен до 1000 – 1200 мл/м² ППТ в зависимости от устойчивости, возраста и остаточной функции почек.

Автоматизированный перитонеальный диализ (АПД)

Если применяется аппарат (циклер «*sleep•safe*» или «PD-NIGHT») для временного или постоянного циклического перитонеального диализа, то используются мешки большего объема, позволяющие проводить более одного обмена раствора. Циклер выполняет обмены раствора по предписанию врача, введенному в «память» циклера.

Взрослые: Как правило, ночной цикл составляет 8-10 часов. Объем раствора находится в диапазоне от 1500 до 3000 мл, а число циклов обычно составляет от 3 до 10 за ночь. Количество используемой жидкости, как правило, составляет от 10 до 18 л, но может колебаться от 6 до 30 л. Ночная терапия с помощью циклера обычно комбинируется с 1 или 2 обменами в дневное время.

Педиатрическая популяция: Объем раствора должен составлять 800 – 1000 мл/м² ППТ на один обмен 5-10 раз за ночь. Объем раствора может быть увеличен до 1400 мл/м² ППТ в зависимости от устойчивости, возраста и остаточной функции почек.

Специальные рекомендации по дозированию для пациентов пожилого возраста отсутствуют. Растворы для перитонеального диализа с высокой концентрацией глюкозы (2,3% или 4,25%) используются, когда масса тела выше желаемого сухого веса. Слив жидкости из организма увеличивается соответственно увеличению концентрации глюкозы в растворе для перитонеального диализа. Эти растворы должны использоваться с осторожностью, чтобы защитить перитонеальную мембрану, предотвратить обезвоживание и поддерживать нагрузку глюкозой на более низком уровне.

Перитонеальный диализ – это долгосрочная терапия, включающая повторяющиеся введения растворов.

баланс 1,5% глюкозы, 1,25/1,75 ммоль/л кальция содержит 15 г глюкозы в 1000 мл раствора.

баланс 2,3% глюкозы, 1,25/1,75 ммоль/л кальция содержит 22,73 г глюкозы в 1000 мл раствора.

баланс 4,25% глюкозы, 1,25/1,75 ммоль/л кальция содержит 42,5 г глюкозы в 1000 мл раствора.

Метод и длительность проведения

Пациенты должны быть надлежащим образом обучены, должны опробовать технику и продемонстрировать умение при проведении перитонеального диализа, прежде чем выполнять его дома. Обучение должно проводиться квалифицированным персоналом. Лечащий врач должен убедиться, что пациент в достаточной мере освоил руководство по проведению процедуры, прежде чем пациент начнет проводить перитонеальный диализ дома. В случае каких-либо проблем или сомнений необходимо связаться с лечащим врачом.

Диализ с соблюдением предписанных доз должен проводиться ежедневно и продолжаться так долго, сколько требуется заместительная почечная терапия.

Постоянный амбулаторный перитонеальный диализ (ПАПД): система «*stay•safe*»

Мешок с раствором предварительно необходимо подогреть до температуры тела. Последовательность действий см. в разделе «Руководство по проведению процедуры».

Необходимая доза вводится в брюшную полость с помощью катетера в течение 5-20 минут. В зависимости от указаний врача раствор должен находиться в брюшной полости в течение 2 – 10 часов (время установления равновесия), после чего его дренируют.

Автоматизированный перитонеальный диализ (АПД): система «*sleep•safe*»

Предписанные «*sleep•safe*» мешки с раствором через коннекторы присоединяются к свободному порту лотка циклера «*sleep•safe*», а затем циклером автоматически присоединяются к набору магистралей «*sleep•safe*». Циклер проверяет штриховой код мешков с раствором и дает сигнал тревоги в случае несоответствия предписаниям, введенным в «память» циклера. После этой проверки набор магистралей может быть присоединен к удлинителю катетера пациента и можно начинать процедуру. Во время введения в брюшную полость «*sleep•safe*» раствор автоматически подогревается до температуры тела циклером «*sleep•safe*». Время экспозиции и выбор концентрации глюкозы определяются в соответствии с медицинским предписанием, введенным в «память» циклера (подробнее см. в инструкции по эксплуатации циклера «*sleep•safe*»).

Автоматизированный перитонеальный диализ (АПД): система «*Safe•Lock*»

Предписанные «*Safe•Lock*» мешки с раствором через коннекторы присоединяются к циклеру «PD-NIGHT». Один мешок «*Safe•Lock*» помещается в нагреватель циклера для прогревания раствора перед введением в брюшную полость пациента. Время экспозиции и выбор концентрации глюкозы определяются в соответствии с медицинским предписанием, введенным в «память» циклера (подробнее см. в инструкции по эксплуатации циклера «PD-NIGHT»).

баланс 1,5% глюкозы, 1,25/1,75 ммоль/л кальция
В зависимости от требуемого осмотического давления, *баланс 1,5% глюкозы, 1,25/1,75 ммоль/л кальция* может использоваться последовательно с другими растворами для перитонеального диализа с более высоким содержанием глюкозы (т.е. с более высокой осмолярностью).

баланс 2,3% глюкозы, 1,25/1,75 ммоль/л кальция
В зависимости от требуемого осмотического давления, *баланс 2,3% глюкозы, 1,25/1,75 ммоль/л кальция* может использоваться последовательно с другими растворами для перитонеального диализа с более низким или высоким содержанием глюкозы (т.е. с более низкой или высокой осмолярностью).

баланс 4,25% глюкозы, 1,25/1,75 ммоль/л кальция
В зависимости от требуемого осмотического давления, *баланс 4,25% глюкозы, 1,25/1,75 ммоль/л кальция* может использоваться последовательно с другими растворами для перитонеального диализа с более низким содержанием глюкозы (т.е. с более низкой осмолярностью).

Побочное действие

баланс 1,5%/2,3%/4,25% глюкозы, 1,25/1,75 ммоль/л кальция является раствором электролитов, состав которого подобен составу крови. Кроме того, раствор имеет нейтральный pH, что соответствует физиологическому значению pH.

Возможные побочные реакции могут быть следствием непосредственно перитонеального диализа как метода, или могут быть вызваны данным специфическим раствором.

Для оценки частоты проявлений побочных реакций использованы следующие параметры:

Очень часто	≥1/10
Часто	≥1/100 до <1/10
Нечасто	≥1/1000 до <1/100
Редко	≥1/10000 до <1/1000
Очень редко	<1/10000
Неизвестно	частота не может быть оценена на основании имеющихся данных

Потенциальные побочные реакции, связанные с раствором для перитонеального диализа

Нарушения со стороны эндокринной системы

баланс 1,5%/2,3%/4,25% глюкозы, 1,25 ммоль/л кальция

- вторичный гиперпаратиреоз с потенциальными нарушениями метаболизма костной ткани (неизвестно)

Нарушения со стороны обмена веществ и питания

- повышенное содержание сахара в крови (часто)
- гиперлипидемия (часто)
- увеличение массы тела из-за длительного потребления глюкозы из раствора для перитонеального диализа (часто)

Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы

- тахикардия (нечасто)
- гипотензия (нечасто)
- гипертензия (нечасто)

Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения

- диспноэ (нечасто)

Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей

баланс 1,5%/2,3%/4,25% глюкозы, 1,25 ммоль/л кальция

- нарушения электролитного баланса, например гипокалиемия (очень часто)
- гипокальциемия (нечасто)

баланс 1,5%/2,3%/4,25% глюкозы, 1,75 ммоль/л кальция

- нарушения электролитного баланса, например гипокалиемия (очень часто)
- гиперкальциемия в комбинации с повышенным поступлением кальция, например, при приеме кальцийсодержащих препаратов для связывания фосфатов (часто)

Общие расстройства и нарушения в месте введения

- головокружение (нечасто)
- отеки (нечасто)
- нарушения водного баланса (нечасто), на что указывает быстрая потеря (дегидратация) или увеличение (гипергидратация) массы тела. Сильное обезвоживание может произойти при использовании растворов с высокой концентрацией глюкозы.

Потенциальные побочные реакции метода лечения

Инфекционные и паразитарные заболевания

- перитонит (очень часто), на который указывает мутный сливаемый диализат. Далее могут развиваться абдоминальная боль, лихорадка, общее недомогание или, в очень редких случаях, сепсис. Пациент должен немедленно обратиться за медицинской помощью. Мешок с мутным диализатом должен быть укурен стерильным колпачком и содержимое исследовано на микробную контаминацию и количество лейкоцитов.
- инфекции кожи в месте выхода катетера и его туннеля (очень часто)
В случае инфекции кожи и туннеля необходимо как можно скорее проконсультироваться с лечащим врачом.
- сепсис (очень редко)

Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения

- боль в плечевом суставе (часто)
- диспноэ, вызванное поднятием диафрагмы (неизвестно)

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта

- грыжи (очень часто)
- вздутие живота и чувство наполнения (часто)
- диарея (нечасто)
- запор (нечасто)
- инкапсулирующий перитонеальный склероз (неизвестно)

Общие нарушения и реакции в месте введения/выхода катетера

- покраснение, отек, выделения, струпья и боль в месте выхода катетера (очень часто)
- затруднения залива и слива диализного раствора (часто)
- общее недомогание (неизвестно)

Сообщение о подозреваемых побочных реакциях

Сообщение о подозреваемых побочных реакциях после того, как лекарственное средство было зарегистрировано, очень важно. Это позволяет проводить непрерывный мониторинг за соотношением пользы и риска данного лекарственного средства.

Медицинских работников просят сообщать о случаях подозреваемых нежелательных реакций по следующим реквизитам:

РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»,
220037 Республика Беларусь, г.Минск,
Товарищеский пер. 2а;
факс +375-17-299-53-58,
веб-сайт: <https://www.rceth.by>

Противопоказания

Для данного специфического раствора для перитонеального диализа

- баланс 1,5%/2,3% глюкозы, 1,25 ммоль/л кальция нельзя применять у пациентов с лактоацидозом, тяжелой гипокальциемией, тяжелой гипокальциемией.
- баланс 4,25% глюкозы, 1,25 ммоль/л кальция нельзя применять у пациентов с лактоацидозом, тяжелой гипокальциемией, гиповолемией и артериальной гипотензией.
- баланс 1,5%/2,3% глюкозы, 1,75 ммоль/л кальция нельзя применять у пациентов с лактоацидозом, тяжелой гипокальциемией и тяжелой гиперкальциемией.
- баланс 4,25% глюкозы, 1,75 ммоль/л кальция нельзя применять у пациентов с лактоацидозом, тяжелой гипокальциемией, гиповолемией и артериальной гипотензией.

Для перитонеального диализа как метода

Перитонеальный диализ нельзя проводить в следующих случаях:

- недавнее хирургическое вмешательство или травма брюшной полости, наличие в анамнезе операции на брюшной полости с развитием фиброзных спаек, тяжелые абдоминальные ожоги, перфорация брюшины
- обширное воспалительное поражение кожи брюшной области (дерматит)
- воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, язвенный колит, дивертикулит)
- перитонит
- внутренняя или наружная абдоминальная фистула
- пупочная, паховая или иная грыжа брюшной стенки
- внутрибрюшинные опухоли
- илеус
- заболевания легких (особенно пневмония)
- сепсис
- выраженная гиперлипидемия
- редкие случаи уремии, которая не поддается лечению перитонеальным диализом
- кахексия и значительная потеря массы тела, особенно если не гарантируется адекватное потребление белков с пищей
- физическая или умственная неспособность пациента проводить лечение перитонеальным диализом, выполняя предписания врача.

При развитии любого из вышеуказанных нарушений во время лечения перитонеальным диализом, лечащий врач должен принять решение о ходе дальнейшего лечения.

Передозировка

Не сообщалось о каких-либо чрезвычайных ситуациях в связи с передозировкой.

Избыточное количество вводимого диализного раствора легко дренируется в пустой мешок. Если обмен мешков проводился слишком часто, могут развиваться состояния дегидратации и/или нарушения электролитного баланса, требующие неотложного медицинского вмешательства. Если обмен был пропущен, то, необходимо обратиться к лечащему врачу.

Неправильное уравнивание может привести к гипер- или дегидратации и нарушениям электролитного баланса.

Наиболее вероятным последствием передозировки баланс 1,5%/2,3%/4,25% глюкозы, 1,25/1,75 ммоль/л кальция является дегидратация.

Недостаточная доза, прерывание лечения или прекращение лечения могут привести к опасной для жизни гипергидратации с периферическими отеками и декомпенсацией сердечной деятельности и/или другим симптомам уремии, угрожающей жизни.

Необходимо применить общепринятые стандарты оказания экстренной помощи и интенсивной терапии. Пациенту может потребоваться незамедлительный гемодиализ.

Меры предосторожности

Раствор для перитонеального диализа не должен применяться внутривенно.

Раствор должен назначаться только после тщательной оценки соотношения риск-польза в следующих случаях:

баланс 1,5%/2,3%/4,25% глюкозы, 1,25 ммоль/л кальция

- гиперпаратиреоз: лечение должно включать прием кальцийсодержащих препаратов для связывания фосфатов и/или витамина D для обеспечения соответствующего энтерального поступления кальция.
- гипокальциемия: может потребоваться временное или постоянное использование растворов для перитонеального диализа с более высокой концентрацией кальция в случае, когда невозможно обеспечить адекватное энтеральное поступление кальция при приеме кальцийсодержащих препаратов для связывания фосфатов и/или витамина D.

баланс 1,5%/2,3%/4,25% глюкозы, 1,75 ммоль/л кальция

- гиперкальциемия, например, при приеме кальцийсодержащих препаратов для связывания фосфатов и/или витамина D. Может потребоваться временное или постоянное использование растворов для перитонеального диализа с более низкой концентрацией кальция.

баланс 1,5%/2,3%/4,25% глюкозы, 1,25/1,75 ммоль/л кальция

- потеря электролитов из-за тяжелой рвоты и/или диареи (временный переход на калийсодержащие растворы для перитонеального диализа)
- лечение сердечными гликозидами: обязателен регулярный контроль уровня калия в сыворотке (см раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами»). Тяжелая гипокалиемия может потребовать использование калийсодержащего диализного раствора, а также консультации диетолога.
- поликистоз почек.

В процессе перитонеального диализа неизбежна потеря белков, аминокислот и водорастворимых витаминов. Чтобы избежать состояний дефицита, следует позаботиться об адекватной диете или дополнительном питании.

В течение долгосрочного перитонеального диализа могут измениться транспортные характеристики перитонеальной мембраны, что в первую очередь проявляется в потере способности к ультрафильтрации. В тяжелых случаях перитонеальный диализ должен быть прекращен и начат гемодиализ.

Рекомендуется регулярно контролировать следующие параметры:

- массу тела в целях предотвращения гипергидратации или дегидратации
- натрий, калий, кальций, магний, фосфаты в сыворотке, кислотно-щелочной баланс, газы крови и белки крови
- креатинин и мочевины в сыворотке
- гормоны паращитовидной железы и другие признаки костного метаболизма
- сахар крови
- остаточную функцию почек с целью адаптации лечения перитонеальным диализом.

Обязательно необходимо проверять прозрачность и объем сливаемого диализата. Мутность диализата и/или появление абдоминальной боли, указывают на перитонит.

BY

Инкапсулирующий перитонеальный склероз считается известным редким осложнением терапии с помощью перитонеального диализа, которое в редких случаях может приводить к смертельному исходу.

Пациенты пожилого возраста

Перед началом перитонеального диализа необходимо принять во внимание высокую вероятность грыжи у пациентов пожилого возраста.

Срок хранения готового к использованию раствора

Готовый к использованию раствор должен быть использован немедленно или максимум в течение 24 часов после смешивания (также см. раздел «Условия хранения и срок годности»).

Добавление лекарственных средств в раствор для перитонеального диализа

Добавление лекарственных средств в готовый к использованию раствор должно проводиться в строго асептических условиях и только по предписанию лечащего врача.

Из-за существующего риска несовместимости диализного раствора и добавляемых лекарственных средств, могут добавляться только следующие лекарственные средства в указанных концентрациях, по предписанию лечащего врача: гепарин 1000 МЕ/л, инсулин 20 МЕ/л, ванкомицин 1000 мг/л, тейкопланин 400 мг/л, цефазолин 500 мг/л, цефтазидим 250 мг/л, гентамицин 8 мг/л. После тщательного перемешивания и проверки на отсутствие мутности и посторонних частиц раствор для перитонеального диализа должен быть использован незамедлительно (не хранить).

Обращение

Пластиковая упаковка может иногда повреждаться при транспортировке или во время хранения. Это может привести к контаминации с ростом микроорганизмов в диализном растворе. Поэтому вся упаковка должна быть тщательно проверена перед подключением мешка и применением раствора для перитонеального диализа на наличие повреждений. Необходимо обращать внимание на любые повреждения, даже незначительные, коннекторов, швов или углов мешка на предмет возможной контаминации.

Никогда не используйте поврежденные мешки или мешки с мутным содержимым.

Использовать только, если раствор для перитонеального диализа чистый и контейнер не поврежден.

Внешняя оболочка должна быть вскрыта непосредственно перед процедурой.

Не использовать растворы из двух камер без смешивания.

В целях снижения риска инфицирования, при замене диализата должны поддерживаться асептические условия.

Применение во время беременности и в период лактации

Беременность

Клинические данные о применении растворов *баланс* у беременных женщин отсутствуют или ограничены. Исследований репродуктивной токсичности на животных не проводилось.

Перитонеальный диализ с применением растворов *баланс* может быть назначен исключительно после анализа ожидаемой пользы для матери и потенциального риска для плода.

Период лактации

Компоненты *баланса* выделяются в грудное молоко. Однако при адекватной терапии нежелательных эффектов у ребенка не ожидается. Следует рассмотреть временное прерывание грудного вскармливания, принимая во внимание пользу грудного вскармливания для ребенка и пользу терапии для матери.

Фертильность

Клинические данные о возможном влиянии на фертильность отсутствуют. Тем не менее, не ожидается влияния на фертильность при использовании растворов *баланс*.

Влияние на способность управлять автомобилем или работать с механизмами

баланс 1,5%/2,3%/4,25% глюкозы, 1,25/1,75 ммоль/л кальция не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять автомобилем или работать с механизмами.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Использование данного раствора для перитонеального диализа может привести к снижению эффективности других лекарственных средств, так как они могут проникать в диализат и вместе с ним выводиться из организма, что может потребовать коррекции их дозы.

Существенное снижение уровня калия в сыворотке может повысить частоту связанных с диализом побочных реакций. Концентрация калия должна контролироваться особенно тщательно при сопутствующем лечении сердечными гликозидами (см. раздел «Меры предосторожности»).

Применение диуретиков может быть полезным для поддержания остаточной функции почек, но, в тоже время, может привести к нарушению водно-электролитного баланса.

У пациентов, страдающих сахарным диабетом, необходимо скорректировать суточную дозу инсулина или пероральных гипогликемических лекарственных средств с учетом повышенной нагрузки глюкозой.

баланс 1,5%/2,3%/4,25% глюкозы, 1,75 ммоль/л кальция

Совместный прием с кальцийсодержащими лекарственными средствами и/или витамином D может вызвать гиперкальциемию.

Условия хранения и срок годности

Хранить при температуре не ниже 4 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности – 2 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности готового к использованию раствора без добавляемых лекарственных средств

Химическая и физическая стабильность готового к использованию раствора составляет 24 часа при 20 °C.

Условия отпуска

По рецепту врача.

Упаковка

По 2000 мл или 2500 мл в системах пластиковых «*stay•safe*». По 4 системы с инструкцией по применению помещают в картонную коробку.

По 3000 мл или 5000 мл в системах пластиковых «*sleep•safe*». По 4 системы по 3000 мл или 2 системы по 5000 мл с инструкцией по применению помещают в картонную коробку.

По 5000 мл в системах пластиковых «*Safe•Lock*».

По 2 системы с инструкцией по применению помещают в картонную коробку.

Руководство по проведению процедуры

Нет специальных требований по утилизации.

Растворы для перитонеального диализа предназначены для однократного применения. Все неиспользованные количества раствора должны быть уничтожены.

Система «*stay•safe*» для постоянного амбулаторного перитонеального диализа (ПАПД)

Мешок с раствором предварительно необходимо подогреть до температуры тела. Для мешков объемом более 3000 мл используют подходящий нагревательный поддон. Время нагревания мешка 2000 мл при температуре 22 °C составляет примерно 120 минут. Контроль температуры проводится автоматически и устанавливается на уровне 39 °C ± 1 °C. Подробнее можно прочитать в инструкции по пользованию нагревательного поддона. Нельзя использовать микроволновые печи из-за риска локального перегрева.

1. Подготовка раствора.

- ◆ Проверьте предварительно подогретый мешок (маркировка, срок годности, прозрачность раствора, отсутствие повреждений мешка и внешней оболочки, целостность швов).
- ◆ Поместите мешок на твердую поверхность.
- ◆ Вскройте внешнюю оболочку мешка и упаковку дезинфекционного колпачка.
- ◆ Вымойте руки с антибактериальным моющим средством.
- ◆ Сворачивайте мешок, лежащий на пленке внешней оболочки, с одного из верхних углов, пока не откроется срединный шов. Растворы из двух камер смешаются автоматически.
- ◆ Затем сворачивайте мешок с верхнего края, пока полностью не откроется шов нижнего треугольника.
- ◆ Убедитесь, что швы полностью открылись.
- ◆ Убедитесь, что раствор чистый и мешок не протекает.

2. Подготовка обмена мешков

- ◆ Подвесьте мешок с раствором на верхнем держателе инфузионной стойки. Раскрутите магистраль мешка с раствором и вставьте ДИСК в органайзер. Раскрутите магистраль дренажного мешка и подвесьте дренажный мешок на нижнем держателе инфузионной стойки (ниже уровня брюшной полости).
- ◆ Вставьте коннектор катетера в одно из двух гнезд органайзера.
- ◆ Вставьте новый дезинфекционный колпачок в другое свободное гнездо.
- ◆ Продезинфицируйте руки и снимите защитный колпачок с ДИСКА.
- ◆ Присоедините адаптер катетера к ДИСКУ.

3. Слив

- ◆ Откройте зажим для слива. Начнется слив.
- ◆ Положение «●»

4. Промывка

- ◆ После слива вливается свежий раствор в дренажный мешок (примерно 5 секунд).
- ◆ Положение «●●»

5. Залив

- ◆ Начните залив, повернув переключатель.
- ◆ Положение «○●●»

6. Шаг безопасности

- ◆ Закрытие коннектора катетера с помощью запорной иглы PIN.
- ◆ Положение «●●●●»

7. Отсоединение

- ◆ Снимите защитный колпачок с нового дезинфекционного колпачка и присоедините его к старому дезинфекционному колпачку.
- ◆ Отсоедините адаптер катетера от ДИСКА и присоедините его к новому дезинфекционному колпачку.

8. Закрытие ДИСКА

- ◆ Закройте ДИСК открытым концом использованного дезинфекционного колпачка, находящегося в правом гнезде органайзера.

- ◆ Проверьте слитый диализат на прозрачность, взвесьте его, и если жидкость прозрачная, утилизируйте его.

Система «*sleep•safe*» для автоматизированного перитонеального диализа (АПД)

(при применении наборов «*sleep•safe*», пожалуйста, обратитесь к инструкции по эксплуатации)

Система «*sleep•safe*» 3000 мл

1. Подготовка раствора: см. системы «*stay•safe*».
2. Раскрутите магистраль мешка.
3. Снимите защитный колпачок.
4. Вставьте коннектор в свободный порт лотка циклера «*sleep•safe*».
5. Теперь мешок готов к использованию с набором «*sleep•safe*».

Система «sleep•safe» 5000 мл

1. Подготовка раствора.

- Проверьте мешок (маркировка, срок годности, прозрачность раствора, отсутствие повреждений мешка и внешней оболочки, целостность швов).
- Поместите мешок на твердую поверхность.
- Вскройте внешнюю оболочку мешка.
- Вымойте руки с антибактериальным моющим средством.
- Разверните срединный шов и коннектор мешка.
- Сворачивайте мешок, лежащий на пленке внешней оболочки, по диагонали к коннектору мешка. Срединный шов откроется.
- Продолжайте сворачивать мешок, пока также не откроется шов малой камеры.
- Убедитесь, что все швы полностью открылись.
- Убедитесь, что раствор чистый и мешок не протекает.

2. Раскрутите магистраль мешка.

3. Снимите защитный колпачок.

4. Вставьте коннектор в свободный порт лотка циклера «sleep•safe».

5. Теперь мешок готов к использованию с набором «sleep•safe».

Система «Safe•Lock» для автоматизированного перитонеального диализа (АПД)

(при применении наборов «Safe•Lock», пожалуйста, обратитесь к инструкции по эксплуатации)

1. Подготовка раствора: см. системы «sleep•safe» 5000 мл.

2. Снимите защитный колпачок с коннектора на соединительной линии.

3. Подсоедините магистраль к мешку.

4. Сломайте внутренний замок, сгибая конус коннектора более чем на 90° в обе стороны.

5. Теперь мешок готов к использованию.

Также см. раздел «Способ применения и дозировка».

Владелец регистрационного удостоверения

Фрезениус Медикал Кеа Дойчланд ГмбХ,
Эльзе-Кренер-Штрассе 1,
61352 Бад Хомбург в.д.Х., Германия

Производитель

Фрезениус Медикал Кеа Дойчланд ГмбХ,
Франкфуртер штрассе 6-8, 66606 Санкт-Вендель,
Германия

Баланс

4,25% глюкозы

1,75 ммоль/л кальцию

Склад:

діючі речовини: кальцію хлорид дигідрат; натрію хлорид; натрію (S)-лактату розчин (натрію (S)-лактат); магнію хлорид гексагідрат; глюкоза моногідрат (глюкоза безводна).

До змішування

1 літр кислого розчину електролітів на основі глюкози містить:

Кальцію хлориду дигідрату	0,5145 г
Натрію хлориду	11,279 г
Магнію хлориду гексагідрату	0,2033 г
Глюкози моногідрату (глюкози безводної)	93,5 г (85,0 г)

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

Баланс 4,25% глюкози 1,75 ммоль/л кальцію
(balance 4.25% Glucose, 1.75 mmol/l Calcium)

1 літр лужного розчину лактату містить:

натрію (S)-лактату розчину 15,69 г
(натрію (S)-лактату 7,85 г)

Після змішування

1 літр нейтрального, готового до використання розчину містить:

Кальцію хлориду дигідрату	0,2573 г
Натрію хлориду	5,640 г
Натрію (S)-лактату розчину (натрію (S)-лактату)	7,85 г (3,925 г)
Магнію хлориду гексагідрату	0,1017 г
Глюкози моногідрату (глюкози безводної)	46,75 г (42,5 г)

Ca ²⁺	1,75 ммоль
Na ⁺	134 ммоль
Mg ²⁺	0,5 ммоль
Cl ⁻	101,5 ммоль
(S)-лактат	35 ммоль
Gluc.	235,8 ммоль

допоміжні речовини: вода для ін'єкцій, кислота хлористоводнева, натрію гідроксид, натрію гідрокарбонат.

Лікарська форма.

Розчин для перитонеального діалізу.

Основні фізико-хімічні властивості: двокамерний мішок, який містить прозорий розчин, з теоретичною осмолярністю 511 мОсм/л та pH ≈ 7,0.

UA

Фармакотерапевтична група.

Розчин для перитонеального діалізу, гіпертонічні розчини. Код АТХ B05D B.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Лікарський засіб «Баланс 4,25% глюкози 1,75 ммоль/л кальцію» є розчином електролітів, що містить глюкозу і лактатний буфер, призначений для інтраперитонеального застосування при лікуванні термінальної стадії ниркової недостатності різного генезу за допомогою постійного амбулаторного перитонеального діалізу (ПАПД).

Характерною для постійного амбулаторного перитонеального діалізу (ПАПД) є більш-менш постійна присутність зазвичай 2 літрів діалізного розчину в черевній порожнині, який замінюється свіжим розчином від 3 до 5 разів на добу.

Основним принципом будь-якого методу перитонеального діалізу є використання очеревини як напівпроникної мембрани, що дозволяє проводити обмін розчинених речовин і води між кров'ю і діалізним розчином шляхом дифузії і конвекції відповідно до їх фізико-хімічних властивостей.

Профіль електролітів розчину по суті схожий із профілем фізіологічної сироватки, хоча він був адаптований (наприклад, вміст калію) для застосування пацієнтам, які страждають на уремію, для проведення замісної терапії ниркової функції за допомогою обміну вмісту черевної порожнини і рідини. Речовини, що зазвичай виводяться із сечею, такі як сечовина, креатинін, неорганічні фосфати, сечова кислота, інші розчинені речовини і вода, виводяться з організму в діалізний розчин. Водний баланс можна підтримувати шляхом прийому розчинів з різною концентрацією глюкози, що впливають на виведення рідини (ультрафільтрацію).

Вторинний метаболічний ацидоз унаслідок термінальної стадії ниркової недостатності компенсується наявністю лактату в розчині для діалізу. Лактат повністю метаболізується до бікарбонату.

Фармакокінетика.

Уремічні продукти (наприклад сечовина, креатинін і сечова кислота), неорганічні фосфати і електроліти, такі як натрій, калій, кальцій і магній, видаляються з організму в діалізний розчин шляхом дифузії та/або конвекції.

Глюкоза діалізату використовується як осмотичний агент у розчині «Баланс 4,25% глюкози 1,75 ммоль/л кальцію». Вона повільно абсорбується, зменшуючи дифузійний градієнт між діалізним розчином і позаклітинною рідиною. Ультрафільтрація максимальна на початку часу експозиції і досягає максимуму приблизно через 2–3 години. Потім у процесі абсорбції починається прогресуюча втрата ультрафільтрату.

Через 4 години об'єм ультрафільтрату в середньому становить 100 мл для розчину 1,5% глюкози, 400 мл для розчину 2,3% глюкози та 800 мл для розчину 4,25% глюкози. Протягом шести годин діалізу поглинається від 60 до 80 % глюкози діалізату.

Лактат, що використовується як буферний агент, практично повністю поглинається через 6 годин затримки. У пацієнтів з нормальною функцією печінки швидкий метаболізм лактату підтверджується нормальними показниками проміжних метаболітів.

Перенесення кальцію залежить від концентрації глюкози в розчині для діалізу, об'єму діалізату, що зливається, та іонізованого кальцію в сироватці і концентрації кальцію в розчині для діалізу. Чим вище концентрація глюкози, об'єм діалізату, що зливається, і концентрація кальцію в сироватці і чим нижче концентрація кальцію в розчині для діалізу, тим більше виведення кальцію з організму пацієнта в діалізат.

Клінічні характеристики.

Показання.

Термінальна (декомпенсована) стадія хронічної ниркової недостатності різного походження, що підлягає лікуванню перитонеальним діалізом.

Протипоказання.

Для застосування цього розчину для перитонеального діалізу

«Баланс 4,25% глюкози 1,75 ммоль/л кальцію» не слід застосовувати пацієнтам з лактатацидозом, тяжкою гіпокаліємією, тяжкою гіперкаліємією, гіповолемією та артеріальною гіпотензією.

Загалом для застосування перитонеального діалізу

Перитонеальний діаліз не слід застосовувати у таких випадках:

- нещодавнє хірургічне втручання або травма черевної порожнини, наявність в анамнезі операцій на черевній порожнині з розвитком фіброзних спайок, тяжкі абдомінальні опіки, перфорація очеревини;
- велике запальне ураження шкіри черевної ділянки (дерматит);
- запальні захворювання кишечника (хвороба Крона, виразковий коліт, дивертикуліт);
- перитоніт;
- внутрішня або зовнішня абдомінальна фістула;
- пупкова, пахова або інша грижа черевної стінки;
- внутрішньочеревинні пухлини;
- ілеус;
- захворювання легень (зокрема пневмонія);
- сепсис;
- виражена гіперліпемія;
- окремі випадки уремії, яка не піддається лікуванню перитонеальним діалізом;
- хакексія і значна втрата маси тіла, особливо якщо не гарантується адекватне живлення білків з їжею;
- фізична або розумова нездатність пацієнта проходити лікування за допомогою перитонеального діалізу, виконуючи розпорядження лікаря.

У разі розвитку під час лікування за допомогою перитонеального діалізу будь-якого з вищезгаданих порушень лікар повинен прийняти рішення щодо подальшого лікування.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Застосування цього розчину для перитонеального діалізу може призвести до зниження ефективності інших лікарських засобів, оскільки вони можуть проникати в діалізат і разом з ним виводитися з організму. У такому випадку може потребуватися корекція їх дози.

Суттєве зниження рівня калію в сироватці може збільшити частоту побічних реакцій, пов'язаних з дигіталісом. Рівень калію необхідно контролювати особливо ретельно при супутньому лікуванні серцевими глікозидами (див. розділ «Особливості застосування»).

Застосування діуретиків може бути корисним для підтримки залишкового діурезу, але в той же час може призвести до порушення водно-електролітного балансу.

Для пацієнтів із цукровим діабетом необхідно скорегувати добову дозу інсуліну або пероральних гіпоглікемічних лікарських засобів з урахуванням підвищеного навантаження глюкозою.

Сумісний прийом з лікарськими засобами, що містять кальцій, або з вітаміном D може спричинити гіперкаліємію.

Лікарський засіб «Баланс 4,25% глюкози 1,75 ммоль/л кальцію» через ризик несумісності та забруднення препаратів можна змішувати лише з такими лікарськими засобами, як: гепарин 1000 ОД/л, інсулін 20 ОД/л, ванкоміцин 1000 мг/л, тейкопланін 400 мг/л, цефазолін 500 мг/л, цефтазидим 250 мг/л, гентаміцин 8 мг/л. Лікарські засоби необхідно додавати в стерильних умовах та лише за

призначенням лікаря. Після ретельного перемішування і перевірки на відсутність каламутності і сторонніх часток розчин для перитонеального діалізу потрібно використати негайно (не зберігати).

Особливості застосування.

Розчин для перитонеального діалізу не повинен застосовуватися внутрішньовенно.

Розчин «Баланс 4,25% глюкози 1,75 ммоль/л кальцію» можна застосовувати після ретельної оцінки ризику/користі у таких випадках:

- при гіперкаліємії, наприклад унаслідок введення кальцієвмісних фосфатів'язуючих препаратів та/або вітаміну D (необхідно розглянути можливість тимчасової або постійної заміни розчину для перитонеального діалізу на подібний із меншою концентрацією кальцію);
- при втраті електролітів внаслідок блювання та/або діареї (у такому разі може бути потрібна тимчасова заміна на розчин для перитонеального діалізу, який містить калій);
- якщо пацієнт отримує терапію серцевими глікозидами: обов'язковим є постійний контроль рівня сироваткового калію (див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»). У разі тяжкої гіпокаліємії може бути потрібним використання розчину для діалізу, що містить калій, та консультація з приводу дієти;
- при обширному полікістозі нирок.

Під час перитонеального діалізу відбувається втрата білків, амінокислот та водорозчинних вітамінів. Щоб запобігти їх дефіциту, необхідно забезпечити дотримання відповідної дієти або отримання харчових добавок.

Протягом довготривалого перитонеального діалізу транспортні властивості перитонеальної мембрани можуть змінитися, про що, перш за все, буде свідчити відсутність ультрафільтрації. У тяжких випадках перитонеальний діаліз необхідно припинити та розпочати гемодіаліз.

Слід постійно контролювати такі параметри:

- масу тіла для раннього виявлення гіпергідратації та дегідратації;
- сироваткові рівні натрію, калію, кальцію, магнію, фосфатів, кислотно-основний баланс, газів крові та білки крові;
- концентрацію креатиніну та сечовини;
- паратиреоїдний гормон та інші індикатори кісткового метаболізму;
- рівень цукру в крові;
- залишкову функцію нирок для адаптації перитонеального діалізу.

Необхідно відстежувати об'єм та прозорість розчину, який зливається. Помутніння рідини та/або абдомінальні болі свідчать про розвиток перитоніту.

Інкапсулюючий перитонеальний склероз вважається відомим рідкісним ускладненням терапії за допомогою перитонеального діалізу, що може нечасто призводити до летальних наслідків.

Пацієнти літнього віку

Перед призначенням перитонеального діалізу слід зважити на часті випадки грижі у пацієнтів літнього віку.

Вказівки щодо поводження з лікарським засобом

Готовий до використання розчин необхідно використати негайно, якщо це неможливо, тоді не пізніше ніж через 24 години після змішування.

Пластикову упаковку інколи може пошкодитися при транспортуванні або під час зберігання, що може призвести до контамінації зі зростанням кількості мікроорганізмів в розчині для діалізу. Тому всю упаковку потрібно ретельно перевірити на наявність пошкоджень перед підключенням мішка і використанням розчину для перитонеального діалізу. Необхідно звертати увагу на будь-які пошкодження, навіть незначні, конекторів, корпусу, швів або кутів мішка, щоб не допустити контамінації. Ніколи не використовуйте пошкоджені мішки або мішки з каламутним вмістом.

Розчин для перитонеального діалізу можна використовувати, лише якщо він прозорий, а контейнер не пошкоджений.

Зовнішню оболонку слід розкривати безпосередньо перед застосуванням. Не використовувати розчини з двох камер без змішування.

З метою зниження ризику інфікування при заміні діалізату необхідно підтримувати стерильні умови.

Доклінічні дослідження щодо токсичності розчину «Баланс 4,25% глюкози 1,75 ммоль/л кальцію» не проводились. Електроліти і глюкоза, які входять до складу лікарського засобу, є фізіологічними компонентами плазми крові людини. Тому не очікується токсичної дії у разі дотримання рекомендацій щодо показань, дозування та застосування з урахуванням протипоказань.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Вагітність

Дані щодо застосування розчинів «Баланс» вагітним жінкам обмежені. Даних, отриманих під час досліджень на тваринах, недостатньо. Розчин для перитонеального діалізу слід застосовувати вагітним лише після ретельного зіставлення можливої користі та потенційних ризиків для матері і дитини.

Годування груддю

Складові розчину «Баланс» виділяються у молоко людини. Проте у разі адекватної терапії жодних побічних ефектів у дитини не очікується. Слід розглянути необхідність тимчасового призупинення годування груддю, беручи до уваги користь для дитини від годування груддю та терапевтичну користь для матері.

Репродуктивна функція

Немає клінічних даних щодо впливу на репродуктивну функцію. Проте у разі терапевтичного використання не очікується якогось впливу на репродуктивну функцію.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. «Баланс 4,25% глюкози 1,75 ммоль/л кальцію» не має або має дуже незначний вплив на здатність керувати автотранспортом або управляти механізмами.

Спосіб застосування та дози.

Дозування

Цей розчин призначений винятково для інтраперитонеального застосування.

Метод лікування, частота обмінів і час затримки визначаються лікарем.

Постійний амбулаторний перитонеальний діаліз (ПАПД)

Дорослі

Якщо немає інших призначень, пацієнтові призначають 2000 мл розчину на один обмін чотири рази на добу. Після закінчення часу перебування розчину в черевній порожнині від 2 до 10 годин розчин дренують.

Дозу, об'єм розчину і кількість обмінів необхідно підбирати індивідуально для кожного пацієнта.

Якщо на початку перитонеального діалізу виникає біль, слід тимчасово зменшити об'єм розчину на обмін до 500–1500 мл.

Якщо у пацієнта надлишкова маса тіла, а також якщо втрачена залишкова функція нирок, потрібно збільшити об'єм розчину для діалізу. Для таких пацієнтів та пацієнтів, які добре витримують великі об'єми наповнення, об'єм розчину на обмін можна збільшити до 2500–3000 мл.

Діти

Для дітей об'єм розчину на обмін слід призначати залежно від віку та площі поверхні тіла (ППТ).

Застосування початкової дози розчину на обмін не повинно перевищувати 600–800 мл/м² ППТ з 4 (іноді 3 або 5) обмінів на добу. Об'єм може бути збільшено до 1000–1200 мл/м² ППТ залежно від толерантності, віку та залишкової ниркової функції.

Автоматичний перитонеальний діаліз (АПД)

Якщо для інтермітуючого або постійного циклічного перитонеального діалізу застосовується апарат (сліп•сейф циклер), то рекомендовано користуватися мішками більшого об'єму, що дозволяє проводити більш ніж один обмін розчину. Обміни розчину здійснюються відповідно до медичного призначення, збереженого у циклері.

Дорослі

Зазвичай пацієнти витрачають 8–10 годин на нічний цикл. Об'єми витримок становлять від 1500 до 3000 мл, а кількість циклів варіюється від 3 до 10 за ніч. Кількість використаної рідини зазвичай становить 10–18 л, проте може бути і від 6 до 30 л. Як правило, циклічну терапію вночі поєднують із 1 або 2 обмінами у денний час.

Діти

Об'єм розчину на обмін має становити 800–1000 мл/м² ППТ при 5–10 обмінах за ніч. Він може бути збільшений до 1400 мл/м² ППТ залежно від витривалості, віку та залишкової ниркової функції.

Спеціальні рекомендації щодо дозування для пацієнтів літнього віку відсутні.

Розчини для перитонеального діалізу з високою концентрацією глюкози (2,3% або 4,25%) застосовують, коли маса тіла вище бажаної сухої ваги. Виведення рідини з організму збільшується відповідно до концентрації глюкози в розчині для перитонеального діалізу. Ці розчини потрібно застосовувати з обережністю, щоб захистити перитонеальну мембрану, запобігти зневодненню та підтримувати глюкозне навантаження на щонайнижчому рівні.

Перитонеальний діаліз — це довготривала терапія, яка передбачає регулярне застосування окремих мішків з розчинами.

«Баланс 4,25% глюкози 1,75 ммоль/л кальцію» містить 42,5 г глюкози в 1000 мл розчину.

Метод та тривалість проведення процедури

Перед тим як проводити процедуру перитонеального діалізу вдома, пацієнт повинен пройти відповідне тренування, обов'язково попрактикуватися у техніці проведення та засвоїти її на відповідному рівні. Тренування має проводити кваліфікований персонал. Перед тим як виписувати пацієнта для проведення перитонеального діалізу у домашніх умовах, лікар повинен пересвідчитися, що пацієнт засвоїв прийоми проведення процедури. У разі будь-яких проблем або непорозумінь необхідно звертатися до лікаря.

Діаліз з використанням призначених доз слід проводити щоденно та продовжувати доти, доки замісна ниркова терапія вважається необхідною.

Постійний амбулаторний перитонеальний діаліз (ПАПД): сліп•сейф мішок

Мішок з розчином необхідно завчасно підігріти до температури тіла. Необхідна доза вводиться через перитонеальний катетер у черевну порожнину протягом 5–20 хвилин. Залежно від рекомендацій лікаря, доза розчину повинна знаходитися в черевній порожнині протягом 2–10 годин (час встановлення рівноваги), після чого її дренують.

Автоматичний перитонеальний діаліз (АПД): сліп•сейф мішок

Щоб розпочати процедуру лікування, необхідно вставити конектори сліп•сейф системи із призначеним розчином у вільні порти лотка циклера, потім вони автоматично з'єднуються зі сліп•сейф магістралями системи для циклера. Циклер перевіряє штрих-коди мішків з розчином і дає сигнал тривоги у разі невідповідності з призначенням лікаря, що зберігається в пам'яті циклера. Після цієї перевірки магістраль системи необхідно з'єднати з подовжувачем катетера пацієнта, і процедуру розпочато. Циклер автоматично нагріває сліп•сейф розчин до температури тіла протягом всього часу його вливання в черевну порожнину. Час витримки і

вибір концентрації глюкози визначається відповідно до медичних призначень, збережених у пам'яті циклера (подробити дивись в інструкції із застосування сліп•сейф циклера).

Залежно від необхідного осмотичного тиску «Баланс 4,25% глюкози 1,75 ммоль/л кальцію» можна використовувати послідовно з іншими розчинами для перитонеального діалізу з нижчим вмістом глюкози (тобто з нижчою осмолярністю).

Тільки для одноразового використання. Невикористані залишки розчину слід утилізувати. Немає ніяких спеціальних вимог до утилізації препарату.

Система стей•сейф для постійного амбулаторного перитонеального діалізу (ПАПД)

Мішок з розчином завчасно нагрівають до температури тіла. Для мішків об'ємом до 3000 мл це необхідно зробити з використанням відповідного нагрівача. Час нагрівання мішка об'ємом 2000 мл з початковою температурою 22 °C становить приблизно 120 хвилин. Автоматичний температурний контроль встановлено на 39 °C ± 1 °C. Більш детальну інформацію можна отримати в інструкції із застосування нагрівача. Уникайте використання мікрохвильової печі для запобігання локальному перегріву.

1. Підготовка розчину.

Перевірити зовнішній вигляд розігрітого мішка з розчином (етикетка, термін придатності, прозорість розчину, відсутність пошкоджень мішка, плівки і цілісність з'єднувального шва). Розташувати мішок на твердій поверхні. Відкрити зовнішній захисний мішок і упаковку дезінфекційного ковпачка. Вимити руки з використанням антимікробного мийного засобу. Скрутити мішок, який лежить на фользі зовнішньої упаковки, за один з бокових кутів, поки не відкриється серединний шов. Після чого розчини з двох камер змішуються автоматично. Потім скрутити мішок з верхнього краю камери, що містить готовий розчин, поки не відкриється повністю шов, який утворює нижній трикутник. Переконавшись, що всі шви повністю відкриті. Пересвідчитися, що розчин прозорий, а мішок не протікає.

2. Підготовка заміни мішка.

Закріпити мішок у верхньому кільці на інфузійній стійці, розкрутити магістраль мішка з розчином і помістити DISC в органайзер. Потім розкрутити магістраль дренажного мішка, закріпити дренажний мішок у нижньому кільці на інфузійній стійці. Помістити конектор катетера в один з двох отворів органайзера. Помістити новий дезінфекційний ковпачок в інший вільний отвір органайзера. Продезінфікувати руки і після цього зняти захисний ковпачок з диска DISC. Приєднати конектор катетера до диска DISC.

3. Злив.

Відкрити затискач подовжувача катетера.

Процедура зливу розпочалася. В позиції перемикача «●»

4. Промивання.

Після завершення процедури зливу, промити магістраль шляхом зливу невеликої кількості свіжого розчину у дренажний мішок (приблизно протягом 5 секунд). В позиції перемикача «●●»

5. Залив.

Процедура заливу починається після установки контрольного перемикача в позицію «○●●»

6. Запобіжні дії.

Закрити подовжувач катетера шляхом введення PIN в конектор катетера. В позиції перемикача «●●●●»

7. Роз'єднання.

Зняти захисну кришку з нового дезінфекційного ковпачка і нагвинтити її на старий ковпачок. Від'єднати конектор катетера від диска DISC, потім нагвинтити конектор катетера на новий дезінфекційний ковпачок.

UA

8. Закриття диска DISC.

Закрити диск DISC відкритим кінцем раніше використаної захисної кришки, яка залишилась у правому отворі органайзера.

9. Перевірка відпрацьованого діалізату щодо його прозорості та ваги. Якщо злитий розчин прозорий, його необхідно утилізувати.

Система *сліп•сейф* для автоматичного перитонеального діалізу (АПД)

(з питань налаштування системи *сліп•сейф* дивіться її інструкцію із застосування):

3000 мл система *сліп•сейф*:

1. Підготовка розчину: див. систему *стей•сейф*.
2. Розгорнути магістраль мішка.
3. Зняти захисний ковпачок.
4. Вставити конектор мішка у вільний порт лотка *сліп•сейф* циклера.
5. Мішок готовий до використання із системою *сліп•сейф*.

5000 мл система *сліп•сейф*:

1. Підготовка розчину.
Перевірити зовнішній вигляд мішка з розчином (етикетка, термін придатності, прозорість розчину, відсутність пошкоджень мішка, плівки і цілісність з'єднувального шва). Розташувати мішок на твердій поверхні. Відкрити зовнішню обгортку мішка. Вимити руки з використанням антимікробного мийного засобу. Розгорнути серединний шов та конектор мішка. Скрутити мішок, який лежить на обгортці, починаючи з кінця, протилежного конектору, що розташований по діагоналі, доки не відкриється серединний шов. Продовжувати скручування, доки не відкриється шов на малій камері. Переконавшись, що всі шви повністю відкриті. Пересвідчитися, що розчин прозорий, а мішок не протікає.
2. Розгорнути магістраль мішка.
3. Зняти захисний ковпачок.
4. Вставити конектор мішка у вільний порт лотка *сліп•сейф* циклера.
5. Мішок готовий до використання із системою *сліп•сейф*.

Передозування.

Не повідомлялося про жодні надзвичайні ситуації у зв'язку з передозуванням.

Надлишкова кількість розчину для діалізу, що вводиться у черевну порожнину, легко дренується в дренажний мішок. Проте, якщо обмін мішків проводився дуже часто, можуть розвинути стани дегідратації та/або порушення електролітного балансу, які потребують невідкладного медичного втручання. Якщо обмін було пропущено, тоді необхідно звернутися до лікаря або у відповідний центр діалізу.

Неправильне дозування може призвести до гіпер- або дегідратації і порушень електролітного балансу. Найбільш імовірним наслідком передозування є дегідратація.

Недостатня доза, переривання або припинення лікування можуть призвести до небезпечної для життя гіпергідратації з периферичними набряками і декомпенсацією серцевої діяльності та/або інших симптомів уремії, які можуть загрожувати життю.

Необхідно діяти відповідно до загальноприйнятих стандартів надання екстреної допомоги і інтенсивної терапії. Пацієнтові може негайно знадобитися гемодіаліз.

Побічні реакції.

Лікарський засіб «Баланс 4,25% глюкози 1,75 ммоль/л кальцію» є розчином електролітів, склад якого аналогічний крові. Крім того, розчин має нейтральний рН, який аналогічний фізіологічному значенню рН.

Можливі побічні реакції можуть бути наслідком безпосередньо перитонеального діалізу як методу або можуть бути спричинені цим специфічним розчином.

Частоту побічних реакцій визначено таким чином:

дуже часто	(≥ 1/10)
часто	(≥ 1/100 до < 1/10)
нечасто	(≥ 1/1000 до < 1/100)
рідко	(≥ 1/10000 до < 1/1000)
дуже рідко	(< 1/10000)
невідомо	(не може бути оцінено на підставі наявних даних).

Потенційні побічні реакції, пов'язані з розчином для перитонеального діалізу

З боку метаболізму та живлення: часто — підвищений вміст цукру в крові, гіперліпідемія, збільшення маси тіла через тривале захоплення глюкози з розчину для перитонеального діалізу.

З боку серцево-судинної системи: нечасто — тахікардія, артеріальна гіпотензія/гіпертензія.

З боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння: нечасто — диспное.

З боку нирок та сечовидільної системи: дуже часто — порушення електролітного балансу, наприклад гіпокаліємія; часто — гіперкальціємія у поєднанні з підвищеною абсорбцією кальцію, наприклад при введенні кальцієвмісних фосфатів зв'язуючих препаратів.

Загальні порушення: нечасто — запаморочення, набряки, порушення водного балансу, на що вказує швидка втрата (дегідратація) або збільшення (гіпергідратація) маси тіла. Сильне зневоднення може виникнути при використанні розчинів з високою концентрацією глюкози.

Потенційні побічні реакції методу лікування Інфекції та інвазії: дуже часто — перитоніт, показником якого є помутніння діалізату, що зливається (пізніше можуть розвинути абдомінальні болі, жар та загальна слабкість або, у дуже рідких випадках, сепсис. Пацієнт повинен негайно звернутися за медичною допомогою. Мішок зі злитим мутним діалізатом необхідно закупорити стерильним ковпачком, а його вміст надати для дослідження щодо мікробіологічного зараження та рівня лейкоцитів у крові); запалення шкіри у місці виходу катетера і запалення уздовж катетерного тунелю (при запаленнях у місці виходу катетера та запаленнях тунелю потрібно якомога швидше звернутися до лікаря); дуже рідко — сепсис.

З боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння: часто — біль у плечовому суглобі; невідомо — диспное, спричинене підйомом діафрагми.

З боку травного тракту: дуже часто — грижі; часто — здуття живота і відчуття наповнення; нечасто — діарея, запор; невідомо — інкапсулюючий перитонеальний склероз.

Загальні порушення і реакції у місці введення/виходу катетера: дуже часто — почервоніння, набряк, виділення, струпи і біль в місці виходу катетера; часто — порушення, пов'язані із процедурою вливання та зливання розчину для діалізу; невідомо — загальна слабкість.

Повідомлення про підозрювані побічні реакції

Повідомлення про побічні реакції після реєстрації лікарського засобу має важливе значення. Це дає змогу проводити моніторинг співвідношення користь/ризик при застосуванні цього лікарського засобу. Медичним та фармацевтичним працівникам, а також пацієнтам або їх законним представникам слід повідомляти про усі випадки підозрюваних побічних реакцій та відсутності ефективності лікарського засобу через Автоматизовану інформаційну систему з фармаконагляду за посиланням: <https://aisf.dec.gov.ua>.

Термін придатності.

Препарат в оригінальній упаковці для продажу — 2 роки.

Готовий для застосування розчин без додавання інших лікарських препаратів: хімічна та фізична стабільність після відкриття упаковки зберігається протягом 24 годин при температурі 20 °C.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не нижче 4 °C.

Несумісність.

Лікарський засіб слід застосовувати лише за призначенням лікаря, щоб уникнути ризиків несумісності та забруднення.

Лікарський засіб не можна змішувати з іншими лікарськими засобами, окрім тих, що зазначені в розділі «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій».

Упаковка.

По 2000 мл або 2500 мл у системі двокамерного мішка *стей•сейф*; по 4 мішки у картонній коробці зі стикером українською мовою або з маркуванням українською та іншими мовами;

по 3000 мл у системі двокамерного мішка *сліп•сейф*; по 4 мішки у картонній коробці зі стикером українською мовою або з маркуванням українською та іншими мовами;

по 5000 мл у системі двокамерного мішка *сліп•сейф*; по 2 мішки у картонній коробці зі стикером українською мовою або з маркуванням українською та іншими мовами.

Категорія відпуску.

За рецептом.

Виробник.

Фрезеніус Медикал Кер Дойчланд ГмбХ / Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.

Франкфуртер штрассе 6-8, 66606 Ст. Вендель, Німеччина / Frankfurter Strasse 6-8, 66606 St. Wendel, Germany

Заявник.

Фрезеніус Медикал Кер Дойчланд ГмбХ / Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Місцезнаходження заявника.

Ельзе-Крюнер-штр. 1, 61352 Бад Хомбург в.д.Х., Німеччина / Else-Kroener-Str. 1, 61352 Bad Homburg v.d.H., Germany

Дата останнього перегляду: 29.12.2022

balance

4.25 % glucose

1.75 mmol/l calcium

What is in this leaflet

1. What *balance* is and what it is used for
2. What you need to know before you use *balance*
3. How to use *balance*
4. Possible side effects
5. How to store *balance*
6. Contents of the pack and other information

1. What *balance* is and what it is used for

balance is used for cleaning the blood via the peritoneum in patients with end-stage chronic kidney failure. This type of blood cleaning is called peritoneal dialysis.

2. What you need to know before you use *balance*

Do not use *balance* 4.25% glucose, 1.75 mmol/l calcium

- if the level of **potassium in your blood is very low**
- if the level of **calcium in your blood is very high**
- if the **volume of your body fluids is too low**
- if you have **low blood pressure**
- if you have a **disorder of metabolism known as lactic acidosis**

Peritoneal dialysis treatment must not be started if you have

- **alterations in the abdominal region** such as
 - injuries or after surgery
 - burns
 - large inflammatory skin reactions
 - inflammation of the peritoneum
 - non-healing weeping wounds
 - umbilical, inguinal or diaphragmatic hernias
 - tumours in the abdomen or bowel
- inflammatory bowel diseases
- intestinal obstruction
- lung diseases, particularly pneumonia
- blood poisoning caused by bacteria
- extremely high levels of fat in the blood
- poisoning due to urine products in the blood which cannot be treated by blood cleaning
- severe malnutrition and loss of weight, particularly if adequate intake of food containing proteins is not possible

Warnings and precautions

Inform your doctor immediately

- if you have a **severe loss of electrolytes (salts)** due to vomiting and/or diarrhoea
- if you have **abnormal kidneys** (polycystic kidneys)
- if you have an **inflammation of the peritoneum**, recognisable by a cloudy dialysate and/or abdominal pain. Please show the bag containing the drained dialysate to your doctor.
- if you have **severe abdominal pain, abdominal distension or vomiting**. This can be a sign of encapsulating peritoneal sclerosis, a complication of the peritoneal dialysis therapy that can be fatal.

Package leaflet: Information for the user

balance 4.25% glucose, 1.75 mmol/l calcium, solution for peritoneal dialysis

Read all of this leaflet carefully before you start using this medicine because it contains important information for you.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any further questions, ask your doctor, pharmacist or nurse.
- This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their signs of illness are the same as yours.
- If you get any side effects, talk to your doctor, pharmacist or nurse. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. See section 4.

Peritoneal dialysis can lead to a **loss of proteins** and **water-soluble vitamins**. An adequate diet or nutritional supplements are recommended in order to avoid deficiency states.

Your doctor will check your electrolyte (salt) balance, kidney function, body weight and nutritional state.

Due to the high glucose concentration *balance* 4.25% glucose, 1.75 mmol/l calcium should be used cautiously and under monitoring by your doctor.

Other medicines and *balance*

Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other medicines.

Because peritoneal dialysis may influence the effects of medicines, your doctor may need to change their dosages, especially those of

- **medicines for heart failure**, such as digoxin. Your doctor will check the level of potassium in your blood and, if necessary, will take appropriate measures.
- **medicines that influence calcium levels** such as those containing calcium or vitamin D.
- **medicines that increase the excretion of urine** such as diuretics.
- **medicines taken by mouth that lower blood sugar levels** or insulin. Your blood sugar level should be measured regularly. Diabetic patients may need to adjust the daily dose of insulin.

Pregnancy and breast-feeding

If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor for advice before taking this medicine. There are no adequate data from the use of *balance* in pregnant women or during lactation period. If you are pregnant or breast-feeding you should use *balance* **only if your doctor considers this absolutely necessary**.

Driving and using machines

balance has no or negligible influence on the ability to drive and use machines.

3. How to use *balance*

Always use this medicine exactly as your doctor or pharmacist has told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

Your doctor will determine the method, duration and frequency of use and the required volume of solution and dwell time in the peritoneal cavity.

If tension in the abdominal region occurs your doctor may reduce the volume.

Continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD):

- **Adults:** The usual dose is 2000–3000 ml solution four times daily depending on body weight and kidney function. After 2-10 hours dwell time the solution is drained off.
- **Children:** The doctor will determine the volume of dialysis solution required depending on the tolerance, age and body surface area of the child. The recommended initial dose is 600-800 ml/m² (up to 1000 ml/m² overnight) body surface area four times daily.

Automated peritoneal dialysis (APD):

For this, the *sleep•safe* or the Safe•Lock system is used. Bag exchange is controlled automatically by the cyclor over night.

- **Adults:** The usual prescription is 2000 ml (maximum 3000 ml) per exchange with 3-10 exchanges overnight and time on the cyclor 8 to 10 hours, and at daytime one or two exchanges.
- **Children:** The volume per exchange should be 800-1000 ml/m² (up to 1400 ml/m²) body surface area with 5-10 exchanges overnight.

Use *balance* in the **peritoneal cavity only**.

Use *balance* only if the solution is clear and the bag is undamaged.

balance is available in a double-chamber bag. Before use the solutions in the two chambers must be mixed as described.

Handling instructions

***stay•safe* system for continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD):**

The solution bag is first warmed to body temperature. This should be done by using an appropriate bag warmer. The heating time depends on the bag volume and the used bag warmer (for a 2000 ml bag with a starting temperature of 22 °C usually 120 min.). More detailed information can be obtained from the operating instructions of the bag warmer. A microwave oven must not be used to warm the solution due to the risk of local overheating. After warming the solution you can start with the exchange of the bags.

1. Preparation of the solution

◆ Check the warmed solution bag (label, expiry date, clearness of the solution, bag and overwrap not damaged, peel seams intact). ◆ Place the bag on a solid surface. ◆ Open the overwrap of the bag and the packaging of the disinfection cap. ◆ Wash your hands with an antimicrobial washing lotion. ◆ Roll up the bag, which is lying on the overwrap, from one of the side edges until the middle seam opens. The solutions in the two chambers are mixed automatically. ◆ Now roll up the bag from the upper edge until the peel seam of the lower triangle is completely open. ◆ Check that all peel seams are completely open. ◆ Check that the solution is clear and that the bag is not leaking.

RC(en)
MAL

2. Preparation of the bag exchange

► Hang the solution bag in the upper hole of the infusion pole, unroll the tubing line of the solution bag, and place the DISC into the organizer. After unrolling the tubing line to the drainage bag, hang the drainage bag in the lower hole of the infusion pole. ► Place catheter connector into one of the two inserts of the organizer. ► Place the new disinfection cap into the other free insert. ► Disinfect your hands and remove the protection cap of the DISC. ► Connect catheter connector to the DISC.

3. Outflow

► Open the clamp on the extension. The outflow starts. ► Position ●

4. Flush

► After completion of outflow flush fresh solution into the drainage bag (approx. 5 seconds). ► Position ●●

5. Inflow

► Start inflow by turning the control switch to ► Position ○●●

6. Safety step

► Close the catheter extension by introducing the PIN into the catheter connector. ► Position ●●●●

7. Disconnection

► Remove protection cap from the new disinfection cap and screw it onto the old one. ► Screw the catheter connector off the DISC and screw the catheter connector to the new disinfection cap.

8. Closure of the DISC

► Close the DISC with the open end of the used disinfection cap, which has remained in the right hole of the organizer.

9. Check the drained dialysate for clarity and weight and if the effluent is clear **discard it**.

sleep•safe system for automated peritoneal dialysis (APD):

During automated peritoneal dialysis (APD) the solution is warmed automatically by the cyclor.

3000 ml sleep•safe system

1. Preparation of the solution: see *stay•safe* system
2. Unroll tubing of bag.
3. Remove the protection cap.
4. Insert bag connector in free tray port of the *sleep•safe* cyclor.
5. The bag is now ready for use with the *sleep•safe* set.

5000 and 6000 ml sleep•safe system

1. Preparation of the solution

► Check the solution bag (label, expiry date, clearness of the solution, bag, and overwrap not damaged, peel seams intact). ► Place the bag on a solid surface. ► Open the overwrap of the bag. ► Wash your hands with an antimicrobial washing lotion. ► Unfold middle peel seam and bag connector. ► Roll up the bag, which is lying on the overwrap, from the diagonal end towards the bag connector. The middle peel seam will open. ► Continue until the peel seam of the small chamber opens as well. ► Check that all peel seams are completely open. ► Check that the solution is clear and that the bag is not leaking.

2.–5.: see 3000 ml *sleep•safe* system

Safe•Lock system for automated peritoneal dialysis (APD):

During automated peritoneal dialysis (APD) the solution is warmed automatically by the cyclor.

1. Preparation of the solution: see 5000 and 6000 ml *sleep•safe* system
2. Remove protective cap of the connector from the connecting line.
3. Connect lines to the bag.
4. Break the inner lock by bending the line and the PIN by more than 90° to both sides.

5. The bag is now ready for use.

Each bag should be used only once and any unused solution remaining must be discarded.

After appropriate training, *balance* can be used independently at home. For this, it is to be ensured that all steps learnt during training as well as hygienic conditions are strictly observed when exchanging bags.

Always check the drained dialysate for cloudiness. See section 2.

If you use more *balance* than you should

If you allow too much solution to flow into the peritoneal cavity, the excess can be drained off. If you use too many bags please contact your doctor as this can result in fluid and/or electrolyte imbalances.

If you forget to use *balance*

Try to attain the volume of dialysate prescribed for each 24-hour period in order to avoid the risk of possibly life-threatening consequences. You should check with your doctor if you are not sure.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor, pharmacist or nurse.

4. Possible side effects

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.

The following side effects may occur as a result of the peritoneal dialysis treatment in general:

very common (may affect more than 1 in 10 people):

- inflammation of the peritoneum with signs of cloudiness of the drained dialysate, abdominal pain, fever, feeling unwell or in very rare cases blood poisoning. Please show the bag containing the drained dialysate to your doctor.
- inflammation of the skin at the catheter exit site or along the length of the catheter, recognisable by redness, swelling, pain, weeping or crusts.
- hernia of the abdominal wall.

Please contact your doctor immediately if you notice any of these side effects.

Other side effects of the treatment are:

common (may affect up to 1 in 10 people):

- problems with inflow or outflow of the dialysate
- sensation of stretching or fullness of the abdomen
- shoulder pain

uncommon (may affect up to 1 in 100 people):

- diarrhoea
- constipation

very rare (may affect up to 1 in 10000 people):

- blood poisoning

not known (frequency cannot be estimated from available data):

- breathing difficulties
- feeling unwell
- encapsulating peritoneal sclerosis, possible symptoms may be abdominal pain, abdominal distension or vomiting

The following side effect may occur when *balance* is used:

very common (may affect more than 1 in 10 people):

- potassium deficiency

common (may affect up to 1 in 10 people):

- calcium excess if the calcium intake is too high
- high blood sugar levels
- high blood fat levels
- weight gain

uncommon (may affect up to 1 in 100 people):

- body fluid levels too low, which can be recognised by rapid weight loss, low blood pressure, rapid pulse
- body fluid levels too high, which can be recognised by water in the tissues and lung, high blood pressure, breathing difficulties
- dizziness

Reporting of side effects

If you get any side effects, talk to your doctor, pharmacist or nurse. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. You can also report side effects directly via: see national health authority

By reporting side effects you can help provide more information on the safety of this medicine.

5. How to store *balance*

Keep this medicine out of the sight and reach of children.

Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the bag and carton after "EXP". The expiry date refers to the last day of that month.

Do not store *balance* below 4 °C.

The ready-to-use solution should be used immediately, but within a maximum of 24 hours after mixing.

6. Contents of the pack and other information

What *balance* contains

The **active substances** in 1 litre of the ready-to-use solution are:

Calcium chloride dihydrate	0.2573 g
Sodium chloride	5.640 g
Sodium (S)-lactate solution (3.925 g sodium (S)-lactate)	7.85 g
Magnesium chloride hexahydrate	0.1017 g
Glucose monohydrate (42.5 g anhydrous glucose)	46.75 g

These quantities of active substances are equivalent to:

1.75 mmol/l calcium, 134 mmol/l sodium, 0.5 mmol/l magnesium, 101.5 mmol/l chloride, 35 mmol/l lactate and 235.8 mmol/l glucose.

The other ingredients are water for injections, hydrochloric acid, sodium hydroxide and sodium hydrogen carbonate.

What *balance* looks like and contents of the pack

The solution is clear and colourless.

The theoretical osmolality of the ready-to-use solution is 511 mOsm/l, the pH is about 7.0.

balance is available in a double-chamber bag. One chamber contains the alkaline sodium lactate solution and the other the acidic glucose-based electrolyte solution.

balance is available in the following application systems and pack sizes per carton:

<i>stay•safe</i>	<i>sleep•safe</i>	<i>Safe•Lock</i>
4 × 2000 ml	4 × 3000 ml	2 × 5000 ml
4 × 2500 ml	2 × 5000 ml	2 × 6000 ml
4 × 3000 ml	2 × 6000 ml	

Not all pack sizes may be marketed. Only application systems and pack sizes which are authorised in your country can be obtained.

Product Registration Holder

For MAL:

Product License Holder/ Importer/ Distributor:
Fresenius Medical Care Malaysia Sdn. Bhd.,
Second Floor, Axis Technology Centre,
Lot 13, Jalan 51A/225,
46100 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

For RC:

Fresenius Medical Care Taiwan Co., Ltd.
7F, No. 58, Ruihu St., Neihu Dist.,
Taipei City 11494

Manufacturer

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH,
Frankfurter Straße 6–8, 66606 St. Wendel, Germany

This leaflet was last revised in 08/2023

balance

4.25 % glucose

1.75 mmol/l calcium

本說明書內容包括：

1. 何謂 *balance* 及其用途
2. 您使用 *balance* 前的須知事項
3. 如何使用 *balance*
4. 可能的副作用
5. 如何儲存 *balance*
6. 包裝詳情與其他資訊

1. 何謂 *balance* 及其用途

balance 是藉由末期腎衰竭病人之腹膜進行血液的清滌。這個血液清滌的型態謂之「腹膜透析」。

2. 您使用 *balance* 前的須知事項

如果有以下情況者，切勿使用 *balance* 4.25% glucose, 1.75 mmol/l calcium

- 血液中的鉀含量非常低
- 血液中的鈣含量非常高
- 體液含量過低
- 低血壓
- 乳酸代謝異常

如有以下情況者，切勿進行腹膜透析治療

- 在腹部範圍有變化者，如
 - 腹部受傷或術後
 - 嚴重燒傷
 - 大面積的皮膚發炎反應
 - 腹腔內部發炎
 - 尚未癒合、濕的傷口
 - 臍疝氣、腹股溝或橫膈膜疝氣
 - 腹部或腸內的腫瘤
- 發炎性腸道疾病
- 腸道阻塞
- 肺部疾病，特別是肺炎
- 因細菌引起的血液中毒
- 血中脂肪濃度極高
- 因血液中尿素素所造成的中毒且無法藉由腹膜透析治療
- 嚴重營養不良及體重下降，特別是如果不能適當攝取含蛋白質的食物時

警告與注意事項

發生以下事項，請即刻通知您的醫生

- 因嘔吐及/或腹瀉導致嚴重的電解質(鹽)流失
- 如果你有不安的腎臟(多囊腎)
- 如果你有腹膜的炎症，如察覺有透析液混濁、腹痛。請將含排出液的藥水袋展示給您的醫師看。
- 如果您有嚴重的腹痛，腹脹或嘔吐。這可能是包裹性腹膜硬化的徵兆，腹膜透析療法可能致命的併發症。

血液透析時會導致蛋白質及水溶性維生素的流失。適當的飲食或營養補充品的攝取，以預防營養不良的情形發生。

您的醫師將會定期檢查你的電解質(鹽)平衡、腎功能、體重及營養狀況。

包裝說明書： 使用者訊息

"費森尤斯"均衡腹膜透析液4.25%葡萄糖，1.75 mmol/L 鈣
balance 4.25% glucose, 1.75 mmol/l calcium, solution for peritoneal dialysis
衛署藥輸字第023906號
本藥限由醫師使用

使用本藥品前，請仔細閱讀本說明書，因為這些資訊對您很重要。

- 請保存此說明書。您可能需要再次閱讀本說明書。
- 如果有任何進一步使用上的問題，請詢問您的醫生、藥師或護理師。
- 本藥品只可做為您的處方用藥。切勿供他人使用。即使他們的病徵跟您相同，本藥品仍有可能對其造成傷害。
- 如果您有任何副作用，包括未列入本說明書的其它可能副作用。請通知您的醫生、藥師或護理師。詳情請見第4段。

由於 *balance* 4.25% glucose, 1.75 mmol/l calcium 有高濃度的葡萄糖，應謹慎使用，並由醫生監測。

其他藥物與 *balance*

如果您正在使用、最近曾經使用或可能要使用其他藥物，請告知您的醫生或藥師。

由於腹膜透析可能會影響藥物的效力，您的醫生也許須變更藥物劑量，尤其是：

- 心臟衰竭藥物，像是毛地黃素(digoxin)。如有需要，您的醫生會檢查你的血鉀，也將會進行適當的檢測。
- 影響鈣含量的藥物，如含鈣或維生素D的藥物
- 會增加尿液排出的藥物，如：利尿劑。
- 口服的降血糖藥物或胰島素。您必須定期測量血糖。糖尿病病人可能需要調整胰島素的日劑量。

懷孕及哺餵母乳

如果您正懷孕或哺餵母乳，認為您可能已懷孕或正計畫懷孕，使用此藥前請先徵詢您的醫師的建議。並無 *balance* 用於孕婦或哺乳婦的適當資料。如果您正懷孕或餵哺母乳，您不應使用 *balance*，除非您的醫師認為有絕對必要。

駕駛及操作機械

使用 *balance* 不會影響您駕駛或操作機械的能力。

3. 如何使用 *balance*

務必遵照醫生或藥師之指示使用此藥。若有任何疑問，請詢問您的醫生或藥師。

您的醫生將決定使用的方式、持續時間及頻率，以及腹腔內所須的藥水容量及停留時間。

如發生腹脹不適，您的醫師可能會減少用量。

連續可活動性腹膜透析 (CAPD)：

- 成人：根據體重及腎功能狀況，一般建議劑量為每次2000 - 3000 ml溶液，每日四次。停留2-10小時後，排出溶液。
- 兒童：醫生將視兒童的耐受度、年齡、體表面積，決定所需的透析液劑量。建議起始劑量為：依據體表面積給予600-800 ml/m² (夜間提高至1000 ml/m²)、每天四次。

自動腹膜透析 (APD)：

為此，會使用 *sleep•safe* 或 *Safe•Lock* 系統。於夜間利用機器自動控制透析藥水袋的更換。

- 成人：常用處方是每次更換2000 ml (最多是3000 ml)，夜間3-10次更換，循環時間8-10小時，日間1-2次更換。
- 兒童：依據體表面積，每次更換體積800-1000 ml/m² (最多至1400 ml/m²)，夜間5-10次更換。

balance 限於腹膜腔內使用。

balance 限於在透析藥水清澈、藥水袋無破損情況下使用。

balance 是以雙腔室藥水袋呈現。在使用前須依指示將雙腔室藥水袋內的藥水混合。

操作指南

適用於連續可活動性腹膜透析 (CAPD) 的 *stay•safe* 系統：

首先將透析藥水袋加溫至體溫的溫度。應使用適當的藥水袋加溫器。加熱時間取決於藥水袋體積和所使用的藥水袋加熱器 (以一袋2000毫升的藥水袋為例，從22°C 開始加溫，約需120分鐘的時間達體溫溫度)。可於藥水袋加溫器的使用指南獲得更多詳細資料。切勿使用微波爐加溫透析藥水，因為會有局部過熱的風險。在透析藥水加溫後，您便可以開始藥水袋的更換。

1. 透析藥水袋的準備

◆ 檢查已加溫的透析藥水袋 (標籤、有效期限、藥水的清澈度、藥水袋及包裝無破損、接縫的完整性)。◆ 將藥水袋放置在硬的桌面上。◆ 打開透析藥水袋及新的消毒帽蓋外包裝。◆ 以抗菌洗潔液清洗雙手。◆ 捲起躺在外包裝袋上的藥水袋一側邊緣，直至中間的接縫打開。此時，二個腔室的藥水即自動混合。◆ 這時，再捲起藥水袋上端邊緣直至下端三角形的接縫完全打開。◆ 檢查所有的接縫完全打開。◆ 檢查藥水的清澈以及藥水袋有無破損。

2. 透析藥水袋的交換

◆ 把藥水袋吊掛在點滴架上，解開在藥水袋端盤繞的輸液管，把DISC放入固定器內。之後，再解開到引流袋的盤繞的輸液管，將引流袋掛在點滴架下方的掛勾。◆ 將腹膜透析導管延長置入固定器的兩個插孔之一。◆ 將新的消毒帽置入另一個插孔。◆ 消毒你的雙手後，將DISC的保護帽移除。◆ 將腹膜透析導管延長管接頭銜接到DISC。

RC(zh)

3. 引流

◆ 打開導管延長管上的管夾。開始引流。◆ 定位在“●”的位置。

4. 沖洗

◆ 在完成引流後，新鮮透析液沖洗至引流袋(約5秒)。◆ 定位在“●●”的位置。

5. 注入

◆ 開始注入◆ 定位到“○●●”的位置。

6. 安全步驟

◆ 藉由PIN射出到導管延長管接頭而封閉了導管延長管。◆ 定位在“●●●●”的位置。

7. 分離

◆ 取下新消毒帽蓋上的保護蓋將其扭鎖在舊的消毒帽蓋上。◆ 從DISC上取下導管延長管接頭並將管接頭扭鎖入新消毒帽蓋。

8. 關閉DISC

◆ 用用過的消毒帽保護蓋(仍置於固定器的正確孔)的開口端關閉 DISC。

9. 檢查引流排出液的清澈度以及秤重，如果排出液是清澈的便可將其棄置處理。

適用於自動腹膜透析 (APD)的sleep•safe系統：

在自動腹膜透析過程中，透析液是在機器內自動加熱。

3000 ml sleep•safe 系統

1. 透析藥水的準備：請見stay•safe 系統。
2. 解開藥水袋盤繞的輸液管。
3. 移除保護帽蓋。
4. 將藥水袋街頭放置入自動腹膜透析機的藥水接頭平匣中。
5. 藥水袋現已安置妥當等候和sleep•safe管組銜接使用。

5000和6000 ml sleep•safe系統

1. 透析藥水的準備

◆ 檢查透析藥水袋(標籤、有效期限、藥水的清澈度、藥水袋及包裝無破損、接縫的完整性)。◆ 將藥水袋放置在硬的桌面上。◆ 打開透析藥水袋外包裝。◆ 以抗菌洗潔液清洗雙手。◆ 展開藥水袋中間接縫及藥水袋接頭。◆ 捲起躺在外包裝袋上的藥水袋，從對角邊緣向藥水袋接頭，中間的接縫會打開。◆ 繼續直到小腔室的接縫也打開。◆ 檢查所有接縫完全打開。◆ 檢查藥水的清澈以及藥水袋有無破損。

2. - 5: 請見3000 ml sleep•safe系統

適用於自動腹膜透析 (APD)的Safe•Lock系統：
在自動腹膜透析過程中，透析液是在機器內自動加熱。

1. 透析藥水的準備：請見5000和6000 ml sleep•safe系統
2. 移除連接管路接頭上的保護帽蓋。
3. 將連接管路接頭銜接到藥水袋上。
4. 將管子以及管子內的PIN以大於90度角的方式左右彎曲以折斷管子內的塞子。
5. 藥水已準備好等候使用。

每袋藥水僅可使用一次，使用不完的藥水必須丟棄。

經過適當的訓練後，可獨自在家使用balance。您必須確定遵循所有訓練期間所學習到的操作步驟，並在更換藥水袋時保持清潔與衛生。隨時檢查排出透析液是否有混濁。參見第2章。

如果您使用超過你應該使用的balance時

如果您讓太多的腹膜透析液進入腹腔，多餘的水可以排出。請與您的醫生聯絡，如果您需要使用多袋的腹膜透析液時，因為這將會導致液體及/或電解質失衡。

如果您忘記使用balance

請嘗試確實執行每天24小時的透析液量處方，以避免可能有危及生命的後果。若有疑問，請詢問您的醫生。

如果您對使用的產品有任何疑問，請詢問您的醫生或藥劑師。

4. 可能的副作用

與其他藥物一樣，本藥品有可能引起副作用，不過不一定所有使用者皆會發生。

基於一般腹膜透析治療的結果，可能會發生以下副作用：

非常常見 (每十位接受治療者就出現一位以上)：

- 腹膜發炎合併有可察覺的透析液混濁、腹痛、發燒、不適或極罕見的血液中毒 (敗血症)。請將含排出液的藥水袋展示給您的醫師。
- 導管出口位置或沿著導管範圍的皮膚發炎，徵狀包括發紅、腫脹、疼痛、滲漏或結痂。
- 腹壁痙攣。

若您發現有任何副作用，請立即與醫生聯絡。

治療的其他副作用：

常見 (每十位接受治療者最多出現一位)：

- 透析液的流入或流出問題
- 腹部出現緊繃或飽脹感覺
- 肩部疼痛

不常見 (每百位接受治療者最多出現一位)：

- 腹瀉
- 便秘

非常罕見 (每一萬位接受治療者最多出現一位)：

- 血液中毒 (blood poisoning)

不清楚 (以現有之資料無法估計發生率)：

- 呼吸困難
- 感覺不適
- 包裹性腹膜硬化，可能的症狀是腹痛，腹脹或嘔吐

以下是在使用balance時可能發生的副作用：

非常常見 (每十位接受治療者就出現一位以上)：

- 鉀偏低

常見 (每十位接受治療者最多出現一位)：

- 鈣過量，如果鈣攝入量過高
- 血糖偏高
- 血脂偏高
- 體重上升

不常見 (每百位接受治療者最多出現一位)：

- 體液過低，可藉由體重驟降，血壓偏低，脈搏急速辨識
- 體液過多，可藉由組織及肺積水，血壓偏高，呼吸困難辨識
- 頭昏

副作用通報

如果您發生任何副作用，包括未列入本說明書的其它可能副作用。請通知您的醫生、藥師或護理師。您也可以透過當地衛生主管機關通報。

藉由通報副作用，您可以幫助提供有關該藥物安全性的更多資訊。

5. 如何儲存balance

請將此藥品放置於兒童不易觸及和看不見的地方。

如果已超過藥品包裝或紙箱上的有效期限，請勿使用此藥品，有限日期係指到期月份的最後一天。

不要儲放在攝氏4度以下。

透析液在準備好後應立即使用，混合後最多在24小時內應使用。

6. 包裝詳情與其他資訊

balance成分有那些

每1公升準備好使用的溶液包含的活性物質有：

二水氯化鈣	0.2573公克
氯化鈉	5.640公克
(S) - 乳酸鈉溶液 (相等於 3.925 公克的 (S) - 乳酸鈉)	7.85公克
六水氯化鎂	0.1017公克
一水葡萄糖 (相等於 42.5 公克的葡萄糖)	46.75公克

上述活性物質相等於：

鈣 1.75 mmol/l、鈉 134 mmol/l、鎂 0.5 mmol/l、氯 101.5 mmol/l、乳酸鹽 35 mmol/l 與葡萄糖 235.8 mmol/l。

其他成分包括注射用的水、鹽酸、氫氧化鈉及碳酸氫鈉。

balance外觀及包裝內內容

溶液是清澈及無顏色。

理論上溶液的滲透壓為 511 mOsm/l，pH值約 7.0。

balance是在一個雙腔室的藥水袋。一個腔室中含有鹼性乳酸鈉，另一個腔室含有酸性葡萄糖基電解質溶液。

以下是balance可應用的系統以及每箱包裝容量：

stay•safe	sleep•safe	Safe•Lock
4 x 2000 ml	4 x 3000 ml	2 x 5000 ml
4 x 2500 ml	2 x 5000 ml	2 x 6000 ml
4 x 3000 ml	2 x 6000 ml	

並非所有的包裝容量均有上市。只能取得您所在國家授權的應用系統和包裝容量。

藥商名稱

台灣費森尤斯醫藥股份有限公司

藥商地址

台北市內湖區瑞湖街58號7樓

製造商

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH,
Frankfurter Straße 6-8, 66606 St. Wendel, Germany

此說明書最後一次修改日期為 2021 年 6 月。



**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

