EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 265/2026

<table>
<tr><th colspan="4">RESUMO DO EDITAL</th></tr>
<tr><td colspan="4">Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais médico-hospitalares e de outros insumos.
Valor: R$ 22.197.632,58 (vinte e dois milhões cento e noventa e sete mil seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos)
Início do recebimento das propostas: 20/07/2026 às 18h00min. (horário de Brasília/DF)
Data da sessão pública: 31/07/2026 às 08h30min. (horário de Brasília/DF)
Endereço Eletrônico: https://wbc.pmf.sc.gov.br/</td></tr>
<tr><th>Julgamento</th><th>Registro de Preços</th><th>Amostra</th><th>Prova de Conceito</th></tr>
<tr><td>Menor preço unitário</td><td>Sim</td><td>Sim</td><td>Não</td></tr>
<tr><th colspan="4">DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Conforme ITEM 9)</th></tr>
<tr><td colspan="2">CND Federal
CND Estadual
CND Municipal
CND FGTS
CND Trabalhista</td><td colspan="2">Contrato Social
Certidão Simplificada
Certidão de Falência
Balanço Patrimonial 2 últimos anos
Documentos Técnicos (Conforme Item 9.3)</td></tr>
<tr><th>Licitação Exclusiva ME/EPP</th><th>Cota reservada ME/EPP</th><th>Pedido de esclarecimento</th><th>Impugnação</th></tr>
<tr><td>Sim</td><td>Sim</td><td>Até 28/07/2026</td><td>Até 28/07/2026</td></tr>
<tr><th colspan="4">OBSERVAÇÕES GERAIS</th></tr>
<tr><td colspan="4">● A disputa dar-se-á pelo modo ABERTO E FECHADO
● Não anexe nenhum documento no sistema, sob pena de desclassificação.
● Os documentos de proposta e habilitação devem ser inseridos em até 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação do Pregoeiro, dentro do Portal wbc.</td></tr>
</table>

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 265/SMLCP/SULIC/2026

Torna-se público que a Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, por meio da Secretaria Municipal de Licitações, Contratos e Parcerias, sediada na Rua Conselheiro Mafra, 656, sala 501, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88010-914, realizará licitação para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, do decreto Municipal 24.954 de 2023, e demais legislação aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Pregão será realizado em sessão pública, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação - INTERNET, utilizando-se, para tanto, métodos de autenticação de acesso e recursos de criptografia, garantindo segurança em todas as fases do certame.

1.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor público, denominado PREGOEIRO, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo Bolsa Eletrônica de Compras, constante da página eletrônica do Município de Florianópolis, qual seja: **https://wbc.pmf.sc.gov.br/**

2. DO OBJETO

2.1. O presente pregão eletrônico tem como objeto o **Registro de Preços para aquisição de materiais médico-hospitalares e de outros insumos indispensáveis à prestação dos serviços assistenciais para atendimento das necessidades da rede municipal de saúde de Florianópolis**, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos e nas condições previstas neste Edital.

2.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela **DESCRIÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS,** constante do Termo de Referência.

3. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA REFERÊNCIA DE TEMPO

3.1. **Recebimento das propostas: De 20 de julho de 2026 às 18:00h até dia 31 de julho de 2026, às 08:30h.**

3.2. **Abertura das propostas: Dia 31 de julho de 2026, às 08:30h.**

3.3. **Início da sessão da disputa de preços: Dia 31 de julho de 2026, às 08:30h.**

3.4. O fornecedor deverá observar, rigorosamente, as datas e os horários limites previstos para o recebimento e a abertura da proposta, atentando, também, para o início da disputa.

3.5. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública, observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

3.6. Formalização de consultas: observado o prazo de até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá formular consultas pelo e-mail: **pregao.florianopolis@pmf.sc.gov.br**.

3.6.1. As respostas aos questionamentos serão disponibilizadas no https://wbc.pmf.sc.gov.br/ no link “Edital na íntegra anexos”, devendo os interessados consultar periodicamente.

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação e que estiverem previamente credenciados no Sistema de WBC (https://wbc.pmf.sc.gov.br/). Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do pregão eletrônico para Contratação, deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal e intransferível, obtida no momento de seu credenciamento.

4.2. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

4.3. A participação no pregão eletrônico para Contratação se dará por meio de digitação de senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observado data e horário limites estabelecidos.

4.4. O encaminhamento de propostas pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

4.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021 , para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006.

4.7. Não poderão disputar esta licitação:

4.7.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.7.2. Sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da licitação;

4.7.3. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

4.7.4. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

4.7.5. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

4.7.6. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

4.7.7. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.7.8. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

4.8. O impedimento de que trata o item 4.7.5 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

4.9. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 4.7.3 e 4.7.4 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

4.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

4.11. O disposto nos itens 4.7.3 e 4.7.4 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

4.12. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

4.13. A vedação de que trata o item 4.7.6 estende-se a terceiro que auxilia a condução da contratação na qualidade de integrante de Comissão de Licitação, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

5.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

5.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, proposta com preço e a marca se o sistema assim o requerer, até a data e o horário estabelecidos em edital, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de registro de proposta.

5.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

5.3.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

5.3.2. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

5.3.3. Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal

5.3.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

5.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.5. **Caso o certame tenha cotas reservada e exclusivas**, o fornecedor quando enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº

123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

5.6. A falsidade da declaração de que trata os itens 5.3 a 5.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

5.7. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema.

5.8. Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.9. Os documentos que compõem a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

5.10. Na descrição dos materiais que, em ocorrendo diferenças entre as especificações constantes do presente edital e a descrição dos materiais no sistema eletrônico, prevalecerão sempre as constantes deste edital.

5.11. A condição de microempresa e empresa de pequeno porte, para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123/2006, **se for o caso do certame,** deverá ser informada no acesso ao Pregão, marcando-se a opção “sim” quando solicitado pelo sistema.

5.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

5.12.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

5.12.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

5.13. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

5.14. O valor final mínimo parametrizado na forma do item 5.13, possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estritamente e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

5.15. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

5.16. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.17. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

5.18. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6. DOS PROCEDIMENTOS

6.1. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.2. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.3. O registro da proposta e o lance deverão ser ofertados pelo **valor unitário do item.**

6.4. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.5. O licitante somente poderá oferecer lance de **menor preço** ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.6. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$0,01 (um centavo) de valor inferior.

6.7. A sessão de lances se dará nos termos do art. 22 da Instrução Normativa n. 73/2022, no modo aberto e fechado com o rito a seguir.

6.8. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.8.1. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.8.2. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.8.3. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.8.4. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.8.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do **menor lance registrado**, vedada a identificação do licitante.

6.10. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Superintendência de Licitações e Contratos.

6.11. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.

6.12. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à SMLCP.

6.13. No caso de haver desconexão do Pregoeiro com o sistema eletrônico, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema poderá permanecer acessível aos licitantes para o recebimento dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

6.14. Persistindo a desconexão por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa, reiniciando somente após comunicação expressa aos participantes.

6.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.16. Em relação a itens **não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte**, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratação não se enquadre nas vedações dos §§1º e 2º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021. O sistema identifica em coluna própria às microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.17. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.18. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.19.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta

permanecer acima do preço máximo ou desconto mínimo definido pela Administração.

6.19.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.19.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

6.19.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no **prazo de 2 (duas)** horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada.

6.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.20. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação disposta no edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput).

7.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.4. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com disposto neste edital.

7.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

7.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. Contiver vícios insanáveis;

7.7.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

7.7.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

7.7.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.7.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

7.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

7.8.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.8.1.2. Inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.10. **Caso o** Termo de Referência exija a apresentação de **amostra** e/ou **execução de prova de conceito**, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, sob pena de não aceitação da proposta.

8. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

8.1. Para julgamento das Propostas o Pregoeiro levará em consideração **o menor preço, devendo a proposta ser registrada no sistema pelo menor preço do item.**

8.2. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital.

8.3. Se a proposta ou o lance de **menor valor**, após a fase de lances, não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. O Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor.

8.4. A cotação deverá ser em moeda corrente nacional com até 02 (duas) casas decimais após a vírgula.

8.5. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de **menor valor.**

8.6. Após declarada(s) a(s) empresa(s) vencedora(s), será(ão) incluída(s) na ata, observada a ordem de classificação.

8.7. **Caso haja divisão de cotas, e se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota por ampla concorrência**, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo **menor preço ou maior desconto**.

8.8. Nos itens/lotes definidos como reservados/exclusivos para ME/EPP, caso não haja um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como

microempresas ou empresas de pequeno porte capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório, não será aplicada a exclusividade, ou seja, a participação na licitação será estendida a todas as empresas interessadas, independente do enquadramento.

9. DA FASE DE HABILITAÇÃO

9.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista e econômica financeira, conforme relação abaixo, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF;

9.1.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), a qual a abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas na Lei nº 8.212/1991;

9.1.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, expedida pelo órgão competente;

9.1.4. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, expedida pelo órgão competente;

9.1.5. No caso de Municípios que mantêm Cadastro Mobiliário e Imobiliário separados, deverão ser apresentados os comprovantes referentes a cada um dos cadastros;

9.1.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

9.1.7. Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor do Foro da sede da matriz da Pessoa Jurídica ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa jurídica;

9.1.8. A licitante deverá apresentar a Certidão Negativa de Débitos Trabalhista, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Tribunal Regional do Trabalho;

9.1.9. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, bem como das respectivas alterações, caso existam;

9.1.10. Certidão simplificada emitida pela Junta Comercial da sede da licitante. (Documento exigido para fins de contratação, sem causa de inabilitação).

9.1.11. Os documentos cujo prazo de validade não esteja fixado terão o prazo de 60 (sessenta) dias a partir de sua emissão. (Exceto aquele previsto no subitem que solicita o “Atestado de capacidade técnica”).

9.2. Para fins de **Habilitação Econômica**, relativamente aos itens nº 6, 7, 8, 12, 13, 16 ,23, 25, 26 e 38 da tabela da ampla concorrência e itens nº 58 e 75 da tabela de cota reservada disposto na tabela “**DESCRIÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS.”** do Termo de referência, deverão comprovar, se for o caso, além do disposto no item 9.1 os seguintes documentos:

9.2.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis **dos últimos 2 (dois) últimos exercícios sociais**, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.2.3. Em se tratando de licitação para locação de materiais, não se exigirá da microempresa ou empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social;

9.2.4. Somente será considerada habilitada a licitante cuja Liquidez Geral resultar num valor igual ou superior a 1,00 (um);

$$LG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP}$$

9.2.5. Somente será considerada habilitada a licitante cuja Solvência Geral resultar num valor igual ou superior a 1,00 (um);

$$SG = \frac{AT}{PC + ELP}$$

9.2.6. Somente será considerada habilitada a licitante cuja Liquidez Corrente resultar num valor igual ou superior a 1,00 (um);

$$LC = \frac{AC}{PC}$$

Onde:
LG = Liquidez Geral
AC = Ativo Circulante
RLP = Realizável a Longo Prazo
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo
SG = Solvência Geral
AT = Ativo Total
PC = Passivo Circulante

9.2.7. Comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas;

9.2.8. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido **não inferior a 10% do valor estimado da contratação ou do item pertinente**.

9.3. Para fins de **Habilitação Técnica, as empresas,** cadastradas ou não no SICAF, relativamente aos itens dispostos neste edital e no Termo de referência, deverão comprovar, se for o caso, com os seguintes documentos:

9.3.1. **Qualificação técnica do proponente (exceto para os itens 356, 357, 358 e 359 da tabela do Termo de Referência)**

9.3.1.1. Apresentar Alvará Sanitário ou Licença Sanitária da empresa licitante, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, tal como exigido pela Lei Federal n° 6.360/76 (art. 2°), Decreto Federal n° 8.077/2013 (art. 2°) e Portaria Federal n° 2.814 de 29/05/98, para os itens controlados e fiscalizados pela Vigilância

Sanitária e com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

9.3.1.2. Apresentar o documento de Autorização de Funcionamento da Empresa licitante (AFE), emitida no sítio eletrônico da ANVISA ou cópia da publicação no "Diário Oficial da União", conforme exigido pela Lei Federal n° 6.360/76 (art. 2°), Decreto Federal n° 8.077/2013 (art. 2°), Lei Federal n° 9.782/99 (art. 7°, inciso VII) e Portaria Federal n° 2.814 de 29/05/98, para os itens com registro na ANVISA.

9.3.2. **Qualificação técnica do produto que deverá ser apresentada junto à proposta ajustada (exceto para os itens 356, 357, 358 e 359 da tabela do Termo de Referência)**

9.3.2.1. O produto deverá possuir Certificado de Registro do Produto na ANVISA ou publicação no Diário Oficial da União dentro da validade ou, ainda, Certidão de Isenção do Registro. Caso o certificado esteja vencido, o licitante deverá apresentar, juntamente com este, o último pedido de revalidação (formulário de petição n° 02) da ANVISA.

9.4. Quando, e se permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

9.4.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcionem no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.5. Quando, e se permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

9.5.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de

habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 10% a 30%, com justificativa, para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

9.6. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia com conferência de autenticidade, passível de diligência pelo agente de contratação.

9.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

9.8. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles que se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, caput).

9.8.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).

9.9. A verificação pelo agente de contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

9.9.1. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

9.10. A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

9.10.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.10.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

9.11. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

9.11.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

9.11.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

9.12. Na análise dos documentos de habilitação, o agente de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.13. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo mínimo de 2 (duas) horas prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

9.14. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte de acordo com o artigo 43 da Lei Complementar n.º 123/2006 deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;

9.15. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurada à microempresa ou empresa de pequeno porte o prazo de 05 (cinco) dias úteis podendo ser prorrogado por mais 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período a critério da Administração Pública para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais Certidões Negativas ou Positivas com efeitos de Certidão Negativa.

9.16. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

9.17. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DOS RECURSOS

10.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

10.2. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.3. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

10.4. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.

10.5. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelos seguintes meios: pregao.florianopolis@pmf.sc.gov.br.

10.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

10.7. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

10.8. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante, por meio de marca ou qualquer outro descritivo.

10.9. A decisão de impugnação será divulgada a todos os interessados por meio do sistema de Pregão Eletrônico.

10.10. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese

das suas razões, sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

10.11. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso.

10.12. Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

10.13. Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo.

10.14. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.15. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento e determinará a convocação dos beneficiários para a assinatura da Ata.

10.16. O Contrato ou instrumento equivalente será formalizado, e será subscrita pela autoridade que assinou/rubricou o edital.

10.17. A licitante que convocada para assinar a ata deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluída.

10.18. Colhidas as assinaturas, o Órgão requisitante providenciará a imediata publicação da ata e, se for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata o subitem anterior.

11. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

11.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

11.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

11.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

11.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

11.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

11.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

11.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

11.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

11.1.5. Fraudar a licitação;

11.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

11.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

11.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

11.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

11.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

11.2.1. Advertência;

11.2.2. Multa;

11.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

11.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

11.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

11.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

11.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

11.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

11.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.4. Multa: I. Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias; II. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n.º 14.133/2021. III. Compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

11.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

11.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

11.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

11.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 11.1.3.1, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

11.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

11.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditório dos licitantes, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no **https://wbc.pmf.sc.gov.br/** .

12. DO REGISTRO DE PREÇO

12.1. As atas de registro de preços oriundas deste processo licitatório poderão ser aderidas por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal, observados os requisitos e limites do Decreto Municipal nº 25.488, de 23 de agosto de 2023, e da Lei nº 14.133, de 2021.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

13.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida nos moldes de comunicação do Pregoeiro.

13.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

13.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

13.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

13.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia e do interesse público.

13.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

13.10. Em caso de divergência entre a descrição dos itens no sistema https://wbc.pmf.sc.gov.br/ e no edital, prevalecerá a do edital.

13.11. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

13.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

13.12.1. ANEXO I - Termo de Referência;

13.12.2. ANEXO II – Minuta da Ata de Registro de Preços

13.12.3. ANEXO III – Modelo de Proposta de Preços

Florianópolis, 20 de julho de 2026.

ALMIR ADIR GENTIL

Secretário Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

AMPLA CONCORRÊNCIA					
Item	Especificação	Qtd.	Un.	Preço unit. R$)	Preço total (R$)
1	ÁGUA DESTILADA 1000 ML	37.500	FRASCO	6,26	234.750,00
2	ÁGUA DESTILADA 2000 ML	18.750	FRASCO	9,50	178.125,00
3	ÁLCOOL 70º 1L (ANTISSÉPTICO PARA USO DERMATOLÓGICO)	9.750	UNIDADE	7,74	75.465,00
4	ATADURA DE CREPOM 8CMX180 CM	75.000	UNIDADE	1,89	141.750,00
5	ATADURA DE CREPOM 15CMX180 CM	84.006	UNIDADE	1,27	106.687,62
6	AVENTAL 40/GM² TAMANHO GRANDE	47.250	UNIDADE	25,04	1.183.140,00
7	AVENTAL 50/GM² TAMANHO GRANDE	15.000	UNIDADE	55,00	825.000,00
8	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM PACOTE COM 500 UNIDADES	17.625	PACOTE	27,34	481.867,50
9	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA - CHUMAÇO ESTÉRIL	108.750	UNIDADE	1,31	142.462,50
10	CURATIVO ANTIMICROBIANO - DACC	2.025	UNIDADE	85,72	173.583,00
11	CURATIVO DE BAIXA ADERÊNCIA	5.250	UNIDADE	16,72	87.780,00
12	CURATIVO ESPUMA DE POLIURETANO NÃO ADERENTE IMPREGNADO COM PRATA	7.500	UNIDADE	55,76	418.200,00
13	CURATIVO HIDROFIBRA COM PRATA	14.250	UNIDADE	61,13	871.102,50
14	ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA	6.000	UNIDADE	11,73	70.380,00
15	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	68.250	UNIDADE	0,96	65.520,00

16	ESCOVA PARA COLETA ENDOCERVICAL GINECOLÓGICA ESTÉRIL	39.000	UNIDADE	24,29	947.310,00
17	ESPAÇADOR PARA INALAÇÃO DE MEDICAMENTO	6.750	UNIDADE	24,25	163.687,50
18	ESPARADRAPO COMUM GRANDE (4,5 X 10)	12.450	UNIDADE	8,55	106.447,50
19	ESPARADRAPO COMUM PEQUENO (4,2X2,5)	15.075	UNIDADE	4,94	74.470,50
20	ESPARADRAPO HIPOALERGÊNICO GRANDE (5X10)	19.500	UNIDADE	8,27	161.265,00
21	ESPARADRAPO HIPOALERGÊNICO PEQUENO (2,5X10)	17.250	UNIDADE	5,50	94.875,00
22	ESTADIÔMETRO ADULTO DIGITAL 1 cm	225	UNIDADE	305,97	68.843,25
23	FILME PARA MAMÓGRAFO	4.163	UNIDADE	575,61	2.396.264,43
24	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 500ML	60.000	UNIDADE	1,24	74.400,00
25	LÂMINA DE BISTURI Nº 11	22.500	UNIDADE	26,14	588.150,00
26	LÂMINA DE BISTURI Nº 15	11.250	UNIDADE	30,12	338.850,00
27	LÂMINA DE BISTURI Nº 21	6.375	UNIDADE	24,73	157.653,75
28	LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	10.500	UNIDADE	12,50	131.250,00
29	LOÇÃO OLEOSA 100ML PARA USO DERMATOLÓGICO	14.250	UNIDADE	4,49	63.982,50
30	LOÇÃO OLEOSA 200ML PARA USO DERMATOLÓGICO	10.125	UNIDADE	6,87	69.558,75
31	LUVA DE PROCEDIMENTO COM TALCO TAMANHO EXTRA PEQUENA (PP)	3.900	CAIXA	19,95	77.805,00
32	LUVA DE PROCEDIMENTO COM TALCO TAMANHO PEQUENA (P)	6.375	CAIXA	21,00	133.875,00
33	LUVA DE PROCEDIMENTO COM TALCO TAMANHO MÉDIA (M)	8.250	CAIXA	17,90	147.675,00

34	LUVA DE PROCEDIMENTO COM TALCO TAMANHO GRANDE (G)	4.500	CAIXA	18,84	84.780,00
35	LUVA PARA PROCEDIMENTO NITRÍLICA TAMANHO PEQUENA (P)	6.375	CAIXA	18,49	117.873,75
36	LUVA PARA PROCEDIMENTO NITRÍLICA TAMANHO MÉDIA (M)	5.100	CAIXA	17,62	89.862,00
37	LUVA PARA PROCEDIMENTO NITRÍLICA TAMANHO GRANDE (G)	3.075	CAIXA	21,99	67.619,25
38	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	345	UNIDADE	2.473,27	853.278,15
39	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20CMX100M	1.275	UNIDADE	83,28	106.182,00
40	PÁS ADESIVAS DESCARTÁVEIS PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA), TAMANHO ADULTO	450	UNIDADE	486,66	218.997,00
41	PELÍCULA ADESIVA EM ROLO	675	UNIDADE	182,40	123.120,00
42	SACO PARA LIXO INFECTANTE 15L	6.225	UNIDADE	18,98	118.150,50
43	SERINGA 01ML DESCARTÁVEL SEM AGULHA BICO LUER SLIP ESTÉRIL	127.500	UNIDADE	1,03	131.325,00
44	SERINGA 03ML DESCARTÁVEL SEM AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA BICO LUER LOCK ESTÉRIL	600.000	UNIDADE	0,49	294.000,00
45	SERINGA 05ML DESCARTÁVEL SEM AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA BICO LUER LOCK ESTÉRIL	300.000	UNIDADE	0,76	228.000,00
46	SERINGA 10ML DESCARTÁVEL SEM AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA BICO LUER LOCK ESTÉRIL	86.250	UNIDADE	0,78	67.275,00
47	SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 1ML (U100) COM AGULHA 0,3X8M	202.500	UNIDADE	0,37	74.925,00

48	SOLUÇÃO BACTERICIDA SOLUÇÃO PARA LIMPEZA DE FERIDAS	1.725	UNIDADE	91,63	158.061,75
49	SONDA URETRAL N°12	79.875	UNIDADE	1,95	155.756,25
50	SONDA URETRAL N°14	35.250	UNIDADE	2,18	76.845,00
51	SONDA URETRAL N°16	35.250	UNIDADE	3,24	114.210,00
52	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL:	5.025	UNIDADE	11,98	60.199,50
				Valor total:	**13.992.636,45**

COTA RESERVADA					
Item	Especificação	Qtd.	Un.	Preço unit(R$)	Preço total (R$)
53	ÁGUA DESTILADA 1000 ML	12.500	FRASCO	6,26	78.250,00
54	ÁGUA DESTILADA 2000 ML	6.250	FRASCO	9,50	59.375,00
55	ÁLCOOL 70º 1L (ANTISSÉPTICO PARA USO DERMATOLÓGICO)	3.250	UNIDADE	7,74	25.155,00
56	ATADURA DE CREPOM 8CM X 180 CM	25.000	UNIDADE	1,89	47.250,00
57	ATADURA DE CREPOM 15CM X 180 CM	28.002	UNIDADE	1,27	35.562,54
58	AVENTAL 40/GM² TAMANHO GRANDE	15.750	UNIDADE	25,04	394.380,00
59	AVENTAL 50/GM² TAMANHO GRANDE	5.000	UNIDADE	55,00	275.000,00
60	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM PACOTE COM 500 UNIDADES	5.875	PACOTE	27,34	160.622,50
61	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA - CHUMAÇO ESTÉRIL	36.250	UNIDADE	1,31	47.487,50

62	CURATIVO ANTIMICROBIANO - DACC	675	UNIDADE	85,72	57.861,00
63	CURATIVO DE BAIXA ADERÊNCIA	1.750	UNIDADE	16,72	29.260,00
64	CURATIVO ESPUMA DE POLIURETANO NÃO ADERENTE IMPREGNADO COM PRATA	2.500	UNIDADE	55,76	139.400,00
65	CURATIVO HIDROFIBRA COM PRATA	4.750	UNIDADE	61,13	290.367,50
66	ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA	2.000	UNIDADE	11,73	23.460,00
67	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL	22.750	UNIDADE	0,96	21.840,00
68	ESCOVA PARA COLETA ENDOCERVICAL GINECOLÓGICA ESTÉRIL	13.000	UNIDADE	24,29	315.770,00
69	ESPAÇADOR PARA INALAÇÃO DE MEDICAMENTO	2.250	UNIDADE	24,25	54.562,50
70	ESPARADRAPO COMUM GRANDE (4,5 X 10)	4.150	UNIDADE	8,55	35.482,50
71	ESPARADRAPO COMUM PEQUENO (4,2X2,5)	5.025	UNIDADE	4,94	24.823,50
72	ESPARADRAPO HIPOALERGÊNICO GRANDE (5X10)	6.500	UNIDADE	8,27	53.755,00
73	ESPARADRAPO HIPOALERGÊNICO PEQUENO (2,5X10)	5.750	UNIDADE	5,50	31.625,00

74	ESTADIÔMETRO ADULTO DIGITAL	75	UNIDADE	305,97	22.947,75
75	FILME PARA MAMÓGRAFO	1.387	UNIDADE	575,61	798.371,07
76	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 500ML	20.000	UNIDADE	1,24	24.800,00
77	LÂMINA DE BISTURI Nº	7.500	UNIDADE	26,14	196.050,00
78	LÂMINA DE BISTURI Nº 15	3.750	UNIDADE	30,12	112.950,00
79	LÂMINA DE BISTURI Nº 21	2.125	UNIDADE	24,73	52.551,25
80	LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	3.500	UNIDADE	12,50	43.750,00
81	LOÇÃO OLEOSA 100ML PARA USO DERMATOLÓGICO	4.750	UNIDADE	4,49	21.327,50
82	LOÇÃO OLEOSA 200ML PARA USO DERMATOLÓGICO	3.375	UNIDADE	6,87	23.186,25
83	LUVA DE PROCEDIMENTO COM TALCO TAMANHO EXTRA PEQUENA (PP)	1.300	CAIXA	19,95	25.935,00
84	LUVA DE PROCEDIMENTO COM TALCO TAMANHO PEQUENA (P)	2.125	CAIXA	21,00	44.625,00
85	LUVA DE PROCEDIMENTO COM TALCO TAMANHO MÉDIA (M)	2.750	CAIXA	17,90	49.225,00
86	LUVA DE PROCEDIMENTO COM TALCO TAMANHO GRANDE (G)	1.500	CAIXA	18,84	28.260,00
87	LUVA PARA PROCEDIMENTO NITRÍLICA TAMANHO PEQUENA (P)	2.125	CAIXA	18,49	39.291,25

88	LUVA PARA PROCEDIMENTO NITRÍLICA TAMANHO MÉDIA (M)	1.700	CAIXA	17,62	29.954,00
89	LUVA PARA PROCEDIMENTO NITRÍLICA TAMANHO GRANDE (G)	1.025	CAIXA	21,99	22.539,75
90	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	115	UNIDADE	2.473,27	284.426,05
91	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20CMX100M	425	UNIDADE	83,28	35.394,00
92	PÁS ADESIVAS DESCARTÁVEIS PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA), TAMANHO ADULTO	150	UNIDADE	486,66	72.999,00
93	PELÍCULA ADESIVA EM ROLO	225	UNIDADE	182,40	41.040,00
94	SACO PARA LIXO INFECTANTE 15L	2.075	UNIDADE	18,98	39.383,50
95	SERINGA 01ML DESCARTÁVEL SEM AGULHA BICO LUER SLIP ESTÉRIL	42.500	UNIDADE	1,03	43.775,00
96	SERINGA 03ML DESCARTÁVEL SEM AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA BICO LUER LOCK ESTÉRIL	200.000	UNIDADE	0,49	98.000,00
97	SERINGA 05ML DESCARTÁVEL SEM AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA BICO LUER LOCK ESTÉRIL	100.000	UNIDADE	0,76	76.000,00

98	SERINGA 10ML DESCARTÁVEL SEM AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA BICO LUER LOCK ESTÉRIL	28.750	UNIDADE	0,78	22.425,00
99	SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 1ML (U100) COM AGULHA 0,3X8M	67.500	UNIDADE	0,37	24.975,00
100	SOLUÇÃO BACTERICIDA SOLUÇÃO PARA LIMPEZA DE FERIDAS	575	UNIDADE	91,63	52.687,25
101	SONDA URETRAL N°12	26.625	UNIDADE	1,95	51.918,75
102	SONDA URETRAL N°14	11.750	UNIDADE	2,18	25.615,00
103	SONDA URETRAL	11.750	UNIDADE	3,24	38.070,00
104	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL	1.675	UNIDADE	11,98	20.066,50
				Valor total:	**4.663.828,41**

COTA EXCLUSIVA					
Item	Especificação	Qtd.	Un.	Preço unit(R$)	Preço total (R$)
105	ABAIXADOR DE LÍNGUA	950	PACOTE	5,37	5.101,50
106	ÁCIDO ACÉTICO 5% PARA USO EM GINECOLOGIA	40	FRASCO	37,89	1.515,60
107	ADAPTADOR PARA SORO SISTEMA FECHADO	77.000	UNIDADE	1,02	78.540,00
108	ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL 500ML	200	FRASCO	6,44	1.288,00

109	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1L (PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3%)	55	FRASCO	14,42	793,10
110	AGULHA 0,25MM X 3CM PARA ACUPUNTURA	75.000	UNIDADE	0,16	12.000,00
111	AGULHA 0,25MM X 4CM PARA ACUPUNTURA	83.000	UNIDADE	0,17	14.110,00
112	AGULHA 0,30MM X 7,5CM PARA ACUPUNTURA	25.000	UNIDADE	0,18	4.500,00
113	AGULHA 0,20MM X 1,5CM PARA ACUPUNTURA	14.000	UNIDADE	0,36	5.040,00
114	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5	1.600	CAIXA COM 100	10,11	16.176,00
115	AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5	2.400	CAIXA	6,81	16.344,00
116	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 6,0	2.500	CAIXA	7,25	18.125,00
117	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7,0	1.650	CAIXA	7,46	12.309,00
118	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8,0	1.000	CAIXA	7,78	7.780,00
119	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 7,0	2.700	CAIXA	7,08	19.116,00
120	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8,0	1.200	CAIXA	7,56	9.072,00
121	AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12	3.100	CAIXA	8,96	27.776,00
122	AGULHA PARA BIÓPSIA DE MAMA 14G	400	UNIDADE	132,08	52.832,00

123	AGULHA PARA BIÓPSIA HEPÁTICA	130	UNIDADE	125,42	16.304,60
124	ÁLCOOL ETÍLICO 96ºGL/92,8º 1L	2.200	FRASCO	9,76	21.472,00
125	ÁLCOOL ETÍLICO GEL 70% 5L (HIDRATADO PARA AS MÃOS)	300	GALÃO	63,13	18.939,00
126	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO	40	GALÃO	154,19	6.167,60
127	ALGODÃO PURO HIDRÓFILO ROLO 500G	1.300	UNIDADE	15,51	20.163,00
128	ALMOTOLIA OPACA MARROM BICO RETO 250ML	400	UNIDADE	3,85	1.540,00
129	ALMOTOLIA TRANSPARENTE BICO RETO 250ML	900	UNIDADE	3,60	3.240,00
130	APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL	80	UNIDADE	220,13	17.610,40
131	ASPIRADOR MANUAL PARA SECREÇÕES	15	UNIDADE	658,75	9.881,25
132	ATADURA DE CREPOM 6CM X 180 CM	75.000	UNIDADE	0,60	45.000,00
133	ATADURA DE CREPOM 20CM X 180 CM	6.500	UNIDADE	1,64	10.660,00
134	ATADURA DE RAYON	950	UNIDADE	6,23	5.918,50
135	BACIA INOX COM DIÂMETRO DE 35CM	35	UNIDADE	87,59	3.065,65
136	BALANÇA PORTÁTIL ELETRONICA	250	UNIDADE	145,50	36.375,00
137	BALDE INOX SEM TAMPA 5L	15	UNIDADE	473,26	7.098,90
138	BANDAGEM TRIANGULAR	60	UNIDADE	15,25	915,00

139	BANDEJA INOX SEM TAMPA GRANDE	30	UNIDADE	222,23	6.666,90
140	BANDEJA PLÁSTICA RETANGULAR	100	UNIDADE	27,20	2.720,00
141	BASTÃO MOXA	50	UNIDADE	35,15	1.757,50
142	BATERIA RECARREGÁVEL PARA DESFIBRILADOR	10	UNIDADE	1.661,86	16.618,60
143	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 1000 A 2000ML	2.000	UNIDADE	4,23	8.460,00
144	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO DE PERNA 500ML	1.400	UNIDADE	10,04	14.056,00
145	BORRIFADOR	55	UNIDADE	12,02	661,10
146	BRAÇADEIRA DUAS VIAS PARA ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE	600	UNIDADE	31,93	19.158,00
147	BOTA DE UNNA	2.400	UNIDADE	20,85	50.040,00
148	CABO ECG 3 VIAS ADULTO	8	UNIDADE	577,53	4.620,24
149	CABO PARA BISTURI N°3	155	UNIDADE	6,92	1.072,60
150	CABO PARA BISTURI N°4	50	UNIDADE	9,93	496,50
151	CABO PARA BISTURI N°7	15	UNIDADE	28,15	422,25
152	CADARÇO PARA FIXAÇÃO DE TUBO ORO-TRAQUEAL	5	ROLO	41,10	205,50
153	CAIXA INOX COM TAMPA NÃO PERFURADA PARA INSTRUMENTAIS MÉDIO	50	UNIDADE	90,25	4.512,50
154	CAIXA TÉRMICA DE 23 A 24L	50	UNIDADE	85,17	4.258,50
155	CÂNULA DE GUEDEL N°0	55	UNIDADE	1,75	96,25

156	CÂNULA DE GUEDEL N°00	55	UNIDADE	8,25	453,75
157	CÂNULA DE GUEDEL N°01	70	UNIDADE	1,97	137,90
158	CÂNULA DE GUEDEL N°02	70	UNIDADE	2,55	178,50
159	CÂNULA DE GUEDEL N°03	85	UNIDADE	1,92	163,20
160	CÂNULA DE GUEDEL N°04	85	UNIDADE	3,56	302,60
161	CÂNULA DE GUEDEL N°05	15	UNIDADE	2,20	33,00
162	CÂNULA DE GUEDEL N°06	15	UNIDADE	1,92	28,80
163	CÂNULA NASAL PARA EXAMES DE POLISSONOGRAFIA PORTÁTIL	400	UNIDADE	25,02	10.008,00
164	CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE B TIPO III	15	UNIDADE	256,46	3.846,90
165	CARREGADOR DE BATERIA PARA DESFIBRILADOR	8	UNIDADE	832,64	6.661,12
166	CATETER PARA OXIGÊNIO N°06	125	UNIDADE	1,42	177,50
167	CATETER PARA OXIGÊNIO N°08	300	UNIDADE	4,03	1.209,00
168	CATETER PARA OXIGÊNIO N°10	100	UNIDADE	1,39	139,00
169	CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS ADULTO	2.000	UNIDADE	1,08	2.160,00
170	CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS INFANTIL	700	UNIDADE	1,33	931,00
171	CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS NEONATO	225	UNIDADE	8,24	1.854,00
172	CATETER PARA PUNÇÃO VENOSA 14G	1.000	UNIDADE	2,09	2.090,00

173	CATETER PARA PUNÇÃO VENOSA 16G	1.000	UNIDADE	2,49	2.490,00
174	CATETER PARA PUNÇÃO VENOSA 18G	3.500	UNIDADE	2,03	7.105,00
175	CATETER PARA PUNÇÃO VENOSA 20G	12.000	UNIDADE	1,76	21.120,00
176	CATETER PARA PUNÇÃO VENOSA 22G	35.000	UNIDADE	2,16	75.600,00
177	CATETER PARA PUNÇÃO VENOSA 24G	26.500	UNIDADE	2,77	73.405,00
178	CATGUT CROMADO Nº 2.0 COM AGULHA 20MM	96	UNIDADE	4,90	470,40
179	CATGUT CROMADO Nº 4.0 COM AGULHA DE 20 MM	96	UNIDADE	8,96	860,16
180	CATGUT SIMPLES Nº 2.0 COM AGULHA 20MM	144	UNIDADE	5,15	741,60
181	CATGUT SIMPLES Nº 3.0 COM AGULHA 20MM	2.160	UNIDADE	4,72	10.195,20
182	CATGUT SIMPLES Nº 4.0 COM AGULHA 30MM	420	UNIDADE	4,91	2.062,20
183	CATGUT SIMPLES Nº 5.0 COM AGULHA 20MM	288	UNIDADE	5,77	1.661,76
184	CILINDRO DE OXIGÊNIO	13	UNIDADE	864,49	11.238,37
185	CINTO DE SEGURANÇA TIPO ARANHA ADULTO	100	UNIDADE	62,40	6.240,00
186	CINTO DE SEGURANÇA TIPO ARANHA INFANTIL	25	UNIDADE	66,79	1.669,75
187	CLOREXIDINA DEGERMANTE 4% 1L	800	FRASCO	31,28	25.024,00

188	COBERTURA PARA ÓBITO TAMANHO PEQUENO (P)	5	UNIDADE	9,64	48,20
189	COBERTURA PARA ÓBITO TAMANHO MÉDIO (M)	20	UNIDADE	14,41	288,20
190	COBERTURA PARA ÓBITO TAMANHO GRANDE (G)	20	UNIDADE	17,72	354,40
191	COBERTURA PARA ÓBITO TAMANHO EXTRA GRANDE (GG)	20	UNIDADE	24,75	495,00
192	COLAR CERVICAL EXTRA PEQUENO (PP)	160	UNIDADE	26,48	4.236,80
193	COLAR CERVICAL PEQUENO (P)	140	UNIDADE	19,24	2.693,60
194	COLAR CERVICAL MÉDIO (M)	120	UNIDADE	21,82	2.618,40
195	COLAR CERVICAL GRANDE (G)	120	UNIDADE	20,21	2.425,20
196	COLAR CERVICAL EXTRA GRANDE (GG)	80	UNIDADE	13,21	1.056,80
197	COLAR CERVICAL NEONATAL ROSA	40	UNIDADE	13,48	539,20
198	COLAR CERVICAL INFANTIL AZUL CLARO	70	UNIDADE	15,33	1.073,10
199	COLETE DE IMOBILIZAÇÃO DORSAL ADULTO	15	UNIDADE	237,48	3.562,20
200	COLETE DE IMOBILIZAÇÃO DORSAL INFANTIL	10	UNIDADE	205,40	2.054,00
201	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE 3L	4.100	UNIDADE	2,59	10.619,00
202	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE 7L	4.500	UNIDADE	4,88	21.960,00

203	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE 20L	4.100	UNIDADE	8,40	34.440,00
204	COLETOR RÍGIDO DE RESÍDUOS PERFURO-CORTANTES	60	UNIDADE	15,36	921,60
205	COMADRE	10	UNIDADE	246,17	2.461,70
206	COMPRESSA CIRÚRGICA ESTÉRIL PACOTE COM 5 UNIDADES	14.000	PACOTE	1,27	17.780,00
207	COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO	900	UNIDADE	21,04	18.936,00
208	CONEXÃO DUAS VIAS PARA INFUSÃO PARENTERAL	5.500	UNIDADE	4,11	22.605,00
209	CONJUNTO IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA ADULTO	85	UNIDADE	83,13	7.066,05
210	CONJUNTO IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA INFANTIL	10	UNIDADE	108,74	1.087,40
211	CORTADOR DE ANEL	100	UNIDADE	108,97	10.897,00
212	CUBA REDONDA INOX	300	UNIDADE	13,16	3.948,00
213	CUBA RIM INOX	150	UNIDADE	47,10	7.065,00
214	CUBA RETANGULAR TIPO BANDEJA INOX SEM TAMPA	15	UNIDADE	192,40	2.886,00
215	CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CÁLCIO	7.000	UNIDADE	11,03	77.210,00
216	CURATIVO A BASE DE CARVÃO ATIVADO E PRATA	3.200	UNIDADE	21,56	68.992,00
217	CURATIVO HIDROCOLOIDE PLACA FINA	2.500	UNIDADE	5,78	14.450,00

218	CURATIVO HIDROCOLOIDE PLACA GROSSA	3.300	UNIDADE	9,15	30.195,00
219	CURATIVO PARA COBERTURA DE CATETER	500	UNIDADE	10,04	5.020,00
220	CURATIVO PÓS INJEÇÃO/PUNÇÃO/VACINA	1.700	CAIXA	13,77	23.409,00
221	CURETA FOX (DERMATOLÓGICA) 14,5CM Nº2	100	UNIDADE	79,79	7.979,00
222	CURETA FOX (DERMATOLÓGICA) 14,5CM Nº3	100	UNIDADE	73,00	7.300,00
223	CURETA FOX (DERMATOLÓGICA) 14,5CM Nº4	100	UNIDADE	75,15	7.515,00
224	DETERGENTE ENZIMÁTICO 1L	2.500	FRASCO	18,73	46.825,00
225	DIAPASÃO EM ALUMÍNIO 128HZ	100	UNIDADE	99,40	9.940,00
226	DISPENSER DE EPI PARA LUVAS DESCARTÁVEIS	12	UNIDADE	238,97	2.867,64
227	DISPENSER DE MESA PARA ÁLCOOL GEL	1.000	UNIDADE	6,07	6.070,00
228	DISPOSITIVO COM EXTENSÃO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINO N6	23.000	UNIDADE	1,79	41.170,00
229	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA TIPO BORBOLETA 19G	1.950	UNIDADE	0,22	429,00

230	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA TIPO BORBOLETA 21G	6.300	UNIDADE	0,41	2.583,00
231	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA TIPO BORBOLETA 23G	7.500	UNIDADE	0,45	3.375,00
232	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA TIPO BORBOLETA 25G	3.300	UNIDADE	0,40	1.320,00
233	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA TIPO BORBOLETA 27G	1.100	UNIDADE	0,46	506,00
234	DRENO DE PENROSE N°1	70	UNIDADE	1,88	131,60
235	DRENO DE SUCÇÃO CONTÍNUA	10	UNIDADE	28,72	287,20
236	EQUIPO SIMPLES MACROGOTAS	35.000	UNIDADE	0,73	25.550,00
237	ESCOVA DE MÃO PARA HIGIENIZAÇÃO DE UNHAS	560	UNIDADE	3,50	1.960,00
238	ESCOVA PARA ASSEPSIA COM CLOREXIDINA 2%	2.400	UNIDADE	1,69	4.056,00
239	ESCOVA PARA HIGIENIZAR BISNAGA	150	UNIDADE	66,17	9.925,50
240	ESFIGMOMANÔMETRO ADOLESCENTE	60	UNIDADE	113,88	6.832,80
241	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	300	UNIDADE	79,87	23.961,00
242	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	60	UNIDADE	67,93	4.075,80
243	ESFIGMOMANÔMETRO NEONATAL	20	UNIDADE	90,05	1.801,00

244	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	100	UNIDADE	137,56	13.756,00
245	ESPÁTULA DE AYRES (PACOTE COM 100 UNIDADES)	500	PACOTE	10,25	5.125,00
246	ESPÉCULO GINECOLÓGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL GRANDE	6.300	UNIDADE	2,65	16.695,00
247	ESPÉCULO GINECOLÓGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL MÉDIO	30.600	UNIDADE	1,67	51.102,00
248	ESPÉCULO GINECOLÓGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL PEQUENO	15.500	UNIDADE	1,64	25.420,00
249	ESPONJA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	570	UNIDADE	9,74	5.551,80
250	ESTETOSCÓPIO ADULTO	210	UNIDADE	19,32	4.057,20
251	ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO	30	UNIDADE	18,34	550,20
252	GEL HIDROATIVO	1.100	UNIDADE	70,63	77.693,00
253	FILME PARA ULTRASSONOGRAFIA UPP 110HG – 110MM X 18M (VIDEO PRINT)	130	ROLO	134,01	17.421,30
254	FIO MONONYLON Nº 0.0 COM AGULHA DE 20 MM	1.200	UNIDADE	3,23	3.876,00
255	FIO MONONYLON Nº 0.0 COM AGULHA DE 30 mm	420	UNIDADE	1,99	835,80
256	FIO MONONYLON Nº 2.0 COM AGULHA DE 20 mm	840	UNIDADE	1,65	1.386,00

257	FIO MONONYLON Nº 2.0 COM AGULHA DE 30 mm	1.440	UNIDADE	1,91	2.750,40
258	FIO MONONYLON Nº 3.0 COM AGULHA DE 20 mm	2.844	UNIDADE	2,01	5.716,44
259	FIO MONONYLON Nº 3.0 COM AGULHA DE 30 mm	2.844	UNIDADE	2,08	5.915,52
260	FIO MONONYLON Nº 4.0 COM AGULHA DE 20 mm	3.840	UNIDADE	1,64	6.297,60
261	FIO MONONYLON Nº 5.0 COM AGULHA DE 20 mm	2.400	UNIDADE	2,11	5.064,00
262	FIO MONONYLON Nº 6.0 COM AGULHA DE 20 mm	1.008	UNIDADE	1,31	1.320,48
263	FIO DE SUTURA 3.0 24MM – 45CM AGULHA TRIFACETADA POLIGLATINA TIPO VICRYL	1.200	UNIDADE	28,08	33.696,00
264	FIO VICRYL N° 3.0 COM AGULHA DE 1,9CM 3/8 TRIF 70CM	1.200	UNIDADE	34,60	41.520,00
265	FITA MÉTRICA COMUM	235	UNIDADE	7,22	1.696,70
266	FITA PARA AUTOCLAVE	800	UNIDADE	4,71	3.768,00
267	FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO	45	UNIDADE	53,58	2.411,10
268	FRASCO ASPIRADOR DE SECREÇÃO PARA OXIGÊNIO	30	UNIDADE	133,24	3.997,20
269	FRASCO COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO	2.200	UNIDADE	3,77	8.294,00
270	FRASCO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO 250ML	120	UNIDADE	12,32	1.478,40
271	GARROTE	35	UNIDADE DE 15M Contínuo	61,51	2.152,85

272	GEL CONDUTOR 100G PARA SONAR E ECG	4.000	UNIDADE	3,05	12.200,00
273	GELO ARTIFICIAL REUTILIZÁVEL 400ML	300	UNIDADE	6,16	1.848,00
274	GELO ARTIFICIAL REUTILIZÁVEL 550ML	460	UNIDADE	10,03	4.613,80
275	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%	3.510	FRASCO DE 1000ML	3,78	13.267,80
276	HISTERÔMETRO DE COLLIN 28CM	150	UNIDADE	70,87	10.630,50
277	IODOPOLIVIDONA DEGERMANTE PVPI 10% 1L	200	FRASCO	54,33	10.866,00
278	IODOPOLIVIDONA TOPICA PVPI 10% 100ML	3.600	FRASCO	6,31	22.716,00
279	KIT PARTO	70	KIT	80,63	5.644,10
280	KIT QUEIMADOS	60	KIT	100,93	6.055,80
281	LÂMINA COM EXTREMIDADE FOSCA	800	CAIXA	6,37	5.096,00
282	LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	2.200	UNIDADE	8,05	17.710,00
283	LANTERNA TIPO LAPISEIRA	170	UNIDADE	25,51	4.336,70
284	LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR BOBINA	11.300	UNIDADE	6,83	77.179,00
285	LONA DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE	15	UNIDADE	163,04	2.445,60
286	LUGOL SEGUNDO SCHILLER 1L	20	FRASCO	186,20	3.724,00

287	LUVA CANO LONGO PARA LAVAGEM DE INSTRUMENTAIS TAM. G	150	PAR	13,83	2.074,50
288	LUVA CANO LONGO PARA LAVAGEM DE INSTRUMENTAIS TAM. M	300	PAR	13,99	4.197,00
289	LUVA CANO LONGO P/ LAVAGEM DE INSTRUMENTAIS TAM. P	250	PAR	14,62	3.655,00
290	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM 6,5	10.000	PAR	1,47	14.700,00
291	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM 7,0	9.000	PAR	1,52	13.680,00
292	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM 7,5	5.500	PAR	1,44	7.920,00
293	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL TAM 8,0	2.500	PAR	1,46	3.650,00
294	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL TAM 8,5	2.500	PAR	1,52	3.800,00
295	LUVA GINECOLÓGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL	1.100	PACOTE	14,14	15.554,00
296	LUVA PARA PROCEDIMENTO NITRÍLICA TAMANHO EXTRA PEQUENA (PP)	2.600	CAIXA	20,71	53.846,00
297	MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA	1.800	UNIDADE	18,90	34.020,00
298	MARTELO DE PERCUSSÃO	50	UNIDADE	47,26	2.363,00
299	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO	600.000	UNIDADE	0,12	72.000,00

300	MÁSCARA PFF2 COM ELÁSTICO AJUSTÁVEL	6.500	UNIDADE	8,37	54.405,00
301	MÁSCARA PARA OXIGÊNIO ADULTO COM RESERVATÓRIO	700	UNIDADE	8,39	5.873,00
302	MÁSCARA PARA OXIGÊNIO INFANTIL COM RESERVATÓRIO	700	UNIDADE	7,37	5.159,00
303	MICRONEBULIZADOR ADULTO PARA OXIGÊNIO	100	UNIDADE	8,36	836,00
304	MICRONEBULIZADOR INFANTIL PARA OXIGÊNIO	100	UNIDADE	8,62	862,00
305	MONOFILAMENTO 10G	150	UNIDADE	84,73	12.709,50
306	ORGANIZADOR TRIPLO DE PAREDE ACRÍLICO VERTICAL	8	UNIDADE	84,84	678,72
307	OTOSCÓPIO COMPLETO (ADULTO E INFANTIL)	180	UNIDADE	440,86	79.354,80
308	OXÍMETRO DE DEDO DIGITAL PORTÁTIL	70	UNIDADE	86,46	6.052,20
309	PAPAGAIO	10	UNIDADE	197,28	1.972,80
310	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10CMX100M	800	UNIDADE	48,24	38.592,00
311	PÁS ADESIVAS DESCARTÁVEIS PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA), TAMANHO INFANTIL	100	UNIDADE	570,58	57.058,00
312	PASTA PARA ELETROENCEFALOGRAMA	30	UNIDADE	180,91	5.427,30
313	PINÇA ADSON 12CM COM DENTE	230	UNIDADE	18,13	4.169,90

314	PINÇA ADSON 12CM SEM DENTE	280	UNIDADE	19,31	5.406,80
315	PINÇA ALLIS 15CM	35	UNIDADE	32,35	1.132,25
316	PINÇA ALLIS 19 a 20CM	15	UNIDADE	75,29	1.129,35
317	PINÇA ALLIS 23 a 25CM	15	UNIDADE	83,31	1.249,65
318	PINÇA CHERON 25CM	300	UNIDADE	49,44	14.832,00
319	PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 16CM COM DENTE	400	UNIDADE	21,16	8.464,00
320	PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 16CM SEM DENTE	450	UNIDADE	23,18	10.431,00
321	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 12,5CM CURVA	10	UNIDADE	34,95	349,50
322	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 12CM RETA	10	UNIDADE	36,43	364,30
323	PINÇA IRIS CURVA DE 10 A 12CM COM DENTE	25	UNIDADE	68,39	1.709,75
324	PINÇA IRIS RETA DE 10 A 12CM COM DENTE	70	UNIDADE	59,13	4.139,10
325	PINÇA IRIS RETA DE 10 A 12CM COM SERRILHA	70	UNIDADE	91,18	6.382,60
326	PINÇA JACARÉ PARA RETIRADA DE DIU SEM FIO APARENTE	45	UNIDADE	366,22	16.479,90
327	PINÇA KELLY 16CM CURVA	180	UNIDADE	24,74	4.453,20
328	PINÇA KELLY 16CM RETA	225	UNIDADE	35,37	7.958,25
329	PINÇA KOCHER 14CM CURVA COM DENTE	100	UNIDADE	35,99	3.599,00

330	PINÇA KOCHER 14CM RETA COM DENTE	55	UNIDADE	65,80	3.619,00
331	PINÇA POZZI DE 24 A 25CM	300	UNIDADE	133,33	39.999,00
332	PINÇA PUNCH N°2	5	UNIDADE	75,60	378,00
333	PINÇA PUNCH N°3	5	UNIDADE	77,23	386,15
334	PINÇA PUNCH N°4	5	UNIDADE	75,90	379,50
335	PINÇA PUNCH N°5	6	UNIDADE	79,19	475,14
336	PLACA PARA CONFECÇÃO PONTO SEMENTE	300	UNIDADE	48,23	14.469,00
337	PORTA AGULHA COM VÍDEA 12CM PARA FIO 6.0/5.0	20	UNIDADE	279,17	5.583,40
338	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM	110	UNIDADE	75,13	8.264,30
339	PORTA TALHERES (ORGANIZAÇÃO DE VACINAS)	70	UNIDADE	33,62	2.353,40
340	PRANCHA RÍGIDA – MACA ADULTO	8	UNIDADE	548,01	4.384,08
341	PRANCHA RÍGIDA - MACA INFANTIL	3	UNIDDE	473,46	1.420,38
342	PRESERVATIVO MASCULINO NÃO LUBRIFICADO	35	CAIXA	90,55	3.169,25
343	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL 100CM	55	UNIDADE	81,51	4.483,05
344	RESERVATÓRIO PARA RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO	25	UNIDADE	121,17	3.029,25
345	RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO (AMBU)	140	UNIDADE	171,90	24.066,00

346	RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL (AMBU)	85	UNIDADE	162,37	13.801,45
347	RESSUSCITADOR MANUAL RN (AMBU)	55	UNIDADE	247,02	13.586,10
348	SAPATILHA DESCARTÁVEL	340	PACOTE	19,41	6.599,40
349	SERINGA 20ML DESCARTÁVEL SEM AGULHA COM BICO LUER SLIPSEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ESTÉRIL	70.000	UNIDADE	0,81	56.700,00
350	SERINGA 60ML DESCARTÁVEL SEM AGULHA BICO CATETER	7.600	UNIDADE	2,69	20.444,00
351	SERINGA 60ML DESCARTÁVEL SEM AGULHA BICO SIMPLES	3.200	UNIDADE	2,87	9.184,00
352	SERINGA 0,5ML (U100) DESCARTÁVEL COM AGULHA 0,3MMX8MM COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	14.000	UNIDADE	3,74	52.360,00
353	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA N°04	16.000	UNIDADE	1,30	20.800,00
354	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA N°06	22.500	UNIDADE	0,95	21.375,00
355	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA N°08	31.500	UNIDADE	1,29	40.635,00
356	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA N°10	17.000	UNIDADE	1,14	19.380,00

357	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA N°12	20.000	UNIDADE	0,99	19.800,00
358	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA N°14	2.500	UNIDADE	1,25	3.125,00
359	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA N°16	1.000	UNIDADE	1,17	1.170,00
360	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 6	70	UNIDADE	5,07	354,90
361	SONDA FOLEY 2 VIAS N°08	70	UNIDADE	3,71	259,70
362	SONDA FOLEY 2 VIAS N°10	70	UNIDADE	4,48	313,60
363	SONDA FOLEY 2 VIAS N°12	70	UNIDADE	3,60	252,00
364	SONDA FOLEY 2 VIAS N°14	200	UNIDADE	3,47	694,00
365	SONDA FOLEY 2 VIAS N°16	300	UNIDADE	3,85	1.155,00
366	SONDA FOLEY 2 VIAS N°18	750	UNIDADE	3,47	2.602,50
367	SONDA FOLEY 2 VIAS N°20	400	UNIDADE	3,70	1.480,00
368	SONDA FOLEY 2 VIAS N°22	250	UNIDADE	3,74	935,00
369	SONDA FOLEY 2 VIAS N°24	70	UNIDADE	7,36	515,20
370	SONDA NASOGASTRICA N°06	50	UNIDADE	2,20	110,00
371	SONDA NASOGASTRICA N°08	50	UNIDADE	2,65	132,50
372	SONDA NASOGASTRICA N°10	50	UNIDADE	1,27	63,50
373	SONDA NASOGASTRICA N°12	85	UNIDADE	2,77	235,45

374	SONDA NASOGASTRICA N°14	50	UNIDADE	2,34	117,00
375	SONDA NASOGASTRICA N°16	50	UNIDADE	1,87	93,50
376	SONDA NASOGASTRICA N°18	85	UNIDADE	2,02	171,70
377	SONDA NASOGASTRICA N°20	50	UNIDADE	2,80	140,00
378	SONDA URETRAL N° 04	3.000	UNIDADE	1,26	3.780,00
379	SONDA URETRAL N°06	8.000	UNIDADE	1,42	11.360,00
380	SONDA URETRAL N° 08	25.000	UNIDADE	1,08	27.000,00
381	SONDA URETRAL N° 10	49.000	UNIDADE	1,13	55.370,00
382	SONDA URETRAL N°18	3.200	UNIDADE	2,97	9.504,00
383	SUPORTE PARA CAIXA DE PERFUROCORTANTE 3L	150	UNIDADE	33,76	5.064,00
384	SUPORTE PARA CAIXA DE PERFUROCORTANTE 7L	70	UNIDADE	35,67	2.496,90
385	SUPORTE PARA CAIXA DE PERFUROCORTANTE 20L	100	UNIDADE	70,18	7.018,00
386	SWAB DE ALGODÃO	500	UNIDADE	1,32	660,00
387	TALA DE PAPELÃO 45X20 PARA IMOBILIZAÇÃO	2.000	UNIDADE	5,16	10.320,00
388	TALA DE PAPELÃO 90X20 PARA IMOBILIZAÇÃO	1.700	UNIDADE	3,82	6.494,00
389	TALA MOLDÁVEL ARAMADA GRANDE	250	UNIDADE	27,04	6.760,00
390	TALA MOLDÁVEL ARAMADA MÉDIA	250	UNIDADE	11,72	2.930,00

391	TALA MOLDÁVEL ARAMADA PEQUENA	250	UNIDADE	24,24	6.060,00
392	TAMBOR DE INOX GRANDE (29X24) COM TAMPA	30	UNIDADE	603,70	18.111,00
393	TAMBOR DE INOX MEDIA (20X16) COM TAMPA	50	UNIDADE	307,50	15.375,00
394	TAMBOR DE INOX PEQUENA (16X14) COM TAMPA	50	UNIDADE	240,92	12.046,00
395	TENTACANULA	50	UNIDADE	33,95	1.697,50
396	TERMO HIGROMETRO DIGITAL DE PAREDE COM SENSOR	50	UNIDADE	156,29	7.814,50
397	TERMÔMETRO DE GELADEIRA COM DISPLAY DUPLO	85	UNIDADE	126,48	10.750,80
398	TERMÔMETRO PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA CORPORAL NA TESTA SEM CONTATO	200	UNIDADE	170,33	34.066,00
399	TESOURA CIRÚRGICA DE 14 A 15CM RETA COM 2 PONTAS AGUDAS	140	UNIDADE	45,82	6.414,80
400	TESOURA CIRÚRGICA DE 14 A 15CMCURVA COM PONTA ROMBA E AGUDA	170	UNIDADE	46,40	7.888,00
401	TESOURA IRIS CURVA COM 2 PONTAS AGUDAS	265	UNIDADE	29,08	7.706,20
402	TESOURA IRIS RETA COM 2 PONTAS AGUDAS	530	UNIDADE	26,06	13.811,80

403	TESOURA MAYO DE 15 A 17CM CURVA COM 2 PONTAS ROMBA	140	UNIDADE	61,24	8.573,60
404	TESOURA MAYO DE 15 A 17CM RETA COM 2 PONTAS ROMBA	140	UNIDADE	58,29	8.160,60
405	TESOURA METZEMBAUM 15CM CURVA	30	UNIDADE	65,99	1.979,70
406	TESOURA METZEMBAUM 23CM PARA CORTE DE DIU	125	UNIDADE	89,24	11.155,00
407	TESOURA PONTA ROMBA	250	UNIDADE	33,95	8.487,50
408	N217BK:toner na cor preta de alto rendimento	30	UNIDADE	108,71	3.261,30
409	TN217C:toner na cor ciano de alto rendimento	30	UNIDADE	94,31	2.829,30
410	TN217M:toner na cor magenta de alto rendimento	30	UNIDADE	222,71	6.681,30
411	TN217Y:toner na cor amarela de alto rendimento	25	UNIDADE	222,71	5.567,75
412	TORNIQUETE TÁTICO	100	UNIDADE	148,95	14.895,00
413	TORNEIRA TRÊS VIAS LUER LOCK	165	UNIDADE	2,53	417,45
414	TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO	1.060	PACOTE	24,87	26.362,20
415	TUBO DE SILICONE PARA OXIGÊNIO N204	24	UNIDADE	131,26	3.150,24
416	TUBO DE LÁTEX PARA ASPIRAÇÃO N204	15	UNIDADE	167,12	2.506,80

417	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO	55	UNIDADE	339,57	18.676,35
418	VASELINA LÍQUIDA	55	UNIDADE	31,73	1.745,15
419	VASILHA PLÁSTICA 28,2L	80	UNIDADE	85,99	6.879,20
420	VENTOSA DE VIDRO GRANDE	12	UNIDADE	54,59	655,08
421	VENTOSA DE VIDRO PEQUENA	12	UNIDADE	30,50	366,00
Valor total:					**3.541.167,72**

***A descrição completa dos itens está prevista no Termo de Referência.**

1. APRESENTAÇÃO

Atendendo ao Decreto Municipal n° 24.954/2023 da Secretaria Municipal da Casa Civil – PMF que estabelece regras quanto à padronização dos termos de contrato para fins de processos licitatórios no âmbito da Prefeitura Municipal de Florianópolis, o Departamento de Abastecimento e Materiais tem por objetivo apresentar este Termo de Referência enquanto instrumento para aquisição de MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E DE OUTROS INSUMOS INDISPENSÁVEIS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS utilizados por todas as unidades da rede municipal de saúde de Florianópolis, para um período de 12 (doze) meses.

2. OBJETO

2.1. Registro de preços para aquisição de MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E DE OUTROS INSUMOS INDISPENSÁVEIS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS para atendimento das necessidades da rede municipal de saúde de Florianópolis no exercício 2026, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo:

2.2.

Item	Especificação Completa do Material	Unidade de Medida	Quantidade para Meses
1	**ABAIXADOR DE LÍNGUA:** *Confeccionado em madeira, não estéril, descartável e de uso único. Formato convencional, com bordas e superfícies perfeitamente acabadas; plainado. Largura e espessura uniformes em toda a sua extensão, medindo aproximadamente*	PACOTE	950

	14cm de comprimento, 1,4cm de largura e 0,5mm de espessura. Embalados em pacote com 100 unidades. Embalagem com data de fabricação, prazo de validade, lote, responsável técnico e procedência.		
2	**ÁCIDO ACÉTICO 5% PARA USO EM GINECOLOGIA:** *Líquido aquoso, sem coloração, límpido, atóxico, isento de resíduos e impurezas, naturalmente biodegradável. Para uso tópico em mucosa. Embalagem deve conter dados de identificação, procedência, lote, data de fabricação e validade, responsável técnico, indicações e contraindicações. Manuseio e medidas de segurança e medidas preventivas imediatas. Tampa com sistema em rosca com lacre. Frasco com 1000mL. Registro ANVISA.*	FRASCO	40
3	**ADAPTADOR PARA SORO SISTEMA FECHADO:** *Adaptador para escoamento de recipiente com solução de grande volume de sistema fechado. Estéril, atóxico, apirogênico. Não contém látex. Uso único, estéril, descartável, rígido, ponta perfurante com tampa protetora, bico escoamento, de tamanho universal possibilitando encaixe em seringa, conector com tampa que mantém o sistema fechado. Asas de apoio anatômicas, rígidas e resistentes. Todo o material deve proporcionar manuseio fácil e seguro e oferecer segurança na utilização, embalagem com abertura asséptica. Embalagem apresentando fabricante/importador, identificação do produto, procedência, data de fabricação, validade, lote, responsável técnico e registro na ANVISA.*	UNIDADE	77.000
4	**ÁGUA DESTILADA 1000 ML:** *Água quimicamente pura (isenta de íons) de baixa condutividade, atóxico, apirogênico, isenta de resíduos e impurezas. Produto não estéril. Frasco com um litro, resistente, que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com lacre que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo dados do fabricante, identificação, procedência, data de fabricação, data de validade, lote, responsável técnico, conforme ABNT.*	FRASCO	50.000
5	**ÁGUA DESTILADA 2000 ML:** *Água quimicamente pura (isenta de íons) de baixa condutividade, atóxico, apirogênico, isenta de resíduos e impurezas. Produto não estéril. Frasco com dois litros, resistente, que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com lacre que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo dados do fabricante, identificação, procedência, data de fabricação, data de validade, lote, responsável técnico, conforme ABNT.*	FRASCO	25.000
6	**ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL 500 ML:** *Água quimicamente pura (isenta de íons), estéril e apirogênica, acondicionada em frasco de polelileno ou polipropileno ou trilaminada ou pvc, resistente, transparente, com capacidade de 500 mL. Os frascos deverão apresentar graduação em pelo menos um dos lados. Rotulo contendo dados do fabricante, identificação, procedência, data de fabricação, data de validade, lote e responsável técnico.*	FRASCO	200
7	**ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1L (PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3%):** *Solução aquosa, límpida e translúcida. Apresentação em frasco contendo 1000 mL; tampa de rosca; embalagem contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; indicação; instruções de uso; capacidade volumétrica; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso,*	FRASCO	55

	armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.		
8	**AGULHA 0,25MM X 3CM PARA ACUPUNTURA:** *Cabo liso ou espiral inox, esterilizado, com mandril de plástico, embaladas de 10 em 10 com um mandril para 10 agulhas. Medidas: cabo: 2,0 cm. Lâmina:3,0 cm. Diâmetro: 0,25 mm.*	UNIDADE	75.000
9	**AGULHA 0,25MM X 4CM PARA ACUPUNTURA:** *Cabo liso ou espiral, inox, esterilizado, com mandril de plástico, embaladas de 10 em 10 com um mandril para 10 agulhas. Medidas: cabo: 2,0cm. Lâmina: 4,0 cm e Diâmetro 0,25 mm.*	UNIDADE	83.000
10	**AGULHA 0,30MM X 7,5CM PARA ACUPUNTURA:** *Cabo liso ou espiral inox, esterilizado, com mandril de plástico, embaladas individualmente com um mandril por agulha. Medidas: cabo: 2,0 cm. Lâmina: 7,5 cm. Diâmetro: 0,30 mm.*	UNIDADE	25.000
11	**AGULHA 0,20MM X 1,5CM PARA ACUPUNTURA:** *Cabo liso ou espiral inox, esterilizado, com mandril de plástico, embaladas de 10 em 10 com um mandril para 10 agulhas. Medidas: cabo: 2,0 cm. Lâmina: 1,5 cm. Diâmetro: 0,20 mm.*	UNIDADE	14.000
12	**AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5:** *Agulha hipodérmica, estéril, atóxica, apirogênica, descartável e de uso único, em aço inoxidável, siliconização externa, cânula reta com paredes finas, bisel curto trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme e atraumática, apresenta tampa plástica protetora. Canhão em polipropileno identificado por cor universal que permite o acoplamento nas seringas de bico Luer Slip e Luer Lock; embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala proporcionando manuseio fácil e seguro. Esterilizada em óxido de etileno. Embalagem apresentando fabricante/importador, identificação do produto, procedência, data de fabricação, validade, lote, tipo de esterilização, responsável técnico, registro na ANVISA. Aprovadas pelo Inmetro.*	CAIXA COM 100	1.600
13	**AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5:** *Agulha hipodérmica, estéril, atóxica, apirogênica, descartável e de uso único, em aço inoxidável, siliconização externa, cânula reta com paredes finas, bisel curto trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme e atraumática, apresenta tampa plástica protetora. Canhão em polipropileno identificado por cor universal que permite o acoplamento nas seringas de bico Luer Slip e Luer Lock; embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala proporcionando manuseio fácil e seguro. Esterilizada em óxido de etileno. Embalagem apresentando fabricante/importador, identificação do produto, procedência, data de fabricação, validade, lote, tipo de esterilização, responsável técnico, registro na ANVISA. Aprovadas pelo Inmetro.*	CAIXA	2.400
14	**AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 6,0:** *Agulha hipodérmica, estéril, atóxica, apirogênica, descartável e de uso único, em aço inoxidável, siliconização externa, cânula reta com paredes finas, bisel curto trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme e atraumática, apresenta tampa plástica protetora. Canhão em polipropileno identificado por cor universal que permite o*	CAIXA	2.500

	acoplamento nas seringas de bico Luer Slip e Luer Llock; embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala proporcionando manuseio fácil e seguro. Esterilizada em óxido de etileno. Embalagem apresentando fabricante/importador, identificação do produto, procedência, data de fabricação, validade, lote, tipo de esterilização, responsável técnico, registro na ANVISA. Aprovadas pelo Inmetro.		
15	**AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7,0:** *Agulha hipodérmica, estéril, atóxica, apirogênica, descartável e de uso único, em aço inoxidável, siliconização externa, cânula reta com paredes finas, bisel curto trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme e atraumática, apresenta tampa plástica protetora. Canhão em polipropileno identificado por cor universal que permite o acoplamento nas seringas de bico Luer Slip e Luer Lock; embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala proporcionando manuseio fácil e seguro. Esterilizada em óxido de etileno. Embalagem apresentando fabricante/importador, identificação do produto, procedência, data de fabricação, validade, lote, tipo de esterilização, responsável técnico, registro na ANVISA. Aprovadas pelo Inmetro.*	CAIXA	1.650
16	**AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8,0:** *Agulha hipodérmica, estéril, atóxica, apirogênica, descartável e de uso único, em aço inoxidável, siliconização externa, cânula reta com paredes finas, bisel curto trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme e atraumática, apresenta tampa plástica protetora. Canhão em polipropileno identificado por cor universal que permite o acoplamento nas seringas de bico Luer Slip e Luer Lock; embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala proporcionando manuseio fácil e seguro. Esterilizada em óxido de etileno. Embalagem apresentando fabricante/importador, identificação do produto, procedência, data de fabricação, validade, lote, tipo de esterilização, responsável técnico, registro na ANVISA. Aprovadas pelo Inmetro.*	CAIXA	1000
17	**AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 7,0:** *Agulha hipodérmica, estéril, atóxica, apirogênica, descartável e de uso único, em aço inoxidável, siliconização externa, cânula reta com paredes finas, bisel curto trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme e atraumática, apresenta tampa plástica protetora. Canhão em polipropileno identificado por cor universal que permite o acoplamento nas seringas de bico Luer Slip e Luer Lock; embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala proporcionando manuseio fácil e seguro. Esterilizada em óxido de etileno. Embalagem apresentando fabricante/importador, identificação do produto, procedência, data de fabricação, validade, lote, tipo de esterilização, responsável técnico, registro na ANVISA. Aprovadas pelo Inmetro. Caixa com 100 unidades.*	CAIXA	2.700
18	**AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8,0:** *Agulha hipodérmica, estéril, atóxica, apirogênica, descartável e de uso único, em aço inoxidável,*	CAIXA	1.200

	siliconização externa, cânula reta com paredes finas, bisel curto trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme e atraumática, apresenta tampa plástica protetora. Canhão em polipropileno identificado por cor universal que permite o acoplamento nas seringas de bico Luer Slip e Luer Lock; embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala proporcionando manuseio fácil e seguro. Esterilizada em óxido de etileno. Embalagem apresentando fabricante/importador, identificação do produto, procedência, data de fabricação, validade, lote, tipo de esterilização, responsável técnico, registro na ANVISA. Aprovadas pelo Inmetro. Caixa com 100 unidades		
19	**AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12:** *Agulha hipodérmica, estéril, atóxica, apirogênica, descartável e de uso único, em aço inoxidável, siliconização externa, cânula reta com paredes finas, bisel curto trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme e atraumática, apresenta tampa plástica protetora. Canhão em polipropileno identificado por cor universal que permite o acoplamento nas seringas de bico Luer Slip e Luer Lock; embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala proporcionando manuseio fácil e seguro. Esterilizada em óxido de etileno. Embalagem apresentando fabricante/importador, identificação do produto, procedência, data de fabricação, validade, lote, tipo de esterilização, responsável técnico, registro na ANVISA. Aprovadas pelo Inmetro. Caixa com 100 unidades.*	CAIXA	3.100
20	**AGULHA PARA BIÓPSIA DE MAMA 14G:** *Agulha para biópsia 14G/12cm (mama) compatível com pistola promag ultra st. Agulha para biópsia de tecidos moles, de corte automático, com calibre 14G e comprimento de 12cm, estéril, descartável, atóxica, apirogênica, embalada individualmente compatível com pistola promag ultra st. deverá conter os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Registro no ministério da saúde/ANVISA.*	UNIDADE	400
21	**AGULHA PARA BIÓPSIA HEPÁTICA:** *Agulha de duplo avanço (16GA/10cm). Agulha para tecidos moles tipo tru-cut, semi-automática, 10cm x 16G. Agulha com duplo avanço que permite avanço de 10mm e 20mm. Permite múltiplas biópsias mediante a remoção do sistema de cânula externa. Deve possuir trava de segurança que evita disparos acidentais. Possui um suporte para Extereotáxia, que permite biopsiar diversas vezes sem ter que reposicionar a agulha. Marca ecogênica; centrimetrada; ponta piramidal; suporte para Extereotáxia; empunhadura ergométrica. Embalada individualmente. Deverá conter os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.*	UNIDADE	130
22	**ALCOOL 70º 1L (ANTISSEPTICO PARA USO DERMATOLOGICO):** *Solução de álcool etílico hidratado em água desmineralizada; para uso dermatológico; 70° INPM frasco plástico resistente com 1L, embalagem adequada para suportar variação de temperatura; tampa rosca com lacre; líquido; atóxico; apirogênico; estéril; descartável; isento de resíduos e impurezas; embalagem*	UNIDADE	13.000

	contendo: Fabricante, nome e/ou marca do produto, composição, categoria do produto, indicação, quantidade, advertências gerais, informações toxicológicas, recomendações de segurança, uso, armazenamento de embalagem e primeiros socorros, lote e data de fabricação, prazo de validade, responsável técnico, procedência, registro na ANVISA.		
23	**ALCOOL ETILICO 96ºGL/92,8º 1L PARA TUBETE DE PREVENTIVO:** *Álcool etílico (comum) comercial 96 GL ou 92,8 INPM frasco plástico resistente com 1 litro; embalagem adequada para suportar variação de temperatura; tampa de rosca com lacre; líquido: atóxico, apirogênico, estéril, descartável, isento de resíduos e impurezas. Embalagem contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; informações toxicológicas; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem e primeiro socorros. Lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência. Registro na ANVISA.*	FRASCO	2.200
24	**ALCOOL ETILICO GEL 70% 5L (HIDRATADO PARA AS MÃOS):** *Álcool gel glicerinado 2%, antiséptico a base de álcool etílico 70%. Dermatologicamente testado. Gel com agentes umectantes e emolientes. Ideal para higienização da pele, não irritante, antimicrobiano e isento de nitrozaminas. Características físico-químicas: Aspecto: gel viscoso transparente incolor; PH (sol 10%): 6,5 a 7,5; Densidade: 0,8140/ 0,8250 g/cm³; Álcool etílico: 70,0%; Teor de 2,4,4-tricloro hidroxi difenil éter. (Triclosan): 0,1%; Composição: Irgasan DP 300 (Triclosan), álcool etílico, carbomer, emoliente, hidratantes, neutralizante e água. Laudos: Sensibilização dérmica; Irritabilidade dérmica; Atividade antimicrobiana; Teor de ativos; Contagem microbiana; Isenção de nitrozaminas. Galão de 5 (cinco) litros. Embalagem contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; informações toxicológicas; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem e primeiro socorros; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência. Registro na ANVISA.*	GALÃO	300
25	**ALCOOL ISOPROPÍLICO:** *O Isopropanol é um líquido incolor, com odor que se assemelha a uma mistura de álcool e acetona. É solúvel em solventes orgânicos, inclusive em água. Sua fórmula molecular é C3H80 e peso molecular 60,11. Vendido em frasco de 5 litros devidamente identificado, que pode ou não ser incolor. Embalagem contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; informações toxicológicas; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem e primeiro socorros; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência. Registro na ANVISA.*	GALÃO	40
26	**ALGODÃO PURO HIDRÓFILO ROLO 500G:** *Algodão hidrófilo, 100 % puro, fibras naturais na cor branca, aspecto homogêneo e macio, isento de impurezas, ausência de grumos e substâncias gordurosas, e alvejantes ópticos, inodoro, alta capacidade de*	UNIDADE	1.300

	absorção; levemente gomado por intermédio de tratamento especial; em camadas (manta) contínuas e uniformes, em forma de rolo, envolvido em papel apropriado em toda a extensão da manta. Uso hospitalar. Embalagem unitária, lacrada, impermeável que proporcione abertura fácil, segura, com dados de fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; peso; indicação; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico e procedência. Apresentação: rolo 500 g. Registro na ANVISA.		
27	**ALMOTOLIA OPACA MARROM BICO RETO 250 ML:** *Frasco tipo almotolia, capacidade 250 mL, para soluções fotossensíveis, confeccionado em polietileno âmbar, graduado em alto relevo, tampa de rosca com bico aplicador reto e tampa provida de haste, fixa ao bico. Resistente e seguro, formato que facilite o manuseio. Material deve ser resistente aos métodos usuais de desinfecção.*	UNIDADE	400
28	**ALMOTOLIA TRANSPARENTE BICO RETO 250 ML:** *Frasco tipo almotolia, capacidade de 250 mL, confeccionado em polietileno translúcido ou transparente, graduado em alto relevo, tampa de rosca com bico aplicador reto e tampa provida de haste, fixa ao bico. Resistente e seguro, formato que facilite o manuseio. Material deve se resistente aos métodos usuais de desinfecção.*	UNIDADE	900
29	**APARELHO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL:** *Tecnologia SDAG, de Detecção de Arritmia na pulsação; Apresenta leitura da Pressão Diastólica (min.) e Sistólica (máx.); Validado clinicamente de acordo com os mais rigorosos padrões internacionais (BHS e AAMI) e aprovado pelo INMETRO; Visor de cristal líquido; Totalmente automático; Medição da pulsação; Aparelho digital, deve inflar e desinflar automaticamente; Desligamento automático; Funciona com 4 pilhas do tipo AA de 1,5V (incluso na embalagem); Memória para 99 resultados com hora e data; Deve Possuir três Braçadeiras: 01 Braçadeira Infantil com circunferência de 18 A 25cm; 01 Braçadeira adulto com circunferência de 25 A 34,5cm; 01 Braçadeira adulto grande (obeso) com circunferência de 33,5 A 46,5cm; Compartimento de braçadeira o que ajuda a protegê-la; Acompanha estojo para transporte; Verificado e aprovado pelo INMETRO; Aprovado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia; Aprovado pela Sociedade Brasileira de Hipertensão; Com garantia mínima de 1 ano; Conteúdo da embalagem: 01 Aparelho de Pressão Digital de Braço; 03 Braçadeiras; 01 Estojo para viagem.*	UNIDADE	80
30	**ASPIRADOR MANUAL PARA SECREÇÕES:** *Bomba de Sucção Portátil com acionamento manual através do gatilho. Fácil uso, possibilita utilizar com apenas uma das mãos; pressão negativa através do tubo, sugando o líquido para o reservatório. Deve ser portátil, leve e higiênico com reservatório transparente. Tamanho do eletrodo: 15,2 cm x 10,8 cm / cabo: 106cm; ajuste para sucção elevada e de baixa pressão; mecanismo que impede o retorno ou transbordamento; Composição: Bomba em ABS; Reservatório e Tubos em Polietileno; Cateter/Sonda em PVC flexível. Deve acompanhar 02 Reservatório 250 Ml; 01 Tubo rígido; 01 Tubo flexível.*	UNIDADE	15
31	**ATADURA DE CREPOM 6CM X 180 CM:** *Com no mínimo 13*	UNIDADE	75.000

	fios/cm², com peso aproximado de 13,30 g por unidade, não estéril, trama regular, elasticidade longitudinal, acabamento visível, isento de resíduos e impurezas, porosa, tendo em sua composição no mínimo 80% algodão - 4% elastano - 16% poliéster, fios de alta torção, com elasticidade no sentido longitudinal, macio, com bordas bem-acabadas, sem fios soltos, com aparência uniforme, que não provoque irritabilidade na pele. Enrolada sobre si mesma. Proporcione conforto, manuseio fácil e seguro. Esterilizável pelos métodos convencionais sem alteração de suas características. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente fabricante marca, os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade, peso, conforme ABNT NBR 14056.		
32	**ATADURA DE CREPOM 8CM X 180 CM:** *Com no mínimo 13 fios/cm², com peso aproximado de 17,80 g por unidade, não estéril, trama regular, elasticidade longitudinal, acabamento visível, isento de resíduos e impurezas, porosa, tendo em sua composição no mínimo 80% algodão - 4% elastano - 16% poliéster, fios de alta torção, com elasticidade no sentido longitudinal, macio, com bordas bem-acabadas, sem fios soltos, com aparência uniforme, que não provoque irritabilidade na pele. Enrolada sobre si mesma. Proporcione conforto, manuseio fácil e seguro. Esterilizável pelos métodos convencionais sem alteração de suas características. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente fabricante marca, os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade, peso, conforme ABNT NBR 14056.*	UNIDADE	100.000
33	**ATADURA DE CREPOM 15CM X 180 CM:** *Com no mínimo 13 fios/cm², com peso aproximado de 32,70 g por unidade, não estéril, trama regular, elasticidade longitudinal, acabamento visível, isento de resíduos e impurezas, porosa, tendo em sua composição no mínimo 80% algodão - 4% elastano - 16% poliéster, fios de alta torção, com elasticidade no sentido longitudinal, macio, com bordas bem-acabadas, sem fios soltos, com aparência uniforme, que não provoque irritabilidade na pele. Enrolada sobre si mesma. Proporcione conforto, manuseio fácil e seguro. Esterilizável pelos métodos convencionais sem alteração de suas características. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente fabricante marca, os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade, peso, conforme ABNT NBR 14056.*	UNIDADE	112.008
34	**ATADURA DE CREPOM 20CM X 180 CM:** *Com no mínimo 13 fios/cm², com peso aproximado de 42,80 g por unidade, não estéril, trama regular, elasticidade longitudinal, acabamento visível, isento de resíduos e impurezas, porosa, tendo em sua composição no mínimo 80% algodão - 4% elastano - 16% poliéster, fios de alta torção, com elasticidade no sentido longitudinal, macio, com bordas bem-acabadas, sem fios soltos, com aparência uniforme, que não provoque irritabilidade na pele. Enrolada sobre si mesma.*	UNIDADE	6.500

	Proporcione conforto, manuseio fácil e seguro. Esterilizável pelos métodos convencionais sem alteração de suas características. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente fabricante marca, os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade, peso, conforme ABNT NBR 14056.		
35	**ATADURA DE RAYON:** *Atadura de Rayon, confeccionada em fibra sintética 100% rayon, na cor branca, com tamanho mínimo de 7,5CM X 500CMnão estéril, livre de impurezas, alta absorção e baixa aderência, macia, trama regular, com bordas bem-acabadas, livre de rasgos e fios soltos. Enrolada sobre si mesma. Proporcione conforto, manuseio fácil e seguro. Embalagem individual com identificação do produto e lote. Esterilizável pelos métodos convencionais (autoclavagem) sem alteração de suas características. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e prazo de validade.*	UNIDADE	950
36	**AVENTAL 40/GM² TAMANHO GRANDE:** *Avental descartável não estéril, confeccionado em SMS (*spunbond-meltblown-spunbond*); de uso único; maleável; flexível; atóxico; pode ser confeccionado nas variantes de cores branca/azul/rosa/verde; com gramatura de 40 g/m²; sem costuras laterais; com costuras nos ombros; tamanho grande: comprimento total 130 cm, largura com transpasse 150 cm, mangas com 60cm e elástico nos punhos, comprimento de cada faixa 66 cm, tolerância + 1,3 cm, - 1,0 cm); manga longa pregada/costurada na cava; acabamento com costura reforçada nos decotes, tiras e bordas. Apresentando abertura na parte dorsal, com tira (entre 5 e 10 cm de largura) costurada na parte frontal ou costurado na lateral do avental para fechamento na parte posterior; avental com costas transpassadas e ajuste no decote realizado por viés tipo sanduiche costurados como acabamento do decote, com 1cm de largura; hipoalergênico; com baixo desprendimento de partícula; resistente à tração permitindo a execução de atividades com conforto. Embalagem garantindo sua integridade durante o transporte e armazenamento até o uso, constando dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; tamanho do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência; Atender a legislação vigente; Possuir Registro na ANVISA.*	UNIDADE	63.000
37	**AVENTAL 50/GM² TAMANHO GRANDE:** *Avental descartável não estéril, confeccionado em SMS (*spunbond-meltblown-spunbond*); de uso único; maleável; flexível; atóxico; pode ser confeccionado nas variantes de cores branca/azul/rosa/verde; com gramatura de 50 g/m²; sem costuras laterais; com costuras nos ombros; tamanho grande: comprimento total 130 cm, largura com transpasse 150 cm, mangas com 60cm e elástico nos punhos, comprimento de cada faixa 66 cm, tolerância + 1,3 cm, - 1,0 cm); manga longa pregada/costurada na cava; acabamento com costura reforçada*	UNIDADE	20.000

	nos decotes, tiras e bordas. Apresentando abertura na parte dorsal, com tira (entre 5 e 10 cm de largura) costurada na parte frontal ou costurado na lateral do avental para fechamento na parte posterior; avental com costas transpassadas e ajuste no decote realizado por viés tipo sanduiche costurados como acabamento do decote, com 1cm de largura; hipoalergênico; com baixo desprendimento de partícula; resistente à tração permitindo a execução de atividades com conforto. Embalagem garantindo sua integridade durante o transporte e armazenamento até o uso, constando dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; tamanho do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência; Atender a legislação vigente; Possuir Registro na ANVISA.		
38	**BACIA INOX COM DIÂMETRO DE 35CM:** *Bacia de aço inoxidável 304 (18/8) com diâmetro de 35 cm, capacidade de 4,7 litros; fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade e Normas da ABNT; acabamento perfeito; polido; livre de rebarbas. Pode ser esterilizada em autoclaves após limpeza e secagem. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência. Registro ANVISA: Isento*	UNIDADE	35
39	**BALANÇA PORTÁTIL ELETRONICA:** *Balança digital de precisão; com aproximadamente 26 cm x 0,25 cm x 26 cm (LxAxP); Formato quadrado com base em vidro temperado; Display em LCD; Peso máximo suportado (kg) 180 Kg; Pés em material antiderrapante; Acionamento por toque; Desligamento automático após a medição do peso; Alimentação por k2 pilhas AAA. Equipamento aprovado pelo INMETRO; Manual de instruções em português; Garantia mínima de 12 meses.*	UNIDADE	250
40	**BALDE INOX SEM TAMPA 5L:** *Balde em aço inox AISI430; tamanho aproximado 24cm x 18cm; espessura 0,40mm; sem emendas e rebarbas; alça articulada em inox cirúrgico; resistência à corrosão; cantos arredondados; fundo plano para evitar o acúmulo de resíduos; capacidade 5.000 mL; embalagem plástica individual constando: dados de identificação, procedência; garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Registro ANVISA: isento.*	UNIDADE	15
41	**BANDAGEM TRIANGULAR:** *Para uso em procedimentos de Hemostasia e imobilização de fraturas. Confeccionadas em algodão cru com as dimensões: 142 x 100 x 100 cm, com acabamento em overloque nas bordas e alvejada. Cor bege. Acondicionada individualmente em saco plástico transparente simples, com extremidades soldadas por processo à quente. Deve possuir etiqueta interna identificada com a "cruz da vida" e a inscrição "Bandagem triangular". Dobrada acondicionada deve possuir dimensões aproximadas de 10 x 10 cm.*	UNIDADE	60
42	**BANDEJA INOX SEM TAMPA GRANDE:** *Bandeja confeccionada em aço inoxidável AISI 304; medidas aproximadas 42 C x 30 L x 2 A cm; resistente à corrosão/ ações térmicas/mecânicas; com superfícies lisas e sem emendas para facilitar a limpeza; resistente à impactos; autoclavável; suporta variação de temperaturas altas e baixas. Embalagem individual contendo: fabricante, nome e/ou*	UNIDADE	30

	marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; procedência; conforme ABNT.		
43	**BANDEJA PLÁSTICA RETANGULAR:** *Bandeja plástica na cor branca medindo 28cm x 44cm x 5xm. Material atóxico. Com superfícies lisas e sem emendas para facilitar a limpeza.*	UNIDADE	100
44	**BASTÃO MOXA:** *Bastão de moxa carvão para acupuntura, sem fumaça, embalados individualmente, de aproximadamente 12cm.*	UNIDADE	50
45	**BATERIA RECARREGÁVEL PARA DESFIBRILADOR:** *do tipo íons de lítio (Li-Ion), tensão nominal de 14,4 VDC, capacidade mínima de 4,0 Ah, compatível com o desfibrilador modelo I.On, admitindo-se produto original ou equivalente, desde que apresente compatibilidade plena com o equipamento, mantendo seu desempenho, segurança e funcionalidade.*	UNIDADE	10
46	**BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 1000 A 2000 ML:** *Confeccionado em plástico atóxico, resistente, isento de impurezas e resíduos, estéril, descartável, uso único, termo-soldado em formato de bolsa, com uma face transparente e a outra branca leitosa, graduada com duas escalas em mililitros para marcação e graduação exata, no máximo em 100 em 100 mL, campo para registro do paciente, sistema de válvula anti-refluxo, filtro para ar hidrófobo localizado na bolsa, alça plástica resistente tipo óculos, para sustentação e manipulação do coletor, tubo extensor com no mínimo de 110 cm, diâmetro interno de 7 mm, em sua extremidade distal conector universal e tampa, com ponto auto-retrátil para coleta recente de urina, sistema rápido de drenagem com diâmetro interno de 8 mm e clamp oclusor, com resistência para diversas aberturas e fechamentos do fluxo. Tubo de esvaziamento com coldre de proteção fechado, fixo à bolsa e pinça corta fluxo. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente: fabricante e/ou importador, marca, dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade, tipo de esterilização, responsável técnico, instruções de uso e capacidade. Registro da ANVISA.*	UNIDADE	2.000
47	**BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO DE PERNA 500 ML:** *Bolsa coletora de urina, sistema fechado de perna 500 mL. Confeccionado em plástico atóxico, resistente, isento de impurezas e resíduos, estéril, termo-soldado em formato de bolsa, com uma face transparente e a outra branca leitosa, graduada com duas escalas em mililitros para marcação e graduação exata, no máximo em 100 em 100 mL, sistema de válvula anti-refluxo, filtro para ar localizado na bolsa, dispositivo regulável de fixação na perna, confortável e seguro para sustentação e manipulação do coletor, conector a sonda universal, sistema rápido de drenagem com diâmetro interno de 8 mm, dispositivo de abertura e fechamento de fluxo seguro, resistente, livre de vazamento e de fácil manuseio. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente: fabricante e/ou importador, marca, dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade,*	UNIDADE	1.400

	tipo de esterilização, responsável técnico, instruções de uso, capacidade e registro da ANVISA.		
48	**BORRIFADOR:** *Borrifador (pulverizador) manual; capacidade de 500 mL; fabricado em plástico; sem mecanismo de compressão; modelo manual de uso doméstico; não utilizável em pulverizações que envolvam produtos químicos como ácidos, tintas ou solventes; sistema de acionamento: gatilho; bico com jato regulável. Espaço no rótulo do frasco para identificação do conteúdo. Cor do frasco: transparente; cor do bico: indiferente; deve conter na embalagem os dados de identificação em português, procedência, marca do fabricante, lote, data de fabricação, prazo de validade. Garantia mínima de 90 dias.*	UNIDADE	55
49	**BRAÇADEIRA DUAS VIAS PARA ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE:** *Braçadeira reutilizável para esfigmomanômetro, modelo com duas vias (duplo tudo), indicada para uso em pacientes adultos. Confeccionada em material resistente, lavável e antialérgico, com fecho de contato em velcro de alta aderência. Bolsa interna em látex ou material equivalente, com duas saídas para conexão simultânea ao manômetro e à pera de insuflação. Compatível com esfimomanômetro aneroide. Dimensões compatíveis com circunferência de braço adulto, aproximadamente de 18 a 35cm.*	UNIDADE	600
50	**BOTA DE UNNA:** *Gaze inelástica contendo óxido de zinco, glicerina, gelatina em pó, água, acrescida de glicerina, acácia, óleo de castor e petrolato branco para evitar o endurecimento. Apresentação: Rolo e, tipo atadura. Dimensões: 10 cm de largura por 9 cm de comprimento.*	UNIDADE	2.400
51	**CABO ECG 3 VIAS ADULTO***: Compatível com o Desfibrilador Externo Automático (DEA) modelo I.On, admitindo-se produto original ou equivalente, desde que apresente compatibilidade plena com o equipamento, mantendo seu desempenho, segurança e funcionalidade.*	UNIDADE	08
52	**CABO PARA BISTURI N°3:** *Cabo de bisturi para lâminas n° 10 à 17, medindo 13 cm de comprimento, com variação aceitável de até +/-1 cm; espessura do cabo 2mm. Produto confeccionado em aço inoxidável AISI 420 autoclavável; passível de esterilização em meios físicos – químicos. Embalagem plástica individual com dados de identificação e procedência. Registro na ANVISA.*	UNIDADE	155
53	**CABO PARA BISTURI N°4:** *Cabo de bisturi para lâminas n° 18 à 36, medindo 13,5 cm de comprimento, com variação aceitável de até +/-1 cm; espessura do cabo 2 mm. Produto confeccionado em aço inoxidável AISI 420 autoclavável; passível de esterilização em meios físicos – químicos. Embalagem plástica individual com dados de identificação e procedência. Registro na ANVISA.*	UNIDADE	50
54	**CABO PARA BISTURI N°7:** *Cabo de bisturi para lâminas n° 10 à 17, medindo 17 cm de comprimento, com variação aceitável de até +/-1 cm; espessura do cabo 2mm. Produto confeccionado em aço inoxidável AISI 420 autoclavável; passível de esterilização em meios físico – químicos. Embalagem plástica individual com dados de identificação e procedência. Registro na ANVISA.*	UNIDADE	15
55	**CADARÇO PARA FIXAÇÃO DE TUBO ORO-TRAQUEAL:** *Cadarço para fixação do TOT, 100% algodão, na cor branca/cru,*	ROLO	5

	tubular, com trama trançada de aproximadamente 20mm de largura e 2,5mm de espessura. Em rolo com no mínimo 50 metros. Embalagem individual resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente: fabricante e/ou importador, marca, dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade		
56	**CAIXA INOX COM TAMPA NÃO PERFURADA PARA INSTRUMENTAIS MÉDIO:** *Estojo em aço inoxidável temperável liso; medindo 20x10x05; (AISI 420); alta resistência à corrosão; resistência mecânica adequada; facilidade de limpeza; baixa rugosidade superficial; resistência à altas temperaturas; resistência às variações bruscas de temperatura; autoclavável; cantos arredondados; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT e registro na ANVISA.*	UNIDADE	50
57	**CAIXA TÉRMICA DE 23 A 24L:** *Caixa térmica com capacidade de 23 a 24L. Confeccionada em polietileno de alta densidade, tampa com vedação total, proporcionando isolamento térmico eficiente. Parede dupla com isolamento térmico em poliuretano ou material equivalente. Deve manter temperatura de +2 a 8+°C com uso de gelo reciclável (não incluso). Deve possuir alças laterais em nylon integradas e resistentes para facilitar o transporte. Superfície interna lisa e impermeável, permitindo higienização adequada. Deve possuir certificação do INMETRO.*	UNIDADE	50
58	**CÂNULA DE GUEDEL N°0:** *Confeccionada em plástico atóxico, livre de látex; transparente; tamanho 60mm (+/-5mm); uso único; descartável; com flexibilidade e curvatura adequadas para a finalidade; reforço interno a fim de evitar o colabamento; resistente; formato anatômico para proporcionar maior conforto ao paciente; extremidades macias e arredondadas para evitar lesões; sem rebarbas ou imperfeições; extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravada o calibre da cânula; borda de segurança. Embalagem individual íntegra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Permite abertura e transferência asséptica. Embalagem apresentando fabricante/importador, marca, dados de identificação, procedência, número do lote, data e validade da esterilização, data de fabricação e prazo de validade, conforme normas da ABNT 5364. Registro na ANVISA.*	UNIDADE	55
59	**CÂNULA DE GUEDEL N°00:** *Confeccionada em plástico atóxico, livre de látex; transparente; tamanho 40mm (+/-25mm); uso único; descartável; com flexibilidade e curvatura adequadas para a finalidade; reforço interno a fim de evitar o colabamento; resistente; formato anatômico para proporcionar maior conforto ao paciente; extremidades macias e arredondadas para evitar lesões; sem rebarbas ou imperfeições; extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravada o calibre da cânula; borda de segurança. Embalagem individual íntegra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Permite abertura e transferência asséptica. Embalagem apresentando fabricante/importador, marca, dados de identificação, procedência, número do lote, data e validade da esterilização, data de fabricação e prazo de validade, conforme normas da ABNT 5364. Registro na*	UNIDADE	55

	ANVISA.		
60	**CÂNULA DE GUEDEL N°01:** *Confeccionada em plástico atóxico, livre de látex; transparente; tamanho 70mm (+/-5mm); uso único; descartável; com flexibilidade e curvatura adequadas para a finalidade; reforço interno a fim de evitar o colabamento; resistente; formato anatômico para proporcionar maior conforto ao paciente; extremidades macias e arredondadas para evitar lesões; sem rebarbas ou imperfeições; extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravada o calibre da cânula; borda de segurança. Embalagem individual íntegra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Permite abertura e transferência asséptica. Embalagem apresentando fabricante/importador, marca, dados de identificação, tamanho, medida, procedência, número do lote, tipo de esterilização, validade da esterilização, data de fabricação e prazo de validade, conforme normas da ABNT 5364. Registro na ANVISA.*	UNIDADE	70
61	**CÂNULA DE GUEDEL N°02:** *Confeccionada em plástico atóxico, livre de látex; transparente; tamanho 90mm (+/-5mm); uso único; descartável; com flexibilidade e curvatura adequadas para a finalidade; reforço interno a fim de evitar o colabamento; resistente; formato anatômico para proporcionar maior conforto ao paciente; extremidades macias e arredondadas para evitar lesões; sem rebarbas ou imperfeições; extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravada o calibre da cânula; borda de segurança. Embalagem individual íntegra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Permite abertura e transferência asséptica. Embalagem apresentando fabricante/importador, marca, dados de identificação, tamanho, medida, procedência, número do lote, tipo de esterilização, validade da esterilização, data de fabricação e prazo de validade, conforme normas da ABNT 5364. Registro na ANVISA.*	UNIDADE	70
62	**CÂNULA DE GUEDEL N°03:** *Confeccionada em plástico atóxico, livre de látex; transparente; tamanho 90mm (+/-5mm); uso único; descartável; com flexibilidade e curvatura adequadas para a finalidade; reforço interno a fim de evitar o colabamento; resistente; formato anatômico para proporcionar maior conforto ao paciente; extremidades macias e arredondadas para evitar lesões; sem rebarbas ou imperfeições; extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravada o calibre da cânula; borda de segurança. Embalagem individual íntegra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Permite abertura e transferência asséptica. Embalagem apresentando fabricante/importador, marca, dados de identificação, tamanho, medida, procedência, número do lote, tipo de esterilização, validade da esterilização, data de fabricação e prazo de validade, conforme normas da ABNT 5364. Registro na ANVISA.*	UNIDADE	85
63	**CÂNULA DE GUEDEL N°04:** *Confeccionada em plástico atóxico, livre de látex; transparente; tamanho 100mm (+/-5mm); uso único; descartável; com flexibilidade e curvatura adequadas para a finalidade; reforço interno a fim de evitar o colabamento; resistente; formato anatômico para proporcionar maior conforto ao paciente; extremidades macias e arredondadas para evitar lesões; sem*	UNIDADE	85

	rebarbas ou imperfeições; extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravada o calibre da cânula; borda de segurança. Embalagem individual íntegra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Permite abertura e transferência asséptica. Embalagem apresentando fabricante/importador, marca, dados de identificação, tamanho, medida, procedência, número do lote, tipo de esterilização, validade da esterilização, data de fabricação e prazo de validade, conforme normas da ABNT 5364. Registro na ANVISA.		
64	**CÂNULA DE GUEDEL N°05:** *Confeccionada em plástico atóxico, livre de látex; transparente; com 110mm (+/-5mm) de comprimento; uso único; descartável; com flexibilidade e curvatura adequadas para a finalidade; reforço interno a fim de evitar o colabamento; resistente; formato anatômico para proporcionar maior conforto ao paciente; extremidades macias e arredondadas para evitar lesões; sem rebarbas ou imperfeições; extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravada o calibre da cânula; borda de segurança. Embalagem individual íntegra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Permite abertura e transferência asséptica. Embalagem apresentando fabricante/importador, marca, dados de identificação, tamanho, medida, procedência, número do lote, tipo de esterilização, validade da esterilização, data de fabricação e prazo de validade, conforme normas da ABNT 5364. Registro na ANVISA.*	UNIDADE	15
65	**CÂNULA DE GUEDEL N°06:** *Confeccionada em plástico atóxico, livre de látex; transparente; com 120mm (+/-5mm) de comprimento; uso único; descartável; com flexibilidade e curvatura adequadas para a finalidade; reforço interno a fim de evitar o colabamento; resistente; formato anatômico para proporcionar maior conforto ao paciente; extremidades macias e arredondadas para evitar lesões; sem rebarbas ou imperfeições; extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravada o calibre da cânula; borda de segurança. Embalagem individual íntegra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Permite abertura e transferência asséptica. Embalagem apresentando fabricante/importador, marca, dados de identificação, tamanho, medida, procedência, número do lote, tipo de esterilização, validade da esterilização, data de fabricação e prazo de validade, conforme normas da ABNT 5364. Registro na ANVISA.*	UNIDADE	15
66	**CÂNULA NASAL PARA EXAMES DE POLISSONOGRAFIA PORTÁTIL:** *Cânula nasal, indicada para pacientes adultos, destinada à captação do fluxo aéreo nasal. Compatível com o monitor portátil de apneia do sono modelo ApneaLink Air, admitindo-se produto original ou equivalente, desde que comprovada plena compatibilidade física, funcional e operacional com o equipamento, preservando a qualidade das medições e o desempenho do exame. Deve possuir conexão rotativa (giro livre), que permita mobilidade e minimize dobras no tubo. Fabricada em material macio, atóxico, hipoalergênico e livre de látex (latex-free). Tubo com comprimento entre 90 cm e 150 cm, e diâmetro interno compatível com a adequada captação do fluxo aéreo. Produto de uso descartável, com registro válido na ANVISA.*	UNIDADE	400

67	**CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE B TIPO III:** *Capacete de coloração vermelha, injetado em polipropileno, com suspensão em fitas de poliéster, tira absorvente de suor, ajuste da suspensão através de velcro, e com tratamento UV, deve ser leve, confortável, possui fitas antialérgicas e ao mesmo tempo ser resistente e garantir proteção ao usuário. Deve contar com um sistema de jugular de três pontos, que fica preso logo abaixo do queixo do profissional e evita que o EPI se solte, não deve ter aba. Apresentar CA do produto. As unidades deverão conter as inscrições "bombeiros" em ambas as faces laterais, acompanhando a curvatura do capacete de forma a ocupar toda a extensão do comprimento com altura proporcional ao comprimento; e "1º BBM" em posição horizontal na face frontal do capacete. Ambas as inscrições na cor branca, com letras no formato arial black, em caixa alta, utilizando tinta de alta resistência, de modo que as inscrições fiquem em tamanho visível e harmônico ou conforme a necessidade, deverão conter as inscrições "Samu" em ambas as faces laterais, acompanhando a curvatura do capacete de forma a ocupar toda a extensão do comprimento com altura proporcional ao comprimento; e Florianópolis" em posição horizontal na face frontal do capacete. Ambas as inscrições na cor branca, com letras no formato arial black, em caixa alta, utilizando tinta de alta resistência, de modo que as inscrições fiquem em tamanho visível e harmônico.*	UNIDADE	15
68	**CARREGADOR DE BATERIA PARA DESFIBRILADOR:** *compatível com o desfibrilador modelo I.On, admitindo-se produto original ou equivalente, desde que apresente compatibilidade plena com o equipamento, mantendo seu desempenho, segurança e funcionalidade. Alimentação: rede elétrica 100–240 V, 50–60 Hz; consumo máximo de 1 A; saída de 16,8 VDC e corrente de saída de 1 A.*	UNIDADE	08
69	**CATETER PARA OXIGÊNIO Nº06:** *Cateter confeccionado em tubo de PVC, verde – cor padrão internacional, transparente de paredes finas e maleáveis, com ponta arredondada e fechada, com 4 furos laterais; siliconizado, transparente, isento de saliências e defeitos. Flexibilidade que proporcione conforto, área fenestrada não superior a 3,5cm. Conector tipo Luer padrão resistente com ajuste aos extensores. Todo sistema deve ser resistente e oferecer segurança na utilização, deve ser atóxico, apirogênico, estéril, descartável, isento de resíduos e impurezas, e de fácil manuseio. Embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo: fabricante/importador; marca; dados de identificação; procedência; tamanho; tipo e data de esterilização; validade; data de fabricação e nº do lote; conforme ABNT; registro na ANVISA; responsável técnico.*	UNIDADE	125
70	**CATETER PARA OXIGÊNIO Nº08:** *Cateter confeccionado em tubo de PVC, verde - cor padrão internacional, transparente de paredes finas e maleáveis, com ponta arredondada e fechada, com 4 furos laterais; siliconizado, transparente, isento de saliências e defeitos. Flexibilidade que proporcione conforto, área fenestrada não superior a 3,5cm. Conector tipo Luer padrão resistente com ajuste*	UNIDADE	300

	aos extensores. Todo sistema deve ser resistente e oferecer segurança na utilização, deve ser atóxico, apirogênico, estéril, descartável, isento de resíduos e impurezas, e de fácil manuseio. Embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo: fabricante/importador; marca; dados de identificação; procedência; tamanho; tipo e data de esterilização; validade; data de fabricação e nº do lote; conforme ABNT; registro na ANVISA; responsável técnico		
71	**CATETER PARA OXIGÊNIO N°10:** *Cateter confeccionado em tubo de PVC, verde - cor padrão internacional, transparente de paredes finas e maleáveis, com ponta arredondada e fechada, com 4 furos laterais; siliconizado, transparente, isento de saliências e defeitos. Flexibilidade que proporcione conforto, área fenestrada não superior a 3,5cm. Conector tipo Luer padrão resistente com ajuste aos extensores. Todo sistema deve ser resistente e oferecer segurança na utilização, deve ser atóxico, apirogênico, estéril, descartável, isento de resíduos e impurezas, e de fácil manuseio. Embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo: fabricante/importador; marca; dados de identificação; procedência; tamanho; tipo e data de esterilização; validade; data de fabricação e nº do lote; conforme ABNT; registro na ANVISA; responsável técnico*	UNIDADE	100
72	**CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS ADULTO:** *Cateter nasal adulto com extensão em PVC, tipo óculos, descartável, plástico translúcido, isento de látex, com duas cânulas para adaptação em narinas. Material macio e maleável. Com alça de fixação regulável. Conector universal deve proporcionar ajuste seguro ao intermediário. Todo sistema deve ser atóxico, apirogênico, estéril, descartável, uso único, isento de resíduos e impurezas, resistente, de fácil manuseio e oferecer segurança na utilização. Proporcionar conforto e fluxo de oxigênio seguro. Embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo: fabricante/importador; marca; dados de identificação; procedência; tamanho; tipo e data de esterilização; validade; data de fabricação e nº do lote; conforme ABNT; registro na ANVISA; responsável técnico.*	UNIDADE	2.000
73	**CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS INFANTIL:** *Cateter nasal infantil com extensão em PVC, tipo óculos, anatomicamente curvado para caber no lábio superior, tubos nasais curvados e cônicos, descartável, plástico translúcido, isento de látex. Material macio e maleável. Com alça de fixação regulável. Conector universal deve proporcionar ajuste seguro ao intermediário. Todo sistema deve ser atóxico, apirogênico, estéril, descartável, isento de resíduos e impurezas, resistente, de fácil manuseio e oferecer segurança na utilização. Proporcionar conforto e fluxo de oxigênio seguro. Embalagem unitária que proporcione abertura fácil,*	UNIDADE	700

	asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo: fabricante/importador; marca; dados de identificação; procedência; tamanho; tipo e data de esterilização; validade; data de fabricação e nº do lote; conforme ABNT; registro na ANVISA; responsável técnico.		
74	**CATETER PARA OXIGÊNCIO TIPO ÓCULOS NEONATO:** *Cateter nasal neonato com extensão em PVC, tipo óculos, anatomicamente curvado para caber no lábio superior, tubos nasais curvados e cônicos, descartável, plástico translúcido, isento de látex. Material macio e maleável. Com alça de fixação regulável. Conector universal deve proporcionar ajuste seguro ao intermediário. Todo sistema deve ser atóxico, apirogênico, estéril, descartável, isento de resíduos e impurezas, resistente, de fácil manuseio e oferecer segurança na utilização. Proporcionar conforto e fluxo de oxigênio seguro. Embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo: fabricante/importador; marca; dados de identificação; procedência; tamanho; tipo e data de esterilização; validade; data de fabricação e nº do lote; conforme ABNT; registro na ANVISA; responsável técnico.*	UNIDADE	225
75	**CATETER PARA PUNÇÃO VENOSA 14G:** *Cateter n° 14G – 2,1mm x 45mm (+/- 3 mm) para punção venosa periférica com dispositivo de segurança conforme NR 32, com cânula externa em poliuretano ou silicone com tempo de permanência superior a 72 horas, estéril, descartável, radiopaco, , com flexibilidade segura e ponta ajustada ao bisel, com canhão translúcido com adaptação Luer Lock adaptável a qualquer equipo e/ou seringa, câmara de refluxo transparente, rígida com tampa protetora, com bisel trifacetado, afiado que proporcione penetração e deslize seguro, com protetor. Todo conjunto deve ser atóxico, livre de látex, isento de resíduos e impurezas, resistente, proporcionar manuseio fácil e seguro. Embalagem com abertura asséptica, segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo: fabricante/importador; marca; dados de identificação; procedência; tamanho; tipo e data de esterilização; validade; data de fabricação e nº do lote; conforme ABNT; registro na ANVISA; responsável técnico.*	UNIDADE	1000
76	**CATETER PARA PUNÇÃO VENOSA 16G:** *Cateter n° 16G -1,7mm x 45mm (+/- 3 mm) para punção venosa periférica com dispositivo de segurança conforme NR 32, com cânula externa em poliuretano ou silicone com tempo de permanência superior a 72 horas, estéril, descartável, radiopaco, , com flexibilidade segura e ponta ajustada ao bisel, com canhão translúcido com adaptação Luer Lock adaptável a qualquer equipo e/ou seringa, câmara de refluxo transparente, rígida com tampa protetora, com bisel trifacetado, afiado que proporcione penetração e deslize seguro, com protetor. Todo conjunto deve ser atóxico, livre de látex, isento de resíduos e impurezas, resistente, proporcionar manuseio fácil e seguro. Embalagem com abertura asséptica, segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização.*	UNIDADE	1000

	Embalagem contendo: fabricante/importador; marca; dados de identificação; procedência; tamanho; tipo e data de esterilização; validade; data de fabricação e nº do lote; conforme ABNT; registro na ANVISA; responsável técnico.		
77	**CATETER PARA PUNÇÃO VENOSA 18G:** *Cateter 18G – 1,3mm x 45mm (+/- 3 mm) para punção venosa periférica com dispositivo de segurança conforme NR 32, com cânula externa em poliuretano ou silicone com tempo de permanência superior a 72 horas, estéril, descartável, radiopaco , com flexibilidade segura e ponta ajustada ao bisel, com canhão translúcido com adaptação Luer Lock adaptável a qualquer equipo e/ou seringa, câmara de refluxo transparente, rígida com tampa protetora, com bisel trifacetado, afiado que proporcione penetração e deslize seguro, com protetor. Todo conjunto deve ser atóxico, livre de látex, isento de resíduos e impurezas, resistente, proporcionar manuseio fácil e seguro. Embalagem com abertura asséptica, segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo: fabricante/importador; marca; dados de identificação; procedência; tamanho; tipo e data de esterilização; validade; data de fabricação e nº do lote; conforme ABNT; registro na ANVISA; responsável técnico.*	UNIDADE	3.500
78	**CATETER PARA PUNÇÃO VENOSA 20G:** *Cateter 20G – 1,1mm x 32 mm (+/- 3 mm) para punção venosa periférica com dispositivo de segurança conforme NR 32, com cânula externa em poliuretano ou silicone com tempo de permanência superior a 72 horas, estéril, descartável, radiopaco, com flexibilidade segura e ponta ajustada ao bisel, com canhão translúcido com adaptação Luer Lock adaptável a qualquer equipo e/ou seringa, câmara de refluxo transparente, rígida com tampa protetora, com bisel trifacetado, afiado que proporcione penetração e deslize seguro, com protetor. Todo conjunto deve ser atóxico, livre de látex, isento de resíduos e impurezas, resistente, proporcionar manuseio fácil e seguro. Embalagem com abertura asséptica, segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo: fabricante/importador; marca; dados de identificação; procedência; tamanho; tipo e data de esterilização; validade; data de fabricação e nº do lote; conforme ABNT; registro na ANVISA; responsável técnico.*	UNIDADE	12.000
79	**CATETER PARA PUNÇÃO VENOSA 22G:** *: Cateter 22G - 0,9mm x 25mm (+/- 3 mm) para punção venosa periférica com dispositivo de segurança conforme NR 32, com cânula externa em poliuretano ou silicone com tempo de permanência superior a 72 horas, estéril, descartável, radiopaco, com flexibilidade segura e ponta ajustada ao bisel, com canhão translúcido com adaptação Luer Lock adaptável a qualquer equipo e/ou seringa, câmara de refluxo transparente, rígida com tampa protetora, com bisel trifacetado, afiado que proporcione penetração e deslize seguro, com protetor. Todo conjunto deve ser atóxico, livre de látex, isento de resíduos e impurezas, resistente, proporcionar manuseio fácil e seguro. Embalagem com abertura asséptica, segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo: fabricante/importador; marca; dados de*	UNIDADE	35.000

	identificação; procedência; tamanho; tipo e data de esterilização; validade; data de fabricação e nº do lote; conforme ABNT; registro na ANVISA; responsável técnico.		
80	**CATETER PARA PUNÇÃO VENOSA 24G:** *Cateter 24G - 0,7mm x 19 mm (+/- 3 mm) para punção venosa periférica com dispositivo de segurança conforme NR 32, com cânula externa em poliuretano ou silicone com tempo de permanência superior a 72 horas, estéril, descartável, radiopaco, com flexibilidade segura e ponta ajustada ao bisel, com canhão translúcido com adaptação Luer Lock adaptável a qualquer equipo e/ou seringa, câmara de refluxo transparente, rígida com tampa protetora, com bisel trifacetado, afiado que proporcione penetração e deslize seguro, com protetor. Todo conjunto deve ser atóxico, livre de látex, isento de resíduos e impurezas, resistente, proporcionar manuseio fácil e seguro. Embalagem com abertura asséptica, segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo: fabricante/importador; marca; dados de identificação; procedência; tamanho; tipo e data de esterilização; validade; data de fabricação e nº do lote; conforme ABNT; registro na ANVISA; responsável técnico.*	UNIDADE	26.500
81	**CATGUT CROMADO Nº 2.0 COM AGULHA 20MM:** *Estéril; com colágeno de alta pureza entre 97-98%; cromado uniforme ao longo do fio proporcionando um suporte seguro ao tecido durante a absorção; boa resistência à tração; produto de uso único; fabricado com fio absorvível e multifilamentar; polimento e calibre uniforme dando aparência de monofilamento; fio com diâmetro 2.0, medindo entre 70 e 75 cm; com agulha em aço inoxidável, cilíndrica, com curvatura ½ círculo e 20 mm de comprimento. Embalagem individual estéril, sendo o envelope interno em alumínio permitindo que o fio permaneça imerso em solução de álcool isopropílico; o envelope externo em papel grau cirúrgico. envelope externo constando dados de tipo de sutura; comprimento do fio; tipo de agulha; número de fios; nome do fabricante; número do lote; prazo de validade; acondicionados em embalagem secundária contendo : embalagem contendo dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro no ministério da saúde/ANVISA.*	UNIDADE	96
82	**CATGUT CROMADO Nº 4.0 COM AGULHA DE 20 MM:** *Estéril; com colágeno de alta pureza entre 97-98%; cromado uniforme ao longo do fio proporcionando um suporte seguro ao tecido durante a absorção; boa resistência à tração; produto de uso único; fabricado com fio absorvível e multifilamentar; polimento e calibre uniforme dando aparência de monofilamento; fio com diâmetro 4.0, medindo entre 70 e 75 cm; com agulha em aço inoxidável, cilíndrica, com curvatura ½ círculo e 20 mm de comprimento. Embalagem individual estéril, sendo o envelope interno em alumínio permitindo que o fio permaneça imerso em solução de álcool isopropílico; o envelope externo em papel grau cirúrgico. envelope externo constando dados de tipo de sutura; comprimento do fio; tipo de*	UNIDADE	96

	agulha; número de fios; nome do fabricante; número do lote; prazo de validade; acondicionados em embalagem secundária contendo : embalagem contendo dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro no ministério da saúde/ANVISA.		
83	**CATGUT SIMPLES Nº 2.0 COM AGULHA 20MM:** *Estéril; com colágeno de alta pureza entre 97-98%; boa resistência à tração; produto de uso único; fabricado com fio absorvível e multifilamentar; polimento e calibre uniforme dando aparência de monofilamento; fio com diâmetro 2.0, medindo entre 70 e 75 cm; com agulha em aço inoxidável, cilíndrica, com curvatura ½ círculo e 20 mm de comprimento. Embalagem individual estéril, sendo o envelope interno em alumínio permitindo que o fio permaneça imerso em solução de álcool isopropílico; o envelope externo em papel grau cirúrgico. envelope externo constando dados de tipo de sutura; comprimento do fio; tipo de agulha; número de fios; nome do fabricante; número do lote; prazo de validade; acondicionados em embalagem secundária contendo : dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro no ministério da saúde/ANVISA.*	UNIDADE	144
84	**CATGUT SIMPLES Nº 3.0 COM AGULHA 20MM**: *Fio medindo de 70 a 75 cm, com agulha cilíndrica em aço inoxidável, ½ círculo 20mm. De origem animal, submucosa intestinal de ovinos ou serosa bovina selecionada purificadas de forma mecânica, física e quimicamente, resultando em fios de coloração amarelo palha. Estéril e absorvível. Indicado para uso em aproximação geral de tecidos suaves e\ou ligação. Embalado em uma solução amaciante de 89,5% de álcool isopropílico. Embalados em envelopes individuais, constando dados de identificação, procedência, lote, data de fabricação e validade, tipo de esterilização, e reembalados em papel grau cirúrgico, própria à leitura da identificação. Acondicionado em caixa, devidamente identificados, registro da ANVISA.*	UNIDADE	2.160
85	**CATGUT SIMPLES Nº 4.0 COM AGULHLA 30MM:** *Estéril; com colágeno de alta pureza entre 97-98%; boa resistência à tração; produto de uso único; fabricado com fio absorvível e multifilamentar; polimento e calibre uniforme dando aparência de monofilamento; fio com diâmetro 4.0, medindo entre 70 e 75 cm; com agulha em aço inoxidável, cilíndrica, com curvatura ½ círculo e 20 mm de comprimento. Embalagem individual estéril, sendo o envelope interno em alumínio permitindo que o fio permaneça imerso em solução de álcool isopropílico; o envelope externo em papel grau cirúrgico. envelope externo constando dados de tipo de sutura; comprimento do fio; tipo de agulha; número de fios; nome do fabricante; número do lote; prazo de validade; acondicionados em embalagem secundária contendo : embalagem contendo dados*	UNIDADE	420

	de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro no ministério da saúde/ANVISA.		
86	**CATGUT SIMPLES Nº 5.0 COM AGULHA 20MM:** *estéril; com colágeno de alta pureza entre 97-98%; boa resistência à tração; produto de uso único; fabricado com fio absorvível e multifilamentar; polimento e calibre uniforme dando aparência de monofilamento; fio com diâmetro 5.0, medindo entre 70 e 75 cm; com agulha em aço inoxidável, cilíndrica, com curvatura ½ círculo e 20 mm de comprimento. Embalagem individual estéril, sendo o envelope interno em alumínio permitindo que o fio permaneça imerso em solução de álcool isopropílico; o envelope externo em papel grau cirúrgico. envelope externo constando dados de tipo de sutura; comprimento do fio; tipo de agulha; número de fios; nome do fabricante; número do lote; prazo de validade; acondicionados em embalagem secundária contendo : embalagem contendo dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro no ministério da saúde/ANVISA.*	UNIDADE	288
87	**CILINDRO DE OXIGÊNIO:** *Cilindro de alumínio para armazenamento de oxigênio medicinal, novo, pressão de trabalho de 139bar, com volume de 03 (três) litros, com válvula padrão ABNT. Corpo em alumínio escovado e calota na cor verde. Peso do alumínio 2,5kg, dimensões aproximadas 49 cm de altura e 10 cm de diâmetro. O teste hidrostático do cilindro deverá datar o ano vigente da ata.*	UNIDADE	13
88	**CINTO DE SEGURANÇA TIPO ARANHA ADULTO:** *Confeccionado em fitas de 100% poliamida preta e coloridas com 50 mm de largura aproximadamente. Fecho de regulagem em velcro dos dois lados da fita, com costura dupla e resistente, para que seja ajustável a tamanhos diferentes de vítimas. Um tirante principal de cor preta, de aproximadamente 1,67m incluindo sistema em "v" com altura regulável de 15 cm, aproximadamente. Na parte superior bifurcação em "v", para colocação em prancha rígida. 04 (quatro) tirantes transversais com regulagem aproximada de 15 cm, também adaptável em prancha rígida. Cores dos cintos transversais e suas medidas: superior cor verde 1,60m; meio cor preta 1,60m; meio cor vermelha 1,15m; inferior amarela 1,15m de comprimento aproximadamente. Para colocação em prancha rígida, onde fixará a vítima a ser socorrida ou transportada da melhor forma possível. As unidades deverão conter bordado as inscrições "SAMU - BRAVO FLORIANÓPOLIS" no tirante principal (central), letras no formato arial black, caixa alta, na coloração Branca, de modo que as inscrições fiquem em tamanho harmônico e ocupem toda a largura do tirante. Ou deverão conter bordado as inscrições "BOMBEIROS 1°BBM - FLORIANÓPOLIS" no tirante principal*	UNIDADE	100

	(central), letras no formato arial black, caixa alta, na coloração Branca, de modo que as inscrições fiquem em tamanho harmônico e ocupem toda a largura do tirante.		
89	**CINTO DE SEGURANÇA TIPO ARANHA INFANTIL***: Projetado para garantir o transporte ágil e seguro da vítima. Deve possuir três tirantes transversais reguláveis por altura em velcro e regulador plástico, que garantem a integridade da pessoa. O equipamento deve ser firme e resistente, estrutura e tamanho adequados para uso em crianças. Deve ser confeccionado em fitas de poliamida 100% e adaptável para utilização em pranchas rígidas. Regulador confeccionado em plástico preto; deverão conter Bordado as inscrições "SAMU/SMS" e "FLORIANÓPOLIS" no tirante principal (central), letras no formato arial black, caixa alta, na coloração Branca, de modo que as inscrições fiquem em tamanho harmônico e ocupem toda a largura do tirante. Ou conforme a necessidade deverá conter Bordado as inscrições "BOMBEIROS" e "1°BBM" no tirante principal (central), letras no formato arial black, caixa alta, na coloração Branca, de modo que as inscrições fiquem em tamanho harmônico e ocupem toda a largura do tirante.*	UNIDADE	25
90	**CLOREXIDINA DEGERMANTE 4% 1L:** *Clorexidina degermante tópico de característica tensoativa, apresenta composição em gliconato ou digliconato de clorexidina e concentração de 4%, cada 100 mL da solução com tensoativos contém 4,0g de gliconato ou digliconato de clorexidina; uso adulto e pediátrico. Frasco 1000 mL sem bico dosador; tampa com lacre. Saneativo indicado para assepsia e degermação da pele humana. Embalagem contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; informações toxicológicas; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem e primeiro socorros; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.*	FRASCO	800
91	**COBERTURA PARA ÓBITO TAMANHO PEQUENO (P):** *Cobertura para óbito, tamanho P, medidas aproximadas de 60 X 100, constituído de Polietileno Virgem de Baixa densidade, na cor cinza ou preto, com selamento nas extremidades superior e inferior, zíper frontal costurado com acabamento em viés, iniciando costura a partir de 10cm das extremidades superior e inferior para evitar vazamento, sem costuras laterais, com etiqueta de identificação atachada ao cursor do zíper, com espaço para inscrição do nome do hospital/órgão, nome do cadáver, data e hora de falecimento. Obrigatória apresentação de laudos positivos emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO, nos ensaios determinação do empenho em levantamento (NBR 9476), desempenho (NBR 9460), estanqueidade (NBR 9191 e verificação da resistência ao levantamento por incremento de carga até a ocorrência de ruptura.*	UNIDADE	05
92	**COBERTURA PARA ÓBITO TAMANHO MÉDIO (M):** *Cobertura para óbito, tamanho M, medidas aproximadas de 60 X 150, constituído de Polietileno Virgem de Baixa densidade, na cor cinza ou preto, com selamento nas extremidades superior e inferior, zíper frontal costurado com acabamento em viés, iniciando costura a partir de 10cm das extremidades superior e inferior para evitar vazamento, sem costuras laterais, com etiqueta de identificação*	UNIDADE	20

	atachada ao cursor do zíper, com espaço para inscrição do nome do hospital/órgão, nome do cadáver, data e hora de falecimento. Obrigatória apresentação de laudos positivos emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO, nos ensaios determinação do empenho em levantamento (NBR 9476), desempenho (NBR 9460), estanqueidade (NBR 9191 e verificação da resistência ao levantamento por incremento de carga até a ocorrência de ruptura.		
93	**COBERTURA PARA ÓBITO TAMANHO GRANDE (G):** *Cobertura para óbito, tamanho G, medidas aproximadas de 90 X 210, constituído de Polietileno Virgem de Baixa densidade, na cor cinza ou preto, com selamento nas extremidades superior e inferior, zíper frontal costurado com acabamento em viés, iniciando costura a partir de 10cm das extremidades superior e inferior para evitar vazamento, sem costuras laterais, com etiqueta de identificação atachada ao cursor do zíper, com espaço para inscrição do nome do hospital/órgão, nome do cadáver, data e hora de falecimento. Obrigatória apresentação de laudos positivos emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO, nos ensaios determinação do empenho em levantamento (NBR 9476), desempenho (NBR 9460), estanqueidade (NBR 9191 e verificação da resistência ao levantamento por incremento de carga até a ocorrência de ruptura.*	UNIDADE	20
94	**COBERTURA PARA ÓBITO TAMANHO EXTRA GRANDE (GG):** *Cobertura para óbito, tamanho GG, medidas aproximadas de 90 X 220 (LxAxE), constituído de Polietileno Virgem de Baixa densidade, na cor cinza ou preto, com selamento nas extremidades superior e inferior, zíper frontal costurado com acabamento em viés, iniciando costura a partir de 10cm das extremidades superior e inferior para evitar vazamento, sem costuras laterais, com etiqueta de identificação atachada ao cursor do zíper, com espaço para inscrição do nome do hospital/órgão, nome do cadáver, data e hora de falecimento. Obrigatória apresentação de laudos positivos emitidos por laboratório acreditado pelo INMETRO, nos ensaios determinação do empenho em levantamento (NBR 9476), desempenho (NBR 9460), estanqueidade (NBR 9191 e verificação da resistência ao levantamento por incremento de carga até a ocorrência de ruptura.*	UNIDADE	20
95	**COLAR CERVICAL EXTRA PEQUENO (PP):** *Colar cervical tamanho PP, específico para uso pré-hospitalar, com desenho assimétrico, dobrável e plano, com janela traqueal extrapequeno para acesso à região cervical anterior (pulso carotídeo e acesso cirúrgico de via aérea superior), com fecho de velcro de largura mínima de 5 (cinco) centímetros. Confeccionada em polietileno de alta densidade, radio transparente com enchimento de espuma em todas as faces de contato com a pele do paciente, e dotada de apoio para a mandíbula.*	UNIDADE	160
96	**COLAR CERVICAL PEQUENO (P):** *Colar cervical tamanho pequeno, específico para uso pré-hospitalar, com desenho assimétrico, dobrável e plano, com janela traqueal pequeno para acesso à região cervical anterior (pulso carotídeo e acesso cirúrgico de via aérea superior), com fecho de velcro de largura mínima de 5 (cinco) centímetros. Confeccionada em polietileno de alta densidade, radiotransparente com enchimento de espuma em*	UNIDADE	140

	todas as faces de contato com a pele do paciente, e dotada de apoio para a mandíbula.		
97	**COLAR CERVICAL MÉDIO (M):** *Colar cervical específico para uso pré-hospitalar, tamanho médio, com desenho assimétrico, dobrável e plano, com janela traqueal médio para acesso à região cervical anterior (pulso carotídeo e acesso cirúrgico de via aérea superior), com fecho de velcro de largura mínima de 5 (cinco) centímetros. Confeccionada em polietileno de alta densidade, radiotransparente, com enchimento de espuma em todas as faces de contato com a pele do paciente, e dotada de apoio para a mandíbula.*	UNIDADE	120
98	**COLAR CERVICAL GRANDE (G):** *Colar cervical específico para uso pré-hospitalar, tamanho grande, com desenho assimétrico, dobrável e plano, com janela traqueal grande para acesso à região cervical anterior (pulso carotídeo acesso cirúrgico de via aérea superior), com fecho de velcro de largura mínima de 5 (cinco) centímetros. Confeccionada em polietileno de alta densidade, radiotransparente, com enchimento de espuma em todas as faces de contato com a pele do paciente, e dotada de apoio para a mandíbula.*	UNIDADE	120
99	**COLAR CERVICAL EXTRA GRANDE (GG):** *Colar cervical específico para uso pré-hospitalar, tamanho extragrande, com desenho assimétrico, dobrável e plano, com janela traqueal extragrande para acesso à região cervical anterior (pulso carotídeo e acesso cirúrgico de via aérea superior), com fecho de velcro de largura mínima de 5 (cinco) centímetros. Confeccionada em polietileno de alta densidade, radiotransparente, com enchimento de espuma em todas as faces de contato com a pele do paciente, e dotada de apoio para a mandíbula.*	UNIDADE	80
100	**COLAR CERVICAL NEONATAL ROSA:** *Colar cervical tamanho neonatal específico para uso pré-hospitalar, desenho assimétrico, dobrável e plano, completamente radio transparente, com suporte mentoniano, não estéril, com janela traqueal extragrande para acesso a região cervical anterior (pulso carotídeo e acesso cirúrgico de via aérea superior), com fecho de velcro de largura mínima de 05 (cinco) centímetros. Confeccionado em polietileno de alta densidade, radio transparente, com enchimento de espuma em todas as faces de contato com a pele do paciente e, dotado de apoio para a mandíbula. A identificação referente ao tamanho por cor, deverá ser visível a distância. Apresentar registro ANVISA juntamente com a proposta de valores.*	UNIDADE	40
101	**COLAR CERVICAL INFANTIL AZUL CLARO***: Colar cervical tamanho infantil específico para uso pré-hospitalar, desenho assimétrico, dobrável e plano, completamente radio transparente, com suporte mentoniano, não estéril, com janela traqueal extragrande para acesso a região cervical anterior (pulso carotídeo e acesso cirúrgico de via aérea superior), com fecho de velcro de largura mínima de 05 (cinco) centímetros. Confeccionado em polietileno de alta densidade, radio transparente, com enchimento de espuma em todas as faces de contato com a pele do paciente e, dotado de apoio para a mandíbula. A identificação referente ao tamanho por cor, deverá ser visível a distância. Apresentar registro ANVISA juntamente com a proposta de valores.*	UNIDADE	70

102	**COLETE DE IMOBILIZAÇÃO DORSAL ADULTO:** *Colete de imobilização dorsal adulto utilizado para extricção e imobilizações provisórias da coluna vertebral para o transporte de vítimas; confeccionado com material tipo 100% poliamida, peso aproximado de 3.500 gramas, impermeável e lavável; possuir pegadores e alças que permitem a remoção da vítima sentada com a coluna vertical totalmente imobilizada. O conjunto deve vir acompanhado de uma almofada para acomodar a cabeça (se necessário), um jogo de tirantes para fixação da testa e queixo; suportar até 120kg, totalmente radiotransparente; acondicionado em bolsa; acompanha manual de utilização.*	UNIDADE	15
103	**COLETE DE IMOBILIZAÇÃO DORSAL INFANTIL:** *Colete imobilização dorsal infantil utilizado para extricção e imobilizações provisórias da coluna vertebral para o transporte de vítimas; confeccionado com material tipo 100% poliamida, impermeável e lavável; possuir pegadores e alças que permitem a remoção da vítima sentada com a coluna vertical totalmente imobilizada. O conjunto deve vir acompanhado de uma almofada para acomodar a cabeça (se necessário), um jogo de tirantes para fixação da testa e queixo; suportar até 70kg; totalmente radiotransparente; acondicionada em bolsa; acompanha manual de utilização.*	UNIDADE	10
104	**COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE 3L:** *Confeccionado em material resistente a base de papelão que possa ser incinerado; capacidade útil de 3 (três) litros. Com trava especial de segurança que impeça a violação, paredes rígidas, com cinta interna de segurança, revestido internamente com bandeja e saco plástico resistente a punctura, ruptura e vazamentos. Bocal deve permitir colocação do material descartado utilizando apenas uma das mãos, de forma segura, sem necessidade de abrir e fechar tampa. A trava e a contratava de segurança garantem que, após o fechamento do coletor a tampa não se abra durante o transporte. Alças para transporte e tampa protetora com sistema de abertura e fechamento isento de ruptura, deformação ou perfuração. Todo material deve ser resistente, seguro, proporcionar manuseio fácil e utilização segura. Superfície externa de cor amarela e símbolo para material infectante (NBR7500). Possuir layout normativo com inscrições legíveis e indeléveis. Seguir NRB 13853 (revisão 2020) e NBR 7500 (simbologia); embalagem contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso e montagem; capacidade volumétrica; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.*	UNIDADE	4.100
105	**COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE 7L:** *Confeccionado em material resistente a base de papelão que possa ser incinerado; capacidade útil de 07(sete) litros. Com trava especial de segurança que impeça a violação, paredes rígidas, com cinta interna de segurança, revestido internamente com bandeja e saco plástico resistente a punctura, ruptura e vazamentos. Bocal deve permitir colocação do material descartado utilizando apenas uma das mãos, de forma segura, sem necessidade de abrir e fechar tampa. A trava e a contratava de segurança garantem que,*	UNIDADE	4.500

	após o fechamento do coletor a tampa não se abra durante o transporte. Alças para transporte e tampa protetora com sistema de abertura e fechamento isento de ruptura, deformação ou perfuração. Todo material deve ser resistente, seguro, proporcionar manuseio fácil e utilização segura. Superfície externa de cor amarela e símbolo para material infectante (NRB 7500). Possuir layout normativo com inscrições legíveis e indeléveis. Seguir NBR 13853 (revisão 2020) e NBR 7500 (simbologia); embalagem contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso e montagem; capacidade volumétrica; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.		
106	**COLETOR PARA METERIAL PERFURO CORTANTE 20L:** Confeccionado *em material resistente a base de papelão que possa ser incinerado; capacidade útil de 20 (vinte) litros. Com trava especial de segurança que impeça a violação, paredes rígidas, com cinta interna de segurança, revestido internamente com bandeja e saco plástico resistente a punctura, ruptura e vazamentos. Bocal deve permitir colocação do material descartado utilizando apenas uma das mãos, de forma segura, sem necessidade de abrir e fechar tampa. A trava e a contratava de segurança garantem que, após o fechamento do coletor a tampa não se abra durante o transporte. Alças para transporte e tampa protetora com sistema de abertura e fechamento isento de ruptura, deformação ou perfuração. Todo material deve ser resistente, seguro, proporcionar manuseio fácil e utilização segura. Superfície externa de cor amarela e símbolo para material infectante (NBR 7500). Possuir layout normativo com inscrições legíveis e indeléveis. Seguir NRB 13853 (revisão 2020) e NBR 7500 (simbologia); embalagem contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso e montagem; capacidade volumétrica; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.*	UNIDADE	4.100
107	**COLETOR RÍGIDO DE RESÍDUOS PERFURO-CORTANTES:** *Descartável; uso único; fabricado em polietileno rígido de alta resistência para garantir a segurança contra perfurações e vazamentos; contém desconector de agulhas no bocal da tampa; tampa com vedação e sistema de fechamento para evitar escape de resíduos; translúcido para visualização da quantidade de descartes realizados; capacidade 01 litro; dimensões aproximadas: altura 15,5 cm; frente cima 10 cm; frente baixo 09 cm; lateral cima 08 cm; lateral baixo 07 cm. Registro ANVISA; atender a NBR 13853-1 de 2018.*	UNIDADE	60
108	**COMADRE:** *Coletor de urina tipo pá; alça em inox; fundo achatado na posição horizontal; fabricada em aço inoxidável 304; resistente à corrosão/ ações térmicas/mecânicas; com superfícies lisas e plana para aumentar o conforto e facilitar a limpeza. Capacidade aproximada 3,5 litros. Medidas aproximadas 42 cm (C) x 29 cm (L)*	UNIDADE	10

	x 9 cm (A); abertura oval entre 22 e 24 cm; resistente a impactos; autoclavável; suporta variação de temperaturas altas e baixas. Embalagem individual contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; procedência; conforme ABNT.		
109	**COMPRESSA CIRURGICA ESTERIL PACOTE COM 5 UNIDADES:** *Gaze hidrófila, estéril, cor branca, tamanho 7,5x7,5 cm fechada, e 15x30cm aberta, 100% algodão, 13(treze) fios por cm², 1g de peso por unidade, trama isenta de falhas, sem fios soltos, 08(oito) camadas e 5(cinco) dobras, boa capacidade de absorção, macia, isenta de resíduos e impurezas, amido, alvejantes ópticos, ou substâncias alergênicas. Pacote com 5(cinco) unidades, com peso mínimo aproximado de 5g, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, contendo dados de identificação, procedência, validade e nº do lote, data de fabricação. Registro na ANVISA.*	PACOTE	14.000
110	**COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM PACOTE COM 500 UNIDADES:** ***:*** *Gaze hidrófila, cor branca, tamanho 7,5x7,5 cm fechada, e 15x30 cm aberta, 100% algodão, 13 (treze) fios por cm² aproximadamente, 1g de peso por unidade, trama isenta de falhas, sem fios soltos, 08 (oito) camadas e 5 (cinco) dobras, boa capacidade de absorção, macia, isenta de resíduos e impurezas, amido, corantes corretivos; substâncias gordurosas, alvejantes ópticos, ou substâncias alergênicas, não estéreis, embalagem plástica segura contendo 500 (quinhentas) folhas, com peso mínimo aproximado de 490g, dispostas regularmente para facilitar o manuseio, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.*	PACOTE	23.500
111	**COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA - CHUMAÇO ESTÉRIL:** *Compressa de gaze hidrófila, estéril, 13(treze) fios, 06(seis) dobras, tamanhos 15x15 ou 10x15 dobradas e 15x60 ou 10x60 aberta, respectivamente, cor branca, 100% algodão, algodonada internamente com chumaço de algodão hidrófilo e estéril. Toda a compressa deve ter boa capacidade de absorção, macia, isenta de resíduos, impurezas, amido, alvejantes ópticos, ou substâncias alergênicas. Pacote com 01(uma) unidade com peso mínimo aproximado de 5g, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, permita abertura e transferência com técnica asséptica; embalagem trazendo externamente os dados contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico e procedência. Registro na ANVISA.*	UNIDADE	145.000

112	**COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO:** *Gaze hidrófila, cor branca, medindo aproximadamente 9,1cm x 91m, 100% algodão, 13(treze) fios por cm², trama isenta de falhas, sem fios soltos, 3(três) dobras uniformemente enroladas sobre si, boa capacidade de absorção, macia, isenta de resíduos impurezas, amido, corantes corretivos; alvejantes ópticos, ou substâncias alergênicas, não estéril, embalagem plástica segura contendo 1(um) rolo com peso aproximado de 1.800 g, selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, atender na integra as normas da NBR 14108 contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.*	UNIDADE	900
113	**CONEXÃO DUAS VIAS PARA INFUSÃO PARENTERAL:** *Extensor intermediário de duas vias com vedação precisa para administração de medicações, estéril, descartável, transparente, tubo cilíndrico em PVC cristal, tubo flexível, atóxico, apirogênico, isento de resíduos e impurezas, livre de látex e de fácil manuseio. Possui duas extremidades distais com conectores Luer Lock fêmea universais com tampa e dotadas de dispositivo clamp (abre e fecha), um intermediário em "y" unindo as extensões distais à extensão proximal Luer Slip macho universal com tampa protetora - sem saliências permitido apoio seguro na pele; comprimento aproximado 20cm. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, contendo: fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.*	UNIDADE	5.500
114	**CONJUNTO IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA ADULTO:** *Conjunto para imobilização de cabeça, constituído de uma base, a ser fixada na tábua e um par de almofadas com dois tirantes para fixação. As almofadas deverão ser fixadas na base através de velcro de boa aderência, colados e costurados, confeccionadas em espuma com densidade 30 (tipo b), nas seguintes medidas aproximadamente: comprimento 25cm, largura 7cm, altura 15 cm. As almofadas devem possuir orifício auricular para verificação de sangramento. Todo o conjunto é revestido por material impermeável lavável e contínuo sem costuras. O conjunto deverá possuir também dois tirantes para fixação de cabeça e quatro anéis laterais de nylon na parte inferior da base para fixação dos mesmos, facilitando o manuseio, devendo permitir radiografias ou ainda tomografias sem afetar a qualidade da imagem. Cumprindo as normas de inflamabilidade. FMUSS 302, o peso não excede a 01 (um) quilo, sendo flutuante. Possui uma alça de nylon na parte central da base para fixação na tábua de imobilização. Conforme o termo de referência, as unidades deverão conter as inscrições "BOMBEIROS" e "1°BBM" em posição horizontal na base e em cada uma das almofadas, com letras no formato Arial Black, caixa alta, em coloração branca com tinta de alta resistência, de modo*	UNIDADE	85

	que as inscrições fiquem em tamanho harmônico e ocupem toda a largura da base e o comprimento das almofadas. Ou deverão conter as inscrições "SAMU-SMS" e "FLORIANÓPOLIS" em posição horizontal na base e em cada uma das almofadas, com letras no formato Arial Black, caixa alta, em coloração branca com tinta de alta resistência, de modo que as inscrições fiquem em tamanho harmônico e ocupem toda a largura da base e o comprimento das almofadas. Com garantia mínima de 1 ano.		
115	**CONJUNTO IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA INFANTIL:** *Constituído de uma base, a ser fixada na tábua e um par de almofadas com dois tirantes para fixação. As almofadas deverão ser fixadas na base através de velcro de boa aderência, colados e costurados, confeccionadas em espuma com densidade 30 (tipo b), nas seguintes medidas aproximadamente: comprimento 23cm e largura 5cm. A base fixada na prancha com 29 x 24cm; laterais ficadas na base com 23 x 13 x 5cm Todo o conjunto é revestido por material impermeável lavável e contínuo sem costuras. O conjunto deverá possuir também dois tirantes para fixação de cabeça e queixo e anéis laterais de nylon na parte inferior da base para fixação dos mesmos, facilitando o manuseio, devendo permitir radiografias ou ainda tomografias sem afetar a qualidade da imagem. Cumprindo as normas de inflamabilidade. FMUSS 302, o peso não excede a 01 (um) quilo, sendo flutuante. Possui uma alça de nylon na parte central da base para fixação na tábua de imobilização. Deve conter orifício auricular para verificação de sangramento de 80mm. As unidades deverão conter as inscrições "BOMBEIROS" e "1°BBM" em posição horizontal na base e em cada uma das almofadas, com letras no formato Arial Black, caixa alta, em coloração branca com tinta de alta resistência, de modo que as inscrições fiquem em tamanho harmônico e ocupem toda a largura da base e o comprimento das almofadas. Ou conforme necessidade, deverão conter as inscrições "SAMU/SMS" e "FLORIANÓPOLIS" em posição horizontal na base e em cada uma das almofadas, com letras no formato Arial Black, caixa alta, em coloração branca com tinta de alta resistência, de modo que as inscrições fiquem em tamanho harmônico e ocupem toda a largura da base e o comprimento das almofadas. Com garantia mínima de 1 ano.*	UNIDADE	10
116	**CORTADOR DE ANEL:** *Confeccionado em cabo cromado; alavanca deslizante e proteção entre o dedo e o anel. Apoio para os dedos. Serrilha afiada e substituível.*	UNIDADE	100
117	**CUBA REDONDA INOX:** *Cuba redonda confeccionada em aço inoxidável AISI 304; medidas aproximadas 9 x 5 cm; resistente à corrosão/ ações térmicas/mecânicas; com superfícies lisas e plana para facilitar a limpeza. Capacidade aproximada 220 mL; resistente à impactos; autoclavável; suporta variação de temperaturas altas e baixas. Embalagem individual contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; procedência; conforme ABNT.*	UNIDADE	300
118	**CUBA RIM INOX:** *Cuba rim confeccionada em aço inoxidável AISI*	UNIDADE	150

	304; medidas aproximadas 26 x 12 x 6 cm; capacidade aproximada 750 mL; resistente à corrosão/ ações térmicas/mecânicas; com superfícies lisas e plana para facilitar a limpeza; resistente à impactos; autoclavável; suporta variação de temperaturas altas e baixas. Embalagem individual contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; procedência; conforme ABNT.		
119	**CUBA RETANGULAR TIPO BANDEJA INOX SEM TAMPA:** *Cuba retangular confeccionada em aço inoxidável AISI 304; medidas aproximadas 39x29x4 cm; resistente à corrosão/ ações térmicas/mecânicas; com superfícies lisas e plana para facilitar a limpeza. Resistente à impactos; autoclavável; suporta variação de temperaturas altas e baixas. Embalagem individual contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; validade; procedência; conforme ABNT.*	UNIDADE	15
120	**CURATIVO A BASE DE ALGINATO DE CÁLCIO:** *Curativo a base de Alginato de Cálcio, em placas de no mínimo 10x10cm ou fita de no mínimo 1,8gr. Estéril. Produto indicado para feridas exsudativas com alto poder de absorção. Em sua composição deve ser isento de prata, resíduos, impurezas, agentes, tóxicos e irritantes dérmicos. Embalagem com abertura asséptica, que mantenha a integridade do produto até o momento da utilização. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data e método de esterilização, validade e lote conforme legislação vigente.*	UNIDADE	7.000
121	**CURATIVO A BASE DE CARVÃO ATIVADO E PRATA:** *Curativo a base de carvão ativado e prata, medindo no mínimo 10cm x 10cm, com ou sem alginato, estéril, revestimento externo que proporcione utilização segura. Embalagem individual, segura, abertura asséptica contendo identificação do produto. Validade e identificação conforme legislação vigente. Embalagem com abertura asséptica, que mantenha a integridade do produto até o momento da utilização. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data e método de esterilização, validade e lote conforme legislação vigente.*	UNIDADE	3.200
122	**CURATIVO ANTIMICROBIANO - DACC:** *Curativo absorvente, antimicrobiano, com Cloreto de Dialquil Carbamoil (DACC), composto de tecido de acetato, medindo aproximadamente de 7x10cm. Estéril, uso único, para tratamento de ferida cavitária, altamente exsudativa, colonizada ou infectada. Material flexível, atóxico, indolor, moldável, recortável, livre de resíduos, impurezas, irritantes dérmicos, manutenção do equilíbrio de umidade e retirada sem trauma. Embalagem biocompatível, com abertura e transferência asséptica, que mantenha a integridade do produto até o momento da utilização. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data e método de esterilização, validade e lote conforme legislação vigente.*	UNIDADE	2.700
123	**CURATIVO DE BAIXA ADERÊNCIA:** *Curativo de baixa aderência,*	UNIDADE	7.000

	estéril, tamanho aproximado de 10 x 10cm, composto por uma camada de algodão e uma película de poliéster microperfurada. Altamente absorvente, uso único, biocompatível. Todo material deve propiciar fácil aplicação, retirada sem trauma tecidual, ser atóxico, isento de irritantes dérmicos, resíduos, impurezas e propiciar umidade segura ao leito da ferida. Embalagem com abertura asséptica, que mantenha a integridade do produto até o momento da utilização. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data e método de esterilização, validade e lote conforme legislação vigente.		
124	**CURATIVO ESPUMA DE POLIURETANO NÃO ADERENTE IMPREGNADO COM PRATA:** *Curativo espuma de poliuretano, absorvente não aderente impregnado com prata, medindo no mínimo de 10cm x 10cm. Estéril, uso único para feridas cavitárias com pequenaa, média e alta exsudação, com absorção vertical, flexível, recortável, totalmente maleável, adaptando-se a todos os tamanhos de cavidade. Todo material deve ser atóxico, livre de resíduos, impurezas, agentes alergizantes, não promover irritação dérmica e auxiliar na cicatrização. Embalagem com abertura asséptica, que mantenha a integridade do produto até o momento da utilização. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data e método de esterilização, validade e lote conforme legislação vigente.*	UNIDADE	10.000
125	**CURATIVO HIDROCOLOIDE PLACA FINA**: *Curativo hidrocoloide placa fina medindo no mínimo 10 x 10cm. Estéril. Indicação para feridas de pequena exsudação, uso único, com barreira protetora contra bactérias e agentes externos, permeável ao vapor. Todo material deve ser flexível, propiciar adesividade, absorção e manuseio seguro, ser isento de resíduos, impurezas, agentes, tóxicos e irritantes dérmicos. Embalagem com abertura asséptica, que mantenha a integridade do produto até o momento da utilização. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data e método de esterilização, validade e lote conforme legislação vigente.*	UNIDADE	2.500
126	**CURATIVO HIDROCOLOIDE PLACA GROSSA:** *Curativo hidrocoloide placa grossa medindo no mínimo 10 x 10cm. Estéril. Indicação para feridas de média exsudação, uso único, com barreira protetora contra bactérias e agentes externos, permeável ao vapor. Todo material deve ser flexível, propiciar adesividade, absorção e manuseio seguro, ser isento de resíduos, impurezas, agentes tóxicos e irritantes dérmicos. Embalagem com abertura asséptica, que mantenha a integridade do produto até o momento da utilização. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data e método de esterilização, validade e lote conforme legislação vigente.*	UNIDADE	3.300
127	**CURATIVO HIDROFIBRA COM PRATA:** *Curativo antimicrobiano, composto por carboximetilcelulose sódica e prata, medindo no mínimo de 10cm x 10cm. Estéril, uso único, para ferida com pequena, média e alta exsudação, que promova absorção vertical e equilíbrio de umidade. Flexível, recortável, todo material deve ser atóxico, livre de resíduos, impurezas, agentes alergizantes, não promover irritação dérmica e auxiliar na cicatrização. Embalagem*	UNIDADE	19.000

	com abertura asséptica, que mantenha a integridade do produto até o momento da utilização. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data e método de esterilização, validade e lote conforme legislação vigente.		
128	**CURATIVO PARA COBERTURA DE CATETER:** *Curativo de filme transparente para cobertura de cateter intravenoso, medindo aproximadamente no mínimo 6cmx7cm, estéril, hipoalergênico, confeccionado em poliuretano coberto com uma camada de adesivo acrílico livre de latex, liner de papel e tiras de não tecido. Impermeável a água e permeável ao oxigênio e ao vapor úmido. Deve possuir duas fitas constituídas de rayon que servem para identificação da punção. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade e nº do lote, e data de fabricação. Registro na ANVISA.*	UNIDADE	500
129	**CURATIVO PÓS INJEÇÃO/PUNÇÃO/VACINA:** *Material hipoalergênico; livre de látex e solvente; base microporosa e disco absorvente; fácil aplicação ao retirar o produto da facilmente removível da pele de forma indolor e sem deixar resíduos; produto não estéril; uso único; caixa com 500 unidades; cor bege ou transparente; diâmetro aproximado 25mm; embalagem: caixa resistente de modo a assegurar proteção do produto até o momento de sua utilização e trazendo externamente fabricante/importador, marca, dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação; registro ANVISA.*	CAIXA	1.700
130	**CURETA FOX (DERMATOLOGICA) 14,5CM Nº2:** *Instrumento não articulado cortante; confeccionada em aço inox temperável (AISI 420); medindo aproximadamente 16cm; autoclavável; embalados individualmente garantindo a integridade do produto até sua utilização; embalagem constando os dados de identificação e procedência; fabricado conforme ABNT e de acordo com padrões internacionais de qualidade; registro ANVISA; garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.*	UNIDADE	100
131	**CURETA FOX (DERMATOLOGICA) 14,5CM Nº3:** *Instrumento não articulado cortante; confeccionada em aço inox temperável (AISI 420); medindo aproximadamente 16cm; autoclavável; embalados individualmente garantindo a integridade do produto até sua utilização; embalagem constando os dados de identificação e procedência; fabricado conforme ABNT e de acordo com padrões internacionais de qualidade; registro ANVISA; garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.*	UNIDADE	100
132	**CURETA FOX (DERMATOLOGICA) 14,5CM Nº4:** *Instrumento não articulado cortante; confeccionada em aço inox temperável (AISI 420); medindo aproximadamente 16cm; autoclavável; embalados individualmente garantindo a integridade do produto até sua utilização; embalagem constando os dados de identificação e procedência; fabricado conforme ABNT e de acordo com padrões internacionais de qualidade; registro ANVISA; garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.*	UNIDADE	100
133	**DETERGENTE ENZIMÁTICO 1L:** *Com pH neutro e poder*	FRASCO	2.500

	bacteriostático, atóxico não irritante para a pele mucosas (comprovado por laudo de laboratórios oficiais ou credenciados) não corrosivo e biodegradável, com 4 enzimas (protease, amilase, carbohidrase e lipase) conter somente tensoativos não iônico sem sua formulação e específico para remoção de carga orgânica, dissolvendo os contaminantes em até 5 minutos, de materiais em aço inoxidável, látex, silicone PVC, vidraria, fibroscópios, etc, agindo em rugosidades, fissuras, ranhuras, articulações e luz dos objetos. Deve possibilitar uso manual e em lavadoras automáticas ultra-sônicas, não espumante, apresentando eficácia na ação seguindo-se as instruções de diluição do fabricante. Embalado em frascos de 1 litro, em embalagem resistente, trazendo externamente no rótulo os dados de identificação, formulação, concentrações enzimáticas, número de lote, data de validade, data de fabricação e responsável técnico. No rótulo deverá ainda conter recomendação para manuseio, diluição, validade do produto após diluição, tempo de imersão dos objetos, indicação e contraindicação e o uso de EPI's. Registro na ANVISA.		
134	**DIAPASÃO EM ALUMÍNIO 128HZ:** *Diapasão com cursor, 128Hz, para teste neurológico, em alumino sólido. Embalagem individual contendo os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Manual de instrução de uso limpeza e manutenção.*	UNIDADE	100
135	**DISPENSER DE EPI PARA LUVAS DESCARTÁVEIS:** *Dispenser de EPI triplo; abertura lateral para encaixe das embalagens de luvas descartáveis; em poliestireno; com abertura oval na parte frontal para retirada das luvas; identificação na parte frontal do tamanho das luvas; acompanha kit para fixação na parede, contendo: bucha, parafuso e fita dupla-face. Capacidade 3 caixas com dimensões de até (13cm x 25,5cm x 7,8cm) dimensionado para a maioria das embalagens de luvas existentes no mercado; dimensões externas aproximadas: (comprimento x largura x altura): 23,5cm x 7,5cm x 35,5cm.*	UNIDADE	12
136	**DISPENSER DE MESA PARA ALCOOL GEL:** *Dispenser de mesa para álcool gel, em plástico resistente, na cor tipo cristal transparente, e capacidade de aproximadamente 500 mL, tampa tipo rosca que se acople perfeitamente ao frasco, na cor branca com sistema de pressão manual e bico dosador. Todo o sistema deve ser de fácil manuseio e oferecer segurança na utilização. Embalado individualmente.*	UNIDADE	1.000
137	**DISPOSITIVO COM EXTENSÃO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINO N6:** *Dispositivo de incontinência urinária masculino de uso adulto, em formato de preservativo com extremidade afunilada conectada a um tubo extensor de PVC atóxico com aproximadamente 100 cm para ser conectado a um recipiente coletor, em látex 100% natural, sem lubrificante, e sem auto aderência, resistente maleável, anatômico, confortável. O dispositivo conta com medidas aproximadas: com 30 mm (diâmetro) e 17cm (comprimento), enquanto o tubo extensor apresenta 1 m (comprimento). Todo o sistema deve ser descartável, hipoalergênico, atóxico, isento de resíduos, impurezas, permitindo uma drenagem segura evitando extravasamento. Deve ser de fácil manuseio e oferecer segurança na utilização. Embalagem unitária*	UNIDADE	23.000

	em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico que proporcione abertura fácil, e segura, que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo: fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, prazo de validade; responsável técnico e procedência. Registro ANVISA.		
138	**DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA TIPO BORBOLETA 19G:** *Dispositivo para punção venosa com cânula de metal com dispositivo de segurança conforme NR32, biocompatível, estéril, apirogênica, descartável, com agulha reta em aço inoxidável, comprimento de 1,7 a 2,0 cm, siliconizada, resistente com paredes ultrafinas e bisel curto trifacetado, afiado, sem irregularidades, proporcionando penetração suave e deslize fácil e seguro. Dispositivo de segurança com ativação ainda no acesso vascular, clique audível confirmando a ativação do sistema de segurança, uma vez ativado o mecanismo permanece acionado, impossibilita exposição da agulha após a ativação do sistema de segurança, sem risco de ativação inadvertida. Aletas hipoalérgicas e flexível, que proporcione manuseio e fixação segura. Tubo extensor transparente em PVC resistente à dobra, flexibilidade segura, comprimento entre 26 e 31 cm, diâmetro interno de no máximo 1,0mm, conector rígido universal tipo Luer Lock com tampa protetora que proporcione vedação segura. Todo sistema deve ser isento de látex e DEHP, atóxico, isento de resíduos, impurezas e irritantes dérmicos, resistente, de fácil manuseio e oferecer técnica e punção segura. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, deve conter fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.*	UNIDADE	1.950
139	**DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA TIPO BORBOLETA 21G:** *Dispositivo para punção venosa com cânula de metal com dispositivo de segurança conforme NR32, biocompatível, estéril, apirogênica, descartável, com agulha reta em aço inoxidável, comprimento de 1,7 a 2,0 cm, siliconizada, resistente com paredes ultrafinas e bisel curto trifacetado, afiado, sem irregularidades, proporcionando penetração suave e deslize fácil e seguro. Dispositivo de segurança com ativação ainda no acesso vascular, clique audível confirmando a ativação do sistema de segurança, uma vez ativado o mecanismo permanece acionado, impossibilita exposição da agulha após a ativação do sistema de segurança, sem risco de ativação inadvertida. Aletas hipoalérgicas e flexível, que proporcione manuseio e fixação segura. Tubo extensor transparente em PVC resistente à dobra, flexibilidade segura, comprimento entre 26 e 31 cm, diâmetro interno de no máximo 1,0mm, conector rígido universal tipo Luer Lock com tampa*	UNIDADE	6.300

	protetora que proporcione vedação segura. Todo sistema deve ser isento de látex e DEHP, atóxico, isento de resíduos, impurezas e irritantes dérmicos, resistente, de fácil manuseio e oferecer técnica e punção segura. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, deve conter fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.		
140	**DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA TIPO BORBOLETA 23G:** *Dispositivo para punção venosa com cânula de metal com dispositivo de segurança conforme NR32, biocompatível, estéril, apirogênica, descartável, com agulha reta em aço inoxidável, comprimento de 1,7 a 2,0 cm, siliconizada, resistente com paredes ultrafinas e bisel curto trifacetado, afiado, sem irregularidades, proporcionando penetração suave e deslize fácil e seguro. Dispositivo de segurança com ativação ainda no acesso vascular, clique audível confirmando a ativação do sistema de segurança, uma vez ativado o mecanismo permanece acionado, impossibilita exposição da agulha após a ativação do sistema de segurança, sem risco de ativação inadvertida. Aletas hipoalérgicas e flexível, que proporcione manuseio e fixação segura. Tubo extensor transparente em PVC resistente à dobra, flexibilidade segura, comprimento entre 26 e 31 cm, diâmetro interno de no máximo 1,0mm, conector rígido universal tipo Luer Lock com tampa protetora que proporcione vedação segura. Todo sistema deve ser isento de látex e DEHP, atóxico, isento de resíduos, impurezas e irritantes dérmicos, resistente, de fácil manuseio e oferecer técnica e punção segura. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, deve conter fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.*	UNIDADE	7.500
141	**DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA TIPO BORBOLETA 25G:** *Dispositivo para punção venosa com cânula de metal com dispositivo de segurança conforme NR32, biocompatível, estéril, apirogênica, descartável, com agulha reta em aço inoxidável, comprimento de 1,7 a 2,0 cm, siliconizada, resistente com paredes ultrafinas e bisel curto trifacetado, afiado, sem irregularidades, proporcionando penetração suave e deslize fácil e seguro. Dispositivo de segurança com ativação ainda no acesso vascular, clique audível confirmando a ativação do sistema de segurança, uma vez ativado o mecanismo permanece acionado, impossibilita exposição da agulha após a ativação do sistema de segurança, sem risco de ativação inadvertida. Aletas hipoalérgicas e flexível,*	UNIDADE	3.300

	que proporcione manuseio e fixação segura. Tubo extensor transparente em PVC resistente à dobra, flexibilidade segura, comprimento entre 26 e 31 cm, diâmetro interno de no máximo 1,0mm, conector rígido universal tipo Luer Lock com tampa protetora que proporcione vedação segura. Todo sistema deve ser isento de látex e DEHP, atóxico, isento de resíduos, impurezas e irritantes dérmicos, resistente, de fácil manuseio e oferecer técnica e punção segura. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, deve conter fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.		
142	**DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA TIPO BORBOLETA 27G:** *Dispositivo para punção venosa com cânula de metal com dispositivo de segurança conforme NR32, biocompatível, estéril, apirogênica, descartável, com agulha reta em aço inoxidável, comprimento de 0,8 a 1,0 cm, siliconizada, resistente com paredes ultrafinas e bisel curto trifacetado, afiado, sem irregularidades, proporcionando penetração suave e deslize fácil e seguro. Dispositivo de segurança com ativação ainda no acesso vascular, clique audível confirmando a ativação do sistema de segurança, uma vez ativado o mecanismo permanece acionado, impossibilita exposição da agulha após a ativação do sistema de segurança, sem risco de ativação inadvertida. Aletas hipoalérgicas e flexível, que proporcione manuseio e fixação segura. Tubo extensor transparente em PVC resistente à dobra, flexibilidade segura, comprimento entre 20 e 25 cm, diâmetro interno de no máximo 1,0mm, conector rígido universal tipo Luer Lock com tampa protetora que proporcione vedação segura. Todo sistema deve ser isento de látex e DEHP, atóxico, isento de resíduos, impurezas e irritantes dérmicos, resistente, de fácil manuseio e oferecer técnica e punção segura. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, deve conter fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.*	UNIDADE	1.100
143	**DRENO DE PENROSE N°1:** *Fabricado em látex natural, cor natural, estéril, descartável, resistente, atóxico, apirogênico, isento de resíduos e impurezas. Medidas aproximadas largura 20mm e comprimento 35 cm. De fácil manuseio e oferecer segurança na utilização. Embalagem individual segura com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, em papel grau cirúrgico, abertura que permita transferência com técnica asséptica, contendo deve conter fabricante, importador,*	UNIDADE	70

	nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, prazo de validade; responsável técnico e procedência. Registro ANVISA.		
144	**DRENO DE SUCÇÃO CONTÍNUA:** *Dreno de sucção estéril com indicador radiopaco multi perfurado, composto por sistema fechado de drenagem pós-operatória. De polietileno, livre de látex, uso único, resistente, projetado para uma sucção contínua e suave. Reservatório sanfonado, escala graduada, com capacidade aproximada de 500 mL e saída para esvaziamento com tampa. Alça para fixação e/ou transporte. Tubo extensor flexível em PVC com aproximadamente 100cm de comprimento. Pinça ou clamp (corta-fluxo). Conector em y. Introdutor de aço com ponta cortante medindo 4,8mm (3/16"), com protetor na ponta. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, com dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, prazo de validade; responsável técnico e procedência. Registro ANVISA.*	UNIDADE	10
145	**ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA:** *Eletrodo universal composto por espuma médica tratada; consistência fina; hipoalergênica; revestida de papel tratado com polipropileno; possui bordas de contato com a pele revestidas com adesivo acrílico de grande poder de adesão (auto aderente); adesividade resistente ao suor devido à realização de testes ergométricos; gel consistente adesivo e condutivo que envolve o contra pino de prata/ cloreto de prata (ag/agcl); recoberto por polietileno; pino de aço inoxidável; não estéril; descartáve; de uso único; embalagem: pacote com 50 unidades; embalagem contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.*	UNIDADE	8.000
146	**EQUIPO SIMPLES MACROGOTAS:** *Equipo de infusão gravitacional; contendo câmara de gotejamento flexível com filtro de partícula liberando 20gts/mL, e filtro bacteriológico para ar, com ponta perfurante multiajustável, exata que não permita vazamento, com tampa protetora. Tubo extensor transparente, flexível, isento de memória de dobras, seguro e com comprimento de 145 a 200 cm. Regulador de fluxo tipo roldana em polietileno resistente, de alta precisão, capaz de suportar uso contínuo sem danificar o tubo extensor e manter as características iniciais. Ponto de infusão lateral autovedante e facilmente perfurável, conector universal multiajustável com conexão Luer Lock, exato que não permita vazamento, com tampa protetora. Todo sistema deve ser atóxico, apirogênico, estéril, uso único, descartável, isento de resíduos, impurezas, livre de látex, resistente, de fácil manuseio e oferecer segurança na utilização. Embalagem unitária em papel grau*	UNIDADE	35.000

	cirúrgico e filme termoplástico que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, prazo de validade; responsável técnico e procedência. Registro ANVISA/Inmetro.		
147	**EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL:** *Tubo em PVC de flexibilidade segura isento de memória de dobras, transparente na cor azul. Ponta perfurante com dimensões padrão, em conformidade com a ISO 8536-4, confeccionada em ABS grau alimentar de cor branca, com protetor de polietileno, câmara de gotejamento flexível e transparente de PVC, conector escalonado com dimensões padrão, que permite a adaptação do equipo aos diferentes diâmetros em sondas naso enterais e sondas de gastrostomias, com protetor confeccionado em polietileno. Controle de gotejamento preciso através de clamp rolete de polietileno resistente, capaz de suportar uso contínuo sem danificar o tubo e manter as características iniciais. Comprimento mínimo 130 cm. Todo sistema deve ser atóxico, apirogênico, estéril, descartável, isento de resíduos, impurezas, resistente, de fácil manuseio e oferecer segurança na utilização. Embalagem unitária em papel grau cirúrgico e filme termoplástico que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, prazo de validade; responsável técnico e procedência. Registro na ANVISA.*	UNIDADE	91.000
148	**ESCOVA PARA COLETA ENDOCERVICAL GINECOLÓGICA ESTÉRIL:** *Haste de plástico, cilíndrica, não maleável ao manuseio, resistente, comprimento mínimo total de 18cm, cabo plástico cilíndrico (16.0cm); e escova com cerdas em nylon de formato levemente cônico, macias, bem distribuídas, sem falhas e dispostas em níveis paralelos através de um eixo de aço inox. A ponta deve ter bom acabamento, evitando lesões a mucosa no momento da coleta. O diâmetro maior (cerdas da base do cone - 0.7 cm) e o diâmetro menor (cerdas do ápice do cone - 0.5 cm). O material deve ser atóxico, apirogênico, estéril, descartável, isento de resíduos, impurezas, resistente, de fácil manuseio e oferecer segurança na utilização. Embalagem unitária em papel grau cirúrgico e filme termoplástico que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, prazo de validade; responsável técnico e procedência. Registro ANVISA.*	UNIDADE	52.000
149	***ESCOVA DE MÃO PARA HIGIENIZAÇÃO DE UNHAS:*** *Escova de*	UNIDADE	560

	mão para higienização das unhas, confeccionada em plástico rígido (polipropileno); com cerdas brancas sintéticas em nylon macio; cabo anatômico; resistente; durável; dimensões aproximadas: comprimento 9 cm, largura 3 cm; resistente ao calor; embalagem contendo: fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; procedência.		
150	***ESCOVA PARA ASSEPSIA COM CLOREXIDINA 2%:*** *Escova de mão para antissepsia descartável: escova de mão para antissepsia pré-operatória das mãos; estéril; embebida em solução degermante com 22 mL de digluconato de clorexidina 2%; possui tensoativos; antisséptico tópico; uso externo; tendo uma face com cerdas macias e resistentes que proporcione limpeza adequada e outra face com esponja macia, sem espátula para limpeza de unha. Todo material deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, seguro, resistente e de fácil manuseio. Produto de uso único; embalagem individual, impermeável, resistente, segura e de fácil abertura; embalagem apresentando fabricante /importador, identificação do produto, procedência, data de fabricação, validade, lote, tipo de esterilização, responsável técnico, registro na ANVISA; teste de irritabilidade e corrosão; testes de eficácia bactericida frente as cepas: pseudomonas aeruginosa, salmonella sp, staphylococcus aureus.*	UNIDADE	2.400
151	**ESCOVA PARA HIGIENIZAR BISNAGA:** *Escova redonda com haste média e cabo de sustentação central (cabo) metálico de arame galvanizado retorcido, com cerdas, sintéticas em nylon de dimensões estáveis e flexíveis, não amassam, dispostas em espiral com medida aproximada de 3,5cm x27cm, cabo de polipropileno ou metal, que possibilite limpeza profunda da bisnaga. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação e n.º do lote, conforme ABNT.*	UNIDADE	150
152	**ESFIGMOMANÔMETRO ADOLESCENTE:** *Manômetro aneróide de 0 a 300mmHg; caixa de metal resistente com presilha de metal contendo registro do Inmetro no visor e o respectivo selo de vistoria; aferição manual da Pressão Arterial; braçadeira para 16 - 20 cm (+/- 3cm) de circunferência de braço, confeccionada em material antialérgico, com fecho de contato em velcro; com borracha especial que receba tratamento térmico, recozimento e polimento, sem emendas de subpeças (manguito e pera); resistente ao uso contínuo; flexível; borracha inflável sintética (manguito) livre de látex; sistema de válvula de ar com pera, também em borracha sintética; com sistema de retorno em metal com esfera de aço inox; válvula de metal resistente com regulagem de saída de ar; apresentar certificação do Inmetro. Acompanha estojo com zíper. Manual de instrução em português. Embalagem individual contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; procedência; conforme ABNT e selo do Inmetro; registro ANVISA.*	UNIDADE	60
153	**ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO:** *Manômetro aneróide de 0 a*	UNIDADE	300

	300mmHg; caixa de metal resistente com presilha de metal contendo registro do Inmetro no visor e o respectivo selo de vistoria; aferição manual da Pressão Arterial; braçadeira para 18 - 35 cm (+/- 3cm) de circunferência de braço, confeccionada em material antialérgico, com fecho de contato em velcro; com borracha especial que receba tratamento térmico, recozimento e polimento, sem emendas de subpeças (manguito e pera); resistente ao uso contínuo; flexível; borracha inflável sintética (manguito) livre de látex; sistema de válvula de ar com pera, também em borracha sintética; com sistema de retorno em metal com esfera de aço inox; válvula de metal resistente com regulagem de saída de ar; apresentar certificação do Inmetro. Acompanha estojo com zíper. Manual de instrução em português. Embalagem individual contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; procedência; conforme ABNT e selo do Inmetro; registro ANVISA.		
154	**ESFIGMOMANÔMETRO INFATIL:** *Manômetro aneróide. Apresentação: manual, para aferição da Pressão Arterial com braçadeira de 10 a 18 cm (+/-3cm) de circunferência de braço, confeccionada em material antialérgico, com fecho em velcro. Borracha inflável sintética (manguito), com sistema de válvula de ar com pera, também em borrachas sintética, apresentar certificação do Inmetro. Manômetro de 0 a 300mmHg. Embalagem individual contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; procedência; conforme ABNT e selo do Inmetro; registro ANVISA.*	UNIDADE	60
155	**ESFIGMOMANÔMETRO NEONATAL:** *Manômetro aneróide. Apresentação: manual, para aferição da pressão arterial com braçadeira 7 a 13 cm (+/- 3cm) de circunferência de braço, confeccionada em material antialérgico, com fecho em velcro. Borracha inflável sintética (manguito), com sistema de válvula de ar com pera, também em borrachas sintética, apresentar certificação do Inmetro. Manômetro de 0 a 300mmHg. Embalagem individual contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; procedência; conforme ABNT e selo do Inmetro; registro ANVISA*	UNIDADE	20
156	**ESFIGMOMANÔMETRO OBESO:** *Manômetro aneróide de 0 a 300mmHg; caixa de metal resistente com presilha de metal contendo registro do Inmetro no visor e o respectivo selo de vistoria; aferição manual da Pressão Arterial; braçadeira para 35 a 51 cm (+/- 3cm) de circunferência de braço, confeccionada em material antialérgico, com fecho de contato em velcro; medindo no total aproximadamente 57 cm de comprimento e 18 cm de largura, com borracha especial que receba tratamento térmico, recozimento e polimento, sem emendas de subpeças (manguito e pera) medindo 25 cm de comprimento e 15 cm de largura; resistente ao*	UNIDADE	100

	uso contínuo; flexível; borracha inflável sintética (manguito) livre de látex;; sistema de válvula de ar com pera, também em borracha sintética; com sistema de retorno em metal com esfera de aço inox; válvula de metal resistente com regulagem de saída de ar; apresentar certificação do Inmetro. Acompanha estojo com zíper. Manual de instrução em português. Embalagem individual contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; procedência; conforme ABNT e selo do Inmetro; registro ANVISA.		
157	**ESPAÇADOR PARA INALAÇÃO DE MEDICAMENTO:** *Câmara de inalação para administração de medicamentos inalatórios tipo aerosol/spray, com máscara flexível de fácil adaptação para adultos e crianças acima de 2 anos. Com válvula no tubo e na máscara (bivalvulado) que impeça o retorno do medicamento para o tubo. Formato anatômico. Fabricada em material atóxico, totalmente lavável, permitindo ser desmontado e higienizado, autoclavável, deve ser livre de BPA e DEHP. Encaixe universal, tubo (copo) reto e transparente. Embalagem individual contendo dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência; manual de instrução de uso limpeza e manutenção. Registro ANVISA.*	UNIDADE	9.000
158	**ESPARADRAPO COMUM GRANDE (4,5 X 10):** *Esparadrapo comum de cor branca, impermeável, com ótima aderência e resistência, atóxico, isenta de impurezas, hipoalérgico, com dorso em tecido de algodão na cor branca, enrolado em carretel com tampa, com bordas serrilhadas favorecendo o corte em ambos os sentidos, sem desfiamento, flexibilidade segura. Medindo 2,5 cm x 4,5 m. Embalagem individual contendo dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico e procedência. Registro ANVISA.*	UNIDADE	16.600
159	**ESPARADRAPO COMUM PEQUENO (4,2X2,5):** *Esparadrapo comum de cor branca, impermeável, com ótima aderência e resistência, atóxico, isenta de impurezas, hipoalérgico, com dorso em tecido de algodão na cor branca, enrolado em carretel com tampa, com bordas serrilhadas favorecendo o corte em ambos os sentidos, sem desfiamento, flexibilidade segura. Medindo 2,5 cm x 4,5 m. Embalagem individual contendo dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico e procedência. Registro ANVISA.*	UNIDADE	20.100
160	**ESPARADRAPO HIPOALERGÊNICO GRANDE (5X10):** *Esparadrapo hipoalergênico, não estéril, de não-tecido a base de fibra viscosa, com resina acrílico, e massa adesiva a base de*	UNIDADE	26.000

	poliacrilatoem, alto poder de aderência, indicado para as regiões do corpo com alta sensibilidade, impermeável, atóxico, isento de impurezas, de fácil manuseio, inclusive sobre sua própria superfície, e flexibilidade segura. Medida 5,0 cm x 10m; para curativos, microporoso. Embalagem individual em carretel de plástico com capa, contendo dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico e procedência. Registro na ANVISA.		
161	**ESPARADRAPO HIPOALERGÊNICO PEQUENO (2,5X10):** *Esparadrapo hipoalergênico, não estéril, de não-tecido a base de fibra viscosa, com resina acrílico, e massa adesiva a base de poliacrilatoem, alto poder de aderência, indicado para as regiões do corpo com alta sensibilidade, impermeável, atóxico, isento de impurezas, de fácil manuseio, inclusive sobre sua própria superfície, e flexibilidade segura. Medida 2,5 cm x 10m; para curativos, microporoso. Embalagem individual em carretel de plástico com capa, contendo dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico e procedência. Registro na ANVISA.*	UNIDADE	23.000
162	**ESPATULA DE AYRES (PACOTE COM 100 UNIDADES):** *Espátula de madeira, resistente, ponta arredondada para facilitar o ajuste anatômico à ectocervice, descartável, não estéril, uso único, utilizada para coleta de exames ginecológicos, medindo aproximadamente 18 cm de comprimento/1,6mm de espessura/16mm largura aproximadamente, embalagem em pacotes contendo 100 unidades, constando dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.*	PACOTE	500
163	**ESPÉCULO GINECOLÓGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL GRANDE:** *Em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. Ter formato anatômico para favorecer um exame indolor, termicamente confortável. Descartável; estéril; não lubrificado; uso único; atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente, seguro e fácil manuseio; medindo aproximadamente 33,5 mm (+/-4mm) em sua maior largura distal, 30mm (+/-7mm) em sua maior largura proximal e 116mm (+/-13mm) no eixo longitudinal dos elementos articulados com parafuso rosqueado e acoplado à sua extremidade proximal; comprimento total 166 mm; resistente à quebras e bordas lisas, embalagem individual em filme de polietileno/polipropileno que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização e permita a abertura e a transparência trazendo externamente:*	UNIDADE	6.300

	fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; procedência; registro ANVISA.		
164	**ESPÉCULO GINECOLÓGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL MÉDIO:** *Em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. Ter formato anatômico para favorecer um exame indolor, termicamente confortável. Descartável; estéril; não lubrificado; uso único; atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente, seguro e fácil manuseio; medindo aproximadamente 28 mm (+/-4mm) em sua maior largura distal, 24,5mm (+/-7mm) em sua maior largura proximal e 114 mm (+/-13mm) no eixo longitudinal dos elementos articulados com parafuso rosqueado e acoplado à sua extremidade proximal; comprimento total 156mm; resistente à quebras e bordas lisas, embalagem individual em filme de polietileno/polipropileno que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização e permita a abertura e a transparência trazendo externamente: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; procedência; registro ANVISA.*	UNIDADE	30.600
165	**ESPÉCULO GINECOLÓGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIL PEQUENO:** *Em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. Ter formato anatômico para favorecer um exame indolor, termicamente confortável. Descartável; estéril; não lubrificado; uso único; atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente, seguro e fácil manuseio; medindo aproximadamente 22 mm (+/-4mm) em sua maior largura distal, 22mm (+/-7mm) em sua maior largura proximal e 101 mm (+/-13mm) no eixo longitudinal dos elementos articulados com parafuso rosqueado e acoplado à sua extremidade proximal; comprimento total 140mm; resistente à quebras e bordas lisas, embalagem individual em filme de polietileno/polipropileno que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização e permita a abertura e a transparência trazendo externamente: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; procedência; registro ANVISA.*	UNIDADE	15.500
166	**ESPONJA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO:** *Esponja para limpeza de instrumental cirúrgico. Única face. Macia. Flexível. Fibra não abrasiva, que permite limpeza sem causar risco*	UNIDADE	570

	ou dano ao instrumental. Tamanho aproximado de 10cmx9cm. Embalagem individual, resistente que conserve a integridade do produto até o momento do uso, deve conter os dados de identificação, lote e validade.		
167	**ESTADIÔMETRO ADULTO DIGITAL:** *Estadiômetro digital portátil ultrassônico com faixa de medição de 30 a 200 cm com resolução em centímetros. Graduação: 0,1 cm. Tolerância: +/- 1 cm. Display LCD. Alerta sonoro. Alimentação interna recarregável - carregamento USB (bivolt automático). Cabo de alimentação USB. Autonomia da bateria: duração de aproximadamente 2 meses utilizando de 2 a 3 vezes ao dia. Desligamento automático. Manual de instruções em português. Equipamento aprovado pelo Inmetro. Garantia mínima de 12 meses.*	UNIDADE	300
168	**ESTETOSCÓPIO ADULTO:** *Estetoscópio adulto, duplo som, olivas em formato anatômicas em silicone resistente, macias, acabamento sem rebarbas, tubo em PVC macio e flexível para proporcionar ausculta precisa, conjunto auricular em metal cromado, resistente e flexível na curvatura do tubo ``Y`` com ângulo em alumínio biauricular, auscultador de alta durabilidade com anel de metal cromado para sistema de trava do diafragma em PVC com excelente sensibilidade para ausculta cardíaca. Embalagem individual contendo os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Manual de instrução de uso limpeza e manutenção. Registro na ANVISA.*	UNIDADE	210
169	**ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO:** *Estetoscópio infantil, duplo som, olivas em formato anatômicas em silicone resistente, macias, acabamento sem rebarbas, tubo em PVC macio e flexível para proporcionar ausculta precisa, conjunto auricular em metal cromado, resistente e flexível na curvatura do tubo ``Y`` com ângulo em alumínio biauricular, auscultador de alta durabilidade com anel de metal cromado para sistema de trava do diafragma em PVC com excelente sensibilidade para ausculta cardíaca. Embalagem individual contendo os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Manual de instrução de uso limpeza e manutenção. Registro na ANVISA.*	UNIDADE	30
170	**GEL HIDROATIVO:** *Gel hidroativo, estéril ou não, hipoalergênico, atóxico. Formulação isenta de outros componentes como AGE e alginato. Indicado para desbridamento de tecidos necróticos e cicatrização de feridas. Embalagem contendo 30gr, de fácil manuseio que permita a utilização total do conteúdo. Tampa protetora segura que mantenha a integridade do produto até o final. Embalagem deve conter dados de identificação data e método de esterilização, fabricação, validade e lote.*	UNIDADE	1.100
171	**FILME PARA MAMÓGRAFO:** *Filme radiológico DT2 Mammo Drystar AGFA, tipo: mamografia. Para processamento seco, dimensões: 25 x 30 cm, caixa com 100 unidades, compatível com impressora Drystar AXYS AGFA. Validade mínima de 12 meses na data da entrega.*	UNIDADE	5.550
172	**FILME PARA ULTRASSONOGRAFIA UPP 110HG – 110MM X 18M (VIDEO PRINT):** *Filme de impressão térmica: filme para impressão térmica de ultrassonografia de alta qualidade, 110 mm de largura com aproximadamente 20m de comprimento.*	ROLO	130

	Embalagem individual lacrada contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; procedência.		
173	***FIO MONONYLON Nº 0.0 COM AGULHA DE 20 MM:*** *Estéril; boa resistência à tração; produto de uso único; produzido com nylon fio não absorvível; monofilamentar; fio com diâmetro 0.0; medindo 45 cm; com agulha em aço inoxidável, curvatura de 3/8 de círculo e ponta triangular e 20 mm de comprimento; embalagem individual estéril; envelope externo em papel grau cirúrgico constando: dados de tipo de sutura; comprimento do fio; tipo de agulha; número de fios; nome do fabricante; número do lote; prazo de validade; acondicionados em embalagem secundária contendo : dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, prazo de validade; responsável técnico e procedência. Registro na ANVISA.*	UNIDADE	1.200
174	***FIO MONONYLON Nº 0.0 COM AGULHA DE 30 mm:*** *Estéril; boa resistência à tração; produto de uso único; produzido com nylon fio não absorvível; monofilamentar; fio com diâmetro 0.0; medindo 45 cm; com agulha em aço inoxidável, curvatura de 3/8 de círculo e ponta triangular e 30 mm de comprimento; embalagem individual estéril; envelope externo em papel grau cirúrgico constando: dados de tipo de sutura; comprimento do fio; tipo de agulha; número de fios; nome do fabricante; número do lote; prazo de validade; acondicionados em embalagem secundária contendo : dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; tipo de esterilização, responsável técnico e procedência. Registro na ANVISA.*	UNIDADE	420
175	***FIO MONONYLON Nº 2.0 COM AGULHA DE 20 mm****: Estéril; boa resistência à tração; produto de uso único; produzido com nylon fio não absorvível; monofilamentar; fio com diâmetro 2.0; medindo 45 cm; com agulha em aço inoxidável, curvatura de 3/8 de círculo e ponta triangular e 20 mm de comprimento; embalagem individual estéril; envelope externo em papel grau cirúrgico constando: dados de tipo de sutura; comprimento do fio; tipo de agulha; número de fios; nome do fabricante; número do lote; prazo de validade; acondicionados em embalagem secundária contendo : dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, responsável técnico e procedência. Registro na ANVISA.*	UNIDADE	840
176	***FIO MONONYLON Nº 2.0 COM AGULHA DE 30 mm****: Estéril; boa resistência à tração; produto de uso único; produzido com nylon fio não absorvível; monofilamentar; fio com diâmetro 2.0; medindo 45 cm; com agulha em aço inoxidável, curvatura de 3/8 de círculo e ponta triangular e 30 mm de comprimento; embalagem individual*	UNIDADE	1.440

	estéril; envelope externo em papel grau cirúrgico constando: dados de tipo de sutura; comprimento do fio; tipo de agulha; número de fios; nome do fabricante; número do lote; prazo de validade; acondicionados em embalagem secundária contendo : dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, responsável técnico e procedência. Registro na ANVISA.		
177	***FIO MONONYLON Nº 3.0 COM AGULHA DE 20 mm:*** *Estéril; boa resistência à tração; produto de uso único; produzido com nylon fio não absorvível; monofilamentar; fio com diâmetro 3.0; medindo 45 cm; com agulha em aço inoxidável, curvatura de 3/8 de círculo e ponta triangular e 20 mm de comprimento; embalagem individual estéril; envelope externo em papel grau cirúrgico constando: dados de tipo de sutura; comprimento do fio; tipo de agulha; número de fios; nome do fabricante; número do lote; prazo de validade; acondicionados em embalagem secundária contendo : dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, responsável técnico e procedência. Registro na ANVISA.*	UNIDADE	2.844
178	***FIO MONONYLON Nº 3.0 COM AGULHA DE 30 mm****: Estéril; boa resistência à tração; produto de uso único; produzido com nylon fio não absorvível; monofilamentar; fio com diâmetro 3.0; medindo 45 cm; com agulha em aço inoxidável, curvatura de 3/8 de círculo e ponta triangular e 30 mm de comprimento; embalagem individual estéril; envelope externo em papel grau cirúrgico constando: dados de tipo de sutura; comprimento do fio; tipo de agulha; número de fios; nome do fabricante; número do lote; prazo de validade; acondicionados em embalagem secundária contendo : dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, responsável técnico e procedência. Registro na ANVISA.*	UNIDADE	2.844
179	***FIO MONONYLON Nº 4.0 COM AGULHA DE 20 mm****: Estéril; boa resistência à tração; produto de uso único; produzido com nylon fio não absorvível; monofilamentar; fio com diâmetro 4.0; medindo 45 cm; com agulha em aço inoxidável, curvatura de 3/8 de círculo e ponta triangular e 20 mm de comprimento; embalagem individual estéril; envelope externo em papel grau cirúrgico constando: dados de tipo de sutura; comprimento do fio; tipo de agulha; número de fios; nome do fabricante; número do lote; prazo de validade; acondicionados em embalagem secundária contendo : dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, responsável técnico e procedência. Registro na ANVISA.*	UNIDADE	3.840
180	***FIO MONONYLON Nº 5.0 COM AGULHA DE 20 mm****: Estéril; boa*	UNIDADE	2.400

	resistência à tração; produto de uso único; produzido com nylon fio não absorvível; monofilamentar; fio com diâmetro 5.0; medindo 45 cm; com agulha em aço inoxidável, curvatura de 3/8 de círculo e ponta triangular e 20 mm de comprimento; embalagem individual estéril; envelope externo em papel grau cirúrgico constando: dados de tipo de sutura; comprimento do fio; tipo de agulha; número de fios; nome do fabricante; número do lote; prazo de validade; acondicionados em embalagem secundária contendo : dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, responsável técnico e procedência. Registro na ANVISA.		
181	***FIO MONONYLON Nº 6.0 COM AGULHA DE 20 mm**: Estéril; boa resistência à tração; produto de uso único; produzido com nylon fio não absorvível; monofilamentar; fio com diâmetro 6.0; medindo 45 cm; com agulha em aço inoxidável, curvatura de 3/8 de círculo e ponta triangular e 20 mm de comprimento; embalagem individual estéril;envelope externo em papel grau cirúrgico constando: dados de tipo de sutura; comprimento do fio; tipo de agulha; número de fios; nome do fabricante; número do lote; prazo de validade; acondicionados em embalagem secundária contendo : dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, responsável técnico e procedência. Registro na ANVISA.*	UNIDADE	1.008
182	**FIO DE SUTURA 3.0 24MM – 45CM AGULHA TRIFACETADA POLIGLATINA TIPO VICRYL:** Fio de sutura absorvível sintético, calibre 3-0, composto por poliglactina 910 trançada e revestida, estéril, com comprimento mínimo de 45 cm, montado em agulha cirúrgica de 24 mm, 1/2 círculo, ponta triangular (trifacetada/cortante), confeccionada em aço inoxidável. Produto de uso único, acondicionado individualmente em embalagem estéril, contendo identificação do lote, data de fabricação e validade, com registro vigente na ANVISA	UNIDADE	1200
183	**FIO VICRYL N° 3.0 COM AGULHA DE 1,9CM 3/8 TRIF 70CM:** Fio de sutura absorvível sintético, calibre 3-0, composto por poliglactina 910 trançada e revestida, estéri, com comprimento mínimo de 70 cm, montado em agulha atraumática de 19 mm, curvatura de 3/8 de círculo, ponta triangular (trifacetada), confeccionada em aço inoxidável. Produto de uso único, acondicionado individualmente em embalagem estéril, contendo identificação do lote, data de fabricação e validade, com registro vigente na ANVISA.	UNIDADE	1200
184	**FITA MÉTRICA COMUM:** *Confeccionada em 95% PVC e 5% fibra de vidro. Conter medida em centímetros e graduação em milímetros de alta legibilidade. Comprimento de 150cm, largura de cerca de 20mm. Pontas reforçadas com costura, ilhós ou termo selagem, para evitar desfiamento e garantir durabilidade. Deve permitir enrolamento manual sem sistema retrátil e sem perda da legibilidade ou forma. A fita métrica deverá vir embalada individualmente, com identificação do fabricante, marca e lote.*	UNIDADE	235

185	**FITA PARA AUTOCLAVE:** *Fita adesiva utilizada como indicador químico de processo de esterilização a vapor em autoclaves, medindo 19mm X 30m confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose. Possui uma massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas em uma de suas faces e uma fina camada de resina acrílica impermeabilizante na outra face. Possui listra indicadora que confirma se o produto passou por um processo de esterilização, mudando a coloração; com printabilidade segura para embalagens de tecido e não tecidos. Deve ser armazenada em temperatura ambiente, sem que haja alteração do produto. Não mancha as embalagens; descola sem rasgar; embalado individualmente, garantindo sua integridade durante o transporte e armazenamento até o uso, trazendo externamente dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; dimensões do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde/ANVISA*	UNIDADE	800
186	**FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO:** *Fluxômetro para oxigênio, corpo de metal cromado, bilha externa e interna inquebrável, escala expandida de 0-15 litros por minuto, visor policarbonato cristal, flutuador esférico em aço e inox, com botão de controle de fluxo, sistema de vedação tipo agulha evitando vazamentos, rosca de saída conforme norma da ABNT. O produto deverá ter garantia de 12 meses para cada peça.*	UNIDADE	45
187	***FRASCO ASPIRADOR DE SECREÇÃO PARA OXIGENIO:*** *Frasco para aspiração de secreção em policarbonato; resistente; transparente; com capacidade de no mínimo 400 mL de líquido/secreção graduado; autoclavável; boia de proteção em polipropileno para evitar transbordamento; tampa em polipropileno; hastes e conexões injetados em nylon com fibras; inserto de metal ; adaptável em qualquer válvula reguladora de cilindro ou fluxômetro de oxigênio conforme as normas da ABNT; botão de controle do fluxo de aspiração; bico de sucção; lateralmente na tampa conector para intermediário; conexão Padrão ABNT – NBR 11906; garantia de 12 meses; Embalagem individual contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; procedência.*	UNIDADE	30
188	**FRASCO COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO:** *Frasco coletor de urina, sistema aberto, translúcido, confeccionado em Polipropileno inodoro e resistente, descartável, não estéril, apirogênico, isento de resíduos e impurezas, de fácil manuseio e oferecer segurança na utilização, tubo extensor em PVC transparente, atóxico, com mínimo de 100 cm de comprimento, escala volumétrica em alto relevo para medições da diurese com graduação de 50 em 50ml, com capacidade máxima de 1.200 mL, alça de PVC resistente para fácil adaptação ao leito do paciente, pinça corta fluxo tipo clamp para retenção da passagem de fluídos, conector em PVC para ser conectado ao frasco com facilidade e segurança , tubo de drenagem, alça para transporte e adaptação*	UNIDADE	2.200

	ao leito, tampa protetora, livre de látex. Embalado individualmente, garantindo sua integridade durante o transporte e armazenamento até o uso, trazendo externamente dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; dimensões do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico E procedência. Registro na ANVISA.		
189	**FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 500ML:** *Frasco fracionador para soluções enterais; não estéril; frasco transparente para realização de envase de dieta enteral ou água; tampa com membrana perfurável, adaptada aos equipos de alimentação enteral; frasco de 500 mL graduado com escala de 100 mL, crescente e decrescente; dispositivo para fixação em suporte; atóxico; tampa com rosca e obturador; volume: 500 mL; isento de impurezas e resíduos; Embalagem individual contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; procedência.*	UNIDADE	80.000
190	**FRASCO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO 250ML:** *Frasco plástico transparente de 250 mL, tubo com borbulhador para permitir a circulação das partículas, tampa em polipropileno, hastes e conexões injetados em nylon com fibras, rosca metalizada, adaptável em qualquer válvula reguladora de cilindro ou fluxômetro de oxigênio, conforme as normas da ABNT. Lateralmente na tampa conector para intermediário. Devem estar visíveis os níveis de máximo e mínimo. Todo o sistema deverá ter garantia de 12 meses para cada peça. Registro na ANVISA*	UNIDADE	120
191	**GARROTE:** *Tubo confeccionado em látex natural, atóxico, flexível, resistente, sem emendas, furos, colabamento ou qualquer outro sinal de deterioração do látex, medindo 5 mm de diâmetro externo e 3 mm de diâmetro interno em rolo de 15m de comprimento. Embalagem individual, resistente de modo a assegurar a proteção do produto até o momento da sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e prazo de validade.*	UNIDADE DE 15M CONTÍNUOS	35
192	**GEL CONDUTOR 100G PARA SONAR E ECG:** *Gel condutor para sonar e eletrocardiograma de alta condutividade; não gorduroso; hipoalergênico; atóxico; inodoro; hidrossolúvel; umectante e não abrasivo; ph neutro; isento de sal; resistente a corrosão; hipoalergênico; ótima consistência; de fácil remoção após exame; dermatologicamente testado; não mancha a roupa; produto não estéril; uso externo; facilmente absorvível por guardanapos de papel, algodão ou outro tecido, favorecendo sua remoção após o procedimento; indicado como meio de contato para exames de ultrassonografia (ecografia) simples ou com doppler. Frasco com 100g; com tampa de rosca e lacre; contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; capacidade volumétrica; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade;*	UNIDADE	4.000

	responsável técnico e procedência. Registro ANVISA.		
193	**GELO ARTIFICIAL REUTILIZÁVEL 400ML:** *Embalagem em PVC rígido resistente à impactos; atóxico; inodoro; capacidade 400 mL; cor branca; medindo aproximadamente 17cm de comprimento x 9,8cm de largura x 3,8cm espessura, com alta resistência e higiênica. Conteúdo: gel atóxico e acrílico espessante. Devendo conter data fabricação e validade em alto relevo.*	UNIDADE	300
194	**GELO ARTIFICIAL REUTILIZÁVEL 550ML:** *Embalagem em PVC rígido resistente à impactos; atóxico; inodoro; capacidade 550 mL, medindo aproximadamente 22cm de comprimento x 15cm de largura x 2,0cm de espessura, na cor branca, com alta resistência e higiênica. Conteúdo: gel atóxico e acrílico espessante. Devendo conter data fabricação e validade em alto relevo.*	UNIDADE	460
195	**HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%:** *Desinfetante hospitalar para superfícies fixas, à base de hipoclorito de sódio 1% de cloro ativo estabilizado (10.000 ppm). Possui ação bactericida, atuando como elemento oxidativo em cadeias proteicas de microorganismos; frasco com 1000mL, líquido levemente amarelado, límpido e livre de impurezas. Embalagem em plástico com tampa lacrada, na cor opaca, contendo: fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, prazo de validade; responsável técnico e procedência. Registro na ANVISA. Validade mínima de 12 meses.*	FRASCO DE 1000ML	3.510
196	**HISTERÔMETRO DE COLLIN 28CM:** *Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Tamanho: 28 cm; escala gravada no corpo do instrumental até 22cm; possui fecho para travamento; embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Registro na ANVISA.*	UNIDADE	150
197	**IODOPOLIVIDONA DEGERMANTE PVPI 10% 1L:** *Solução degermante antisséptica de polovinilpirrolidona com 1% de iodo ativo; ativo contra todos os tipos de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. Não irrita nem sensibiliza a pele; facilmente removível com água. A cada 100 mL de solução contém: iodopolividona 10% = 10g (equivalente a 1% de iodo ativo); apresentação em frasco contendo 1000 mL; embalagem escura; tampa de rosca; lacre; embalagem contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; capacidade volumétrica; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.*	FRASCO	200
198	**IODOPOLIVIDONA TOPICA PVPI 10% 100ML:** *Solução aquosa antisséptica de polovinilpirrolidona com 1% de iodo ativo; ativo contra todos os tipos de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. Não irrita nem sensibiliza a pele; facilmente removível com água. A cada 100 mL de solução contém: iodopolividona 10% = 10g (equivalente a 1% de iodo ativo); apresentação em frasco contendo 100 mL; Apresentação em almotolia de 100 mL; embalagem*	FRASCO	3.600

	escura; tampa de rosca; lacre; com bico dispensador com tampa anexa. Embalagem contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; capacidade volumétrica; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico e procedência. Registro ANVISA.		
199	***KIT PARTO:*** *Kit para parto conjunto descartável para atendimento de parto emergencial. deverá conter: um par de luvas cirúrgicas descartável, tamanho 7,5, acondicionadas em envelopes esterilizados:02 pares de luvas de procedimento tamanho m; um bisturi tipo descartável tamanho 02 com lâmina de aço inox para corte de cordão umbilical com protetor de lâmina esterilizado; 02 clampeadores descartáveis esterilizados e embalados em embalagens de esterilização com oxido de etileno tamanho único; 01 lençol tipo descartável com as dimensões: 0.90 m x 2.00 m confeccionados em material sintético, estéril, descartável e resistente; 01 avental impermeável com tirante de pescoço e 02 tirantes abdominais que cubra frontalmente o socorrista; 01 saco plástico com inscrição para lixo infectado 15 litros, padrão ministério da saúde destinado ao acondicionamento da placenta e de material curativo para controle e limpeza de sangramento; 01 absorvente feminino tamanho grande; 02 pulseiras de identificação confeccionadas em plástico com área para inscrição e dispositivo para fechamento; 01 compressa tipo absorvente de alta capacidade de absorção com dimensões de 30 cmx16cm; 02 envelopes com 05 compressas cirúrgicas, esterilizadas, 13 fios, 08 dobras, 7,5x7,5 cm; 02 saches esterilizados em embalagem apropriada, embebidos em álcool isopropilico 70%. Todo material deverá ser esterilizado e acondicionado em uma embalagem apresentável, de fácil manuseio e resistente.*	KIT	70
200	***KIT QUEIMADOS:*** *Utilizado para os primeiros socorros de pessoas com queimaduras diversas sendo que seu conteúdo deve ser estéril e acondicionado em uma embalagem apresentável, de fácil manuseio e resistente. Contendo: 02 (dois) - Rolos de atadura de Rayon 7,5 x 7,5 cm; 02 (duas) - Peças protetora para queimadura 1,0 X 1,0 m; 10 (dez)- Gazes vaselinadas tipo Adaptic; 02 (dois) Frascos de agua destilada 100 mL.*	KIT	60
201	**LÂMINA COM EXTREMIDADE FOSCA:** *Com extremidade fosca, não lapidada, para microscopia medindo aproximadamente 26 mm de largura X 76 mm de comprimento, extremidade fosca de 20mm que aceite escrita em grafite para identificação do material; espessura aproximada de 1,0 a 1,3 mm; caixa revestida por embalagem plástica selada a vácuo; contém seda entre as lâminas com função antifúngica; grau de transparência 91%; fabricada em vidro alcalino; deve ser opticamente plana e isenta de ranhuras ou imperfeições que prejudiquem o uso em análises microscópicas; lavada; polida; limpa e desengordurada pelo fabricante para pronto uso em aplicações laboratoriais; selada com celofane; apresentação em caixas com 50 unidades, acondicionada em caixa onde as lâminas se apresentem separadas por películas de papel. Caixa embalada individualmente revestida por embalagem plástica*	CAIXA	800

	selada a vácuo, garantindo sua integridade durante o transporte e armazenamento até o uso, contendo: fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registros. Seguir a ISO 8037/1.		
202	**LÂMINA DE BISTURI Nº 11:** *Estéril, descartável, confeccionada em aço inoxidável ou aço carbono t10, afiada cirurgicamente e polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação e com perfeita fixação e ajuste ao cabo de bisturi, permitindo tanto sua fixação como retirada sem acidentes. Deverá vir com marca e tamanho gravado na lâmina. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até a sua utilização, permitindo abertura com técnica asséptica, trazendo externamente fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.*	UNIDADE	30.000
203	**LÂMINA DE BISTURI Nº 15***: Estéril, descartável, confeccionada em aço inoxidável ou aço carbono t10, afiada cirurgicamente e polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação e com perfeita fixação e ajuste ao cabo de bisturi, permitindo tanto sua fixação como retirada sem acidentes. Deverá vir com marca e tamanho gravado na lâmina. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até a sua utilização, permitindo abertura com técnica asséptica, trazendo externamente fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.*	UNIDADE	15.000
204	**LÂMINA DE BISTURI Nº 21:** *Estéril, descartável, confeccionada em aço inoxidável ou aço carbono t10, afiada cirurgicamente e polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação e com perfeita fixação e ajuste ao cabo de bisturi, permitindo tanto sua fixação como retirada sem acidentes. Deverá vir com marca e tamanho gravado na lâmina. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até a sua utilização, permitindo abertura com técnica asséptica, trazendo externamente fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.*	UNIDADE	8.500
205	**LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA:** *Lanceta descartável e de uso único para punção digital com dispositivo de segurança, fabricado em aço inoxidável e ABS; estéril; atóxico; apirogênico; ponta em bisel e embutida em corpo plástico ou outro material compatível com a finalidade, tampa protetora de fácil remoção e que proteja a*	UNIDADE	2.200

	lanceta após o uso; atende aos critérios de segurança da NR 32 (parágrafo 32.2.4.15 e 32.2.4.16. - Portaria 485, de 11 de novembro de 2005); deverá apresentar 3(três) medidas de profundidade em lancetas distintas ou em uma única, sendo aproximadamente 1.3mm, 1.8mm e 2.3mm com diâmetro da agulha de aproximadamente 0,65mm (23G), agulha retrátil automaticamente sem qualquer contato do profissional, com mecanismo de acionamento da lanceta quando posicionada e pressionada contra a pele, o movimento deverá ser único e a profundidade da punção independe da técnica e força do profissional. Deve possuir protetor confeccionado em plástico rígido, ergonomicamente correto e seguro durante o manuseio. Embalagem contendo dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, prazo de validade; responsável técnico; procedência e Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.		
206	**LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA:** *Lanceta descartável para punção digital sem dispositivo de segurança; estéril; atóxico; apirogênico; composto de polipropileno moldado; constituída em aço inoxidável sem lúmen com bisel trifacetado; lubrificadas com silicone grau médico inerte e atóxico; agulha com ponta triangular de espessura ultra fina; embutida em plástico rígido, que constitui o corpo ergonomicamente correto e seguro durante o manuseio; tampa protetora removível no momento do uso; composto em polipropileno, adaptável ao corpo da lanceta; serve para proteger o bisel e também proporcionar o descarte da lanceta; esterilizada em radiação gama; embalagem resistente que garanta a integridade do produto até o momento da utilização, contendo dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, prazo de validade; responsável técnico e procedência. Registro na ANVISA.*	UNIDADE	14.000
207	**LANTERNA TIPO LAPISEIRA:** *Possuir LED CREE XML T6, ter vida útil de até 100.000 horas. Com o corpo em liga de magnésio, leve, resistente e que não esquente. Resistente a respingos de água, lama, chuva e choques. Possuir ajuste de zoom tipo slider (deslizante), deve possuir ainda três modos de regulagem de potência de luz. Características: confortável e segura; corpo em liga de magnésio; resistente a água; a prova de choques; a prova de corrosões; Três modos de funcionamento: 1 modo: 50% da capacidade (econômica); 2 modo: 100% da capacidade (super potente); 3 modo: strobo (utilizado em situações de emergência para sinalizar sua localização), utiliza Micro-led CREE XML T6, super potente. Vida útil do LED de até 100.000 horas de uso. Carregador bivolt (110v - 220v) e veicular. Bateria recarregável*	UNIDADE	170
208	**LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR BOBINA:** *Papel lençol em bobina ou rolo; descartável; atóxico; hipoalergênico; confeccionado em papel 100% celulose virgem branca; textura tipo crepe;*	UNIDADE	11.300

	quimicamente puro; isento de furos e impurezas; não solta resíduos; medindo aproximadamente 50 cm de largura por 50 m de comprimento; gramatura mínima 24; deverá apresentar maciez flexibilidade e resistência compatíveis com sua finalidade. Deve ser armazenado em temperatura ambiente, sem que haja alteração do produto. Embalado em plástico, individualmente, garantindo sua integridade durante o transporte e armazenamento até o uso, trazendo externamente os dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, prazo de validade; responsável técnico e procedência. Registro na ANVISA.		
209	**LOÇÃO OLEOSA 100ML PARA USO DERMATOLÓGICO:** *Loção oleosa para uso dermatológico em pele lesada, de origem de óleos vegetais poli-insaturadas (composição de ác. Caprílico, ac. Cáprico, ác. Capróico, ac láurico, ac. Linoléico, lecitina de soja, vitamina a, vitamina e). Frasco de 100mL. Dermatologicamente testado; hipoalergênico. Frasco em PVC tipo almotolia com tampa de rosca, lacre e protetor do bico anexado à base da tampa. Embalagem contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; capacidade volumétrica; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico e procedência. Registro na ANVISA*	UNIDADE	19.000
210	**LOÇÃO OLEOSA 200ML PARA USO DERMATOLÓGICO:** *Loção oleosa para uso dermatológico em pele lesada, de origem de óleos vegetais poli-insaturadas (composição de ác. Caprílico, ac. Cáprico, ác. Capróico, ac láurico, ac. Linoléico, lecitina de soja, vitamina a, vitamina e). Frasco de 200mL. Dermatologicamente testado; hipoalergênico. Frasco em PVC tipo almotolia com tampa de rosca, lacre e protetor do bico anexado à base da tampa. Embalagem contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; capacidade volumétrica; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico e procedência. Registro na ANVISA.*	UNIDADE	13.500
211	***LONA DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE:*** *Lona de transferência de pacientes com dificuldade de locomoção; produzida em nylon poliester resinado 600; resistente; possui tiras de reforço de 50mm e 08 alças laterais de 50mm sendo 4 de cada lado confeccionadas em nylon altamente resistente; com costura dupla; suporta de 180 à 200kg; cor azul marinho; lavável; dobrável; medidas aproximadas: 170 cm de comprimento, 70 cm de largura, 01 cm de altura, peso: 720 g. deverá conter serigrafia com a logo do SAMU conforme manual de identidade visual do SAMU (ministério da saúde) na parte central, abaixo as inscrições "SAMU - SMS" na cor branca em fonte arial black em caixa alta medindo 30 cm de comprimento e 10 cm de altura. Logo abaixo "USB - FPOLIS" na cor branca em fonte arial black em caixa alta medindo*	UNIDADE	15

	30 cm de comprimento e 10 cm de altura.		
212	**LUGOL SEGUNDO SCHILLER 1L:** *Composição solução aquosa contendo 2% de iodo e 4% de iodeto de potássio dissolvidos em água destilada. Apresentação: frasco com 1000ml; embalagem plástica cor âmbar; tampa com lacre; rótulo constando: fabricante, marca, descrição, contra- indicação, precauções, data de fabricação, validade, lote, procedência e responsável técnico. Registro na ANVISA.*	FRASCO	20
213	***LUVA CANO LONGO PARA LAVAGEM DE INSTRUMENTAIS TAMANHO G****: Luva impermeável grande para lavagem de instrumental cirúrgico fabricado em borracha natural (látex) super reforçada, tamanho grande, resistente a agressores mecânicos, biológicos e químicos, com espessura entre 0,28 a 0,32 mm, flexível, maleável, formato anatômico, palma antiderrapante que garanta a aderência dos materiais, ótima sensibilidade tátil, cano longo com no mínimo 12 cm e no máximo 16 cm, ajustado ao antebraço, interno liso, lubrificante bio absorvível. Todo material deve ser resistente, seguro e propiciar fácil calçamento e retirada, isento de irritantes dérmicos, embaladas em par. Produto com certificado de aprovação do Ministério do trabalho e aprovada pela ISO388 (risco mecânico), ISO407 (risco térmico), ISO374 (risco biológico/químico). Embalagem contendo: fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação e procedência.*	PAR	150
214	***LUVA CANO LONGO PARA LAVAGEM DE INSTRUMENTAIS TAMANHO M****: Luva impermeável média para lavagem de instrumental cirúrgico fabricado em borracha natural (látex) super reforçada, tamanho grande, resistente a agressores mecânicos, biológicos e químicos, com espessura entre 0,28 a 0,32 mm, flexível, maleável, formato anatômico, palma antiderrapante que garanta a aderência dos materiais, ótima sensibilidade tátil, cano longo com no mínimo 12 cm e no máximo 16 cm, ajustado ao antebraço, interno liso, lubrificante bioabsorvível. Todo material deve ser resistente, seguro e propiciar fácil calçamento e retirada, isento de irritantes dérmicos, embaladas em par. Produto com certificado de aprovação do Ministério do trabalho e aprovada pela iso388 (risco mecânico), iso407 (risco térmico), ISO374 (risco biológico/químico). Embalagem contendo: fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação e procedência.*	PAR	300
215	***LUVA CANO LONGO P/ LAVAGEM DE INSTRUMENTAIS TAMANHO P****: Luva impermeável pequena para lavagem de instrumental cirúrgico fabricado em borracha natural (látex) super reforçada, tamanho grande, resistente a agressores mecânicos, biológicos e químicos, com espessura entre 0,28 a 0,32 mm, flexível, maleável, formato anatômico, palma antiderrapante que garanta a aderência dos materiais, ótima sensibilidade tátil, cano longo com no mínimo 12 cm e no máximo 16 cm, ajustado ao*	PAR	250

	antebraço, interno liso, lubrificante bioabsorvível. Todo material deve ser resistente, seguro e propiciar fácil calçamento e retirada, isento de irritantes dérmicos, embaladas em par. Produto com certificado de aprovação do Ministério do trabalho e aprovada pela ISO388 (risco mecânico), ISO407 (risco térmico), ISO374 (risco biológico/químico). Embalagem contendo: fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação e procedência.		
216	***LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM 6,5:*** *Par luva cirúrgica 6,5 (nac) estéril: 100% látex natural uniforme (com numeração do padrão nacional brasileiro); anatômica; estéril; atóxica; apirogênica; isenta de resíduos e impurezas; homogênea; resistente; antiderrapante; lubrificação bioabsorvível; não promover irritação dérmica; deve proporcionar manuseio asséptico seguro; fácil calçamento; produto de uso único; embalagem unitária, acondicionamento: involucro interno com pares, dobras para abertura asséptica, conforme padrão hospitalar e externa conforme NBR 13391 da ABNT, que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização; embalagem contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; tamanho; indicação das luvas direita e esquerda; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; data da esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA, certificado de aprovação do Ministério do trabalho e Inmetro.*	PAR	10.000
217	***LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM 7,0:*** *Par luva cirúrgica 7,0 (nac) estéril: 100% látex natural uniforme (com numeração do padrão nacional brasileiro); anatômica; estéril; atóxica; apirogênica; isenta de resíduos e impurezas; homogênea; resistente; antiderrapante; lubrificação bioabsorvível; não promover irritação dérmica; deve proporcionar manuseio asséptico seguro; fácil calçamento; produto de uso único; embalagem unitária, acondicionamento: involucro interno com pares, dobras para abertura asséptica, conforme padrão hospitalar e externa conforme NBR 13391 da ABNT, que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização; embalagem contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; tamanho; indicação das luvas direita e esquerda; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; data da esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA, certificado de aprovação do Ministério do trabalho e Inmetro.*	PAR	9.000
218	***LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM 7,5:*** *Par luva cirúrgica 7,5 (nac) estéril: 100% látex natural uniforme (com numeração do padrão nacional brasileiro); anatômica; estéril; atóxica; apirogênica; isenta de resíduos e impurezas; homogênea; resistente; antiderrapante; lubrificação bioabsorvível; não promover irritação dérmica; deve proporcionar manuseio asséptico seguro; fácil calçamento; produto*	PAR	5.500

	de uso único; embalagem unitária, acondicionamento: involucro interno com pares, dobras para abertura asséptica, conforme padrão hospitalar e externa conforme NBR 13391 da ABNT, que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização; embalagem contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; tamanho; indicação das luvas direita e esquerda; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; data da esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA, certificado de aprovação do Ministério do trabalho e Inmetro.		
219	***LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM 8,0:*** *Par luva cirúrgica 8,0 (nac) estéril: 100% látex natural uniforme (com numeração do padrão nacional brasileiro); anatômica; estéril; atóxica; apirogênica; isenta de resíduos e impurezas; homogênea; resistente; antiderrapante; lubrificação bioabsorvível; não promover irritação dérmica; deve proporcionar manuseio asséptico seguro; fácil calçamento; produto de uso único; embalagem unitária, acondicionamento: involucro interno com pares, dobras para abertura asséptica, conforme padrão hospitalar e externa conforme NBR 13391 da ABNT, que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização; embalagem contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; tamanho; indicação das luvas direita e esquerda; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; data da esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA, certificado de aprovação do Ministério do trabalho e Inmetro.*	PAR	2.500
220	***LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM 8,5:*** *Par luva cirúrgica 8,5 (nac) estéril: 100% látex natural uniforme (com numeração do padrão nacional brasileiro); anatômica; estéril; atóxica; apirogênica; isenta de resíduos e impurezas; homogênea; resistente; antiderrapante; lubrificação bio-absorvível; não promover irritação dérmica; deve proporcionar manuseio asséptico seguro; fácil calçamento; produto de uso único; embalagem unitária, acondicionamento: involucro interno com pares, para abertura asséptica, conforme padrão hospitalar e externa conforme NBR 13391 da ABNT, que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização; embalagem contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; tamanho; indicação das luvas direita e esquerda; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; data da esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA, certificado de aprovação do Ministério do trabalho e Inmetro.*	PAR	2.500
221	***LUVA DE PROCEDIMENTO COM TALCO TAMANHO EXTRA PEQUENA (PP)****: Luva para procedimento descartável tamanho extra pequena; uso único; não estéril; em látex 100% natural; isenta de resíduos e impurezas; que não promova irritação dérmica;*	CAIXA	5.200

	resistente; ambidestra; lubrificante bioabsorvível; boa sensibilidade tátil; textura uniforme; sem falhas; formato anatômico; punho com acabamento enrolado do mesmo material da luva; conforme NBR 11193-1. Indicada para proteger o paciente e o profissional de saúde com barreira microbiológica. Embalagem resistente com indicação de abertura picotada. Embalagem contendo: fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; procedência; responsável técnico. Apresentar registro ANVISA; certificado de aprovação do Ministério do trabalho e Inmetro. Caixa com 100 unidades.		
222	***LUVA DE PROCEDIMENTO COM TALCO TAMANHO PEQUENA (P)**: Luva para procedimento descartável tamanho pequena; uso único; não estéril; em látex 100% natural; isenta de resíduos e impurezas; que não promova irritação dérmica; resistente; ambidestra; lubrificante bioabsorvível; boa sensibilidade tátil; textura uniforme; sem falhas; formato anatômico; punho com acabamento enrolado do mesmo material da luva; conforme NBR 11193-1. Indicada para proteger o paciente e o profissional de saúde com barreira microbiológica. Embalagem resistente com indicação de abertura picotada. Embalagem contendo: fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; procedência; responsável técnico. Apresentar registro ANVISA; certificado de aprovação do Ministério do trabalho e Inmetro. Caixa com 100 unidades.*	CAIXA	8.500
223	***LUVA DE PROCEDIMENTO COM TALCO TAMANHO MÉDIA (M)**: Luva para procedimento descartável tamanho média; uso único; não estéril; em látex 100% natural; isenta de resíduos e impurezas; que não promova irritação dérmica; resistente; ambidestra; lubrificante bioabsorvível; boa sensibilidade tátil; textura uniforme; sem falhas; formato anatômico; punho com acabamento enrolado do mesmo material da luva; conforme NBR 11193-1. Indicada para proteger o paciente e o profissional de saúde com barreira microbiológica. Embalagem resistente com indicação de abertura picotada. Embalagem contendo: fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; procedência; responsável técnico. Apresentar registro ANVISA; certificado de aprovação do Ministério do trabalho e Inmetro. Caixa com 100 unidades.*	CAIXA	11.000
224	***LUVA DE PROCEDIMENTO COM TALCO TAMANHO GRANDE (G)**: Luva para procedimento descartável tamanho grande; uso único; não estéril; em látex 100% natural; isenta de resíduos e impurezas; que não promova irritação dérmica; resistente; ambidestra; lubrificante bioabsorvível; boa sensibilidade tátil; textura uniforme; sem falhas; formato anatômico; punho com acabamento enrolado do mesmo material da luva; conforme NBR 11193-1. Indicada para proteger o paciente e o profissional de saúde com barreira microbiológica. Embalagem resistente com*	CAIXA	6.000

	indicação de abertura picotada. Embalagem contendo: fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; procedência; responsável técnico. Apresentar registro ANVISA; certificado de aprovação do Ministério do trabalho e Inmetro. Caixa com 100 unidades.		
225	**LUVA GINECOLÓGICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL:** *Luva plástica em polietileno de alta densidade; cinco dedos; descartável; estéril; uso único; ambidestra; transparente; tamanho único; acabamento regular e seguro; com espessura de 0,02 a 0,03 micron; resistente; com sistema de colagem interdígitos uniforme e sem saliências ásperas. Cada luva deverá vir em embalagem individualizada contendo marca, validade e lote. A embalagem secundária deverá conter dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; validade, lote, categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; tipo de esterilização; responsável técnico; Unidade procedência e registro ANVISA.*	PACOTE	1.100
226	**LUVA PARA PROCEDIMENTO NITRÍLICA TAMANHO EXTRA PEQUENA (PP):** *Luva para procedimento nitrílica tamanho extra pequena; livre de látex; não estéril; descartável; uso único; produzida em nitrilo; uniforme; íntegra; formato anatômico; ambidestra; possui punho com acabamento enrolado; isenta de resíduos e impurezas; resistente à trações; levemente texturizada nas pontas dos dedos; acondicionada em embalagem resistente; com indicação de abertura picotada; contendo 100 unidades em cada caixa; todo material deve ser resistente; seguro; sem pó bioabsorvível; fácil calçamento e retirada; isento de irritantes dérmicos; com certificado de aprovação do Ministério do trabalho e aprovada pela iso388 (risco mecânico), iso407 (risco térmico), iso374 (risco biológico/químico); embalagem contendo: fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; procedência e registro ANVISA.*	CAIXA	2.600
227	**LUVA PARA PROCEDIMENTO NITRÍLICA TAMANHO PEQUENA (P):** *Luva para procedimento nitrílica tamanho pequena; livre de látex; não estéril; descartável; uso único; produzida em nitrilo; uniforme; íntegra; formato anatômico; ambidestra; possui punho com acabamento enrolado; isenta de resíduos e impurezas; resistente à trações; levemente texturizada nas pontas dos dedos; acondicionada em embalagem resistente; com indicação de abertura picotada; contendo 100 unidades em cada caixa; todo material deve ser resistente; seguro; sem pó bioabsorvível; fácil calçamento e retirada; isento de irritantes dérmicos; com certificado de aprovação do Ministério do trabalho e aprovada pela iso388 (risco mecânico), iso407 (risco térmico), iso374 (risco biológico/químico); embalagem contendo: fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação;*	CAIXA	8.500

	procedência e registro ANVISA		
228	**LUVA PARA PROCEDIMENTO NITRÍLICA TAMANHO MÉDIA (M):** *Luva para procedimento nitrílica tamanho média; livre de látex; não estéril; descartável; uso único; produzida em nitrilo; uniforme; íntegra; formato anatômico; ambidestra; possui punho com acabamento enrolado; isenta de resíduos e impurezas; resistente à trações; levemente texturizada nas pontas dos dedos; acondicionada em embalagem resistente; com indicação de abertura picotada; contendo 100 unidades em cada caixa; todo material deve ser resistente; seguro; sem pó bioabsorvível; fácil calçamento e retirada; isento de irritantes dérmicos; com certificado de aprovação do Ministério do trabalho e aprovada pela iso388 (risco mecânico), iso407 (risco térmico), iso374 (risco biológico/químico); embalagem contendo: fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; procedência e registro ANVISA.*	CAIXA	6.800
229	**LUVA PARA PROCEDIMENTO NITRÍLICA TAMANHO GRANDE (G):** *Luva para procedimento nitrílica tamanho grande; livre de látex; não estéril; descartável; uso único; produzida em nitrilo; uniforme; íntegra; formato anatômico; ambidestra; possui punho com acabamento enrolado; isenta de resíduos e impurezas; resistente à trações; levemente texturizada nas pontas dos dedos; acondicionada em embalagem resistente; com indicação de abertura picotada; contendo 100 unidades em cada caixa; todo material deve ser resistente; seguro; sem pó bioabsorvível; fácil calçamento e retirada; isento de irritantes dérmicos; com certificado de aprovação do Ministério do trabalho e aprovada pela iso388 (risco mecânico), iso407 (risco térmico), iso374 (risco biológico/químico); embalagem contendo: fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; procedência e registro ANVISA.*	CAIXA	4100
230	**MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA:** *Confeccionada em poliéster metalizada de 23 microns; indicada para o resgate de paciente, quando for necessário manter o calor do corpo. Medindo aproximadamente 2,10 x 1,40 metros.*	UNIDADE	1.800
231	**MARTELO DE PERCUSSÃO:** *Martelo de percussão modelo taylor para avaliação neurológica; cabeça triangular de borracha termo plástica com o vértice e a base chanfrados, cabo em aço inox de qualidade, medindo aproximadamente 18/19 cm. Embalagem unitária plástica resistente, que proporcione abertura fácil, segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, deve conter identificação, procedência, data de fabricação. Garantia de 10 anos.*	UNIDADE	50
232	**MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELASTICO:** *Máscara cirúrgica descartável com elástico de TNT 100% polipropileno; com elástico soldado eletronicamente por ultrasom (sem furos ou costuras); comprimento mínimo do elástico 100mm; uso único; não estéril; retangular; cores claras; tripla*	UNIDADE	600.000

	camada com filtro melt blown sem costura; camada interna absorvente e externa repele líquido; reforçada; acima de 98% de eficiência para filtragem de partículas de 0,3 micrometros; eficiência para filtragem bacteriológica acima de 95% ; laudo/ declaração ou certificado que ateste que o material possui estas características; com clip nasal ajustável com 100mm no mínimo. Deve cobrir de forma eficaz nariz e boca - considerando ainda as três pregas horizontais frontais centrais. Dimensões mínimas: largura: 175 milímetros, altura: 90 milímetros com pregas centrais dobradas. Embalagem de papelão com abertura picotada contendo 50 unidades. A embalagem deve conter fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; procedência; responsável técnico. Registro ANVISA.		
233	**MÁSCARA PFF2 COM ELÁSTICO AJUSTÁVEL***: Máscara bico de pato/PFF2/N95: equipamento de proteção respiratória; peça semifacial filtrante para partículas; constituída internamente por um não-tecido dobrável moldado em fibras sintéticas composta em polipropileno, com elementos filtrantes que permitem a passagem do ar e funcione como barreira para fluidos corporais. A parte externa é composta por um não-tecido que protege o meio filtrante evitando que as fibras possam se soltar. Apresenta 2 bandas de elástico para fixação e um grampo de ajuste nasal antioxidante necessário para manter o respirador firme e ajustado na face do usuário, flexível e ajustável a qualquer tamanho de rosto. Modelo dobrável, antialérgica, atóxica e inodora. Embalagem individual desempenho indicado para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas não oleosas e fumos. Deve obedecer a requisitos estabelecidos de acordo com a norma ABNT 13698; material não inflamável; apresentando eficiência de filtração mínima de 94% a penetração de aerossóis particulados não oleosos. Embalagem individual contendo: fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; procedência; responsável técnico. Apresentar registro ANVISA; CA e INMETRO.*	UNIDADE	6.500
234	**MÁSCARA PARA OXIGÊNIO ADULTO COM RESERVATÓRIO:** *Máscara adulto de vinil flexível; resistente; atóxico; transparente; macio; com orifícios laterais em ambos os lados da máscara, em um dos lados os orifícios são cobertos por uma válvula unidirecional no outro os orifícios são abertos, entre o reservatório do oxigênio e a máscara deverá ter outra válvula unidirecional, o equipamento deverá ofertar concentração mínima de oxigênio no ar inspirado de 90%; possui bolsa de reservatório com capacidade de 1 litro acompanhada por extensão de 2 metros no mínimo; em material transparente para permitir conexão à fonte de oxigênio; presilha ajustável; faixa elástica para a cabeça mantém a máscara ajustada de forma precisa; livre de látex; embalagem contendo dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e*	UNIDADE	700

	data de fabricação; tipo de esterilização, prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.		
235	**MÁSCARA PARA OXIGÊNIO INFANTIL COM RESERVATÓRIO:** *Máscara adulto de vinil flexível; resistente; atóxico; transparente; macio; com orifícios laterais em ambos os lados da máscara, em um dos lados os orifícios são cobertos por uma válvula unidirecional no outro os orifícios são abertos, entre o reservatório do oxigênio e a máscara deverá ter outra válvula unidirecional, o equipamento deverá ofertar concentração mínima de oxigênio no ar inspirado de 90%; possui bolsa de reservatório com capacidade de 1 litro acompanhada por extensão de 2 metros no mínimo; em material transparente para permitir conexão à fonte de oxigênio; presilha ajustável; faixa elástica para a cabeça mantém a máscara ajustada de forma precisa; livre de látex; embalagem contendo dados de fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; tipo de esterilização, prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.*	UNIDADE	700
236	**MICRONEBULIZADOR ADULTO PARA OXIGÊNIO:** *Micronebulizador para rede de oxigênio, com máscara tamanho adulto, translúcida, ajuste anatômico, confortável, macia, atóxica, tubo extensor translúcido, flexível, comprimento mínimo de 150 cm com o conector para adaptação à rede de oxigênio. Recipiente para fluidos, transparente, resistente, com capacidade mínima de 15 mL e cabeçote rosqueado que permita adaptação e vedação segura. Todo o conjunto deve proporcionar fluxo seguro, ser resistente, de fácil manuseio. Embalagem individual, resistente de modo a assegurar proteção e integridade do produto até o momento de sua utilização, contendo externamente dados do fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência; registro na ANVISA*	UNIDADE	100
237	**MICRONEBULIZADOR INFANTIL PARA OXIGÊNIO:** *Micronebulizador para rede de oxigênio, com máscara tamanho infantil, translúcida, ajuste anatômico, confortável, macia, atóxica, tubo extensor translúcido, flexível, comprimento mínimo de 150 cm com o conector para adaptação à rede de oxigênio. Recipiente para fluidos, transparente, resistente, com capacidade mínima de 15 mL e cabeçote rosqueado que permita adaptação e vedação segura. Todo o conjunto deve proporcionar fluxo seguro, ser resistente, de fácil manuseio. Embalagem individual, resistente de modo a assegurar proteção e integridade do produto até o momento de sua utilização, contendo externamente dados do fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência; registro na ANVISA.*	UNIDADE	100
238	**MONOFILAMENTO 10G**: *Monofilamento para teste de*	UNIDADE	150

	sensibilidade, 10 gramas por milímetro quadrado. Base no formato e tamanho suficiente que permita o profissional segurar o equipamento do teste de maneira firme e segura. Tampa protetora para o nylon. Instrumento para avaliação da sensibilidade tátil da pele e avaliação do estado funcional de nervos periféricos. Importante para a percepção da perda da sensibilidade protetora em determinada região, permitindo a prevenção de incapacidades e intervenção precoce a lesões. Utilizado no diagnóstico e monitoramento de diabetes e hanseníase, casos de reinervação pós-trauma ou cirurgia e nas demais causas de perda de sensibilidade. Embalagem individual contendo os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Manual de instrução de uso limpeza e manutenção.		
239	**ORGANIZADOR TRIPLO DE PAREDE ACRÍLICO VERTICAL:** Organizador de parede triplo, formato vertical, confeccionado em acrílico transparente de alta resistência, composto por 3 compartimentos independentes para armazenamento e exposição de documentos, formulários, revistas ou materiais impressos. Fixação em parede por meio de parafusos, buchas ou sistema equivalente. Acabamento com bordas lisas e sem rebarbas. Dimensões aproximadas compatíveis com documentos formato A4 (aproximadamente 210 x 297 mm), admitindo variação de até ±10% nas medidas. Produto novo, resistente, lavável e de fácil higienização.	UNIDADE	08
240	**OTOSCÓPIO COMPLETO (ADULTO E INFANTIL):** *Com corpo de metal com superfície não escorregadia; Deve possuir alimentação por duas pilhas médias(C); cabeça com bloqueamento tipo baioneta; lente tipo lupa com aumento; Iluminação de alto brilho, com excelente nitidez da imagem; regulagem de intensidade de luz; fácil substituição da lâmpada; dispositivo de liga e desliga; deve acompanhar conjunto de espéculos de ouvido (05 unidades no mínimo de diversos tamanhos) fabricado em polipropileno autoclavável; todo conjunto deve ser acondicionado em estojo, próprio resistente (não papelão), unitário que proporcione abertura fácil, seguro, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, deve conter procedência, data de fabricação. O aparelho deverá vir acompanhado de certificado de garantia 1 ano com o fabricante do produto; registro na ANVISA.*	UNIDADE	180
241	**OXÍMETRO DE DEDO DIGITAL PORTÁTIL:** *Oxímetro de dedo portátil digital mede a saturação de oxigênio no sangue e a frequência cardíaca de modo simples através do dedo. Produto leve e compacto. O indicador de nível de bateria está localizado no painel frontal. Alimentado por pilhas alcalinas AAA que forneça 2 informações: Saturação de Oxigênio e Frequência Cardíaca.* *Informações Adicionais:* *- Tela tipo Sp02* *- Painel OLED em cor* *- Baixo consumo de energia* *- Alta precisão* *- Fácil de usar* *- Desligamento automático* *- Sensor de direção da tela (4 posições)*	UNIDADE	70

	- Resolução: 1% *- Faixa de medição: 36% ~ 99%* *- Medidas: Comp: 6cm x Larg 3,5cm x Alt 3,2cm* *- Peso: 29g (sem pilhas)* *- Possui INMETRO e registro ANVISA.*		
242	**OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL***: Características técnicas mínimas: Portátil, para segurar na mão facilmente. Deve apresentar tecnologia de oximetria para medição em pacientes com baixa perfusão e movimentação excessiva; Medição de spo2: Faixa de medição mínima de 70 a 99% de spo2; Precisão para medição entre 70 a 99%: máximo +- 2% para pacientes pediátricos/adultos; Baixa perfusão entre 70 a 100%: máximo +- 3% para pacientes pediátricos/adultos; Medição de batimento cardíaco: Medição de 20 a 240bpm; Precisão de 3 bpm, inclusive para baixa perfusão; Deve apresentar curva pletismográfica; Deve armazenar tendências numéricas de spo2 e frequência cardíaca, por pelo menos 24 horas. O aparelho deve ter os seguintes alarmes: Alarme indicador de sensor solto; Alarme indicador de spo2 alta e baixa; Alarme indicador de frequência cardíaca alta e baixa. Bateria interna recarregável com duração de 20 horas, no mínimo. Acessórios: 02 (dois) sensores de spo2 reutilizável, tipo clip, para uso pediátrico/adulto; 01(um) sensor de spo2 reutilizável tipo y, para uso Neonatal/pediátrico. Peso máximo: 570 gramas (com a(s) baterias). Garantia de pelo menos 24 meses a partir da data de instalação. Registro na ANVISA.*	UNIDADE	460
243	**PAPAGAIO***: Coletor de urina masculino papagaio em aço inox, com capacidade de 1000mL, de fácil manuseio para enchimento e esvaziamento, de fácil higienização; autoclavável; borda inferior planada. Embalagem individual, contendo os dados de identificação e procedência conforme ABNT.*	UNIDADE	10
244	**PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10CMX100M***: Bobina de papel com 70g/m² com filme transparente laminado poliéster e polipropileno; suporta as tensões de manipulação; possui um sistema que permite abertura sem rasgos; triplamente selado, garantindo proteção e possibilitando abertura asséptica; seguro e resistente; isento de resíduos e impurezas; garante a resistência mecânica, barreira microbiológica e o controle de porosidade para a manutenção da esterilidade; com indicador termoquímicos de viragem impresso para os processos de Óxido de Etileno e a Vapor na área de selagem; produto não estéril; produto de uso único; proibido reprocessar; rolo tamanho 10cm largura x 100m comprimento. Embalagem externa contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico e procedência. Registro na ANVISA.*	UNIDADE	800
245	**PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20CMX100M:** *Bobina de papel com 70g/m² com filme transparente laminado poliéster e polipropileno; suporta as tensões de manipulação; possui um sistema que permite abertura sem rasgos; triplamente selado, garantindo proteção e possibilitando abertura asséptica; seguro e resistente; isento de resíduos e impurezas; garante a resistência mecânica, barreira*	UNIDADE	1.700

	microbiológica e o controle de porosidade para a manutenção da esterilidade; com indicador termoquímicos de viragem impresso para os processos de Óxido de Etileno e a Vapor na área de selagem; produto não estéril; produto de uso único; proibido reprocessar; rolo tamanho 20cm largura x 100m comprimento. Embalagem externa contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico e procedência. Registro na ANVISA.		
246	**PÁS ADESIVAS DESCARTÁVEIS PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA), TAMANHO ADULTO.** *Eletrodos compatíveis com o desfibrilador modelo I.On, admitindo-se produto original ou equivalente, desde que apresente compatibilidade plena com o equipamento, mantendo seu desempenho, segurança e funcionalidade.*	UNIDADE	600
247	**PÁS ADESIVAS DESCARTÁVEIS PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA), TAMANHO INFANTIL.** *Eletrodos compatíveis com o desfibrilador modelo I.On, admitindo-se produto original ou equivalente, desde que comprovada plena compatibilidade física, elétrica e funcional com o equipamento, preservando seu desempenho, segurança e eficácia.*	UNIDADE	100
248	**PASTA PARA ELETROENCEFALOGRAMA:** *Pasta de alta condutividade desenvolvida para garantir resultados sem ruídos; boa fixação dos eletrodos durante o exame; indicada como meio de transmissão para captação de sinais elétricos que constituem a atividade cerebral e como meio de fixação de eletrodos no couro cabeludo em exames de eletroencefalograma (eeg); uso externo; composição: água purificada, agentes emulsionantes e emolientes derivados de álcool e ésteres, umectante, composto salino e conservante; solúvel em água, favorecendo sua remoção após o uso; inodora; hipoalergênica; embalagem plástica com tampa com lacre de 1 kg; embalagem deverá trazer externamente rótulo contendo: fabricante, marca, composição, indicações, contra-indicação, precauções, data de fabricação, validade, lote, registro na ANVISA.*	UNIDADE	30
249	**PELÍCULA ADESIVA EM ROLO:** *Película adesiva em rolo, medindo no mínimo 15cm x 10m. Não estéril, para uso em curativos, resistente, maleável com barreira bacteriana, e permeável a vapor de gases. Isento de resíduos, impurezas e agentes alergizantes. Todo material deve ser de fácil manuseio, resistente, aplicação segura, proporcionar adesividade de longa duração e fácil remoção da pele. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data de validade e lote conforme legislação vigente. Embalagem que mantenha a integridade do produto até o momento da utilização. Embalagem contendo dados de identificação do produto data.*	UNIDADE	900
250	**PINÇA ADSON 12CM COM DENTE:** *Pinça Adson com dente, delicada, confeccionada em aço inox temperável, medindo 12 cm de comprimento (AISI 420), corpo com superfície recartilhada para maior aderência e segurança; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Fabricado de*	UNIDADE	230

	acordo com Padrões Internacionais de Qualidade. Registro ANVISA. Garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.		
251	**PINÇA ADSON 12CM SEM DENTE:** *Pinça Adson sem dente, delicada, confeccionada em aço inox temperável, medindo 12 cm de comprimento (AISI 420), corpo com superfície recartilhada para maior aderência e segurança; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade. Registro ANVISA. Garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.*	UNIDADE	280
252	**PINÇA ALLIS 15CM:** *Pinça Allis 15 cm 5 x 6; articulada não cortante; dentada 5 x 6; confeccionada em aço inox temperável, medindo 15 cm de comprimento (AISI 420); com cremalheira; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade. Registro ANVISA. Garantia 10 anos contra defeitos de fabricação*	UNIDADE	35
253	**PINÇA ALLIS 19 a 20CM:** *Pinça Allis 19 a 20cm 5 x 6; articulada não cortante; dentada 5 x 6; confeccionada em aço inox temperável (AISI 420); medindo 19/20cm de comprimento; com cremalheira; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade. Registro ANVISA. Garantia 10 anos contra defeitos de fabricação*	UNIDADE	15
254	**PINÇA ALLIS 23 a 25CM:** *Pinça Allis 23 a 25cm 5 x 6; articulada não cortante; dentada 5 x 6; confeccionada em aço inox temperável (AISI 420); medindo 23/25 cm de comprimento; com cremalheira; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade. Registro ANVISA. Garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.*	UNIDADE	15
255	**PINÇA CHERON 25CM:** *Pinça Cheron 25cm; articulada; confeccionada em aço inox temperável (AISI 420); medindo 25 cm de comprimento; extremidade da pinça ovalada com superfície recartilhada; com cremalheira; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade. Registro ANVISA. Garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.*	UNIDADE	300
256	**PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 16CM COM DENTE:** *Pinça dissecção anatômica; medindo 16cm; com dentes 1 x 2; confeccionada em Aço Inoxidável (AISI 420); corpo com superfície recartilhada para maior aderência e segurança; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT; fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade; Registro ANVISA; Garantia 10 anos contra defeitos de fabricação*	UNIDADE	400
257	**PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 16CM SEM DENTE:** *Pinça dissecção anatômica; medindo 16cm; sem dente; confeccionada em Aço Inoxidável (AISI 420); corpo com superfície recartilhada para maior aderência e segurança; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT; fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade; Registro ANVISA; Garantia 10 anos contra defeitos de*	UNIDADE	450

	fabricação.		
258	**PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 12,5CM CURVA:** *Pinça medindo 12 a 12,5cm; articulada; ponta com serrilhas delicadas; travas para clipamento e travamento; confeccionada em aço inox temperável (AISI 420); autoclavável; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT; fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade; registro ANVISA; garantia 10 anos contra defeitos de fabricação*	UNIDADE	10
259	**PINÇA HALSTEAD MOSQUITO 12CM RETA:** *Pinça medindo 12 a 12,5cm; articulada; ponta com serrilhas delicadas; travas para clipamento e travamento; confeccionada em aço inox temperável (AISI 420); autoclavável; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT; fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade; registro ANVISA; garantia 10 anos contra defeitos de fabricação*	UNIDADE	10
260	**PINÇA IRIS CURVA DE 10 A 12CM COM DENTE:** *Pinça Iris curva; medindo 9 a 12 cm; com dente de 1 X 2; instrumento cirúrgico não articulado e não cortante confeccionada em Aço Inoxidável (AISI 420); corpo com superfície recartilhada para maior aderência e segurança; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT; fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade; Registro ANVISA; Garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.*	UNIDADE	25
261	**PINÇA IRIS RETA DE 10 A 12CM COM DENTE:** *Pinça Iris reta; medindo 9 a 12 cm; com dente de 1 X 2; instrumento cirúrgico não articulado e não cortante confeccionada em Aço Inoxidável (AISI 420); corpo com superfície recartilhada para maior aderência e segurança; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT; fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade; Registro ANVISA; Garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.*	UNIDADE	70
262	**PINÇA IRIS RETA DE 10 A 12CM COM SERRILHA:** *Pinça Iris reta; medindo 9 a 12 cm; com serrilha; instrumento cirúrgico não articulado e não cortante confeccionada em Aço Inoxidável (AISI 420); corpo com superfície recartilhada para maior aderência e segurança; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT; fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade; Registro ANVISA; Garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.*	UNIDADE	70
263	**PINÇA JACARÉ PARA RETIRADA DE DIU SEM FIO APARENTE:** *Pinça Jacaré própria para retirada de D.I.U. em casos de fio não visível; medindo 25cm; instrumento cirúrgico articulado e não cortante confeccionada em Aço Inoxidável (AISI 420); extremidade articulada com superfície interna recartilhada para maior aderência e segurança; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT; fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade; Registro ANVISA; Garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.*	UNIDADE	45
264	**PINÇA KELLY 16CM CURVA:** *Pinça Kelly curva 16cm; articulada não cortante; hemostática; extremidade com superfície interna recartilhada; confeccionada em aço inox temperável (AISI 420); medindo 14 cm de comprimento; com cremalheira; embalagem*	UNIDADE	180

	individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade. Registro ANVISA. Garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.		
265	**PINÇA KELLY 16CM RETA:** *Pinça Kelly reta 16cm; articulada não cortante; hemostática; extremidade com superfície interna recartilhada; confeccionada em aço inox temperável (AISI 420); medindo 14 cm de comprimento; com cremalheira; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade. Registro ANVISA. Garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.*	UNIDADE	225
266	**PINÇA KOCHER 14CM CURVA COM DENTE:** *Pinça Kocher curva com dente; articulada não cortante; hemostática; extremidade com superfície interna recartilhada; confeccionada em aço inox temperável (AISI 420); medindo 14 cm de comprimento; com cremalheira; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade. Registro ANVISA. Garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.*	UNIDADE	100
267	**PINÇA KOCHER 14CM RETA COM DENTE:** *Pinça Kocher reta com dente; articulada não cortante; hemostática; extremidade com superfície interna recartilhada; confeccionada em aço inox temperável (AISI 420); medindo 14 cm de comprimento; com cremalheira; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade. Registro ANVISA. Garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.*	UNIDADE	55
268	**PINÇA POZZI DE 24 A 25CM:** *Pinça Pozzi; articulada não cortante; com garras; confeccionada em aço inox temperável (AISI 420); medindo 24 a 25 cm de comprimento; com cremalheira; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade. Registro ANVISA. Garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.*	UNIDADE	300
269	**PINÇA PUNCH N°2:** *Pinça punch não articulda; cortante; permite uma excisão precisa e controlada da pele; composto por uma lâmina cilíndrica de aço inox cirúrgico, com bisel extremamente afiado; diâmetro 2mm; confeccionada em aço inox temperável (aisi 420); possui textura ao longo da pinça para segurança ao manusear; autoclavável; medindo aproximadamente 11cm comprimento; embalados individualmente garantindo a integridade do produto até sua utilização; embalagem constando os dados de identificação e procedência; fabricado conforme ABNT e de acordo com padrões internacionais de qualidade; registro ANVISA; garantia 10 anos contra defeitos de fabricação*	UNIDADE	5
270	**PINÇA PUNCH N°3:** *Pinça punch não articulda; cortante; permite uma excisão precisa e controlada da pele; composto por uma lâmina cilíndrica de aço inox cirúrgico, com bisel extremamente afiado; diâmetro 3mm; confeccionada em aço inox temperável (aisi 420); possui textura ao longo da pinça para segurança ao manusear; autoclavável; medindo aproximadamente 11cm*	UNIDADE	5

	comprimento; embalados individualmente garantindo a integridade do produto até sua utilização; embalagem constando os dados de identificação e procedência; fabricado conforme ABNT e de acordo com padrões internacionais de qualidade; registro ANVISA; garantia 10 anos contra defeitos de fabricação		
271	**PINÇA PUNCH N°4:** *Pinça punch não articulda; cortante; permite uma excisão precisa e controlada da pele; composto por uma lâmina cilíndrica de aço inox cirúrgico, com bisel extremamente afiado; diâmetro 4mm; confeccionada em aço inox temperável (aisi 420); possui textura ao longo da pinça para segurança ao manusear; autoclavável; medindo aproximadamente 11cm comprimento; embalados individualmente garantindo a integridade do produto até sua utilização; embalagem constando os dados de identificação e procedência; fabricado conforme ABNT e de acordo com padrões internacionais de qualidade; registro ANVISA; garantia 10 anos contra defeitos de fabricação*	UNIDADE	5
272	**PINÇA PUNCH N°5:** *Pinça punch não articulda; cortante; permite uma excisão precisa e controlada da pele; composto por uma lâmina cilíndrica de aço inox cirúrgico, com bisel extremamente afiado; diâmetro 5mm; confeccionada em aço inox temperável (aisi 420); possui textura ao longo da pinça para segurança ao manusear; autoclavável; medindo aproximadamente 11cm comprimento; embalados individualmente garantindo a integridade do produto até sua utilização; embalagem constando os dados de identificação e procedência; fabricado conforme ABNT e de acordo com padrões internacionais de qualidade; registro ANVISA; garantia 10 anos contra defeitos de fabricação*	UNIDADE	6
273	**PLACA PARA CONFECÇÃO PONTO SEMENTE:** *Placa para confecção de ponto-semente em material plástico ou acrílico, com dimensões aproximadas de 12cm x 14cm em dupla face (uma das faces com 01 orifício e outra com 02) permitindo a confecção de no mínimo 150 pontos-semente. Peso aproximado de 60g.*	UNIDADE	300
274	**PORTA AGULHA COM VÍDEA 12CM PARA FIO 6.0/5.0:** *Instrumento cirúrgico articulado não cortante, em aço inoxidável, autoclavável, com vídea, reta, 12 cm, para apreensão de fio de suturo tamanho 5.0 e 6.0, com registro da ANVISA.*	UNIDADE	20
275	**PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM:** *Instrumento cirúrgico articulado, não cortante, em aço inoxidável AISO 420, com comprimento total de 14cm. Matriz interna com serrilhas para firme retenção da agulha durante procedimentos. Deve possuir trava tipo cremalheira com encaixe firme e seguro. Hastes anatômicas com anéis arredondados para manipulação precisa e confortável. Instrumento reutilizável e autoclavável. Apresentação em embalagem individual com informações de modelo, constando dados de identificação e procedência, validade, garantia, lote. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT e registro ANVISA.*	UNIDADE	110
276	**PORTA TALHERES (ORGANIZAÇÃO DE VACINAS):** *Porta talheres confeccionado em plástico rígido na cor branca, atóxico, resistente e vazado, com cinco divisórias. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e data de fabricação*	UNIDADE	70
277	***PRANCHA RÍGIDA – MACA ADULTO:*** *Maca Adulto para*	UNIDADE	8

	imobilização e transporte de vítima traumatizada, para salvamento aquático, terrestre e aéreo; fabricado em polietileno na cor amarela, possibilitando a melhor limpeza e assepsia. Possui aberturas para o cinto tipo aranha, possui pegadores amplos para facilitar o uso de luvas, design em ângulo para melhor acomodação do paciente, 100% transparente para Raio X, possuir abertura específica para imobilização, comprimento 1.850mm, espessura 70mm, largura 450mm, peso líquido de 8,5 Kg, capacidade de carga 180 Kg. Deverá possuir garantia de 01 (um) ano. Apresentar registro ANVISA na proposta de valores.		
278	***PRANCHA RÍGIDA - MACA INFANTIL:*** *Confeccionada em Polietileno, equipamento para resgate e transporte de pacientes de alta densidade e altamente resistente, capaz de suportar uma vítima com até 120 kg. Deve ser leve e de fácil manuseio, desenvolvida em polietileno, impermeável para que não absorva líquidos corpóreos, deve possuir pegadores amplos para facilitar o uso de luvas, design em ângulo para melhor acomodação do paciente, 100% transparente para utilização em Raio X. Cor: Amarela, totalmente confeccionada em polietileno que suporte até 120Kg, impermeável. Medida aproximadas de Altura: 06cm, Largura: 128 cm, Profundidade: 45cm, Peso: 3,400 Kg. Apresentar registro ANVISA na proposta de valores. Com garantia mínima de 1 ano. Apresentar registro ANVISA na proposta de valores.*	UNIDADE	03
279	**PRESERVATIVO MASCULINO NÃO LUBRIFICADO:** *Preservativo masculino adulto sem lubrificante: preservativo masculino adulto sem lubrificante sem espermicida; transparente; liso; incolor; largura nominal de 52mm; embalagem individual hermética sem incidência direta de luz, preservando suas propriedades originais ; preservativo utilizado em transdutores de aparelhos para ultrassonografia; caixa com aproximadamente 144 unidades; embalagem contendo: fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; procedência; registro no ministério da saúde; Inmetro*	CAIXA	35
280	**RÉGUA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL 100CM:** *Régua antropométrica em madeira marfim, lisa, sem rebarbas, pintada na cor clara, em tinta lavável, escala de 100cm, graduada em milímetros, numerada a cada cm, marcador removível, de fácil deslize, sem comprometer a marcação. Base da cabeça medindo aproximadamente 20cm de largura e aproximadamente 10cm de altura. Embalagem individual contendo os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Garantia de no mínimo 6 meses contra defeitos de fabricação.*	UNIDADE	55
281	***RESERVATÓRIO PARA RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO:*** *Confeccionado em PVC, com capacidade para 2700 mL de oxigênio. Medindo aproximadamente 4cm x 13,5cm x 14cm (altura x largura x profundidade). Pesando aproximadamente 0,09kg. Cor transparente. Acompanhar válvula. Podendo ser reutilizado e esterilizável a frio. Deve ser compatível com diversas marcas de reanimadores.*	UNIDADE	25
282	**RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO (AMBU):** *Ressuscitador*	UNIDADE	140

	manual. Silicone 100% grau médico, melhor flexibilidade e capacidade de esterilização por autoclave. Conexão rotativa evita que o tubo endotraqueal se desconecte quando o operador mudar de posição. Material livre de látex. Temperatura Operacional: -18ºC a 50ºC Deve possibilitar eficiente ventilação artificial com ar ou ar enriquecido de oxigênio. Acompanhar reservatório para oxigênio resistente e de fácil manuseio. Acompanhar 1(um) extensor cateter/cateter e 1 (um) extensor cateter/fluxômetro. Todo sistema deve vir acondicionado em bolsa TNT, composto de balão auto inflável confeccionado em silicone com capacidade aproximada de 1200 mL. Válvula paciente com mínimo espaço morto não pode exceder 5 mL + 10 % do volume mínimo fornecido, com conector da máscara com movimento giratório, válvula de segurança que se abre aproximadamente 45 cm/H20. Máscara de silicone transparente, Anel e almofada de silicone proporciona melhor vedação e conforto; atóxica, que se adapte perfeitamente a face. Modelo Adulto. Todas as peças deverão ser autoclaváveis. Embalado individualmente. Garantia de 01 ano. Conexões em conformidade com as especificações ISO 10651-4. Registro ANVISA. A embalagem deve servir como uma barreira efetiva para a penetração de microorganismos e materiais particulados, de acordo com a EN 868-1. A embalagem não pode ser capaz de fechar novamente sem que fique evidente que já foi aberta. O fabricante deve fornecer instruções para uso e manutenção. As instruções para uso e manutenção devem incluir as seguintes informações, onde aplicável: advertência de que a operação incorreta do reanimador pode ser perigosa; instruções de operacionalização do reanimador em todos os modos de operação; a faixa de peso para a qual o reanimador foi projetado; limites ambientais operacionais; armazenamento; faixa de volume fornecido; espaço morto do reanimador, escape anterior e escape posterior; resistência expiratória e resistência inspiratória, e a resistência imposta por qualquer acessório recomendado; a pressão expiratória final, gerada pelo reanimador em uso normal, se maior que 0,2 kPa (≈ 2 cmH2O); dimensões externas do reanimador e do estojo do reanimador; peso do reanimador e do estojo do reanimador.		
283	**RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL (AMBU):** *Ressuscitador manual infantil. Silicone 100% grau médico, melhor flexibilidade e capacidade de esterilização por autoclave. Conexão rotativa evita que o tubo endotraqueal se desconecte quando o operador mudar de posição. Material livre de látex. Temperatura Operacional: -18ºC a 50ºC Deve possibilitar eficiente ventilação artificial com ar ou ar enriquecido de oxigênio. Acompanhar reservatório para oxigênio resistente e de fácil manuseio. Acompanhar 1(um) extensor cateter/cateter e 1 (um) extensor cateter/fluxômetro. Todo sistema deve vir acondicionado em bolsa TNT, composto de balão auto inflável confeccionado em silicone com capacidade aproximada de 250 mL. Válvula paciente com mínimo espaço morto não pode exceder 5 mL + 10 % do volume mínimo fornecido, com conector da máscara com movimento giratório, válvula de segurança que se abre aproximadamente 45 cm/H20. Máscara para RN modelo nº 0*	UNIDADE	85

	de silicone transparente que se adapte perfeitamente à face do Recém-nascido, anel e almofada de silicone proporciona melhor vedação e conforto; atóxica, que se adapte perfeitamente a face. Todas as peças deverão ser autoclaváveis. Embalado individualmente. Garantia de 01 ano. Conexões em conformidade com as especificações ISO 10651-4. Registro ANVISA. A embalagem deve servir como uma barreira efetiva para a penetração de microorganismos e materiais particulados, de acordo com a EN 868-1. A embalagem não pode ser capaz de fechar novamente sem que fique evidente que já foi aberta. O fabricante deve fornecer instruções para uso e manutenção. As instruções para uso e manutenção devem incluir as seguintes informações, onde aplicável: advertência de que a operação incorreta do reanimador pode ser perigosa; instruções de operacionalização do reanimador em todos os modos de operação; a faixa de peso para a qual o reanimador foi projetado; limites ambientais operacionais; armazenamento; faixa de volume fornecido; espaço morto do reanimador, escape anterior e escape posterior; resistência expiratória e resistência inspiratória, e a resistência imposta por qualquer acessório recomendado; a pressão expiratória final, gerada pelo reanimador em uso normal, se maior que 0,2 kPa (? 2 cmH2O); dimensões externas do reanimador e do estojo do reanimador; peso do reanimador e do estojo do reanimador.		
284	**RESSUSCITADOR MANUAL RN (AMBU):** *Ressuscitador manual recém-nascido. Silicone 100% grau médico, melhor flexibilidade e capacidade de esterilização por autoclave. Conexão rotativa evita que o tubo endotraqueal se desconecte quando o operador mudar de posição. Material livre de látex. Temperatura Operacional: -18ºC a 50ºC Deve possibilitar eficiente ventilação artificial com ar ou ar enriquecido de oxigênio. Acompanhar reservatório para oxigênio resistente e de fácil manuseio. Acompanhar 1(um) extensor cateter/cateter e 1 (um) extensor cateter/fluxômetro. Todo sistema deve vir acondicionado em bolsa TNT, composto de balão auto inflável confeccionado em silicone com capacidade aproximada de 250 mL. Válvula paciente com mínimo espaço morto não pode exceder 5 mL + 10 % do volume mínimo fornecido, com conector da máscara com movimento giratório, válvula de segurança que se abre aproximadamente 45 cm/H20. Máscara para RN modelo nº 0 de silicone transparente que se adapte perfeitamente à face do Recém-nascido, anel e almofada de silicone proporciona melhor vedação e conforto; atóxica, que se adapte perfeitamente a face. Todas as peças deverão ser autoclaváveis. Embalado individualmente. Garantia de 01 ano. Conexões em conformidade com as especificações ISO 10651-4. Registro ANVISA. A embalagem deve servir como uma barreira efetiva para a penetração de microorganismos e materiais particulados, de acordo com a EN 868-1. A embalagem não pode ser capaz de fechar novamente sem que fique evidente que já foi aberta. O fabricante deve fornecer instruções para uso e manutenção. As instruções para uso e manutenção devem incluir as seguintes informações, onde aplicável: advertência de que a operação incorreta do reanimador pode ser perigosa; instruções de operacionalização do*	UNIDADE	55

	reanimador em todos os modos de operação; a faixa de peso para a qual o reanimador foi projetado; limites ambientais operacionais; armazenamento; faixa de volume fornecido; espaço morto do reanimador, escape anterior e escape posterior; resistência expiratória e resistência inspiratória, e a resistência imposta por qualquer acessório recomendado; a pressão expiratória final, gerada pelo reanimador em uso normal, se maior que 0,2 kPa (? 2 cmH2O); dimensões externas do reanimador e do estojo do reanimador; peso do reanimador e do estojo do reanimador.		
285	**SACO PARA LIXO INFECTANTE 15L:** *Solda de fundo tipo Estrela, quatro vezes mais resistente. Para acondicionamento de resíduos infectantes não perfuro cortantes. Deve atende as normas de higiene e segurança da ANVISA e ABNT/NBR (9191 e 7500). Capacidade de Armazenamento de peso de 30% de sua capacidade nominal. Disponível na cor Branco Leitosa, conforme Legislação Vigente. Embalagem Final: pacotes com 100 unidades. Tamanho: 39 cm x 58 cm x 25 cm*	UNIDADE	8.300
286	***SAPATILHA DESCARTÁVEL:*** *Sapatilha cirúrgica descartável, tipo propé, branca, fabricada em não tecido, 100% polipropileno; atóxico; uso único; não estéril; formato anatômico; soldado eletronicamente por ultrassom; dimensões mínimas: largura: 390 milímetros, altura: 150 milímetros com elástico na abertura e no centro do solado; gramatura 30; baixo desprendimento de partículas; apresentação pacote com 100 unidades. Embalagem garantindo sua integridade durante o transporte e armazenamento até o uso, contendo: fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; procedência; responsável técnico. Apresentar registro ANVISA.*	PACOTE	340
287	**SERINGA 01ML DESCARTÁVEL SEM AGULHA BICO LUER SLIP ESTÉRIL:** *Seringa 1mL em polipropileno; sem agulha; atóxica; estéril; descartável; isenta de resíduos e impurezas; cilindro resistente; cilindro transparente com anel de retenção seguro; siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos; escala nítida, resistente; modelo do tipo tuberculina; bico Luer slip; graduação em intervalo de 0,1mL com subdivisão em 0,01mL; pistão que impede perda de medicamento quando administrado; ajuste que proporcione deslize e dosagem precisa sem espaço morto; Stopper mais fino; êmbolo não se desprende do cilindro devido ao especial anel de retenção; embalagem com pétala de abertura garantindo integridade e esterilidade ao produto durante armazenamento até o momento do uso; não pode ser fechada após aberta; embalagem contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; data da esterilização; prazo de validade; responsável técnico e procedência. Registro na ANVISA.*	UNIDADE	170.000
288	**SERINGA 03ML DESCARTÁVEL SEM AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA BICO LUER LOCK ESTÉRIL:**	UNIDADE	800.000

	Seringa com estrutura de polipropileno; estéril; atóxica; isenta de resíduos e impurezas; bico Luer Lock; com dispositivo de segurança ativado somente após a retirada da agulha do paciente; cilindro translúcido e siliconado internamente; êmbolo com pistão deslizante ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade com perfeita vedação; stopper reto e mais fino; êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao anel de retenção; flange com desenho que facilita à adaptação dos dedos durante a aplicação ou aspiração; anel de retenção; escala de graduação com alto grau de precisão, subdividida em 0,2 ml, nítida e permanente; embalagem individual, que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA		
289	**SERINGA 05ML DESCARTÁVEL SEM AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA BICO LUER LOCK ESTÉRIL:** *Seringa com estrutura de polipropileno; estéril; atóxica; isenta de resíduos e impurezas; bico Luer Lock; com dispositivo de segurança ativado somente após a retirada da agulha do paciente; cilindro translúcido e siliconado internamente; êmbolo com pistão deslizante ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade com perfeita vedação; stopper reto e mais fino; êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao anel de retenção; flange com desenho que facilita à adaptação dos dedos durante a aplicação ou aspiração; anel de retenção; escala de graduação com alto grau de precisão, subdividida em 0,2 mL, nítida e permanente; embalagem individual, que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.*	UNIDADE	400.000
290	**SERINGA 10ML DESCARTÁVEL SEM AGULHA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA BICO LUER LOCK ESTÉRIL:** *Seringa com estrutura de polipropileno; estéril; atóxica; isenta de resíduos e impurezas; bico Luer Lock; com dispositivo de segurança ativado somente após a retirada da agulha do paciente; cilindro translúcido e siliconado internamente; êmbolo com pistão deslizante ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade com perfeita vedação; stopper reto e mais fino; êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao anel de retenção; flange com desenho que facilita à adaptação dos dedos durante a aplicação ou aspiração; anel de retenção; escala de graduação*	UNIDADE	115.000

	com alto grau de precisão, subdividida em 0,2 mL, nítida e permanente; embalagem individual, que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.		
291	**SERINGA 20ML DESCARTÁVEL SEM AGULHA COM BICO LUER SLIP SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ESTÉRIL:** *Seringa com estrutura de polipropileno; estéril; atóxica; isenta de resíduos e impurezas; bico Luer Slip, cilindro translúcido e siliconado internamente; êmbolo com pistão deslizante ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade com perfeita vedação; stopper reto e mais fino; êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao anel de retenção; flange com desenho que facilita à adaptação dos dedos durante a aplicação ou aspiração; anel de retenção; escala de graduação com alto grau de precisão, subdividida em 0,2 mL, nítida e permanente; embalagem individual, que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.*	UNIDADE	70.000
292	**SERINGA 60ML DESCARTÁVEL SEM AGULHA BICO CATETER:** *Seringa com estrutura de polipropileno; estéril; atóxica; isenta de resíduos e impurezas; bico simples lateralizado; cilindro translúcido e siliconado internamente; êmbolo com pistão deslizante ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade com perfeita vedação; stopper reto e mais fino; êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao anel de retenção; flange com desenho que facilita à adaptação dos dedos durante a aplicação ou aspiração; anel de retenção; escala de graduação com alto grau de precisão, subdividida em 1 mL, nítida e permanente; embalagem individual, que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA*	UNIDADE	7.600
293	**SERINGA 60ML DESCARTÁVEL SEM AGULHA BICO SIMPLES:** *Seringa com estrutura de polipropileno; estéril; atóxica; isenta de resíduos e impurezas; bico simples; cilindro translúcido e siliconado internamente; êmbolo com pistão deslizante ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade com perfeita vedação;*	UNIDADE	3.200

	stopper reto e mais fino; êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao anel de retenção; flange com desenho que facilita à adaptação dos dedos durante a aplicação ou aspiração; anel de retenção; escala de graduação com alto grau de precisão, subdividida em 1 mL, nítida e permanente; embalagem individual, que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.		
294	**SERINGA 0,5ML (U100) DESCARTÁVEL COM AGULHA 0,3MMX8MM COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA:** *Seringa descartável para insulina u-50 com agulha medindo de 8 a 9,5mm x 0,25mm. Atóxica, estéril, descartável, isenta de resíduos e impurezas, cilindro resistente, transparente com anel de retenção seguro; escala nítida, resistente, precisa, subdividida em no máximo de 1 em 1 unidade. Êmbolo resistente, com borracha de vedação, ajuste que proporcione deslize preciso e dosagem precisa sem espaço perdido. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote e data de fabricação.*	UNIDADE	14.000
295	**SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 1ML (U100) COM AGULHA 0,3X8M:** *Estéril; uso único; transparente; atóxica; descartável; isenta de resíduos e impurezas; êmbolo resistente proporcionando deslize preciso com anel de retenção sem látex, de modo a impedir a entrada de ar e proporcionando dosagem precisa sem espaço morto; stopper reto e mais fino; cilindro resistente; escala nítida, precisa e resistente, subdividida em no máximo 2 em 2 unidades; cilindro siliconado que proporciona deslizamento suave; flange com formato anatômico que facilita à adaptação dos dedos durante a aplicação ou aspiração; embalagem com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permite a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.*	UNIDADE	270.000
296	**SOLUÇÃO BACTERICIDA** SOLUÇÃO PARA LIMPEZA DE FERIDAS**:** *Solução removedora de biofilmes a base de betaína, polihexanida e água purificada para limpeza e descontaminação de feridas agudas e crônicas e redução de odores das lesões. Indolor, biocompatível, isento de agentes alergizantes, citotóxicos e irritantes dérmicos. Embalagem resistente, com tampa protetora segura, fácil escoamento e manuseio com identificação do produto. Validade, e lote de fácil visualização. Após aberto deve manter suas características por mais de 30 dias. Frasco com 350 mL.*	UNIDADE	2.300

297	**SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA N°04:** *Confeccionada em PVC siliconado, estéril; atóxica, transparente, descartável; uso único; flexível; apirogênico; de superfície lisa; com conexão universal, conector com tampa; possuindo um orifício central com ponta atraumática e dois orifícios distais (lateralmente); isento de resíduos e impurezas; sem quebras, rebarbas, componentes soltos e sem presença de material estranho; resistente; de fácil manuseio e oferecer segurança na utilização; embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem trazendo externamente os dados contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.*	UNIDADE	16.000
298	**SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA N°06:** *Confeccionada em PVC siliconado, estéril; atóxica, transparente, descartável; uso único; flexível; apirogênico; de superfície lisa; com conexão universal, conector com tampa; possuindo um orifício central com ponta atraumática e dois orifícios distais (lateralmente); isento de resíduos e impurezas; sem quebras, rebarbas, componentes soltos e sem presença de material estranho; resistente; de fácil manuseio e oferecer segurança na utilização; embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem trazendo externamente os dados contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.*	UNIDADE	22.500
299	**SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA N°08:** *Confeccionada em PVC siliconado, estéril; atóxica, transparente, descartável; uso único; flexível; apirogênico; de superfície lisa; com conexão universal, conector com tampa; possuindo um orifício central com ponta atraumática e dois orifícios distais (lateralmente); isento de resíduos e impurezas; sem quebras, rebarbas, componentes soltos e sem presença de material estranho; resistente; de fácil manuseio e oferecer segurança na utilização; embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem trazendo externamente os dados contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; Lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.*	UNIDADE	31.500
300	**SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA N°10:**	UNIDADE	17.000

	Confeccionada em PVC siliconado, estéril; atóxica, transparente, descartável; uso único; flexível; apirogênico; de superfície lisa; com conexão universal, conector com tampa; possuindo um orifício central com ponta atraumática e dois orifícios distais (lateralmente); isento de resíduos e impurezas; sem quebras, rebarbas, componentes soltos e sem presença de material estranho; resistente; de fácil manuseio e oferecer segurança na utilização; embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem trazendo externamente os dados contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; Lote e data de fabricação; esterilização; Prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.		
301	**SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA N°12:** *Confeccionada em PVC siliconado, estéril; atóxica, transparente, descartável; uso único; flexível; apirogênico; de superfície lisa; com conexão universal, conector com tampa; possuindo um orifício central com ponta atraumática e dois orifícios distais (lateralmente); isento de resíduos e impurezas; sem quebras, rebarbas, componentes soltos e sem presença de material estranho; resistente; de fácil manuseio e oferecer segurança na utilização; embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem trazendo externamente os dados contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; Lote e data de fabricação; esterilização; Prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.*	UNIDADE	20.000
302	**SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA N°14:** *Confeccionada em PVC siliconado, estéril; atóxica, transparente, descartável; uso único; flexível; apirogênico; de superfície lisa; com conexão universal, conector com tampa; possuindo um orifício central com ponta atraumática e dois orifícios distais (lateralmente); isento de resíduos e impurezas; sem quebras, rebarbas, componentes soltos e sem presença de material estranho; resistente; de fácil manuseio e oferecer segurança na utilização; embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem trazendo externamente os dados contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.*	UNIDADE	2.500
303	**SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA N°16:** *Confeccionada em PVC siliconado, estéril; atóxica, transparente,*	UNIDADE	1.000

	descartável; uso único; flexível; apirogênico; de superfície lisa; com conexão universal, conector com tampa; possuindo um orifício central com ponta atraumática e dois orifícios distais (lateralmente); isento de resíduos e impurezas; sem quebras, rebarbas, componentes soltos e sem presença de material estranho; resistente; de fácil manuseio e oferecer segurança na utilização; embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem trazendo externamente os dados contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; Lote e data de fabricação; esterilização; Prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.		
304	***SONDA FOLEY 2 VIAS N° 6:*** *Sonda vesical de demora em látex; estéril; atóxica; apirogênica; descartável; superfície siliconada; com balão volumétrico de 3cc; ponta distal atraumática com orifícios laterais; válvula de fácil manipulação, com perfeita vedação; funil de drenagem com informações técnicas gravadas de forma nítida e permanente; conector universal que permita perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo externamente os dados contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.*	UNIDADE	70
305	**SONDA FOLEY 2 VIAS N°08:** *Sonda vesical de demora em látex; estéril; atóxica; apirogênica; descartável; superfície siliconada; com balão volumétrico de 3 a 5cc; ponta distal atraumática com orifícios laterais; válvula de fácil manipulação, com perfeita vedação; funil de drenagem com informações técnicas gravadas de forma nítida e permanente; conector universal que permita perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo externamente os dados contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.*	UNIDADE	70
306	**SONDA FOLEY 2 VIAS N°10:** *Sonda vesical de demora em látex; estéril; atóxica; apirogênica; descartável; superfície siliconada; com balão volumétrico de 3 a 5cc; ponta distal atraumática com orifícios laterais; válvula de fácil manipulação, com perfeita vedação; funil de drenagem com informações técnicas gravadas de forma nítida e permanente; conector universal que permita perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; embalagem unitária que*	UNIDADE	70

	proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo externamente os dados contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.		
307	**SONDA FOLEY 2 VIAS N°12:** *Sonda vesical de demora em látex; estéril; atóxica; apirogênica; descartável; superfície siliconada; com balão volumétrico de 5 a 15cc; ponta distal atraumática com orifícios laterais; válvula de fácil manipulação, com perfeita vedação; funil de drenagem com informações técnicas gravadas de forma nítida e permanente; conector universal que permita perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo externamente os dados contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.*	UNIDADE	70
308	**SONDA FOLEY 2 VIAS N°14:** *Sonda vesical de demora em látex; estéril; atóxica; apirogênica; descartável; superfície siliconada; com balão volumétrico de até 30cc; ponta distal atraumática com orifícios laterais; válvula de fácil manipulação, com perfeita vedação; funil de drenagem com informações técnicas gravadas de forma nítida e permanente; conector universal que permita perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo externamente os dados contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.*	UNIDADE	200
309	**SONDA FOLEY 2 VIAS N°16:** *Sonda vesical de demora em látex; estéril; atóxica; apirogênica; descartável; superfície siliconada; com balão volumétrico de 30cc; ponta distal atraumática com orifícios laterais; válvula de fácil manipulação, com perfeita vedação; funil de drenagem com informações técnicas gravadas de forma nítida e permanente; conector universal que permita perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo externamente os dados contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico;*	UNIDADE	300

	procedência e registro ANVISA.		
310	**SONDA FOLEY 2 VIAS N°18:** *Sonda vesical de demora em látex; estéril; atóxica; apirogênica; descartável; superfície siliconada; com balão volumétrico de 30cc; ponta distal atraumática com orifícios laterais; válvula de fácil manipulação, com perfeita vedação; funil de drenagem com informações técnicas gravadas de forma nítida e permanente; conector universal que permita perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo externamente os dados contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.*	UNIDADE	750
311	**SONDA FOLEY 2 VIAS N°20:** *Sonda vesical de demora em látex; estéril; atóxica; apirogênica; descartável; superfície siliconada; com balão volumétrico de 30cc; ponta distal atraumática com orifícios laterais; válvula de fácil manipulação, com perfeita vedação; funil de drenagem com informações técnicas gravadas de forma nítida e permanente; conector universal que permita perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo externamente os dados contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.*	UNIDADE	400
312	**SONDA FOLEY 2 VIAS N°22:** *Sonda vesical de demora em látex; estéril; atóxica; apirogênica; descartável; superfície siliconada; com balão volumétrico de 30cc; ponta distal atraumática com orifícios laterais; válvula de fácil manipulação, com perfeita vedação; funil de drenagem com informações técnicas gravadas de forma nítida e permanente; conector universal que permita perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora; embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo externamente os dados contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.*	UNIDADE	250
313	**SONDA FOLEY 2 VIAS N°24:** *Sonda vesical de demora em látex; estéril; atóxica; apirogênica; descartável; superfície siliconada; com balão volumétrico de 30cc; ponta distal atraumática com orifícios laterais; válvula de fácil manipulação, com perfeita vedação; funil de drenagem com informações técnicas gravadas de forma nítida e permanente; conector universal que permita perfeita adaptação em*	UNIDADE	70

	qualquer tipo de bolsa coletora; embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo externamente os dados contendo fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.		
314	**SONDA NASOGASTRICA N°06:** *Sonda nasogástrica tamanho 6 em PVC transparente e flexível, longa (110 à120cm), com 2 pares de orifícios paralelos, no máximo a 1,5cm da extremidade com adaptação universal, conector com tampa; estéril, descartável, embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo externamente os dados fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.*	UNIDADE	50
315	**SONDA NASOGASTRICA N°08:** *Sonda nasogástrica tamanho 8 em PVC transparente e flexível, longa (110 à 120cm), com 2 pares de orifícios paralelos, no máximo a 1,5cm da extremidade com adaptação universal, conector com tampa; estéril, descartável, embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo externamente os dados fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.*	UNIDADE	50
316	**SONDA NASOGASTRICA N°10:** *Sonda nasogástrica tamanho 10 em PVC transparente e flexível, longa (110 à 120cm), com 2 pares de orifícios paralelos, no máximo a 1,5cm da extremidade com adaptação universal, conector com tampa; estéril, descartável, embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo externamente os dados fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.*	UNIDADE	50
317	**SONDA NASOGASTRICA N°12:** *Sonda nasogástrica tamanho 12 em PVC transparente e flexível, longa (110 à 120cm), com 2 pares de orifícios paralelos, no máximo a 1,5cm da extremidade com adaptação universal, conector com tampa; estéril, descartável, embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo externamente os*	UNIDADE	85

	dados fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.		
318	**SONDA NASOGASTRICA N°14:** *Sonda nasogástrica tamanho 14 em PVC transparente e flexível, longa (110 à 120cm), com 2 pares de orifícios paralelos, no máximo a 1,5cm da extremidade com adaptação universal, conector com tampa; estéril, descartável, embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo externamente os dados fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.*	UNIDADE	50
319	**SONDA NASOGASTRICA N°16:** *Sonda nasogástrica tamanho 16 em PVC transparente e flexível, longa (110 à 120cm), com 2 pares de orifícios paralelos, no máximo a 1,5cm da extremidade com adaptação universal, conector com tampa; estéril, descartável, embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo externamente os dados fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.*	UNIDADE	50
320	**SONDA NASOGASTRICA N°18:** *Sonda nasogástrica tamanho 18 em PVC transparente e flexível, longa (110 à 120 cm), com 2 pares de orifícios paralelos, no máximo a 1,5 cm da extremidade com adaptação universal, conector com tampa; estéril, descartável, embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo externamente os dados fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA*	UNIDADE	85
321	**SONDA NASOGASTRICA N°20:** *Sonda nasogástrica tamanho 20 em PVC transparente e flexível, longa (110 à 120cm), com 2 pares de orifícios paralelos, no máximo a 1,5cm da extremidade com adaptação universal, conector com tampa; estéril, descartável, embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo externamente os dados fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de*	UNIDADE	50

	validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.		
322	**SONDA URETRAL N° 04:** *Sonda uretral, tamanho 4, descartável, PVC; siliconado; estéril; atóxica; apirogênica; transparente; maleável; orifícios que proporcionem introdução e fluxo seguros; isenta de resíduos e impurezas; conector resistente com ajuste seguro ao extensor; tampa segura; resistente e de fácil manuseio; embalagem unitária com papel grau cirúrgico; com abertura asséptica; contendo externamente dados do fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.*	UNIDADE	3.000
323	**SONDA URETRAL N°06:** *Sonda uretral, tamanho 6, descartável, PVC; siliconado; estéril; atóxica; apirogênica; transparente; maleável; orifícios que proporcionem introdução e fluxo seguros; isenta de resíduos e impurezas; conector resistente com ajuste seguro ao extensor; tampa segura; resistente e de fácil manuseio; embalagem unitária com papel grau cirúrgico; com abertura asséptica; contendo externamente dados do fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.*	UNIDADE	8.000
324	**SONDA URETRAL N° 08:** *Sonda uretral, tamanho 8, descartável, PVC; siliconado; estéril; atóxica; apirogênica; transparente; maleável; orifícios que proporcionem introdução e fluxo seguros; isenta de resíduos e impurezas; conector resistente com ajuste seguro ao extensor; tampa segura; resistente e de fácil manuseio; embalagem unitária com papel grau cirúrgico; com abertura asséptica; contendo externamente dados do fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.*	UNIDADE	25.000
325	**SONDA URETRAL N° 10:** *Sonda uretral, tamanho 10, descartável, PVC; siliconado; estéril; atóxica; apirogênica; transparente; maleável; orifícios que proporcionem introdução e fluxo seguros; isenta de resíduos e impurezas; conector resistente com ajuste seguro ao extensor; tampa segura; resistente e de fácil manuseio; embalagem unitária com papel grau cirúrgico; com abertura asséptica; contendo externamente dados do fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.*	UNIDADE	49.000
326	**SONDA URETRAL N°12:** *Sonda uretral, tamanho 12, descartável, PVC; siliconado; estéril; atóxica; apirogênica; transparente; maleável; orifícios que proporcionem introdução e fluxo seguros;*	UNIDADE	106.500

	isenta de resíduos e impurezas; conector resistente com ajuste seguro ao extensor; tampa segura; resistente e de fácil manuseio; embalagem unitária com papel grau cirúrgico; com abertura asséptica; contendo externamente dados do fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.		
327	**SONDA URETRAL N°14***: Sonda uretral, tamanho 14, descartável, PVC; siliconado; estéril; atóxica; apirogênica; transparente; maleável; orifícios que proporcionem introdução e fluxo seguros; isenta de resíduos e impurezas; conector resistente com ajuste seguro ao extensor; tampa segura; resistente e de fácil manuseio; embalagem unitária com papel grau cirúrgico; com abertura asséptica; contendo externamente dados do fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.*	UNIDADE	47.000
328	**SONDA URETRAL N°16:** *Sonda uretral, tamanho 16, descartável, PVC; siliconado; estéril; atóxica; apirogênica; transparente; maleável; orifícios que proporcionem introdução e fluxo seguros; isenta de resíduos e impurezas; conector resistente com ajuste seguro ao extensor; tampa segura; resistente e de fácil manuseio; embalagem unitária com papel grau cirúrgico; com abertura asséptica; contendo externamente dados do fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.*	UNIDADE	47.000
329	**SONDA URETRAL N°18***: Sonda uretral, tamanho 18, descartável, PVC; siliconado; estéril; atóxica; apirogênica; transparente; maleável; orifícios que proporcionem introdução e fluxo seguros; isenta de resíduos e impurezas; conector resistente com ajuste seguro ao extensor; tampa segura; resistente e de fácil manuseio; embalagem unitária com papel grau cirúrgico; com abertura asséptica; contendo externamente dados do fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.*	UNIDADE	3.200
330	**SUPORTE PARA CAIXA DE PERFUROCORTANTE 3L:** *Suporte com medidas padrão universal para caixa de perfurocortante de 3 litros, confeccionado em arame BTC comum e pintura epoxy eletrostática na cor branca. Embalagem individual, devendo acompanhar todos dispositivos necessários para fixação (parafuso, bucha e outros).*	UNIDADE	150
331	**SUPORTE PARA CAIXA DE PERFUROCORTANTE 7L:** *Suporte*	UNIDADE	70

	com medidas padrão universal para caixa de perfurocortante de 7 litros, confeccionado em arame BTC comum e pintura epoxy eletrostática na cor branca. Embalagem individual, devendo acompanhar todos dispositivos necessários para fixação (parafuso, bucha e outros).		
332	**SUPORTE PARA CAIXA DE PERFUROCORTANTE 20L:** *Suporte para caixa de perfurocortante 20 litros, confeccionado em arame BTC comum e pintura epoxy eletrostática na cor branca. Embalagem individual, devendo acompanhar todos dispositivos necessários para fixação (parafuso, bucha e outros).*	UNIDADE	100
333	**SWAB DE ALGODÃO**: *SWAB de algodão; estéril; com haste de polipropileno; liso; firme; com aproximadamente 15cm de comprimento. Em uma das extremidades, fixa a haste, deverá conter algodão hidrófilo enrolado automaticamente de modo firme, e que a ponta apresente formato mais afunilado da base fixa para fora. Embalagem individual, resistente de modo a assegurar proteção e integridade do produto até o momento de sua utilização, contendo externamente dados do fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; esterilização; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA.*	UNIDADE	500
334	***TALA DE PAPELÃO 45X20 PARA IMOBILIZAÇÃO:*** *Tala para imobilização provisória de membros superiores e inferiores confeccionada em papelão. Deverá possuir em sua extensão duas dobras para a modelagem no membro traumatizado e contar com 04 furos dispostos rente a essas dobras. Deverá possuir a seguinte dimensão: 45 cm de comprimento x 20 cm de largura.*	UNIDADE	2.000
335	***TALA DE PAPELÃO 90X20 PARA IMOBILIZAÇÃO:*** *Tala para imobilização provisória de membros superiores e inferiores confeccionada em papelão. Deverá possuir em sua extensão duas dobras para a modelagem no membro traumatizado e contar com 04 furos dispostos rente a essas dobras. Deverá possuir a seguinte dimensão: 90 cm de comprimento x 20 cm de largura.*	UNIDADE	1.700
336	***TALA MOLDÁVEL ARAMADA GRANDE:*** *Finalidade de imobilização temporária de membros; confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberta com E.V.A. (4mm) - colorido para identificar o seu tamanho, com dimensões de 86cm de comprimento X 10cm de largura caracterizando o tamanho G. Deverá suportar, no mínimo, um peso de membro superior ou parte do membro inferior. A tala dever ser embalada em plástico resistente onde constem dados do fabricante, data de fabricação, data de validade.*	UNIDADE	250
337	***TALA MOLDÁVEL ARAMADA MÉDIA:*** *Finalidade de imobilização temporária de membros; confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberta com E.V.A. (4mm) - colorido para identificar o seu tamanho, com dimensões de 63cm de comprimento X 9cm de largura caracterizando o tamanho M. Deverá suportar, no mínimo, um peso de membro superior ou parte do membro inferior. A tala dever ser embalada em plástico resistente onde constem dados do fabricante, data de fabricação,*	UNIDADE	250

	data de validade.		
338	***TALA MOLDÁVEL ARAMADA PEQUENA:*** *Finalidade de imobilização temporária de membros; confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, coberta com E.V.A. (4mm) - colorido para identificar o seu tamanho, com dimensões de 53cm de comprimento X 8cm de largura caracterizando o tamanho P. Deverá suportar, no mínimo, um peso de membro superior ou parte do membro inferior. A tala dever ser embalada em plástico resistente onde constem dados do fabricante, data de fabricação, data de validade.*	UNIDADE	250
339	**TAMBOR DE INOX GRANDE (29X24) COM TAMPA:** *Tambor grande, confeccionado em aço inox 304 liso sem ranhuras e emendas, tamanho aproximado 29 X 24cm ou 32 X 24cm, com tampa toda em inox, inclusive o pegador. Alta resistência à corrosão; Resistência mecânica adequada; Facilidade de limpeza/Baixa rugosidade superficial; Resistência a altas temperaturas; Resistência às variações bruscas de temperatura; Embalagem contendo os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Garantia: 1 ano contra defeito de fabricação.*	UNIDADE	30
340	**TAMBOR DE INOX MEDIA (20X16) COM TAMPA***: Tambor confeccionado em aço inox 304 liso sem ranhuras e emendas, tamanho aproximado 20 X 16 cm ou 20 X 14 cm, com tampa toda em inox, inclusive o pegador. Alta resistência à corrosão; Resistência mecânica adequada; Facilidade de limpeza/Baixa rugosidade superficial; Resistência a altas temperaturas; Resistência às variações bruscas de temperatura; Embalagem contendo os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Garantia: 1 ano contra defeito de fabricação.*	UNIDADE	50
341	**TAMBOR DE INOX PEQUENA (16X14) COM TAMPA***: Tambor confeccionado em aço inox 304 liso sem ranhuras e emendas, tamanho aproximado 16 X 14cm ou 18 X 14 cm, com tampa toda em inox, inclusive o pegador. Alta resistência à corrosão; Resistência mecânica adequada; Facilidade de limpeza/Baixa rugosidade superficial; Resistência a altas temperaturas; Resistência às variações bruscas de temperatura; Embalagem contendo os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Garantia: 1 ano contra defeito de fabricação.*	UNIDADE	50
342	**TENTACANULA:** *Medindo 15 a 16 cm, sonda acanelada, fabricado em aço temperável (AISI 420). Embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade. Registro ANVISA. Garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.*	UNIDADE	50
343	**TERMO HIGROMETRO DIGITAL DE PAREDE COM SENSOR:** Termo-higrômetro digital portátil, com sensor interno e externo (in/out), para mesa ou parede. Bitola do cabo flexível: 3 mm no máximo (para não interferir no fechamento de geladeiras) - Ponta metálica do sensor: inoxidável. Registro das temperaturas e umidades mínimas e máximas dos dois sensores (IN e OUT) ao longo do tempo. Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F) para exibir os valores de temperatura. Equipamento destinado à medição e monitoramento contínuo da temperatura e da umidade relativa do ar em ambientes controlados, garantindo conformidade com	UNIDADE	50

	normas técnicas e protocolos de biossegurança; Parâmetros de Medição: Temperatura: Faixa de medição: -10 °C a +60 °C ;Precisão: ± 0,5 °C. Resolução: 0,1 °C; Umidade Relativa: Faixa de medição: 10% a 99% UR Precisão: ± 3% UR. Resolução: 0,1% UR. Exibição simultânea de temperatura e umidade em visor digital. Deve acompanhar certificado de calibração RBC. Frete CIF. Garantia 12 meses.		
344	**TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL:** *Termômetro preciso; verifica temperatura em até 120 segundos; medição de temperatura por via oral e axilar; haste flexível ; visor digital de fácil visualização; botão liga\desliga de fácil manuseio; resistente à água; beep sonoro indicando fim de medição; armazena memória da última medição; bateria de longa duração (substituível) c\ durabilidade mínima de 200 horas ou dois anos; faixa de medição: 32,0 – 42,9°c; display: visor de cristal líquido; dimensão aproximada: 12,3cm x 1,9cm x 1,1cm; peso: aproximadamente 10g (bateria inclusa); todo material deve ser atóxico e hipoalergênico; embalagem individual, resistente de modo a assegurar proteção e integridade do produto até o momento de sua utilização, contendo externamente dados do fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência e registro ANVISA. Conteúdo da embalagem: 01 termômetro clínico digital; 01 bateria de lítio 1,5v; aprovado pelo Inmetro; 01 manual de instruções.*	UNIDADE	6.700
345	**TERMOMETRO DE GELADEIRA COM DISPLAY DUPLO:** *Termômetro para Geladeira, com display duplo IN/OUT em cristal líquido de três dígitos, graus °C/F selecionáveis, memória mínima e máxima, alarme de temperatura programável, faixa de medição: -50 a 70 graus C, precisão: +/- 1 grau °C, resolução: 0.1 grau °C, tamanho aproximado de 65x9x20mm, base plástica, com dispositivo de sustentação acoplado a base que mantenha o aparelho em pé, com cabo extensor flexível de 3 m com sensor inox, alimentação com pilha AAA 1.5V. Embalagem individual contendo os dados de identificação e procedência conforme ABNT. Manual de instrução de uso limpeza e manutenção.*	UNIDADE	85
346	**TERMÔMETRO PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA CORPORAL NA TESTA SEM CONTATO:** *Sem contato; mede a temperatura dentro de um redisco de 3 a 5 cm; display LCD legível com visor iluminado para indicação de temperatura corporal; tempo de medição 1 seg; Precisão máxima: ± 0,2 °c (35,0°c ~ 42,0°c) / ± 0,3°c (32,0°c ~ 34,9°c e 42,1°c ~43°c); memória das 32 últimas medições; com pilhas de longa duração (substituível) inclusas; luz de fundo de três cores (alarme de cor): verde, amarelo e vermelho para febre alta; indicação sonora para temperatura alta; sensor à prova d`água; desligamento automático sem uso; indicador do nível de bateria; devidamente calibrado, manual do usuário; registro ANVISA e Inmetro; garantia mínima: 1 ano; embalagem individual, resistente de modo a assegurar proteção e integridade do produto até o momento de sua utilização, contendo externamente dados do fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do*	UNIDADE	200

	produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência; registro ANVISA e Inmetro. Conteúdo da embalagem: 01 termômetro; 01 jogo de pilhas.		
347	**TESOURA CIRÚRGICA DE 14 A 15CM RETA COM 2 PONTAS AGUDAS:** *Tesoura reta; medindo 14/15cm; pontas agudas; confeccionada em aço inox temperável (AISI 420); autoclavável; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT; fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade; registro ANVISA; garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.*	UNIDADE	140
348	**TESOURA CIRÚRGICA DE 14 A 15CMCURVA COM PONTA ROMBA E AGUDA:** *Tesoura curva; medindo 14/15cm; pontas fina e romba; confeccionada em aço inox temperável (AISI 420); autoclavável; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT; fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade; registro ANVISA; garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.*	UNIDADE	170
349	**TESOURA IRIS CURVA COM 2 PONTAS AGUDAS:** *Tesoura curva; medindo entre 10/11,5cm, ponta aguda, confeccionada em aço inox temperável (AISI 420); autoclavável; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT; fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade; registro ANVISA; garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.*	UNIDADE	265
350	**TESOURA IRIS RETA COM 2 PONTAS AGUDAS:** *Tesoura reta; medindo entre 10/11,5cm; ponta aguda; confeccionada em aço inox temperável (AISI 420); autoclavável; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT; fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade; registro ANVISA; garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.*	UNIDADE	530
351	**TESOURA MAYO DE 15 A 17CM CURVA COM 2 PONTAS ROMBA:** *Tesoura curva; medindo entre 15/17cm; ponta arredondada; confeccionada em aço inox temperável (AISI 420); autoclavável; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT; fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade; registro ANVISA; garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.*	UNIDADE	140
352	**TESOURA MAYO DE 15 A 17CM RETA COM 2 PONTAS ROMBA:** *Tesoura reta; medindo entre 15/17cm; ponta arredondada; confeccionada em aço inox temperável (AISI 420); autoclavável; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT; fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade; registro ANVISA; garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.*	UNIDADE	140
353	**TESOURA METZEMBAUM 15CM CURVA:** *Tesoura curva; medindo aproximadamente 15cm; pontas rombudas; confeccionada em aço inox temperável (AISI 420); autoclavável; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT; fabricado de acordo com padrões internacionais*	UNIDADE	30

	de qualidade; registro ANVISA; garantia 10 anos contra defeitos de fabricação		
354	**TESOURA METZEMBAUM 23CM PARA CORTE DE DIU:** *Tesoura reta; medindo 23cm; ponta arredondada; confeccionada em aço inox temperável (AISI 420); autoclavável; embalagem individual constando os dados de identificação e procedência conforme ABNT; fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade; registro ANVISA; garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.*	UNIDADE	125
355	**TESOURA PONTA ROMBA:** *Tesoura ponta romba especial para APH, tamanho aproximado 19cm, destinado ao corte de roupas mais resistentes do que o brim. Deverá ser produzida com lâminas em aço inox apropriado para múltiplas esterilizações. Deverá possuir lâmina com ponta romba e com corte liso. Deverá possuir uma segunda lâmina que contenha na sua ponta, apoio para o corte semicircular, essa lâmina deverá ter o corte micro-serrilhado. Deverá possuir pleais de empunhadura confeccionada em plástico resistente e capaz de suportar no mínimo 150 graus centígrados em autoclave. Deve possuir olesia de empunhadura para polegar superior e inferior para dedos mínimo, anelar e médio. Deve ser ambidestra.*	UNIDADE	250
356	**N217BK:** *toner na cor preta de alto rendimento. imprime aproximadamente 3.000 páginas. produto deve ser compatível com impressora brother a laser modelo hl-l3210cw*	UNIDADE	30
357	**TN217C:** *toner na cor ciano de alto rendimento. Imprime aproximadamente 2.300 páginas. Produto deve ser compatível com impressora Brother a laser modelo HL-L3210CW*	UNIDADE	30
358	**TN217M:** *toner na cor magenta de alto rendimento. Imprime aproximadamente 2.300 páginas. Produto deve ser compatível com impressora Brother a laser modelo HL-L3210CW*	UNIDADE	30
359	**TN217Y:** *toner na cor amarela de alto rendimento. Imprime aproximadamente 2.300 páginas. Produto deve ser compatível com impressora Brother a laser modelo HL-L3210CW*	UNIDADE	25
360	**TORNIQUETE TÁTICO:** *Torniquete para contenção de hemorragias em membros superiores e inferiores; reforçado com molinete clipe e guia de segurança altamente visível inclui uma área gravável para registrar o tempo de aplicação. Confeccionado em nylon. Tamanho ajustável. Fixação e ajuste com velcro. Reutilizável após desinfecção. Tamanho aproximado: 100 cm de comprimento x 5 cm de largura.*	UNIDADE	100
361	**TORNEIRA TRÊS VIAS LUER LOCK:** *Estéril; atóxico; apirogênico; descartável; de uso único; permite fluxo simultâneo ou com interrupção individual das vias; corpo uniforme; sem rebarbas; em policarbonato transparente; conexão Luer Lock universal; com tampa protetora; manípulo em polietileno; seguro; livre de vazamento com rotação total e seta indicando a direção do fluxo; todo conjunto deve ser; isento de resíduos e impurezas, resistente, proporcionar manuseio fácil e seguro. Embalagem contendo externamente os dados fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação;*	UNIDADE	165

	esterilização; prazo de validade; responsável técnico e procedência. Registro na ANVISA.		
362	**TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO**: *Touca descartável sanfonada em TNT: 100% polipropileno; atóxica; não estéril; uso único; com elástico revestido na cor branca; tamanho único; gramatura mínima de 20 gr/m ² ; dimensão mínima aproximada de 43cm; Embalagem garantindo sua integridade durante o transporte e armazenamento até o uso, contendo: fabricante, importador, nome e/ou marca do produto; categoria do produto; indicação; quantidade; advertências gerais; recomendações de: uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; procedência; responsável técnico. Apresentar registro ANVISA. Embalagem com 100 unidades.*	PACOTE	1.060
363	**TUBO DE SILICONE PARA OXIGENIO N204:** *Tubo cirúrgico para oxigênio; em silicone hospitalar 100% puro; atóxico; flexível; não contém látex; não estéril; uso único, descartável; transparente; parede interna lisa de espessura uniforme; antiaderente; parede externa com resistência a tração; suporta várias esterilizações à vapor (autoclave); isento de impregnações residuais e manchas; resistente a produtos químicos; isento de aroma ou perfume; n204 (06 x 12,0 mm); com no mínimo 10 metros sem interrupções; embalagem unitária contendo dados de identificação do produto, lote, procedência, data de fabricação, validade, registro na ANVISA; atendem a ensaios da norma ISO 10993.*	UNIDADE	24
364	**TUBO DE LÁTEX PARA ASPIRAÇÃO N204:** *Tubo Cirúrgico para Aspiração, confeccionado em látex 100% puro, cor âmbar, parede interna lisa e espessura uniforme, semitransparente e com alta flexibilidade e extrema resistência a tração; isento de aromas ou perfumes, isento de impregnações residuais ou manchas. N 204 (06 x 12,0 mm), com no mínimo 10 metros sem interrupções embalagem unitária contendo dados de identificação do produto, lote, procedência, data de fabricação, validade, registro na ANVISA; atendem a ensaios da norma iso 10993*	UNIDADE	15
365	**VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO:** *Válvula reguladora para cilindro de oxigênio, construída em latão polido, cromado, completamente limpo e isento de graxas e óleos e aço inoxidável, conexões de entrada e saída universal conforme normas da ABNT, com cor identificando o gás que será utilizado, manômetro de alta pressão, de fácil leitura, com escala de 0 a 315Kgf/cm2, pressão fixa de 3,5Kgf/cm2, com válvula de segurança. A válvula deve atender a resolução atual da ANVISA.*	UNIDADE	55
366	**VASELINA LÍQUIDA:** *Vaselina líquida concentrada, termorresistente, límpida, incolor não fluorescente, inodora, insípida, isenta de resíduos e impurezas. Embalagem de 1 litro resistente, segura e de fácil manuseio, com tampa de rosca e lacre. Embalagem contendo: fabricante, nome e/ou marca do produto; composição; categoria do produto; indicação; instruções de uso; capacidade volumétrica; advertências gerais; recomendações de: segurança, uso, armazenamento da embalagem; lote e data de fabricação; prazo de validade; responsável técnico; procedência.*	UNIDADE	55
367	**VASILHA PLÁSTICA 28,2L***: Baixa, com tampa, plástico duro, resistente, presilhas laterais de pressão para fechar a tampa,*	UNIDADE	80

	capacidade mínima de 28,2 litros.		
368	**VENTOSA DE VIDRO GRANDE:** *Ventosa de vidro grande, medindo 4 cm de diâmetro de boca e 8 cm de altura.*	UNIDADE	12
369	**VENTOSA DE VIDRO PEQUENA:** *Ventosa de vidro pequena, medindo 2,5 cm de diâmetro interno de boca e 5,5cm de altura.*	UNIDADE	12
VALOR TOTAL:			

2.2. Natureza do objeto:

2.2.1. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns.

2.3. Prazo de Contratação e índice de reajustamento:

2.3.1. Prazo de vigência da contratação é 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, contado da data da assinatura da ata de registro de preços na forma do artigo 84 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.4. Os valores estimados nesta contratação poderão ser reajustados, para mais ou menos, de acordo com o IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE, ou pelo índice que venha a substituí-lo, nos termos fixados em Lei.

3. JUSTIFICATIVA

3.1 . A presente solicitação de compras de MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E DE OUTROS INSUMOS INDISPENSÁVEIS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS tem como objetivo a aquisição de itens imprescindíveis para garantir o abastecimento e a manutenção dos serviços de saúde oferecidos pela Rede Municipal de Saúde de Florianópolis para o exercício de 2026;

3.2 . É importante destacar que a solicitação foi baseada no estoque atual e na previsão de consumo mensal dos materiais, visando assim a manutenção dos estoques pelo período de 12 meses;

3.3 . Enfatizamos que os itens devem ser adquiridos de forma gradativa, à medida que houver necessidade na rede (Sistema de Registro de Preços);

3.4 . A realização do processo de licitação para o registro de preços para futura aquisição deste objeto se justifica face ao interesse público presente na necessidade da utilização dos insumos pela Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos pacientes do Município de Florianópolis/SC, proporcionando melhor qualidade de vida aos munícipes.

3.5 . Essa aquisição também está prevista no Documento de Formalização de Demanda (DFD) para o ano de 2026.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1 . Exigências de Amostra

4.1.1. A equipe de avaliação técnica poderá solicitar amostra dos itens de marca ou modelo

não conhecidos pela equipe, e/ou sempre que julgar necessário, podendo ser desclassificado o material considerado inadequado para uso.

4.1.2. As amostras deverão vir devidamente identificadas com o número do item e nome da empresa;

4.1.3. As amostras deverão ser entregues no endereço da Secretaria Municipal de Saúde - Av. Prof. Henrique da Silva Fontes, 6100 - Trindade, Florianópolis - SC, 88036-700 – Departamento de Abastecimento e Materiais – horário das 08h às 17h, no prazo limite de 03 (três) dias úteis, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega.

4.1.4. É facultada prorrogação do prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada pelo interessado, antes de findo o prazo inicialmente estabelecido.

4.1.5. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas, a proposta será recusada.

4.1.6. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

4.1.7. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), será analisada a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes neste Termo de Referência.

4.1.8. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

4.1.9. As amostras aprovadas não poderão ser descontadas do total do material adquirido.

4.1.10. Os interessados deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

4.2. Subcontratação

4.2.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.3. Garantia da Contratação

4.3.1. Não haverá exigência da garantia da contratação.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. Condições, prazos e local de Entrega:

5.1.1. O prazo de entrega dos materiais é de 10 (dez) dias úteis, contados do envio da Nota

de Empenho pela Contratante

5.1.2. Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço:

CENTRO INTEGRADO DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO (CIAD) - Empresa BRANET

Localizado na Rua Firenze Business Park, 475

Bairro Pachecos – Palhoça – CEP: 88135-010

Ponto de Referência: em frente à Arena R1

Fones: (48) 3380-7428 e 3380-7429

E-mail: ciadfpolis@branetlogistica.com.br

Horário de funcionamento: Segunda à Quinta-feira: 08h às 12h e 13:30h às 16h

Observação: Não são aceitas entregas pelos Correios devido à impossibilidade de agendamento.

5.1.3. A empresa vencedora responsabiliza-se pelo transporte dos insumos de seu estabelecimento até o local determinado, bem como pelo seu descarregamento, separando os produtos por especificação, lote e validade.

5.2. Prazo de validade:

5.2.1. Como regra geral, os itens deverão possuir validade mínima remanescente de 18 (dezoito) meses na data de entrega. Contudo, quando houver exigência específica para determinado insumo, prevalecerá o prazo de validade mínima remanescente estabelecido para esse item na sua descrição completa.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato ou instrumento equivalente deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato ou instrumento equivalente, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá

convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.6. Fiscalização

a) A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.6.1. Fiscalização Técnica

a) O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

b) O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, II);

c) Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, III);

d) O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV).

e) No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V).

f) O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

6.6.2. Fiscalização Administrativa

a) O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto n° 11.246, de 2022).

b) Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

6.6.3. Gestor do Contrato

a) O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

b) O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, II).

c) O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstam o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, III).

d) O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

e) O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

f) O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

g) O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para

a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO E DE PAGAMENTO

7.1. Recebimento Provisório e Definitivo.

7.1.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.1.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.1.3. O **recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis**, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.1.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.1.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que for pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.1.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.1.7. Os insumos deverão ser entregues contendo em suas unidades de acondicionamento primárias o número do lote, a data de validade.

7.1.8. O transporte dos insumos deverá obedecer a critérios adequados, de modo a não afetar a identidade, qualidade, integridade e, quando for o caso, a esterilidade dos produtos, conforme legislação sanitária vigente (Portaria ANVISA n° 1052/1998, Resolução ANVISA n° 329/1999, Resolução RDC ANVISA n° 478/1999, Resolução RDC n° 430/2020).

7.1.9. A empresa vencedora responsabiliza-se pelo transporte dos insumos de seu estabelecimento até o local determinado no edital, bem como pelo seu descarregamento.

7.1.10. No momento da entrega dos os produtos deverão estar exatamente de acordo com a descrição/especificação do produto constante do Edital. Fica sob total responsabilidade da empresa contratada a troca do produto em atendimento à exigência editalícia, sem ônus algum para a contratante.

7.1.11. A embalagem secundária do insumo deverá conter Sistema de Lacre que garanta a integridade e inviolabilidade das caixas.

7.1.12. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

7.2. Prazo de pagamento

7.2.1. Os pagamentos deverão ser realizados no dia 21 do mês subsequente ao da entrega dos relatórios com as respectivas notas fiscais, de acordo com a Instrução Normativa n° 005/SMF/GAB/2025;

7.2.2. No caso de as datas descritas recaírem em feriado, final de semana ou que não seja possível o expediente público, será efetivada a ação descrita no próximo dia útil.

7.2.3. Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação de documentos financeiros que deverão ser entregues na Assessoria Financeira da SMS, dentro das condições exigidas pela legislação vigente, até o dia 25 de cada mês, e serão pagas no dia 21 do mês subsequente.

7.3. Quando do pagamento será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

8.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta:

8.1.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO sob a forma ELETRÔNICA com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

8.1.2. Forma de fornecimento:

8.1.2.1. O fornecimento do objeto será parcelado.

8.2. Exigências de habilitação:

8.2.1. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

I. Habilitação jurídica:

a) Cédula de identidade;

b) Registro comercial, no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

c) Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

II. Habilitação fiscal, social e trabalhista:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

e) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou

sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Municipal/Distrital, relacionado ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

h) O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n° 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

III. Qualificação Econômico-Financeira:

a) Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5°, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

b) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

c) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando;

- Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

- As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

- Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

d) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total estimado da contratação.

e) As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as

exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

f) O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

IV. Qualificação Técnica da Licitante (exceto para os itens 356; 357; 358 e 359):

a) Apresentar Alvará Sanitário ou Licença Sanitária da empresa licitante, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, tal como exigido pela Lei Federal n° 6.360/76 (art. 2°), Decreto Federal n° 8.077/2013 (art. 2°) e Portaria Federal n° 2.814 de 29/05/98, para os itens controlados e fiscalizados pela Vigilância Sanitária e com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

b) Apresentar o documento de Autorização de Funcionamento da Empresa licitante (AFE), emitida no sítio eletrônico da ANVISA ou cópia da publicação no "Diário Oficial da União", conforme exigido pela Lei Federal n° 6.360/76 (art. 2°), Decreto Federal n° 8.077/2013 (art. 2°), Lei Federal n° 9.782/99 (art. 7°, inciso VII) e Portaria Federal n° 2.814 de 29/05/98, para os itens com registro na ANVISA.

V. Qualificação Técnica dos produtos (exceto para os itens 356; 357; 358 e 359):

a) O produto deverá possuir Certificado de Registro do Produto na ANVISA ou publicação no Diário Oficial da União dentro da validade ou, ainda, Certidão de Isenção do Registro. Caso o certificado esteja vencido, o licitante deverá apresentar, juntamente com este, o último pedido de revalidação (formulário de petição n° 02) da ANVISA.

2. ESTIMATIVA DE CUSTO

O custo estimado total da presente contratação é de R$22.197.632,58 (vinte e dois milhões, cento e noventa e sete mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos). Conforme padronização recomendada pela Instrução Normativa Federal n° 65/2021, foi realizada pesquisa de preços em sites de amplo domínio, bem como no Banco de Preços™, disponível no link: https://www.bancodeprecos.com.br/ (conforme legislação vigente). A partir dos orçamentos coletados, elaborou-se um relatório de composição de custo optando-se pelo uso da média aritmética simples para determinar a estimativa de valor da presente aquisição.

- **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

CÓDIGO REDUZIDO	PROJETO/ ATIVIDADE	CÓDIGO DO ELEMENTO DE DESPESA	FR	VALOR DOTAÇÃO EXISTENTE
315	4.176	3.3.90.30	6011	R$ 5.779.597,64
316	4.176	3.3.90.30	6002	R$ 5.779.597,63
326	4.177	3.3.90.30	6012	R$ 5.779.597,63
327	4.177	3.3.90.30	6002	R$ 5.779.597,63

11. RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO

11.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigações constantes deste Termo de referência, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

11.2. Entregar manual, folder ou prospecto do produto com as especificações quando e se solicitado pela Secretaria Municipal;

11.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

11.4. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

11.5. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (Art. 137, II, da Lei n° 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

11.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

11.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o CONTRATADO deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes

documentos:

1) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

2) Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

3) Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do CONTRATADO;

4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

11.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e não poderá onerar o objeto do contrato;

11.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual;

11.11. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

11.12. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

11.13. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (Art. 116 da Lei n° 14.133/ 2021);

11.14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere à cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (Art. 116, parágrafo único, da Lei n° 14.133/2021);

11.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

11.16. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n° 14.133/2021;

11.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do CONTRATANTE;

11.18. A empresa deverá apresentar manual, folder ou prospecto do produto com as especificações quando solicitado pela Secretaria Municipal.

11.19. Todos os insumos nacionais ou importados devem apresentar todas as suas informações em língua portuguesa, quais sejam: número do lote, data da fabricação e validade, nome do responsável técnico e número do registro no Ministério da Saúde.

11.20. Nas embalagens deve constar o nome do responsável técnico pela fabricação do produto, com o respectivo número do Conselho e a unidade federativa na qual está inscrito. O registro do profissional deve ser, obrigatoriamente, da unidade federada onde a fábrica está instalada.

12. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

12.1. São obrigações do CONTRATANTE, exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADO;

12.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência;

12.3. Notificar o CONTRATADO por escrito sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

12.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo CONTRATADO;

12.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que for pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n° 14.133/2021;

12.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

12.7. Aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas na lei;

12.8. Cientificar o órgão de representação da Controladoria Geral do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo CONTRATADO;

12.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;

12.10. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo

CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

13. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 14.133/2021, o CONTRATADO que:

a) Der causa à inexecução parcial do contrato;

b) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) Der causa à inexecução total do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) Praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2014.

13.2. Serão aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

a) Advertência, quando o CONTRATADO der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (Art. 156, §2°, da Lei n° 14.133/2021);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (Art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133/2021);

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (Art. 156, §5°, da Lei n° 14.133/2021).

d) Multa:

I. Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

II. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administração a promover a extinção do

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n° 14.133/2021.

III. Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

13.3. A aplicação das sanções previstas neste termo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE (Art. 156, §9°, da Lei n° 14.133/2021);

13.4. Todas as sanções previstas neste termo poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (Art. 156, §7°, da Lei n° 14.133/2021);

13.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (Art. 157, da Lei n° 14.133/2021);

13.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (Art. 156, §8°, da Lei n° 14.133/2021);

13.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

13.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei n° 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar;

13.6. Na aplicação das sanções serão considerados (Art. 156, §1°, da Lei n° 14.133/2021):

a) A natureza e a gravidade da infração cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei n° 14.133/2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (Art. 159 da Lei n° 14.133/2021);

13.8. A personalidade jurídica do CONTRATADO poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (Art. 160 da Lei n° 14.133/2021);

13.9. O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (Art. 161 da Lei n° 14.133/2021);

13.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/2021;

13.11. Os débitos do CONTRATADO para com a Administração CONTRATANTE, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão, decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o CONTRATADO possua com o mesmo órgão ora CONTRATANTE.

14. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

14.1. Compatibilidade com as especificações técnicas e com o valor unitário estimado, conforme demais regras estabelecidas em Edital.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Todas as informações/alterações relativas ao presente certame serão postadas nos endereços eletrônicos: www.pmf.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br, sendo de exclusiva responsabilidade do interessado o seu acompanhamento.

15.2. As demais disposições referentes à contratação ficam estabelecidas em Edital.

Florianópolis, 01 de julho de 2026.

ANA PAULA DA SLVA
Departamento de Abastecimento de Materiais

Secretaria Municipal de Saúde

_____

Identificação e assinatura da autoridade competente
APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO III
PREGÃO ELETRÔNICO *PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 265/SMLCP/SULIC/2026*
Modelo de Proposta de Preços

À
Secretaria Municipal de Licitações Contratos e Parcerias
Subsecretaria de Licitações e Contratos

Nome: _____ Endereço: _____ Cidade: _____ UF: ____ CEP: _____ CNPJ Nº: _____ Telefone/Fax: _____

Responsável pela Assinatura da Ata:
Nome: _____ Cargo/Função: _____ Telefone/Fax: _____ Estado Civil: _____ RG Nº: _____

Responsável NOMEADO pelo Licitante, para representá-lo:
Nome: _____ Cargo/Função: _____ Telefone/Fax: _____ Estado Civil: _____ RG Nº: _____ E-mail: ____.

A presente proposta tem como objeto a execução dos _____ abaixo discriminados, de acordo com as especificações constantes neste Edital.

Item	Qntd	Unid.	Especificação	Valor unitário R$	Valor total R$
01	00	UNID.	**XXXXXXXXXXXXXX:** Xxxxxxxxxx	**0,00**	0,00

Valor total da Proposta, por extenso:
Validade total da Proposta: 60 dias
Declaro, expressamente, que o preço proposto está relacionado ao fornecimento dos produtos previstos neste Edital e seu Termo de Referência.

_____, ____ de _____ de 2026.

_____
(Nome e Assinatura do Responsável)

ANEXO II - Minuta da Ata de Registro de Preços

N.º xxx/xxx/20xx

O(A).....(órgão ou entidade pública que gerenciará a ata de registro de preços), com sede no(a) ....., na cidade de ....., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., neste ato representado(a) pelo(a) ..... (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº ..... de ..... de ..... de 200..., publicada no ..... de ..... de ..... de ....., portador da matrícula funcional nº ....., considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº ...../20..., publicada no ..... de ...../...../20....., processo administrativo nº ....., RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei 14.133 de 01 de abril de 2021, Decreto 10.024/2019 e Decreto Municipal 24.954/2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de ..... , especificado(s) no(s) item(ns)..... do ..... Termo de Referência, anexo ..... [do edital de Licitação nº ...../20...] ou [do Aviso da Contratação Direta nº], que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item do TR	Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)							
X	Especificação	Marca (se exigida no edital)	Modelo (se exigido no edital)	Unidade	Quantidade Máxima	Quantidade Mínima	Valor Un	Prazo garantia ou validade

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTES (s) DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O órgão gerenciador será o .....(nome do órgão)....

3.2. Conforme previsão no DECRETO Nº 25.488, DE 23 DE AGOSTO DE 2023, a IRP deverá ser divulgada no edital e na respectiva Ata de Registro de Preços contendo, expressamente, a previsão de adesão de órgãos não participantes e o respectivo limite das quantidades disponíveis.

4. VALIDADE DA ATA, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

4.1.1. O contrato decorrente desta ata de registro de preços terá sua vigência adstrita ao que determina o art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

4.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

4.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

4.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

4.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;

4.4.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

4.5. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

4.5.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta; e

4.5.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 8.

4.6. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

4.7. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

4.7.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

4.8. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

4.9. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.8., aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital ou do aviso de contratação direta, poderá:

4.9.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

4.9.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

4.10. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

5. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

5.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

5.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

5.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

5.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação;

5.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

6. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

6.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

6.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

6.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

6.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob

pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 8, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

6.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.5.

6.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 8, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

6.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

7.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

7.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

7.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

7.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

7.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas na legislação, será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

7.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

7.4.1. Por razão de interesse público;

7.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

7.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos serão realizados a partir do dia 21 do mês subsequente ao da entrega dos relatórios com as respectivas notas fiscais, de acordo com a Instrução Normativa n.º 005/SMF/GAB/2025.

8.1.1. No caso das datas descritas recair em feriado, final de semana ou que não seja possível o expediente público, será efetivada a ação descrita no próximo dia útil;

8.1.2. Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação de documentos financeiros que deverão ser entregues na Diretoria Financeira da SMF, dentro das condições exigidas pela legislação vigente, até o dia 25 de cada mês, e serão pagas a partir do dia 21 do mês subsequente.

8.2. No que se refere à retenção do imposto de renda na fonte, o município de Florianópolis aplicará o disposto no Decreto municipal n.º 23.946/2022 e na Instrução Normativa n.º 002/SMF/2022, de 05/05/2023 que regulamentam a matéria em função da Decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n.º 1.293.453/RS, Tema 1130, com repercussão geral.

9. DAS PENALIDADES

9.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital ou no aviso de contratação direta.

9.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço.

10. CONDIÇÕES GERAIS

10.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos e endereços para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, pagamentos, penalidades, publicação e demais condições pertinentes ao objeto, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL OU AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA.

10.2. No que se refere à retenção do imposto de renda na fonte, o município de Florianópolis aplicará o disposto no Decreto municipal n.23.946/2022 e na Instrução Normativa n. 002/SMF/2022, de 05/05/2023 que regulamentam a matéria em função da Decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.293.453/RS, Tema 1130, com repercussão geral.

10.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

10.4. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em três vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Local e data

Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es).