

招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称：**2023年度医疗设备采购项目**

采购项目编号：**SDZC2023-227**

陕西省荣复军人第一医院

陕西上德招标有限公司共同编制

2023年09月20日

第一章 投标邀请

陕西上德招标有限公司（以下简称“代理机构”）受陕西省荣复军人第一医院委托，拟对2023年度医疗设备采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：SDZC2023-227

二、采购项目名称：2023年度医疗设备采购项目

三、招标项目简介

陕西省荣复军人第一医院2023年度医疗设备采购项目

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

采购包1（第一标段：心肺康复训练系统）：属于专门面向中小企业采购。

采购包2（第二标段：基本医疗设备）：属于专门面向中小企业采购。

采购包4（第四标段：康复治疗设备）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、有独立承担民事责任能力，提供投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书；有独立承担民事责任能力，提供投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书

2、财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2021年度或2022年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函；财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2021年度或2022年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函

3、税收缴纳证明：提供截止至开标时间前一年内任意一个月的缴纳凭据；（增值税、企业所得税至少提供一种，依法免税的投标人应提供相关文件证明）；税收缴纳证明：提供截止至开标时间前一年内任意一个月的缴纳凭据；（增值税、企业所得税至少提供一种，依法免税的投标人应提供相关文件证明）

4、社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）；社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）

5、提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（提供书面说明及承诺，加盖投标人公章）；提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（提供书面说明及承诺，加盖投标人公章）

6、提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供书面声明，加盖投标人公章）；提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供书面声明，加盖投标人公章）

7、法定代表人授权委托书：法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行。

8、信用信息截图：不得为“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn/>)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商。根据财库【2019】38号文规定，此项由采购代理机构在投标截止日当天在“信用中国”网站和中国政府采购网站进行查询，截图留档；如网站无供应商信息的，供应商须提供相关证明资料或书面声明）

9、投标保证金交纳凭证或担保函（银行凭证加盖投标人公章或财政部门认可的政府采购信用担保机构出具的担保函）：投标保证金交纳凭证或担保函（银行凭证加盖投标人公章或财政部门认可的政府采购信用担保机构出具的担保函）

10、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（根据财库【2019】38号文规定，此项由采购代理机构在投标截止日当天在“国家企业信用信息公示系统”网站进行查询，截图留档，如网站无投标人信息的，投标人须提供相关证明资料或书面声明）。

11、提供投标人《医疗器械经营许可证》（或医疗器械经营备案凭证）：提供投标人《医疗器械经营许可证》（或医疗器械经营备案凭证）

12、提供《医疗器械生产许可证》（加盖厂家公章）：提供《医疗器械生产许可证》（加盖厂家公章）

13、提供产品医疗器械注册证（或医疗器械备案凭证）：提供产品医疗器械注册证（或医疗器械备案凭证）

采购包2：

1、法定代表人授权委托书：法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行。

2、提供投标人《医疗器械经营许可证》（或医疗器械经营备案凭证）：提供投标人《医疗器械经营许可证》（或医疗器械经营备案凭证）

3、提供《医疗器械生产许可证》（加盖厂家公章）：提供《医疗器械生产许可证》（加盖厂家公章）

4、提供产品（胰岛素泵、微量泵、背心排痰仪、周围神经检测仪、血压计、轮椅、体温枪、多点式紫外辐射照度仪、电动吸引器）医疗器械注册证（或医疗器械备案凭证）：提供产品（胰岛素泵、微量泵、背心排痰仪、周围神经检测仪、血压计、轮椅、体温枪、多点式紫外辐射照度仪、电动吸引器）医疗器械注册证（或医疗器械备案凭证）

5、投标保证金交纳凭证或担保函（银行凭证加盖投标人公章或财政部门认可的政府采购信用担保机构出具的担保函）：投标保证金交纳凭证或担保函（银行凭证加盖投标人公章或财政部门认可的政府采购信用担保机构出具的担保函）

6、具有独立承担民事责任能力，提供投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书：具有独立承担民事责任能力，提供投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书

7、信用信息截图：不得为“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn/>)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商根据财库

【2019】38号文规定，此项由采购代理机构在投标截止日当天在“信用中国”网站和中国政府采购网站进行查询，截图留档；如网站无供应商信息的，供应商须提供相关证明资料或书面声明）

8、财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2021年度或2022年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函：财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2021年度或2022年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（根据财库【2019】38号文

规定，此项由采购代理机构在投标截止日当天在“国家企业信用信息公示系统”网站进行查询，截图留档，如网站无投标人信息的，投标人须提供相关证明材料或书面声明）

10、税收缴纳证明：提供截止至开标时间前一年内任意一个月的缴纳凭据；（增值税、企业所得税至少提供一种，依法免税的投标人应提供相关文件证明）：税收缴纳证明：提供截止至开标时间前一年内任意一个月的缴纳凭据；（增值税、企业所得税至少提供一种，依法免税的投标人应提供相关文件证明）

11、社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）：社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）

12、提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（提供书面说明及承诺，加盖投标人公章）：提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（提供书面说明及承诺，加盖投标人公章）

13、提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供书面声明，加盖投标人公章）：提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供书面声明，加盖投标人公章）

采购包3：

1、法定代表人授权委托书：法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行

2、提供投标人《医疗器械经营许可证》（或医疗器械经营备案凭证）：提供投标人《医疗器械经营许可证》（或医疗器械经营备案凭证）

3、提供《医疗器械生产许可证》（加盖厂家公章）：提供《医疗器械生产许可证》（加盖厂家公章）

4、提供所投产品的医疗器械注册证（或医疗器械备案凭证）：提供所投产品的医疗器械注册证（或医疗器械备案凭证）

5、投标保证金交纳凭证或担保函（银行凭证加盖投标人公章或财政部门认可的政府采购信用担保机构出具的担保函）：投标保证金交纳凭证或担保函（银行凭证加盖投标人公章或财政部门认可的政府采购信用担保机构出具的担保函）

6、具有独立承担民事责任能力，提供投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书：具有独立承担民事责任能力，提供投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书

7、信用信息截图：不得为“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn/>)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商根据财库

【2019】38号文规定，此项由采购代理机构在投标截止日当天在“信用中国”网站和中国政府采购网站进行查询，截图留档；如网站无供应商信息的，供应商须提供相关证明材料或书面声明）

8、财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2021年度或2022年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函：财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2021年度或2022年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（根据财库【2019】38号文规定，此项由采购代理机构在投标截止日当天在“国家企业信用信息公示系统”网站进行查询，截图留档，如网站无投标人信息的，投标人须提供相关证明材料或书面声明）

10、税收缴纳证明：提供截止至开标时间前一年内任意一个月的缴纳凭据；（增值税、企业所得税至少提供一种，依法免税的投标人应提供相关文件证明）：税收缴纳证明：提供截止至开标时间前一年内任意一个月的缴纳凭据；（增值税、企业

所得税至少提供一种，依法免税的投标人应提供相关文件证明）

11、社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）：社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）

12、提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（提供书面说明及承诺，加盖投标人公章）：提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（提供书面说明及承诺，加盖投标人公章）

13、提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供书面声明，加盖投标人公章）：提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供书面声明，加盖投标人公章）

采购包4：

1、法定代表人授权委托书：法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行

2、提供投标人《医疗器械经营许可证》（或医疗器械经营备案凭证）：提供投标人《医疗器械经营许可证》（或医疗器械经营备案凭证）

3、提供《医疗器械生产许可证》（加盖厂家公章）：提供《医疗器械生产许可证》（加盖厂家公章）

4、提供产品所投产品的医疗器械注册证（或医疗器械备案凭证）：提供产品所投产品的医疗器械注册证（或医疗器械备案凭证）

5、投标保证金交纳凭证或担保函（银行凭证加盖投标人公章或财政部门认可的政府采购信用担保机构出具的担保函）：投标保证金交纳凭证或担保函（银行凭证加盖投标人公章或财政部门认可的政府采购信用担保机构出具的担保函）

6、具有独立承担民事责任能力，提供投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书：具有独立承担民事责任能力，提供投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书

7、信用信息截图：不得为“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn>)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商根据财库【2019】38号文规定，此项由采购代理机构在投标截止日当天在“信用中国”网站和中国政府采购网站进行查询，截图留档；如网站无供应商信息的，供应商须提供相关证明资料或书面声明）

8、财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2021年度或2022年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函：财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2021年度或2022年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（根据财库【2019】38号文规定，此项由采购代理机构在投标截止日当天在“国家企业信用信息公示系统”网站进行查询，截图留档，如网站无投标人信息的，投标人须提供相关证明资料或书面声明）

10、税收缴纳证明：提供截止至开标时间前一年内任意一个月的缴纳凭据；（增值税、企业所得税至少提供一种，依法免税的投标人应提供相关文件证明）：税收缴纳证明：提供截止至开标时间前一年内任意一个月的缴纳凭据；（增值税、企业所得税至少提供一种，依法免税的投标人应提供相关文件证明）

11、社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）：社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间

前六个月内任意一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）

12、提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（提供书面说明及承诺，加盖投标人公章）：提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（提供书面说明及承诺，加盖投标人公章）

13、提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供书面声明，加盖投标人公章）：提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供书面声明，加盖投标人公章）

采购包5：

1、法定代表人授权委托书：法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行

2、提供投标人《医疗器械经营许可证》（或医疗器械经营备案凭证）：提供投标人《医疗器械经营许可证》（或医疗器械经营备案凭证）

3、提供《医疗器械生产许可证》（若所投产品为进口设备无须提供）：提供《医疗器械生产许可证》（若所投产品为进口设备无须提供）

4、提供产品医疗器械注册证（或医疗器械备案凭证），若所投产品为进口的须提供产品医疗器械注册证【进】及附件：提供产品医疗器械注册证（或医疗器械备案凭证），若所投产品为进口的须提供产品医疗器械注册证【进】及附件

5、投标保证金交纳凭证或担保函（银行凭证加盖投标人公章或财政部门认可的政府采购信用担保机构出具的担保函）：投标保证金交纳凭证或担保函（银行凭证加盖投标人公章或财政部门认可的政府采购信用担保机构出具的担保函）

6、具有独立承担民事责任能力，提供投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书：具有独立承担民事责任能力，提供投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书

7、信用信息截图：不得为“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn>)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商根据财库【2019】38号文规定，此项由采购代理机构在投标截止日当天在“信用中国”网站和中国政府采购网站进行查询，截图留档；如网站无供应商信息的，供应商须提供相关证明资料或书面声明）

8、财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2021年度或2022年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函：财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2021年度或2022年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（根据财库【2019】38号文规定，此项由采购代理机构在投标截止日当天在“国家企业信用信息公示系统”网站进行查询，截图留档，如网站无投标人信息的，投标人须提供相关证明资料或书面声明）

10、税收缴纳证明：提供截止至开标时间前一年内任意一个月的缴纳凭据；（增值税、企业所得税至少提供一种，依法免税的投标人应提供相关文件证明）：税收缴纳证明：提供截止至开标时间前一年内任意一个月的缴纳凭据；（增值税、企业所得税至少提供一种，依法免税的投标人应提供相关文件证明）

11、社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）：社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）

人应提供相关证明)

12、提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺; (提供书面说明及承诺, 加盖投标人公章): 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺; (提供书面说明及承诺, 加盖投标人公章)

13、提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。(提供书面声明, 加盖投标人公章): 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。(提供书面声明, 加盖投标人公章)

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购, 使用的电子化交易系统为: 陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统(以下简称“项目电子化交易系统”), 登录方式及地址: 通过陕西省政府采购网(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>) 首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台(以下简称“政府采购平台”), 进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求, 参与本次电子化采购活动。

(一) 供应商应当自行在陕西省政府采购网-服务专区查看相应的系统操作指南, 并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前, 应当按照要求完成供应商注册和信息完善, 加入政府采购平台供应商库。

(二) 供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章(以下简称“互认的证书及签章”)进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递, 以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据, 均属于供应商真实意思表示, 由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商, 校验互认的证书及签章有效性后, 即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作; 未办理互认的证书及签章的供应商, 按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后, 按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验, 可查看陕西省政府采购网-服务专区-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管, 确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用; 供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理, 防止非授权操作。

(三) 供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境, 承担因准备不足产生的不利后果。

(四) 政府采购平台技术支持:

在线客服: 通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话: 029-96702

CA及签章服务: 通过陕西省政府采购网-服务专区-CA及签章服务进行查询

六、招标文件获取时间、方式及地址

(一) 招标文件获取时间: 详见采购公告

(二) 在招标文件获取开始时间前, 采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统, 向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的, 供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商, 不得参与本次采购活动, 不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后, 采购人或代理机构进行澄清或者修改的, 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的, 采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件, 供应商应当重新获取招标文件; 澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的, 采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的, 自行承担不利后果。

注: 获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本, 其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

(一) 投标文件提交截止时间及开标时间: 详见采购公告

(二) 投标文件提交方式、地点: 供应商应当在投标文件提交截止时间前, 通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功

提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人：陕西省荣复军人第一医院

地址：宝鸡市陈仓区西虢大道43号

邮编：721300

联系人：陕西省荣复军人第一医院经办

联系电话：09176269518

代理机构：陕西上德招标有限公司

地址：西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角）

邮编：710000

联系人：黄诗沫

联系电话：029-86673953、86518381转8007

采购监督机构：财政厅政府采购管理处

联系人：柴老师、张老师

联系电话：029-87611715、029-68936154

第二章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：475,000.00元 采购包2：290,000.00元 采购包3：1,110,000.00元 采购包4：400,000.00元 采购包5：400,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 采购包4：综合评分法 采购包5：综合评分法 （详见第五章）
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受 采购包4：不接受 采购包5：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。

5	落实节能、环保、无线局域网认证产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 4.响应产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的，按《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号）要求优先采购。
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。
7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。

9	投标保证金	采购包1保证金金额：9,500.00元 采购包2保证金金额：5,800.00元 采购包3保证金金额：22,000.00元 采购包4保证金金额：8,000.00元 采购包5保证金金额：8,000.00元 缴交渠道：转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息） 开户名称：陕西上德招标有限公司 开户银行：中信银行西安南稍门支行 银行账号：8111 7010 1170 0299 237
10	标书费信息	免费获取
11	履约保证金（实质性要求）	采购包1：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的5.0% 说明：卖方持履约保函原件与采购人签订合同。 采购包2：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的5.0% 说明：卖方持履约保函原件与采购人签订合同。 采购包3：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的5.0% 说明：货物全部运到采购人指定地方，安装完毕并经终验合格后，卖方持履约保函原件和全额发票在买方处办理百分之百（100%）货款的支付手续。 采购包4：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的5.0% 说明：卖方持履约保函原件与采购人签订合同。 采购包5：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的5.0% 说明：货物全部运到采购人指定地方，安装完毕并经终验合格后，卖方持履约保函原件和全额发票在买方处办理百分之百（100%）货款的支付手续。
12	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
13	招标代理服务费（实质性要求）	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：服务费收费标准参照原《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)规定执行。
14	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
15	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
16	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告 ；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。

17	进口产品	允许。本项目允许采购进口产品，进口产品的清单详见第3章。
18	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 采购包3：组织现场踏勘：否 采购包4：组织现场踏勘：否 采购包5：组织现场踏勘：否
19	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。

2.2 总则

2.2.1 适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由陕西省荣复军人第一医院和陕西上德招标有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由陕西省荣复军人第一医院负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西上德招标有限公司负责解释。

2.2.2 有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是陕西省荣复军人第一医院。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西上德招标有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3 招标文件

2.3.1 招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；

- (五) 评标办法;
- (六) 投标文件格式;
- (七) 拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中的所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2 招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4 投标文件

2.4.1 投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2 计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6 投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7 投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8 投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-服务专区-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10 投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11 投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5 开标、资格审查、评标和中标

2.5.1 开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2 查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站

（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3 资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4 评标

详见招标文件第五章。

2.5.5 中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6 签订及履行合同和验收

2.6.1 签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1 合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包；

采购包2：不允许合同分包；

采购包3：不允许合同分包；

采购包4：不允许合同分包；

采购包5：不允许合同分包；

2.6.2.2 合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3 采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.5履约验收方案

采购包1:

详见招标文件

采购包2:

详见招标文件

采购包3:

详见招标文件

采购包4:

详见招标文件

采购包5:

详见招标文件

2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西上德招标有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西上德招标有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西上德招标有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：黄诗沫

联系电话：029-86673953、029-86518381、029-89299829、029-89293231 转8007

地址：陕西上德招标有限公司（西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角））

邮编：710000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定时间内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

陕西省荣复军人第一医院2023年度医疗设备采购

3.2采购内容

采购包1:

采购包预算金额（元）：475,000.00

采购包最高限价（元）：0.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	心肺康复训练系统	1.00	475,000.00	台	工业	否	否	否	否

采购包2:

采购包预算金额（元）：290,000.00

采购包最高限价（元）：0.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	微量泵	4.00	24,000.00	台	工业	否	否	否	否
2	胰岛素泵	2.00	62,000.00	台	工业	否	否	否	否
3	背心排痰仪	3.00	78,000.00	台	工业	否	否	否	否
4	周围神经检测仪	1.00	101,100.00	台	工业	是	否	否	否
5	血压计	12.00	3,600.00	台	工业	否	否	否	否

6	轮椅	10.00	4,300.00	台	工业	否	否	否	否
7	体温枪	10.00	1,000.00	把	工业	否	否	否	否
8	蛇皮灯	1.00	300.00	台	工业	否	否	否	否
9	多点式紫外辐射照度仪	1.00	13,900.00	台	工业	否	否	否	否
10	双层不锈钢推车	2.00	600.00	台	工业	否	否	否	否
11	电动吸引器	1.00	1,200.00	台	工业	否	否	否	否

采购包3:

采购包预算金额（元）：1,110,000.00

采购包最高限价（元）：0.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	双极前列腺电切镜	1.00	290,000.00	台	工业	是	否	否	否
2	内窥镜摄像系统	1.00	400,000.00	台	工业	否	否	否	否
3	尿道膀胱镜	1.00	90,000.00	台	工业	否	否	否	否
4	电动取皮刀	1.00	160,000.00	台	工业	否	否	否	否
5	骨科手术床	1.00	110,000.00	台	工业	否	否	否	否
6	骨科牵引床	1.00	60,000.00	台	工业	否	否	否	否

采购包4:

采购包预算金额（元）：400,000.00

采购包最高限价（元）：0.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
----	------	----	---------	------	------	--------	----------	----------	------------

1	冲击波治疗仪	1.00	360,080.00	台	工业	是	否	否	否
2	电针治疗仪	4.00	7,920.00	台	工业	否	否	否	否
3	病人监护仪	4.00	32,000.00	台	工业	否	否	否	否

采购包5：

采购包预算金额（元）：400,000.00

采购包最高限价（元）：0.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品
1	消化内镜高频手术系统	1.00	400,000.00	台	工业	否	是	否	否

3.3技术要求

采购包1：

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：心肺康复训练系统

参数性质	序号	技术参数与性能指标
		包一：心肺康复训练系统 一、管理系统 1. 系统配置一套信息管理中心，监测与管理患者基本信息、评估信息、运动训练信息、运动监测信息、静息监测信息，同时管理所有系统内的设备，与系统内的设备数据信息直接交互； 2. 系统配置一套康复训练监测设备，设备必须与康复路径管理系统直接连接，数据信息直接交互； 3. 系统配置一套康复训练监测工作站，监测患者在康复训练中的生理参数，分析、报警。保证患者运动训练安全性； 4. 系统配置一套六分钟步行试验设备，设备必须与康复路径管理系统直接连接，数据信息直接交互； 5. 智能化临床路径指导，遵循康复临床路径需求，形成评估处方制订-训练-监测-再评估处方修订再训练-监测的康复循环路径，为医护人员提供科学、标准、高效的康复治疗模式； 6. 一体化器械管理、监测、评估、康复器械统一管理，患者康复过程中各阶段数据集中化，便于医护人员查着回顾； 7. 支持康复中心管理，医护工作站实现患者1对多的运动管理，实时显示运动中多导心电图、血压、血氧、呼吸状态参数，康复器械参数设定，运动处方参数和运动处方执行进度显示； 8. 可拓展实现分级诊疗模式，上下级医院间可拓展实现分级诊疗，患者数据实现互通，下级医院负责

对患者进行评估，上级医院进行分析及处方指导，使医疗资源获得合理化、最大化应用；

9. 疗效分析，系统对患者多次评估结果记录并进行趋势变化分析，康复数据形成趋势图，方便医护人员判断治疗效果、患者康复情况及疗效分析，进而进行患者康复方式或处方的制定及调整；

10. 综合处方指导，五大处方为模型，综合康复处方指导，包括：运动处方、药物处方、营养处方、心理处方、睡眠指导、戒烟限酒；

11. 将多次健康评估的数据结果自动记录分析形成趋势变化，从患者入院到门诊到回家后再复查整个过程的数据形成趋势图，来判定康复疗效。

二、信息管理中心

1. 专属服务器，系统支持：Windows、Linux；CPU：≥3.5GHz；内存：≥16G；显存：≥6GB；硬盘存储：≥1TB。

2. 配套康复路径管理系统采用物联网技术将评估设备、训练器械及监测设备与本地中央服务器相连，根据患者评估结果制订个性化康复方案，并将运动处方传输至运动器械终端，患者于运动器械上自主完成康复训练；

3. 中央服务器实现患者1对多的运动管理，实时显示运动中多导心电图血、血压、血氧、呼吸状态参数，康复器械参数设定，运动处方参数和运动处方执行进度示。

三、六分钟步行监测设备

1. 所提供的产品硬件生产商与软件生产商为同一厂家，便于产品升级，可以保障硬件与软件的适配性；

2. 仪器为多种参数集成一体机监测：同时检测多导心电，血压，血氧，心率，呼吸率，具备多参数实时监测、实时记录功能；

3. 传输方式：非网络/WIFI无线远距离传输，无遮挡通讯距离≥20米；

4. 心率监测范围：15次/分～300次/分，允许误差±1bpm；

5. 血压测量范围：成人：收缩压：30～255mmHg，平均压：20～235mmHg，舒张压：15～220mmHg，测量精度：≤5mmHg，分辨率：1mmHg；

6. 支持血压预警后的手动测量及数值手动填写记录；

7. 支持生理参数预警，生理参数预警范围支持自定义；

8. 血氧测量范围：测量原理：光学测量法。测量范围：30%～100%；分辨率：1%，精度：2～3%；

9. 具有自动统计6分钟全过程运动数据心率、血压、血氧、呼吸率、步数及数据趋势分析功能；

10. 六分钟步行试验过程中工作站软件界面显示心率、呼吸率的实时统计曲线，形成趋势图，趋势图上每个点的数据支持鼠标点击查看；

11. 支持六分钟步行试验过程中异常心电的实时自动及手动记录；

12. 工作站软件实时显示多导联心电图，系统可实现单个心电导联图增益0.5,1.0,2.0倍，可打印运动前、运动中、运动后的心电图，并可回放查看全程心电图，并自由截取打印任意心电图作为检测心电图；

13. 根据患者试验检测结果，自动制定运动康复处方和医生编辑自定义个性化运动康复处方，包括靶心率、安全心率范围、时间、注意事项等，支持多种靶心率计算方式。

14. 具有统计步数、计圈及测算距离的功能，支持自动与手动计圈的自由选择，精准测距误差≤3米；

15. 信息录入功能：姓名、性别、年龄、身高、体重并自动分析BMI值，预测步行距离，可录入诊断病历、用药情况；

16. 具有疲劳/呼吸等级自评定功能；

17. 具有医疗监测工作站，电脑为触控一体机，配备专设的六分钟步行试验工作站软件，非康复管理

系统或心电管理系统软件，系统全程智能语音指导提示患者做六分钟步行试验及智能计时；

18.具有紧急停止功能，六分钟步行试验过程中针对紧急情况，终止试验功能并出具试验报告，报告内包含试验终止前患者的各项生理参数、实际步行圈数及距离，生理参数趋势图等信息，分析试验终止原因；

19.具有6分钟步行试验功能：支持6分钟步行试验全程实时指导检测，设备开机自动连接，数据实时传输与实时显示、实时存储，实现精准测量、精准评估；

20具有自动生成6分钟步行试验报告功能：患者完成6分钟步行试验后自动生成报告，报告直接打印，报告内容有：患者基本信息，心率、呼吸率、血氧、步数的静息期、试验中每分钟、恢复期的数据统计，心率、运动速率、血氧、呼吸频次的数据趋势分析，步行圈数、步行距离，实际距离与预测距离占比，心肺功能评级，Mets值，步态情况，运动处方，Borg评级，运动前中后心电图等；

21.配置要求:集成化、智能化、自动化设备；

22.建立院内医学数据库，数据不上传院外服务器，试验监测数据具有独立性、保密性，数据不上传到院外；

四．康复运动训练设备（卧式功率车）：

1.屏幕显示：设备采用电脑控制系统；

2.功能显示：速度\时间\卡路里\心率\强度\文字\程序；

3.符合人体工程学设计座椅，可手动调节座椅位置；

4.目标显示：卡路里\时间\锻炼目标；

5.个性化训练：支持个人数据锻炼，目标输入，心率控制训练程序，电子图文显示；

6.训练过程中医疗级用户生理参数实时监测：心电、血氧、心率、血压、呼吸率。多导心电图实时显示。

7.运动处方执行进度实时显示。

8.最大载重量：≥150kg；

9.功率：恒功率控制，0~200W

10.阻力调节：≥20级阻力调节；

11.训练模式：提供处方模式(接收医护工作站下达的处方)和自定义处方模式。1自定义处方模式：可快速在设备上自行根据处方模板设定靶心率、安全心率等参数进行运动训练；2处方模式：采用物联网技术，与康复路径管理系统医护工作站连接，获得医护人员远程设定的处方，训练过程全程生理和运动数据监测，训练结束数据上传到康复路径管理系统医护工作站，并自动生成报告，并打印输出；

12.生理监测参数、处方执行信息、器械参数支持器械控制屏、康复管理系统工作站及监测大屏的三屏显示；

13.支持生理参数安全范围设置及异常值提醒功能，可支持自定义安全范围值，具备异常数据提醒，弹窗提示；

14.监测设备为智能一体机设计，可实现对患者的心电、血氧、血压、心率等的实时监测，操作简单，数据传输稳定，不存在多设备间的信号干扰问题；

15.血氧饱和度，测量原理：光学测量法，测量范围：30%~100%；分辨率：1%，精度：2~3%；

13.血压测量范围：成人：收缩压：30~255mmHg，平均压：20~235mmHg，舒张压：15~220mmHg；准确度：±3mmHg；测量可重复性：< 5mmHg；分辨率：1mmHg；脉率测量范围：0~255bpm

17.心电图/心率：心率范围：15~300bpm；心率测量精度：1bpm；导联模式：多导联；增益准确度：±5%。

		18.配套相应宣传展板、标识、彩页等。 19.包含一名医师及一名护士相关资格培训。
--	--	--

采购包2：
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价
标的名称：微量泵

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	微量泵（微量输注泵） 1、注射器规格：10mL、20mL、30mL、50mL普通注射器，配套使用多种品牌注射器，能够36级任意设定流速等级 2、注射量范围：0.1mL-999.9mL， 3、注射速度：10mL注射器： 0.1mL/h-300mL/h，20mL注射器： 0.1mL/h-600mL/h，30mL注射器： 0.1mL/h-800mL/h，50mL注射器： 0.1mL/h-1200mL/h， 4、快速输注：快速启动功能,实现快速给药、缩短给药延迟时间。 5、速度增量：最小0.1 mL/h 6、注射精度：±2% 7、阻塞压力：可根据用户临床需要18档可调,操作界面有压力智能调试功能,方便用户能够根据需要进入调试模式程序,自行调节。 8、声光报警： 电池耗尽、交直流转化、掉电、注射器夹装、设置数据限制，管路阻塞、将近完成提示、输液完成、电池欠压、操作遗忘、移动注射位置 9、显示： 高清晰远距离数码管,液晶双显示 10、整机尺寸： 外形尺寸紧凑,占用空间小 11、整机功耗： 小于23VA 12、整机重量： 小于2.5KG 13、交直流两用AC： 220V，50/60Hz 电压DC14.8VC，完全充电，可供泵以25ml/h工作4小时 14、主要功能： 阻塞压力释放,残留量可调,压力等级可调,报警消音，报警音量可调，流速等级可调,注射药物将近完成时根据用户需要，能够设定提示报警的时间,方便护士提早做好处理准备。 15、为保证注射的可靠性,对注射的每一步距离跟进,如有意外的移动,能够报警提示。 16、环境条件 温度-5℃-+40℃ 相对湿度≤20%-90%RH 17、大气压力 860hpa-1060hpa 18、储存条件 温度-40℃-+55℃ 相对湿度≤95%RH

标的名称：胰岛素泵

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

		胰岛素泵 1 储药器 2mL 2 胰岛素浓度 U-100，速效或常规短效 3 三餐大剂量输注方式 常规输注/方波输注/双波输注 4 基础量调节范围 0.025-35U /小时，基础率步长：0.025U/小时 5 大剂量调节范围 0.025-25U，3个预设值 6 大剂量计算器 目前血糖值，目标血糖值，1U胰岛素所能负荷的碳水化合物，胰岛素敏感因子，活性胰岛素，每餐进食碳水化合物量，负校正因子 7 胰岛素自动分配功能 6段法，24段法 8 基础率分段 3种预设，最多可设置48段 9 临时基础率 U/小时、%和关闭三种设置方式，可记忆三组最近输入值 10 胰岛素泵专用锂电池75mAh,可重复充电±300、200次 11 胰岛素泵控制器 无线独立控制器/蓝牙连接/液晶显示屏/全中文操作界面/智能手机操作模式/可切换中、英文/显示剩余药量和剩余电量 12 胰岛素泵大剂量输注误差 $\leq \pm 5\%$ 13 基础率输注误差 $\leq 0.4\%$ 14 自检功能 双处理器相互检查，每2秒一次自检 15 防水 胰岛素泵体IPX4防水标准,可防溅水 16 助针器 有，无痛进针 17 时间格式 12/24小时制 18 报警方式 音频/震动/灯光/显示 19 安全系统 最大餐前大剂量限制/最大日总量限制/每小时最大基础量限制/低药量报警/输注系统阻塞报警/低电量报警/泵故障报警 20 历史记录 无限（自备SD卡） 21 键盘锁定功能 有，可防误操作 22 耗材 储药器，皮下留置针（针长度6mm,9mm），底板（3M抗过敏胶布），无导管
--	--	--

标的名称：背心排痰仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

	1	背心排痰仪 1.设备用途：用于下呼吸道分泌物增多，排出不畅的患者，促进分泌物的排出； 2.电源电压：AC 220V±22V，50Hz±1Hz 3.适用人群:成人、儿童； 4.时间设置：1-99min，步进值1min,随时可调； 5.压力设置：3-16mmHg步进值1mmHg,随时可调； 6.频率设置：1-12Hz,步进值1Hz，随时可调； 7.显示方式：液晶屏显示，中文菜单操作； 8.保险功能：排痰机设有手柄紧急开关，可以随时停止振动工作或继续振动工作； 9.自动检测漏气补偿功能：实时监测充气背心内气压，对意外情况造成的过压、欠压及时补偿； 10.工作噪音：设备正常工作状态下，噪音≤70dB(A); 11.提示功能：设定工作时间完成时，界面提示“工作结束”，有声音提示； 12.记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考； 13.排痰配件：全胸排痰背心≥3件、半胸排痰束带≥3条； 14.ABS工程塑料机壳； 15.推车1台，带静音脚轮。
--	---	--

标的名称：周围神经检测仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

	1	震动感觉检测仪（周围神经检测仪） 一、系统技术规格要求： 1、系统电压灵敏度：0.05uv/D—10mv/D，使仪器检获微弱电生理信号轻而易举。 2、共模抑制比：≥100dB，保证肌电图信号的质量 3、扫描时程：1ms/D—200ms/D，要求不超过±2% 4、输入阻抗：≥300兆欧，须提供检测报告以核对参数。 5、频率为0.5Hz~10KHz范围上， 6、输入短路噪声：≤0.8μVrms，直接决定了肌电图信号的质量。 二、电刺激器： 1、系统电流刺激强度及误差要求：最大脉冲强度为100mA，误差要求控制在±5%之内。 2、刺激波宽范围：≥40μs~1ms 3、刺激频率范围：≥0.1~70Hz 三、功能项目要求： 1、感觉神经传导速度 2、运动神经传导速度 3、F波 4、H反射 5、重复电刺激 6、瞬目反射 7、皮肤反应 四、全自动智能化诊断： 1、具有正常值分析模块，对正常值数据进行专业的编辑管理，具备分析功能，可实时完成数据的统计，并输出相应的正常值分析报告。 2、工作界面支持中文软件系统及全中文报告系统(包括中文神经、肌肉名称)，可根据需要可设定正常值自定义报告格式，表格、数据、图形自动进入中文报告系统。
--	---	---

标的名称：血压计

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	血压计 显示方式：数字式 测量方式：上臂式 测量范围：压力：0-299mmHg（0-39.9KPa） 测量方法：示波测定法 加压方式：压力泵自动加压方式 排气方式：自动快速排气方式 精度：±4mmHg(±0.5kPa)以内 脉搏数：读数的±百分之五以内

标的名称：轮椅

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	轮椅 1) 可折叠, 双支撑架, 手动四轮轮椅, 2) 车架为铝合金材料, 表面处理为金属烤漆, 带后手刹; 3) 固定扶手, 固定挂脚, 带旁板, 软座, 高强度塑料手推圈和前叉; 4) 座位深度$\geq 440\text{mm}$, 座宽$\geq 420\text{mm}$, 张车宽$\geq 600\text{mm}$, 车长$\geq 1000\text{mm}$, 靠背高$\geq 425\text{mm}$, 座高$\geq 475\text{mm}$, 车高$\geq 900\text{mm}$, 收车宽$\geq 300\text{mm}$, 缝边牢固整齐; 5) 脚踏板高度可调节, 调节方式应牢固可靠; 6) 前轮为直径≥ 6英寸高品质实心橡胶轮胎; 后轮为直径≥ 21英寸一体式轮毂; 前后轮结构应牢固可靠, 适合不同路面的使用要求; 前小轮轴带减震橡胶, 前叉采用双轴承结构; 7) 轮椅车配备安全带, 承重$\geq 100\text{KG}$;

标的名称：体温枪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	体温枪 测温范围：32-42.9℃ 测试精度：±0.2度 测试时间：≤60秒 显示方式：LED大屏显示 测量部位：口腔，腋下 电池：五号电池 类型：红外测温枪

标的名称：蛇皮灯

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	蛇皮灯 1.五角底座 2.医用不锈钢材质。 3.高度：$\geq 150\text{cm}$，可调节高度

标的名称：多点式紫外辐射照度仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

	1	多点式紫外辐射照度仪 【显示方式】128*64 COB液晶模块显示器，最大速度≥4Mbps 【测量原理】双积分式A/D转换 【数据传输】工作频率≥70 MHz 【采样速度】2.4G无线通讯模块进行文件数据的传递 【打印参数】微型热敏打印机 【数据存储】处理器内部存储器模拟出一个U盘，USB信号使用CH372T进行处理。 【测量波长】253.7±10nm 【测量角度】以垂直于传感器感应面的垂线为轴心，围绕轴心±10° 【存储环境】室温干燥环境中存放 【工作环境】温度10～30℃湿度30℃，≤85%RH 【电压指示】子机缺电闪烁报警 【供电电池】主机8.4V的锂电供电，容量4200mAh;子机4.2V锂电供电,容量5000mAh。 检测探头（点位）数量≥2 提供机器功能性效验及检测 次数≥2
--	---	--

标的名称：双层不锈钢推车

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	双层不锈钢推车 1.层数：双层 2.材质：医用不锈钢材质。 3.高度：≥150cm 长度 ≥120cm

标的名称：电动吸引器

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	电动吸引器 1. 极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg) 2. 负压调节范围:0.02Mpa～极限负压值 3. 抽气速率：≥20L/Min 4. 贮液瓶：2500mL×2 5. 电源：AC220V 50Hz 6. 输入功率：280VA 7.浸渍旋片泵。 8.装有防止正压产生和进入工作系统的安全装置。 9.负压调节阀可根据临床需要作无级调压。 10.噪声低、手动、脚踏开关任意选用。

采购包3：

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：双极前列腺电切镜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	双极前列腺电切镜 1. 镜子：30°、蓝宝石镜，Φ4mm； 2. 内鞘：≤24Fr； 3. 外鞘：≤26Fr，带进、出水通道和控制开关； 4. 采用耐高温高强度陶瓷； 5. 主动式、被动式两种结构任选，不锈钢水阀，彻底根除了水阀维护繁琐，易损坏的弊病； 6.外鞘保持静止时操作器、内窥镜、内鞘和手术电极可360°旋转，可持续灌流； 7.医用内窥镜冷光源1台 7.1.输入功率(VA) ≤30W 7.2.要求光源为LED冷光源。 7.3.色温3000k-7000K， 7.4.照度(Lx)≥1100000Lux 7.5.光输出孔规格Φ10 8.等离子体手术系统1台 8.1.治疗主机自动识别手柄、脚踏的连接状态。能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小； 8.2.能通过脚踏开关启动、切换ABLATION和PLACOAG模式，脚踏防水等级IPX8； 8.3.工作频率技术参数：工作频率100KHz±10KHz； 8.4.输出模式：等离子输出：≥10档可调； 8.5.阻抗显示：0-999Ω，阻抗侦测和自动能量检测技术。具有热损毁深度监控系统，对治疗深度进行实时检测反馈、达到预设置消融深度和治疗范围自动提示操作者； 8.6.工作计时：0-99s循环计时； 8.7.整机输入功率：≤700W、整机输出功率：≤350W； 8.8.一个治疗刀头能同时实现消融、止血、切割功能，在一个手柄治疗主机声音大小可调节，能区分不同的工作声音=； 9.医用监视器1台 9.1.尺寸≥24英寸 9.2.图像分辨率≥1920×1080； 9.3.视频信号输入：S-VIDEO,VIDEO,DVI,RGB,BNC, Y/C,VGA。 9.4.纵横比16:9 10.医用台车1台 铝合金材质，氧化喷漆，可拆卸，层板五层可调，有万向脚轮、具备脚轮锁定功能，安全美观。

标的名称：内窥镜摄像系统

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

	1	内窥镜摄像系统 1.TV系统 PAL; 2.摄像头逐行扫描全高清CMOS传感器组成、配置变焦光学接口, 可适用于膀胱镜、腹腔镜等不同内镜手术需求。 3.扫描标准逐行扫描1125线 4.输出清晰度≥1080P 5.最低照度 F5.5时≤5Lux; 6.摄像机面板显示屏有≥7英寸; 7.电子快门AUTO (1/50—1/10000S) ; 8.可冻结单幅画面进行静态观察图像; 9.视频输出具有VBS复合信号 (2路BNC)、S-VIDEO(1路) R/G/B,等多路视频输出信号, 高清输出HDMI。 10.摄像头防水等级≥IPX8;
--	---	---

标的名称: 尿道膀胱镜

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	尿道膀胱镜 1.镜体外径: Ø4mm 视场角: 55° 2.视向角: 0°、30°、70° 3.工作长度: 302mm 4, 手术器械规格: 7Fr×370mm 5.外鞘套规格: 15.5Fr、19.8Fr、21Fr、22.5Fr 6.光缆插头外径: Ø10mm 7.光缆: 配有转换接头可与WOLF、STORZ光源连接 8.光缆接头可与STORZ、OLYMPUS、WOLF、ACMI光缆连接 9. 操作器手轮配有拨板起落指示标 10. 窥镜采用光学玻璃、光钎、光锥; 带有方向标, 蓝宝石镜头。 11. 内窥镜镜体全部采用不锈钢 12. 内窥镜可承受低温等离子消毒

标的名称: 电动取皮刀

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

	1	电动取皮刀 用于提供多种厚度及宽度的皮肤移植用器械 1、取皮厚度：0~0.75mm（可根据要求定制更大范围0-1.6mm），取皮厚度最小递进单位：0.05mm，取皮厚度调整钮为单边调整，稳定性高，不需校准归零。 2、取皮宽度：2.5~10.2cm，至少五种宽度可选，2.5cm；3.8cm；5.1cm；7.6cm；10.2cm。 3、刀片参数： 刀片材质：刀片由进口不锈钢材质制成，锋利、耐用、取皮薄而均匀； 刀片硬度：刀片硬度≥ 650HV10 刀片长度：刀片长度≥105mm； 刀片特征：刀片具有自润滑功能且装卸简便；且具有刃口保护装置。 4、原装进口马达，转速：4000-8500rpm。 5、手持件连接线可插拔，使用和消毒方便，且可进行高温高压消毒。（长度大于3米） 6、手持件重量：≤0.85kg 7、工作条件：环境温度5℃-40℃；相对湿度≤80%；大气压力86kPa-106kPa； 8、电源电压：100~240V交流自动切换，50/60HZ单相，输入功率：不大于150VA，输出14.5V直流，4.5A。 9、保护等级：I级；防电击类型：BF型；防进液程度：IPX0；运行模式：连续运行。 10、噪声：≤60dB（A） 11、消毒方式：整机可高温高压，低温等离子等多种消毒方式。光滑头端。
--	---	--

标的名称：骨科手术床

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

	1	骨科手术床 1.手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车5个主要动作组，由5组（不少于7个）独立液压缸液压驱动。 2.手术床具备电动平移功能，不可采用机械限位方式，且平移功能由独立的液压缸驱动动作。 3.手术床配有高性能充电电池，可满足约1周手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。充电电池无需保养和维护,可长时间使用。同时具有交流电源供电功能。 4.手术床控制满足手持有线控制器和床身立柱应急控制面板（立柱应急面板位于立柱上方便操作，拒绝放在底座上）两套控制方式，且两套控制方式相互独立。 5.手术床承重$\geq 230\text{kg}$。 6.手术床床垫双层记忆海绵，厚度$\geq 70\text{mm}$。床垫接缝处采用无缝烫接技术，防水透气易清洗，防静电。 7.手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板可拆卸、可分叉，可在$+20^{\circ}/-90^{\circ}$范围内任意上下折； 8.头板和腿板可前后互换。 9.独立电动液压控制刹车，能够轻松将手术床固定或移动，确保手术床稳定性。 10.具有一键形成屈曲、反屈曲体位功能，一键复位功能。 11.手术床台面最低高度$\leq 600\text{mm}$ 12.手术床出厂前经过油路透析处理，保证手术床经久耐用。（提供证明文件） 13.手术床腿板采用按钮式一键拆卸，无需拧任何螺母，方便快捷。 14.技术参数： 手术床长度$\geq 2040\text{ mm}$ 手术床宽度$\geq 520\text{ mm}$ 手术床升降行程$\geq 350\text{mm}$ 台面前后倾角度：$\pm 25^{\circ}$ 台面左右倾角度：$\pm 20^{\circ}$ 背板折转角度：$+80^{\circ}/-40^{\circ}$ 腿板折转角度：$+20^{\circ}/-90^{\circ}$，外折角度$\geq 90^{\circ}$ 头板折转角度：$+40^{\circ}/-85^{\circ}$ 台面平移距离$\geq 300\text{mm}$ 15.基本配置：电动手术床主床，配床垫，头板，分体式腿板，主机（包含背板，臀板），台柱应急控制面板，有线遥控器，托手架一对，麻醉屏架一个，骨科牵引架一个。
--	---	---

标的名称：骨科牵引床

参数性质	序号	技术参数与性能指标
		一、结构: 适配器：与转接器或手术床上的安装接口相连 转接器：与手术床上的安装接口相连 骨盆托板：支撑患者臀部 小托板：辅助支撑，消毒后安装 会阴抵柱：对抗牵引，安装在患侧

1

短悬臂关节：避开短悬臂对透视的影响，形成外展、内收体位

长悬臂关节：避开长悬臂对透视的影响，形成外展、内收体位

悬臂夹持器：安装托腿架支撑健肢

脚蹬：支撑健侧足部

脚板转动关节：足部倾斜一定角度，处于功能位

足板内折边：侧卧位时支撑

牵引器水平转动：患者形成内旋、外旋体位

牵引器竖直转动：足部抬高；胫腓骨牵引

牵引器支杆L型：向外侧装，避开悬臂对透视的遮挡

支脚转动关节：台面左右倾时，自动调节，使支脚水平

技术参数：

悬臂第一关节转动角度 $\geq 220^{\circ}$

悬臂第二关节转动角度 $\geq 220^{\circ}$

牵引行程 $\geq 180\text{mm}$

牵引器移动行程 $\geq 500\text{mm}$

牵引器竖直转动角度 360°

牵引器水平转动角度 360°

脚板转动角度 360°

短悬臂长度 $\geq 250\text{mm}$

长悬臂长度 $\geq 1080\text{mm}$

支脚伸缩距离 $\geq 450\text{mm}$

整体承重 $\geq 100\text{kg}$

脚板承重 $\geq 10\text{kg}$

牵引力 $\geq 686\text{N}$

会阴抵柱长度 $\geq 240\text{mm}$

会阴抵柱外径 $\geq 100\text{mm}$

1对接式牵引架：

1.1具有双关节，可伸缩的牵引臂和可回旋的骨盆架组，以达到完美的定位需求。

1.2带垫的大腿内侧支撑柱可使病人达到极好的定位，便于安装，节省空间。

1.3牵引架是由易清洁的表面平滑的304不锈钢材料组制成的。

1.4适用于创伤外科手术、骨科牵引手术等，开阔的区域可搭配C型臂X光机影像增强器，无阻碍下进行照射。

1.5稳定可靠，操作方便，可满足高需求的骨科下肢手术：

髌关节X光线影像透视股骨骨板手术股骨骨髓内钉手术

胫骨腓骨牵引手术、股骨骨折骨钉手术X光透视全髌关节置换手术等。

1.6

骨科牵引器移动行程 $\geq 500\text{mm}$ ；

承载能力 $\geq 100\text{kg}$ ；

牵引行程 $\geq 180\text{mm}$,牵引力 $\geq 686\text{N}$ ；

牵引架可以任意适当角度外折与内折，满足手术需要；

		牵引架可以伸缩，支脚伸缩距离为≥450mm.
--	--	------------------------

采购包4：

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：冲击波治疗仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	体外冲击波治疗仪 1、工作原理：气压弹道式（非电磁式）,冲击撞块在弹道内回弹采用瞬间负压吸引技术，非磁吸式技术。 2、主机、手柄、治疗冲击头为同一品牌同一制造商生产。 3、体外冲击波可以连续使用，在工作10000次后，不需要停机冷却治疗头 4、治疗手柄配置：配置恒定能量治疗手柄,为保证治疗手柄输出能流密度随频率变化基本恒定。 5、设备配1把手柄，手柄≥4款不同治疗头 6、能量守恒治疗手柄：配置直径36mm大面积放散状治疗头、15mm长激痛点放散状治疗头、15mm聚焦治疗头、10mm深部放散状治疗头、15mm标准放散状治疗头。 7、手柄治疗探头上带有施压指示器，带压力刻度，能够适合力量不同的使用者在治疗病人时能够精确掌控对手柄施加压力大小。 8、手柄治疗头可伸缩，在治疗过程中对反作用力冲击起到良好的缓冲效果。 9、手柄自带计数器，记录手柄累计使用次数。 10、治疗头及外壳均为合金材质，治疗头均可+134℃高温高压消毒。 11、外置大容量油性空气压缩机：主机与空气压缩机分离，空气压缩机自带三级过滤功能，空压机带有储气罐，可间歇性工作。 12、主机≤3KG。 13、产品配有冲击波学院期刊（每季度一刊），方便临床治疗需要。 14、操作模式：标准治疗模式、大面积治疗模式、聚焦治疗模式、长激痛点治疗模式、深部治疗模式 15、压缩空气供给：0.5-0.6MPa（5-6bar），20ml/min（在4bar时），医疗质量级别的干燥压缩空气（经过最小5um孔径的滤膜过滤），可连接至中央压缩空气供应系统、独立的压缩机或气瓶 16、最大正向输出压力（声压峰值）≥11.2Mpa，压力脉冲宽度应不大于1μs。 17、配套专用静音万向轮推车和理线杆，方便整理手柄连接线。

标的名称：电针治疗仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
------	----	-----------

	1	电针治疗仪 1、治疗仪额定输入功率：$\geq 8\text{VA}$。 2、输出波形：连续波、断续波、疏密波。 3、连续波： a) 连续波频率：$1\text{Hz}\sim 100\text{Hz}$连续可调,允差$\pm 15\%$； b) 脉冲宽度：$0.35\text{ms}\pm 0.1\text{ms}$； 4、断续波：断续周期：$2.3\text{s}\sim 6\text{s}$可调；允差$\pm 10\%$ 5、疏密波：疏、密波变换周期：$2.3\text{s}\sim 6\text{s}$可调;允差$\pm 10\%$。 6、每路输出脉冲强度为：$0\sim 12\text{V}$，允差$\pm 20\%$（负载电阻$250\Omega$）。 7、输出通道：5路输出。 8、五路输出，每路可独立调节强度大小 9、输出波形：连续波、断续波、疏密波三种可选 临床适用范围 1) 神经性疼痛：偏头痛、三叉神经痛、周面神经麻痹、坐骨神经痛、牙痛； 2) 退行性病变：肩周炎、网球肘、挫伤、肌肉劳损、颈椎病、下腰痛等； 3) 其他：急性胃痛、痛经、便秘、泄泻、肾绞痛、胆绞痛、急性阑尾炎、急性扁桃体炎、带状疱疹均有显著疗效。
--	---	---

标的名称：病人监护仪

参数性质	序号	技术参数与性能指标
		病人监护仪 一、监护参数 标配心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双通道体温等参数，可升级双有创血压、有创心排等模块。 二、显示 1.屏幕尺寸：大于等于10英寸彩色触摸显示屏 2.支持同屏显示11道波形 3.可根据医护人员临床观察需要自由组合4个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面支持NIBP多组回顾、对比，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察 4.具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断 5.具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势 6.主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表 7.支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式等 三、数据存储、回顾 支持机内存储$\geq 7\text{G}$数据,$\geq 1\text{G}$存储空间的数据存储量如下： 1.≥ 90小时连续参数数据

1	2.≥68000组NIBP数据 3.≥4500组生理报警事件 4.≥4500组心律失常事件 5.≥90小时全息波形 6.具备USB数据接口 四、性能 1.触摸屏，提高医护人员的工作效率 2.具备触摸屏锁屏功能，防止外界干扰因素影响监护仪的工作状态 3.支持七道心电波形同屏显示、心电波形级联 4.心电增益有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2), 40 mm/mv (×4),自动增益，多种选择，满足临床需求 5.共模抑制比：弱滤波>90dB，监护、强滤波>100dB 6.ST段分析功能：在强滤波、监护、弱滤波模式下，均支持进行ST段分析，保证各类病人监护安全 7.标配一体式挂床提手，便于转运监护时挂床安装 8.具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗。退出该状态，就可立即进行监护 9.具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征 11.具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站 12.声光双重三级报警 13.技术报警和生理报警有各自的报警指示灯及报警颜色，有利于医护人员远距离辨识报警情况（2个独立的报警指示灯） 14.可在同一界面设置所有参数的报警上下限，有效提高医护人员的工作效率 16.内含NIBP防尘阀设计，减少气路障碍，有效延长泵使用寿命，提高测量准确性 17.支持选配无线联网功能，实现无线\有线等混合方式联网 19.标配可拆卸充电锂电池，具有RJ-45网络口、辅助输出接口、VGA外接显示器接口、USB口、防盗锁孔、电源线卡扣（防止电源脱落）

采购包5:

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：消化内镜高频手术系统

参数性质	序号	技术参数与性能指标
		内镜治疗设备 1.消化内镜高频手术系统 1.1、电外科主机与氩气发生器为模块化设计连接，拥有软硬件升级功能。 1.2、液晶显示屏人机互动，中英文界面显示。 1.3、根据需要存储≥9组临床经验设置程序。

1

- 1.4、具有单双极内镜凝血功能、氩气刀功能。
- 1.5、内镜切割最大输出功率 $\geq 380W$ ，双极电凝最大功率 $\geq 100W$ 。
- 1.6、具有开机自检、发生错误时声光报警、文字提示及代码存储功能。
- 1.7、可升级连接内镜冲洗模块。
- 2、切割功能要求
 - 2.1、单极电切模式效果调节 ≥ 6 档，输出功率 $\geq 200W$ ，最大峰值电压 $\leq 800V$ 。
 - 2.2、具有内镜电切功能ENDO CUT IQ，可选择电凝效果调节 ≥ 3 档，最大输出功率 $\geq 380W$ ，峰值电压 $\leq 800V$ 。
 - 2.3、具有氩气保支持下的电切模式，最大功率大于等于 $200W$ ，峰值电压 $\leq 1000V$ 。
- 3、凝血功能要求
 - 3.1、单极电凝，电凝效果调节 ≥ 3 档，输出最大功率 $\geq 180W$ ，峰值电压 $\leq 200V$ 。
 - 3.2、单极强电凝，电凝效果调节 ≥ 3 档，输出最大功率 $\geq 120W$ ，峰值电压 $\leq 2000V$ 。
 - 3.3、双极电凝，电凝效果调节具备 ≥ 5 档，输出最大功率 $\geq 100W$ ，峰值电压 $\leq 200V$ 。
 - 3.4、氩气电凝模式，输出最大功率 $\geq 100W$ ，峰值电压 $\leq 5000V$ 。
- 4、氩等离子凝固功能要求
 - 4.1、氩气主机最大氩气流量范围 $\leq 9L/min$ ，具有内镜下专用氩气模式，该模式的氩气流量范围 $\leq 3L/min$ ，并且可以 $0.1L/min$ 进行微调。
 - 4.2、具有手动冲洗氩气电极功能，也可以脚控冲洗氩气电极。
 - 4.3、具有氩气电极自动识别功能，自动适应氩气流量，流量实时显示。
 - 4.4、氩气电极末端具有5段色环标记，方便测量和保护镜子,金属内芯内置，不外漏，以防意外穿孔。
 - 4.5、具有氩气电弧测试功能，提供氩气电弧测试器。
 - 4.6、采用低电压设计，氩气电凝模式电压 $\leq 5000V$ 。
- 5、中性电极安全系统要求
 - 5.1、具备中性电极安全监测系统，可监测中性电极与病人皮肤的接触、监测相对于电流方向的接触表面的粘贴方向。
 - 5.2、报警功能：危险时声光信号报警，文字代码显示故障原因，自动停止输出并自动存储故障信息。
 - 5.3、具备新生儿中性电极的注册证，适用于体重 $< 5Kg$ 的儿童。
 - 5.4、具备新生儿中性电极监测系统，当通过新生儿中性电极的电流 $> 300mA$ 时，监控系统报警。
- 6、安全级别要求：EN60601-1 CF型、I类。
- 7、配置要求：

序号	名称	数量
1	高频电外科工作站主机	1台
2	内镜切割系统软件	1套
3	氩等离子体凝固器	1台
4	双脚踏开关	1个
5	电极板连线	1条
6	单极高频连线	1条
7	直喷氩气电极	3条
8	环喷氩气电极	1条

		9 氩气电弧测试器 1个
		10 环形等电位电极板 20片
		11 台车 1台
		12 氩气流量表 1个
		13 氩气钢瓶 1个

3.4商务要求

3.4.1交货时间

- 采购包1：
自合同签订之日起30日
- 采购包2：
自合同签订之日起30日
- 采购包3：
自合同签订之日起30日
- 采购包4：
自合同签订之日起30日
- 采购包5：
自合同签订之日起90日

3.4.2交货地点

- 采购包1：
陕西省荣复军人第一医院
- 采购包2：
陕西省荣复军人第一医院
- 采购包3：
陕西省荣复军人第一医院
- 采购包4：
陕西省荣复军人第一医院
- 采购包5：
陕西省荣复军人第一医院

3.4.3支付方式

- 采购包1：
分期付款
- 采购包2：
分期付款
- 采购包3：
一次付清
- 采购包4：
分期付款
- 采购包5：
一次付清

3.4.4支付约定

采购包1：付款条件说明：合同签订后，卖方持履约保函在买方处办理百分之四十(40%)预付款的支付手续，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包1：付款条件说明：货物全部运到采购人指定地方，安装完毕并经终验合格后，卖方持履全额发票在买方处办理百分之六十(60%)货款的支付手续，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 60.00%。

采购包2：付款条件说明：合同签订后，卖方持履约保函在买方处办理百分之四十(40%)预付款的支付手续，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包2：付款条件说明：货物全部运到采购人指定地方，安装完毕并经终验合格后，卖方持履全额发票在买方处办理百分之六十(60%)货款的支付手续，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 60.00%。

采购包3：付款条件说明：货物全部运到采购人指定地方，安装完毕并经终验合格后，卖方持履约保函原件和全额发票在买方处办理百分之百（100%）货款的支付手续，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 100.00%。

采购包4：付款条件说明：合同签订后，卖方持履约保函在买方处办理百分之四十(40%)预付款的支付手续，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包4：付款条件说明：货物全部运到采购人指定地方，安装完毕并经终验合格后，卖方持履全额发票在买方处办理百分之六十(60%)货款的支付手续，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 60.00%。

采购包5：付款条件说明：货物全部运到采购人指定地方，安装完毕并经终验合格后，卖方持履约保函原件和全额发票在买方处办理百分之百（100%）货款的支付手续，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 100.00%。

3.4.5验收标准和方法

采购包1：

验收：1.项目验收分初验和终验：初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。终验：所有货物(设备)安装、调试完毕，正常使用10个日历日后，由采购人进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格证》。2.验收不合格的中标单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购代理机构将把中标资格授予评审排序下一名的中标单位。3.验收依据 3.1合同文本及合同补充文件（条款）； 3.2产品的合法来源渠道证明文件、响应功能证明材料； 3.3招标文件； 3.4中标人的投标文件； 3.5货物清单； 3.6生产厂家的企业资质、货物的执行标准。

采购包2：

1.项目验收分初验和终验：初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。终验：所有货物(设备)安装、调试完毕，正常使用10个日历日后，由采购人进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格证》。2.验收不合格的中标单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购代理机构将把中标资格授予评审排序下一名的中标单位。3.验收依据 3.1合同文本及合同补充文件（条款）； 3.2产品的合法来源渠道证明文件、响应功能证明材料； 3.3招标文件； 3.4中标人的投标文件； 3.5货物清单； 3.6生产厂家的企业资质、货物的执行标准。

采购包3：

1.项目验收分初验和终验：初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。终验：所有货物(设备)安装、调试完毕，正常使用10个日历日后，由采购人进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格证》。2.验收不合格的中标单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购代理机构将把中标资格授予评审排序下一名的中标单位。3.验收依据 3.1合同文本及合同补充文件（条款）； 3.2产品的合法来源渠道证明文件、响应功能证明材料； 3.3招标文件； 3.4中标人的投标文件； 3.5货物清单； 3.6生产厂家的企业资质、货物的执行标准。

采购包4：

1.项目验收分初验和终验：初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型

号、产地、数量进行检查。 终验：所有货物(设备)安装、调试完毕，正常使用10个日历日后，由采购人进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。 2.验收不合格的中标单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购代理机构将把中标资格授予评审排序下一名的中标单位。 3.验收依据 3.1合同文本及合同补充文件（条款）； 3.2产品的合法来源渠道证明文件、响应功能证明材料； 3.3招标文件； 3.4中标人的投标文件； 3.5货物清单； 3.6生产厂家的企业资质、货物的执行标准。

采购包5:

1.项目验收分初验和终验: 初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。 终验：所有货物(设备)安装、调试完毕，正常使用10个日历日后，由采购人进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。 2.验收不合格的中标单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购代理机构将把中标资格授予评审排序下一名的中标单位。 3.验收依据 3.1合同文本及合同补充文件（条款）； 3.2产品的合法来源渠道证明文件、响应功能证明材料； 3.3招标文件； 3.4中标人的投标文件； 3.5货物清单； 3.6生产厂家的企业资质、货物的执行标准。

3.4.6包装方式及运输

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包2:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包3:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包4:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包5:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1:

质保期为终验合格后不少于12个月（参数中有具体要求的，按参数要求提供质保）。中标人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。

采购包2:

质保期为终验合格后不少于12个月（参数中有具体要求的，按参数要求提供质保）。中标人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。

采购包3:

质保期为终验合格后不少于12个月（参数中有具体要求的，按参数要求提供质保）。中标人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。

采购包4:

质保期为终验合格后不少于12个月（参数中有具体要求的，按参数要求提供质保）。中标人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。

采购包5:

质保期为终验合格后不少于12个月（参数中有具体要求的，按参数要求提供质保）。中标人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。

3.4.8违约责任与争议解决的方法

采购包1:

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商开始后六十（60）天还不能解决，双方可依以下一种方式解决： 1.双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁。 2.向有管辖权的人民法院起诉。 3.适用法律 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

采购包2:

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商开始后六十（60）天还不能解决，双方可依以下一种方式解决： 1.双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁。 2.向有管辖权的人民法院起诉。 3.适用法律 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

采购包3:

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商开始后六十（60）天还不能解决，双方可依以下一种方式解决： 1.双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁。 2.向有管辖权的人民法院起诉。 3.适用法律 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

采购包4:

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商开始后六十（60）天还不能解决，双方可依以下一种方式解决： 1.双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁。 2.向有管辖权的人民法院起诉。 3.适用法律 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

采购包5:

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商开始后六十（60）天还不能解决，双方可依以下一种方式解决： 1.双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁。 2.向有管辖权的人民法院起诉。 3.适用法律 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

3.5其他要求

中标人在领取中标通知书时提供一正两副纸质投标文件及电子投标文件一份（U盘或移动硬盘；电子投标文件为Word版本和PDF版本，PDF文件为签字、盖章的完整正本扫描件）。装订：纸质投标文件采用书籍（胶装）方式装订成册，与电子投标文件一致的签字、盖章的完整版本。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1 一般资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	资格证明文件 投标函
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	资格证明文件
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	资格证明文件 投标函

采购包2：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	资格证明文件 投标函 投标分项报价表（格式）
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	资格证明文件
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	资格证明文件 投标函

采购包3：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	资格证明文件 投标函

2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	资格证明文件
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	资格证明文件 投标函

采购包4:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	资格证明文件 投标函
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	资格证明文件
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	资格证明文件 投标函

采购包5:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	资格证明文件 投标函
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	资格证明文件
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	资格证明文件 投标函

4.2特殊资格审查

采购包1:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
----	----------	---------	------

1	有独立承担民事责任能力，提供投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书	有独立承担民事责任能力，提供投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书	资格证明文件
2	财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的 2021年度或2022年度 财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函	财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的 2021年度或2022年度 财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函	资格证明文件
3	税收缴纳证明：提供截止至开标时间前一年内任意一个月的缴纳凭据；（增值税、企业所得税至少提供一种，依法免税的投标人应提供相关文件证明）	税收缴纳证明：提供截止至开标时间前一年内任意一个月的缴纳凭据；（增值税、企业所得税至少提供一种，依法免税的投标人应提供相关文件证明）	资格证明文件
4	社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）	社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）	资格证明文件
5	提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（提供书面说明及承诺，加盖投标人公章）	提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（提供书面说明及承诺，加盖投标人公章）	资格证明文件
6	提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供书面声明，加盖投标人公章）	提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供书面声明，加盖投标人公章）	资格证明文件
7	法定代表人授权委托书	法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行。	资格证明文件

8	信用信息截图	不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网” http://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商。根据财库【2019】38号文规定，此项由采购代理机构在投标截止日当天在“信用中国”网站和中国政府采购网站进行查询，截图留档；如网站无供应商信息的，供应商须提供相关证明材料或书面声明）	资格证明文件
9	投标保证金交纳凭证或担保函（银行凭证加盖投标人公章或财政部门认可的政府采购信用担保机构出具的担保函）	投标保证金交纳凭证或担保函（银行凭证加盖投标人公章或财政部门认可的政府采购信用担保机构出具的担保函）	资格证明文件
10	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（根据财库【2019】38号文规定，此项由采购代理机构在投标截止日当天在“国家企业信用信息公示系统”网站进行查询，截图留档，如网站无投标人信息的，投标人须提供相关证明材料或书面声明）。	资格证明文件
11	提供投标人《医疗器械经营许可证》（或医疗器械经营备案凭证）	提供投标人《医疗器械经营许可证》（或医疗器械经营备案凭证）	资格证明文件
12	提供《医疗器械生产许可证》（加盖厂家公章）	提供《医疗器械生产许可证》（加盖厂家公章）	资格证明文件
13	提供产品医疗器械注册证（或医疗器械备案凭证）	提供产品医疗器械注册证（或医疗器械备案凭证）	资格证明文件

采购包2:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	法定代表人授权委托书	法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行。	资格证明文件
2	提供投标人《医疗器械经营许可证》（或医疗器械经营备案凭证）	提供投标人《医疗器械经营许可证》（或医疗器械经营备案凭证）	资格证明文件

3	提供《医疗器械生产许可证》（加盖厂家公章）	提供《医疗器械生产许可证》（加盖厂家公章）	资格证明文件
4	提供产品（胰岛素泵、微量泵、背心排痰仪、周围神经检测仪、血压计、轮椅、体温枪、多点式紫外辐射照度仪、电动吸引器）医疗器械注册证（或医疗器械备案凭证）	提供产品（胰岛素泵、微量泵、背心排痰仪、周围神经检测仪、血压计、轮椅、体温枪、多点式紫外辐射照度仪、电动吸引器）医疗器械注册证（或医疗器械备案凭证）	资格证明文件
5	投标保证金交纳凭证或担保函（银行凭证加盖投标人公章或财政部门认可的政府采购信用担保机构出具的担保函）	投标保证金交纳凭证或担保函（银行凭证加盖投标人公章或财政部门认可的政府采购信用担保机构出具的担保函）	资格证明文件
6	具有独立承担民事责任能力，提供投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书	具有独立承担民事责任能力，提供投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书	资格证明文件
7	信用信息截图	不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网” http://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商根据财库【2019】38号文规定，此项由采购代理机构在投标截止日当天在“信用中国”网站和中国政府采购网站进行查询，截图留档；如网站无供应商信息的，供应商须提供相关证明材料或书面声明）	资格证明文件
8	财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的 2021年度或2022年度 财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函	财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的 2021年度或2022年度 财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函	资格证明文件

9	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（根据财库【2019】38号文规定，此项由采购代理机构在投标截止日当天在“国家企业信用信息公示系统”网站进行查询，截图留档，如网站无投标人信息的，投标人须提供相关证明资料或书面声明）	资格证明文件
10	税收缴纳证明：提供截止至开标时间前一年内任意一个月的缴纳凭据；（增值税、企业所得税至少提供一种，依法免税的投标人应提供相关文件证明）	税收缴纳证明：提供截止至开标时间前一年内任意一个月的缴纳凭据；（增值税、企业所得税至少提供一种，依法免税的投标人应提供相关文件证明）	资格证明文件
11	社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）	社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）	资格证明文件
12	提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（提供书面说明及承诺，加盖投标人公章）	提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（提供书面说明及承诺，加盖投标人公章）	资格证明文件
13	提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供书面声明，加盖投标人公章）	提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供书面声明，加盖投标人公章）	资格证明文件

采购包3:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	法定代表人授权委托书	法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行	资格证明文件
2	提供投标人《医疗器械经营许可证》（或医疗器械经营备案凭证）	提供投标人《医疗器械经营许可证》（或医疗器械经营备案凭证）	资格证明文件
3	提供《医疗器械生产许可证》（加盖厂家公章）	提供《医疗器械生产许可证》（加盖厂家公章）	资格证明文件
4	提供所投产品的医疗器械注册证（或医疗器械备案凭证）	提供所投产品的医疗器械注册证（或医疗器械备案凭证）	资格证明文件

5	投标保证金交纳凭证或担保函（银行凭证加盖投标人公章或财政部门认可的政府采购信用担保机构出具的担保函）	投标保证金交纳凭证或担保函（银行凭证加盖投标人公章或财政部门认可的政府采购信用担保机构出具的担保函）	资格证明文件
6	具有独立承担民事责任能力，提供投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书	具有独立承担民事责任能力，提供投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书	资格证明文件
7	信用信息截图	不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网” http://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商根据财库【2019】38号文规定，此项由采购代理机构在投标截止日当天在“信用中国”网站和中国政府采购网站进行查询，截图留档；如网站无供应商信息的，供应商须提供相关证明材料或书面声明）	资格证明文件
8	财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的 2021年度或2022年度 财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函	财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的 2021年度或2022年度 财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函	资格证明文件
9	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（根据财库【2019】38号文规定，此项由采购代理机构在投标截止日当天在“国家企业信用信息公示系统”网站进行查询，截图留档，如网站无投标人信息的，投标人须提供相关证明材料或书面声明）	资格证明文件

10	税收缴纳证明：提供截止至开标时间前一年内任意一个月的缴纳凭据；（增值税、企业所得税至少提供一种，依法免税的投标人应提供相关文件证明）	税收缴纳证明：提供截止至开标时间前一年内任意一个月的缴纳凭据；（增值税、企业所得税至少提供一种，依法免税的投标人应提供相关文件证明）	资格证明文件
11	社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）	社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）	资格证明文件
12	提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（提供书面说明及承诺，加盖投标人公章）	提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（提供书面说明及承诺，加盖投标人公章）	资格证明文件
13	提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供书面声明，加盖投标人公章）	提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供书面声明，加盖投标人公章）	资格证明文件

采购包4:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	法定代表人授权委托书	法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行	资格证明文件
2	提供投标人《医疗器械经营许可证》（或医疗器械经营备案凭证）	提供投标人《医疗器械经营许可证》（或医疗器械经营备案凭证）	资格证明文件
3	提供《医疗器械生产许可证》（加盖厂家公章）	提供《医疗器械生产许可证》（加盖厂家公章）	资格证明文件
4	提供产品所投产品的医疗器械注册证（或医疗器械备案凭证）	提供产品所投产品的医疗器械注册证（或医疗器械备案凭证）	资格证明文件
5	投标保证金交纳凭证或担保函（银行凭证加盖投标人公章或财政部门认可的政府采购信用担保机构出具的担保函）	投标保证金交纳凭证或担保函（银行凭证加盖投标人公章或财政部门认可的政府采购信用担保机构出具的担保函）	资格证明文件

6	具有独立承担民事责任能力，提供投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书	具有独立承担民事责任能力，提供投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书	资格证明文件
7	信用信息截图	不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网” http://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商根据财库【2019】38号文规定，此项由采购代理机构在投标截止日当天在“信用中国”网站和中国政府采购网站进行查询，截图留档；如网站无供应商信息的，供应商须提供相关证明材料或书面声明）	资格证明文件
8	财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的 2021年度或2022年度 财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函	财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的 2021年度或2022年度 财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函	资格证明文件
9	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（根据财库【2019】38号文规定，此项由采购代理机构在投标截止日当天在“国家企业信用信息公示系统”网站进行查询，截图留档，如网站无投标人信息的，投标人须提供相关证明材料或书面声明）	资格证明文件
10	税收缴纳证明：提供截止至开标时间前一年内任意一个月的缴纳凭据；（增值税、企业所得税至少提供一种，依法免税的投标人应提供相关文件证明）	税收缴纳证明：提供截止至开标时间前一年内任意一个月的缴纳凭据；（增值税、企业所得税至少提供一种，依法免税的投标人应提供相关文件证明）	资格证明文件

11	社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）	社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）	资格证明文件
12	提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（提供书面说明及承诺，加盖投标人公章）	提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（提供书面说明及承诺，加盖投标人公章）	资格证明文件
13	提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供书面声明，加盖投标人公章）	提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供书面声明，加盖投标人公章）	资格证明文件

采购包5:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	法定代表人授权委托书	法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行	资格证明文件
2	提供投标人《医疗器械经营许可证》（或医疗器械经营备案凭证）	提供投标人《医疗器械经营许可证》（或医疗器械经营备案凭证）	资格证明文件
3	提供《医疗器械生产许可证》（若所投产品为进口设备无须提供）	提供《医疗器械生产许可证》（若所投产品为进口设备无须提供）	资格证明文件
4	提供产品医疗器械注册证（或医疗器械备案凭证），若所投产品为进口的须提供产品医疗器械注册证【进】及附件	提供产品医疗器械注册证（或医疗器械备案凭证），若所投产品为进口的须提供产品医疗器械注册证【进】及附件	资格证明文件
5	投标保证金交纳凭证或担保函（银行凭证加盖投标人公章或财政部门认可的政府采购信用担保机构出具的担保函）	投标保证金交纳凭证或担保函（银行凭证加盖投标人公章或财政部门认可的政府采购信用担保机构出具的担保函）	资格证明文件
6	具有独立承担民事责任能力，提供投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书	具有独立承担民事责任能力，提供投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书	资格证明文件

7	信用信息截图	不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网” http://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商根据财库【2019】38号文规定，此项由采购代理机构在投标截止日当天在“信用中国”网站和中国政府采购网站进行查询，截图留档；如网站无供应商信息的，供应商须提供相关证明材料或书面声明）	资格证明文件
8	财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的 2021年度或2022年度 财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函	财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的 2021年度或2022年度 财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函	资格证明文件
9	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（根据财库【2019】38号文规定，此项由采购代理机构在投标截止日当天在“国家企业信用信息公示系统”网站进行查询，截图留档，如网站无投标人信息的，投标人须提供相关证明材料或书面声明）	资格证明文件
10	税收缴纳证明：提供截止至开标时间前一年内任意一个月的缴纳凭据；（增值税、企业所得税至少提供一种，依法免税的投标人应提供相关文件证明）	税收缴纳证明：提供截止至开标时间前一年内任意一个月的缴纳凭据；（增值税、企业所得税至少提供一种，依法免税的投标人应提供相关文件证明）	资格证明文件
11	社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）	社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）	资格证明文件

12	提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（提供书面说明及承诺，加盖投标人公章）	提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（提供书面说明及承诺，加盖投标人公章）	资格证明文件
13	提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供书面声明，加盖投标人公章）	提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供书面声明，加盖投标人公章）	资格证明文件

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。	中小企业声明函

采购包2:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。	中小企业声明函

采购包3:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
无			

采购包4:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。	中小企业声明函

采购包5:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
无			

第五章 评标办法

5.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序 and 标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2 评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

采购包3：综合评分法

采购包4：综合评分法

采购包5：综合评分法

5.4 评标程序

5.4.1 熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- （一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- （六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- （七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2 符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
----	----------	---------	------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单
2	投标人名称与获取招标文件的单位名称不一致	投标人名称与获取招标文件的单位名称不一致	投标文件封面
3	除明确允许投标人可以自行编写的外，投标文件未按照招标文件给定的格式和要求编制	除明确允许投标人可以自行编写的外，投标文件未按照招标文件给定的格式和要求编制	产品渠道 售后服务方案 业绩 中小企业声明函 产品的佐证材料 质量保证 履约能力 投标函 培训方案 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式） 残疾人福利性单位声明函 节能环保环境标志产品明细表（格式若有） 选配件报价表（格式若有） 投标人认为有必要说明的事宜（若有） 投标文件封面 投标分项报价表（格式） 法定代表人授权书（格式） 项目实施方案 监狱企业的证明文件

4	投标文件未按照招标文件的要求盖章签字	投标文件未按照招标文件的要求盖章签字	投标函 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式）节能环保环境标志产品明细表（格式若有）选配件报价表（格式若有）投标文件封面 投标分项报价表（格式）法定代表人授权书（格式）
5	针对同一项目提交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的	针对同一项目提交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的	开标一览表 标的清单
6	投标报价超过采购预算	投标报价超过采购预算	开标一览表 标的清单
7	投标有效期不符合招标文件的要求	投标有效期不符合招标文件的要求	投标函
8	未对招标文件商务要求作出明确且实质性响应	未对招标文件商务要求作出明确且实质性响应	投标函
9	对招标文件技术要求作出明确响应，对不得偏离的要求未作出实质性响应	对招标文件技术要求作出明确响应，对不得偏离的要求未作出实质性响应	产品的佐证材料
10	投标文件含有采购人不能接受的附加条件	投标文件含有采购人不能接受的附加条件	投标函 投标人认为有必要说明的事宜（若有） 项目实施方案
11	法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形	法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形	投标函 投标人认为有必要说明的事宜（若有） 项目实施方案

采购包2:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
----	----------	---------	------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单
2	投标人名称与获取招标文件的单位名称不一致	投标人名称与获取招标文件的单位名称不一致	投标文件封面
3	除明确允许投标人可以自行编写的外，投标文件未按照招标文件给定的格式和要求编制	除明确允许投标人可以自行编写的外，投标文件未按照招标文件给定的格式和要求编制	产品渠道 售后服务方案 业绩 中小企业声明函 产品的佐证材料 质量保证 履约能力 投标函 培训方案 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式） 残疾人福利性单位声明函 节能环保环境标志产品明细表（格式若有） 选配件报价表（格式若有） 投标人认为有必要说明的事宜（若有） 投标文件封面 法定代表人授权书（格式） 项目实施方案 监狱企业的证明文件

4	投标文件未按照招标文件的要求盖章签字	投标文件未按照招标文件的要求盖章签字	投标函 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式） 残疾人福利性单位声明函 节能环保环境标志产品明细表（格式若有） 选配件报价表（格式若有） 投标分项报价表（格式） 法定代表人授权书（格式） 监狱企业的证明文件
5	针对同一项目提交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的	针对同一项目提交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的	开标一览表 标的清单
6	投标报价超过采购预算	投标报价超过采购预算	开标一览表 标的清单
7	投标有效期不符合招标文件的要求	投标有效期不符合招标文件的要求	投标函
8	未对招标文件商务要求作出明确且实质性响应	未对招标文件商务要求作出明确且实质性响应	投标函
9	未对招标文件技术要求作出明确响应，对不得偏离的要求未作出实质性响应	未对招标文件技术要求作出明确响应，对不得偏离的要求未作出实质性响应	投标函
10	投标文件含有采购人不能接受的附加条件	投标文件含有采购人不能接受的附加条件	投标函 投标人认为有必要说明的事宜（若有） 项目实施方案
11	法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形	法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形	投标函 投标人认为有必要说明的事宜（若有） 项目实施方案

采购包3:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
----	----------	---------	------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单
2	投标人名称与获取招标文件的单位名称不一致	投标人名称与获取招标文件的单位名称不一致	投标文件封面
3	除明确允许投标人可以自行编写的外，投标文件未按照招标文件给定的格式和要求编制	除明确允许投标人可以自行编写的外，投标文件未按照招标文件给定的格式和要求编制	产品渠道 售后服务方案 中小企业声明函 业绩 产品的佐证材料 质量保证 履约能力 投标函 培训方案 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式） 残疾人福利性单位声明函 节能环保环境标志产品明细表（格式若有） 选配件报价表（格式若有） 投标人认为有必要说明的事宜（若有） 投标文件封面 投标分项报价表（格式） 法定代表人授权书（格式） 项目实施方案 监狱企业的证明文件

4	投标文件未按照招标文件的要求盖章签字	投标文件未按照招标文件的要求盖章签字	开标一览表 投标函 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式）节能环保环境标志产品明细表（格式若有） 选配件报价表（格式若有） 标的清单 投标分项报价表（格式） 法定代表人授权书（格式）
5	针对同一项目提交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的	针对同一项目提交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的	开标一览表 标的清单
6	投标报价超过采购预算	投标报价超过采购预算	开标一览表 标的清单
7	投标有效期不符合招标文件的要求	投标有效期不符合招标文件的要求	投标函
8	未对招标文件商务要求作出明确且实质性响应	未对招标文件商务要求作出明确且实质性响应	投标函
9	未对招标文件技术要求作出明确响应，对不得偏离的要求未作出实质性响应	未对招标文件技术要求作出明确响应，对不得偏离的要求未作出实质性响应	投标函
10	投标文件含有采购人不能接受的附加条件	投标文件含有采购人不能接受的附加条件	投标函 投标人认为有必要说明的事宜（若有） 项目实施方案
11	法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形	法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形	投标函 投标人认为有必要说明的事宜（若有） 项目实施方案

采购包4:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
----	----------	---------	------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单
2	投标人名称与获取招标文件的单位名称不一致	投标人名称与获取招标文件的单位名称不一致	投标文件封面
3	除明确允许投标人可以自行编写的外，投标文件未按照招标文件给定的格式和要求编制	除明确允许投标人可以自行编写的外，投标文件未按照招标文件给定的格式和要求编制	产品渠道 售后服务方案 业绩 中小企业声明函 产品的佐证材料 质量保证 履约能力 投标函 培训方案 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式） 残疾人福利性单位声明函 节能环保环境标志产品明细表（格式若有） 选配件报价表（格式若有） 投标人认为有必要说明的事宜（若有） 投标文件封面 投标分项报价表（格式） 法定代表人授权书（格式） 项目实施方案 监狱企业的证明文件

4	投标文件未按照招标文件的要求盖章签字	投标文件未按照招标文件的要求盖章签字	投标函 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式）节能环保环境标志产品明细表（格式若有）选配件报价表（格式若有）投标分项报价表（格式）法定代表人授权书（格式）
5	针对同一项目提交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的	针对同一项目提交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的	开标一览表 标的清单
6	投标报价超过采购预算	投标报价超过采购预算	开标一览表 标的清单
7	投标有效期不符合招标文件的要求	投标有效期不符合招标文件的要求	投标函
8	未对招标文件商务要求作出明确且实质性响应	未对招标文件商务要求作出明确且实质性响应	投标函
9	未对招标文件技术要求作出明确响应，对不得偏离的要求未作出实质性响应	未对招标文件技术要求作出明确响应，对不得偏离的要求未作出实质性响应	投标函
10	投标文件含有采购人不能接受的附加条件	投标文件含有采购人不能接受的附加条件	投标函 投标人认为有必要说明的事宜（若有）项目实施方案
11	法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形	法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形	投标函 投标人认为有必要说明的事宜（若有）项目实施方案

采购包5:

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
----	----------	---------	------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单
2	投标人名称与获取招标文件的单位名称不一致	投标人名称与获取招标文件的单位名称不一致	投标文件封面
3	除明确允许投标人可以自行编写的外，投标文件未按照招标文件给定的格式和要求编制	除明确允许投标人可以自行编写的外，投标文件未按照招标文件给定的格式和要求编制	产品渠道 售后服务方案 中小企业声明函 业绩 产品的佐证材料 质量保证 履约能力 投标函 培训方案 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式） 残疾人福利性单位声明函 节能环保环境标志产品明细表（格式若有） 选配件报价表（格式若有） 投标人认为有必要说明的事宜（若有） 投标文件封面 投标分项报价表（格式） 法定代表人授权书（格式） 项目实施方案 监狱企业的证明文件

4	投标文件未按照招标文件的要求盖章签字	投标文件未按照招标文件的要求盖章签字	拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式）节能环保环境标志产品明细表（格式若有）选配件报价表（格式若有）投标分项报价表（格式）法定代表人授权书（格式）
5	针对同一项目提交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的	针对同一项目提交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的	开标一览表 标的清单
6	投标报价超过采购预算	投标报价超过采购预算	开标一览表 标的清单
7	投标有效期不符合招标文件的要求	投标有效期不符合招标文件的要求	投标函
8	未对招标文件商务要求作出明确且实质性响应	未对招标文件商务要求作出明确且实质性响应	投标函
9	未对招标文件技术要求作出明确响应，对不得偏离的要求未作出实质性响应	未对招标文件技术要求作出明确响应，对不得偏离的要求未作出实质性响应	投标函
10	进口货物未办理正常进口手续或提供货源证明材料的	进口货物未办理正常进口手续或提供货源证明材料的	产品的佐证材料
11	投标文件含有采购人不能接受的附加条件	投标文件含有采购人不能接受的附加条件	投标函 投标人认为有必要说明的事宜（若有） 项目实施方案
12	法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形	法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形	投标函 投标人认为有必要说明的事宜（若有） 项目实施方案

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

(三) 投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- (一) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- (三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- (四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选人、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (一) 分值汇总计算错误的；
- (二) 分项评分超出评分标准范围的；
- (三) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (四) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包2：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包3：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包4：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包5：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评审方法和标准；
- 四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1:

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审 70.00 分 报价得分 30.00 分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式
	节能、环保产品	投标人投标产品中每有一项为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品的计 0.5 分，每有一项为环境标志产品政府采购清单中的产品的计 0.5 分，每有一项产品同时为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品和环境标志产品政府采购清单中的产品的得 1 分，最多得 2 分。（提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）	2.00	客观	节能环保环境标志产品明细表（格式若有）
	商务响应	质保期优于招标文件的，每 6 个月增加 1.5 分，最高加 3 分。	3.00	客观	标的清单 商务条款响应偏离表（格式）
	技术 指标和配置 1	基本分（ 20 分）：完全符合、满足招标文件技术要求的，计 20 分；参数中技术指标每有一条负偏离扣 1 分，基本分扣完为止。	20.00	客观	技术规格响应偏离表（格式）
	技术 指标和配置 2	加分（ 5 分）：在各自所得基本分的基础上，主要投标产品技术指标、参数或功能优于招标文件规定的相应技术指标、参数或功能，并且有实质性能提升的，评标委员会一致认可的可进行相应加分，每项加 0.5 分，加分最多加 5 分。注：投标人应提供充足的佐证材料（佐证材料包括但不限于：经厂家确认的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料）予以佐证，佐证材料应编制在投标文件中，投标人自行承担因佐证材料不全而被视为技术参数无正偏离的风险。	5.00	客观	产品的佐证材料

详细评审	项目实施方案	项目实施方案：备货、供货进度及保证措施，拟投入本项目的人员安排及责任制度，安装、检测、调试措施，安全保障措施，应急处理措施。①方案内容完整、全面、详细的计 10-7 分； ②方案内容有 1 到 3 项的计 7-4 分； ③方案内容有 3 项以上严重欠缺的计 4-1 分； ④未提供项目实施方案不计分。	10.00	主观	项目实施方案
	产品渠道	能提供所投产品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议、原厂授权等），共计 3 分，不提供或缺项均不计分。	3.00	客观	产品渠道
	质量保证	所投产品制造厂家有可靠、完善的管理制度；有足够的设计、工艺、加工、检验能力；所投产品符合国际、国内相关标准，有具体可行的质量保证承诺，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用。①内容具体、完整、详细、全面的计 6-3 分； ②内容欠缺、内容简单的计 3-1 分； ③未提供质量保证及与质量保证有关内容的不计分。	6.00	主观	质量保证
	履约能力	履约能力承诺详细、具体,包括资金筹措、仓储设施、运输工具、人员素质、管理水平等方面进行比较计 4-1 分，没有履约能力的不计分。	4.00	主观	履约能力
	业绩	以合同形式提供投标人 2020 年至今同类项目业绩，每份计 2 分，计满 3 份为止。	6.00	客观	业绩
	售后服务方案	售后服务方案：售后服务网点的设定、拟投入售后服务人员配置情况、日常维护、项目交付用户后出现故障响应时间及措施、备品备件计划，质量保证范围。①售后服务方案内容具体、完整、详细、全面的计 6-3 分； ②售后服务方案内容缺项、简单粗略计 3-1 分； ③未提供售后服务方案不得分。	6.00	主观	售后服务方案

	培训方案	培训方案：培训方式、时间、地点、人员、培训内容。根据培训方案计5-1分，未提供培训服务方案不得分。	5.00	主观	培训方案
价格分	价格分	按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100	30.00	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
无					

采购包2：

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式
	节能、环保产品	投标人投标产品中每有一项为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品的计0.5分，每有一项为环境标志产品政府采购清单中的产品的计0.5分，每有一项产品同时为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品和环境标志产品政府采购清单中的产品的得1分，最多得2分。（提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）	2.00	客观	节能环保环境标志产品明细表（格式若有）
	商务响应	质保期优于招标文件的，每6个月增加1.5分，最高加3分。	3.00	客观	标的清单 商务条款响应偏离表（格式）

详细评审	技术指标和配置1	基本分（20分）：完全符合、满足招标文件技术要求的，计20分；参数中技术指标每有一条负偏离扣1分，基本分扣完为止。	20.00	客观	技术规格响应偏离表（格式）
	技术指标和配置2	加分（5分）：在各自所得基本分的基础上，主要投标产品技术指标、参数或功能优于招标文件规定的相应技术指标、参数或功能，并且有实质性能提升的，评标委员会一致认可的可进行相应加分，每项加0.5分，加分最多加5分。注：投标人应提供充足的佐证材料（佐证材料包括但不限于：经厂家确认的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料）予以佐证，佐证材料应编制在投标文件中，投标人自行承担因佐证材料不全而被视为技术参数无正偏离的风险。	5.00	客观	产品的佐证材料
	项目实施方案	项目实施方案：备货、供货进度及保证措施，拟投入本项目的人员安排及责任制度，安装、检测、调试措施，安全保障措施，应急处理措施。①方案内容完整、全面、详细的计10-7分；②方案内容有1到3项的计7-4分；③方案内容有3项以上严重欠缺的计4-1分；④未提供项目实施方案不计分。	10.00	主观	项目实施方案
	产品渠道	能提供所投产品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议、原厂授权等），共计3分，不提供或缺项均不计分。	3.00	客观	产品渠道

	质量保证	所投产品制造厂家有可靠、完善的管理制度；有足够的设计、工艺、加工、检验能力；所投产品符合国际、国内相关标准，有具体可行的质量保证承诺，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用。①内容具体、完整、详细、全面的计 6-3 分；②内容欠缺、内容简单的计 3-1 分；③未提供质量保证及与质量保证有关内容的不计分。	6.00	主观	质量保证
	履约能力	履约能力承诺详细、具体,包括资金筹措、仓储设施、运输工具、人员素质、管理水平等方面进行比较计 4-1 分，没有履约能力的不计分。	4.00	主观	履约能力
	业绩	以合同形式提供投标人 2020 年至今同类项目业绩，每份计 2 分，计满 3 份为止。	6.00	客观	业绩
	售后服务方案	售后服务方案：售后服务网点的设定、拟投入售后服务人员配置情况、日常维护、项目交付用户后出现故障响应时间及措施、备品备件计划，质量保证范围。①售后服务方案内容具体、完整、详细、全面的计 6-3 分；②售后服务方案内容缺项、简单粗略计 3-1 分；③未提供售后服务方案不得分。	6.00	主观	售后服务方案
	培训方案	培训方案：培训方式、时间、地点、人员、培训内容。根据培训方案计 5-1 分，未提供培训服务方案不得分。	5.00	主观	培训方案
价格分	价格分	按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即 30% ）× 100	30.00	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
无					

采购包3:

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审 70.00 分 报价得分 30.00 分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式
	节能、环保产品	投标人投标产品中每有一项为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品的计 0.5 分，每有一项为环境标志产品政府采购清单中的产品的计 0.5 分，每有一项产品同时为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品和环境标志产品政府采购清单中的产品的得 1 分，最多得 2 分。（提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）	2.00	客观	节能环保环境标志产品明细表（格式若有）
	商务响应	质保期优于招标文件的，每 6 个月增加 1.5 分，最高加 3 分。	3.00	客观	标的清单 商务条款响应偏离表（格式）
	技术指标和配置 1	基本分（ 20 分）：完全符合、满足招标文件技术要求的，计 20 分；参数中技术指标每有一条负偏离扣 1 分，基本分扣完为止。	20.00	客观	技术规格响应偏离表（格式）

详细评审	技术指标和配置2	加分（5分）：在各自所得基本分的基础上，主要投标产品技术指标、参数或功能优于招标文件规定的相应技术指标、参数或功能，并且有实质性能提升的，评标委员会一致认可的可进行相应加分，每项加0.5分，加分最多加5分。注：投标人应提供充足的佐证材料（佐证材料包括但不限于：经厂家确认的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料）予以佐证，佐证材料应编制在投标文件中，投标人自行承担因佐证材料不全而被视为技术参数无正偏离的风险。	5.00	客观	产品的佐证材料
	项目实施方案	项目实施方案：备货、供货进度及保证措施，拟投入本项目的人员安排及责任制度，安装、检测、调试措施，安全保障措施，应急处理措施。①方案内容完整、全面、详细的计10-7分；②方案内容有1到3项的计7-4分；③方案内容有3项以上严重欠缺的计4-1分；④未提供项目实施方案不计分。	10.00	主观	项目实施方案
	产品渠道	能提供所投产品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议、原厂授权等），共计3分，不提供或缺项均不计分。	3.00	客观	产品渠道
	质量保证	所投产品制造厂家有可靠、完善的管理制度；有足够的设计、工艺、加工、检验能力；所投产品符合国际、国内相关标准，有具体可行的质量保证承诺，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用。①内容具体、完整、详细、全面的计6-3分；②内容欠缺、内容简单的计3-1分；③未提供质量保证及与质量保证有关内容的不计分。	6.00	主观	质量保证

	履约能力	履约能力承诺详细、具体,包括资金筹措、仓储设施、运输工具、人员素质、管理水平等方面进行比较计4-1分，没有履约能力的不计分。	4.00	主观	履约能力
	业绩	以合同形式提供投标人2020年至今同类项目业绩，每份计2分，计满3份为止。	6.00	客观	业绩
	售后服务方案	售后服务方案：售后服务网点的设定、拟投入售后服务人员配置情况、日常维护、项目交付用户后出现故障响应时间及措施、备品备件计划，质量保证范围。①售后服务方案内容具体、完整、详细、全面的计6-3分；②售后服务方案内容缺项、简单粗略计3-1分；③未提供售后服务方案不得分。	6.00	主观	售后服务方案
	培训方案	培训方案：培训方式、时间、地点、人员、培训内容。根据培训方案计5-1分，未提供培训服务方案不得分。	5.00	主观	培训方案
价格分	价格分	按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100	30.00	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
----	----	------	----	----	------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 监狱企业的证明文件
---	-----------------------	--------------------	--------	--	--

采购包4:

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式
	节能、环保产品	投标人投标产品中每有一项为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品的计0.5分，每有一项为环境标志产品政府采购清单中的产品的计0.5分，每有一项产品同时为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品和环境标志产品政府采购清单中的产品的得1分，最多得2分。（提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）	2.00	客观	节能环保环境标志产品明细表（格式若有）

详细评审	商务响应	质保期优于招标文件的，每6个月增加1.5分，最高加3分。	3.00	客观	标的清单 商务条款响应偏离表 (格式)
	技术指标和配置1	基本分（20分）：完全符合、满足招标文件技术要求的，计20分；参数中技术指标每有一条负偏离扣1分，基本分扣完为止。	20.00	客观	技术规格响应偏离表 (格式)
	技术指标和配置2	加分（5分）：在各自所得基本分的基础上，主要投标产品技术指标、参数或功能优于招标文件规定的相应技术指标、参数或功能，并且有实质性能提升的，评标委员会一致认可的可进行相应加分，每项加0.5分，加分最多加5分。注：投标人应提供充足的佐证材料（佐证材料包括但不限于：经厂家确认的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料）予以佐证，佐证材料应编制在投标文件中，投标人自行承担因佐证材料不全而被视为技术参数无正偏离的风险。	5.00	客观	产品的佐证材料
	项目实施方案	项目实施方案：备货、供货进度及保证措施，拟投入本项目的人员安排及责任制度，安装、检测、调试措施，安全保障措施，应急处理措施。①方案内容完整、全面、详细的计10-7分；②方案内容有1到3项的计7-4分；③方案内容有3项以上严重欠缺的计4-1分；④未提供项目实施方案不计分。	10.00	主观	项目实施方案
	产品渠道	能提供所投产品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议、原厂授权等），共计3分，不提供或缺项均不计分。	3.00	客观	产品渠道

	质量保证	所投产品制造厂家有可靠、完善的 管理制度；有足够的设计、工艺、 加工、检验能力；所投产品符合国 际、国内相关标准，有具体可行的 质量保证承诺，保证使用单位能熟 练操作维护和正常使用。④内容具 体、完整、详细、全面的计 6-3 分 ；②内容欠缺、内容简单的计 3-1 分；③未提供质量保证及与质量保 证有关内容的不计分。	6.00	主观	质量保证
	履约能力	履约能力承诺详细、具体,包括资金 筹措、仓储设施、运输工具、人员 素质、管理水平等方面进行比较计 4-1 分，没有履约能力的不计分。	4.00	主观	履约能力
	业绩	以合同形式提供投标人 2020 年至 今同类项目业绩，每份计 2 分，计 满 3 份为止。	6.00	客观	业绩
	售后服务方案	售后服务方案：售后服务网点的设 定、拟投入售后服务人员配置情况 、日常维护、项目交付用户后出现 故障响应时间及措施、备品备件计 划，质量保证范围。①售后服务方 案内容具体、完整、详细、全面的 计 6-3 分；②售后服务方案内容缺 项、简单粗略计 3-1 分；③未提供 售后服务方案不得分。	6.00	主观	售后服务方案
	培训方案	培训方案：培训方式、时间、地点 、人员、培训内容。根据培训方案 计 5-1 分，未提供培训服务方案不 得分。	5.00	主观	培训方案
价格分	价格分	按照财政部《政府采购货物和服务 招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）的有关规定：价格分采用低 价优先法计算，即满足招标文件要 求且投标价格最低的投标报价为评 标基准价，其价格分为满分。其他 投标人的价格分统一按照下列公式 计算： 投标报价得分=（评标基准 价/投标报价）×价格权值（即 30% ）× 100	30.00	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
无					

采购包5:

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审 70.00 分 报价得分 30.00 分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式
	节能、环保产品	投标人投标产品中每有一项为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品的计 0.5 分，每有一项为环境标志产品政府采购清单中的产品的计 0.5 分，每有一项产品同时为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品和环境标志产品政府采购清单中的产品的得 1 分，最多得 2 分。（提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）	2.00	客观	节能环保环境标志产品明细表（格式若有）
	商务响应	质保期优于招标文件的，每 6 个月增加 1.5 分，最高加 3 分。	3.00	客观	标的清单 商务条款响应偏离表（格式）
	技术指标和配置 1	基本分（ 20 分）：完全符合、满足招标文件技术要求的，计 20 分；参数中技术指标每有一条负偏离扣 1 分，基本分扣完为止。	20.00	客观	技术规格响应偏离表（格式）

详细评审	技术指标和配置2	加分（5分）：在各自所得基本分的基础上，主要投标产品技术指标、参数或功能优于招标文件规定的相应技术指标、参数或功能，并且有实质性能提升的，评标委员会一致认可的可进行相应加分，每项加0.5分，加分最多加5分。注：投标人应提供充足的佐证材料（佐证材料包括但不限于：经厂家确认的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料）予以佐证，佐证材料应编制在投标文件中，投标人自行承担因佐证材料不全而被视为技术参数无正偏离的风险。	5.00	客观	产品的佐证材料
	项目实施方案	项目实施方案：备货、供货进度及保证措施，拟投入本项目的人员安排及责任制度，安装、检测、调试措施，安全保障措施，应急处理措施。①方案内容完整、全面、详细的计10-7分；②方案内容有1到3项的计7-4分；③方案内容有3项以上严重欠缺的计4-1分；④未提供项目实施方案不计分。	10.00	主观	项目实施方案
	产品渠道	能提供所投产品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议、原厂授权等），共计3分，不提供或缺项均不计分。	3.00	客观	产品渠道
	质量保证	所投产品制造厂家有可靠、完善的管理制度；有足够的设计、工艺、加工、检验能力；所投产品符合国际、国内相关标准，有具体可行的质量保证承诺，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用。①内容具体、完整、详细、全面的计6-3分；②内容欠缺、内容简单的计3-1分；③未提供质量保证及与质量保证有关内容的不计分。	6.00	主观	质量保证

	履约能力	履约能力承诺详细、具体,包括资金筹措、仓储设施、运输工具、人员素质、管理水平等方面进行比较计4-1分，没有履约能力的不计分。	4.00	主观	履约能力
	业绩	以合同形式提供投标人2020年至今同类项目业绩，每份计2分，计满3份为止。	6.00	客观	业绩
	售后服务方案	售后服务方案：售后服务网点的设定、拟投入售后服务人员配置情况、日常维护、项目交付用户后出现故障响应时间及措施、备品备件计划，质量保证范围。①售后服务方案内容具体、完整、详细、全面的计6-3分；②售后服务方案内容缺项、简单粗略计3-1分；③未提供售后服务方案不得分。	6.00	主观	售后服务方案
	培训方案	培训方案：培训方式、时间、地点、人员、培训内容。根据培训方案计5-1分，未提供培训服务方案不得分。	5.00	主观	培训方案
价格分	价格分	按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100	30.00	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
----	----	------	----	----	------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 监狱企业的证明文件
---	-----------------------	--------------------	--------	--	--

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7 废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8 定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：投标分项报价表（格式）

详见附件：节能环保环境标志产品明细表（格式若有）

详见附件：选配件报价表（格式若有）

详见附件：法定代表人授权书（格式）

详见附件：产品的佐证材料

详见附件：项目实施方案

详见附件：产品渠道

详见附件：质量保证

详见附件：履约能力

详见附件：业绩

详见附件：售后服务方案

详见附件：培训方案

详见附件：拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式）

详见附件：中小企业声明函

详见附件：投标人认为有必要说明的事宜（若有）

详见附件：资格证明文件

详见附件：商务条款响应偏离表（格式）

详见附件：技术规格响应偏离表（格式）

采购包2:

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：投标分项报价表（格式）

详见附件：节能环保环境标志产品明细表（格式若有）

详见附件：选配件报价表（格式若有）

详见附件：法定代表人授权书（格式）

详见附件：产品的佐证材料
详见附件：项目实施方案
详见附件：产品渠道
详见附件：质量保证
详见附件：履约能力
详见附件：业绩
详见附件：售后服务方案
详见附件：培训方案
详见附件：投标人认为有必要说明的事宜（若有）
详见附件：拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式）
详见附件：中小企业声明函
详见附件：资格证明文件
详见附件：商务条款响应偏离表（格式）
详见附件：技术规格响应偏离表（格式）

采购包3：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面
详见附件：投标函
详见附件：中小企业声明函
详见附件：残疾人福利性单位声明函
详见附件：监狱企业的证明文件
详见附件：开标一览表
详见附件：标的清单
详见附件：投标分项报价表（格式）
详见附件：节能环保环境标志产品明细表（格式若有）
详见附件：选配件报价表（格式若有）
详见附件：法定代表人授权书（格式）
详见附件：产品的佐证材料
详见附件：项目实施方案
详见附件：产品渠道
详见附件：质量保证
详见附件：履约能力
详见附件：业绩
详见附件：售后服务方案
详见附件：培训方案
详见附件：投标人认为有必要说明的事宜（若有）
详见附件：拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式）
详见附件：资格证明文件
详见附件：商务条款响应偏离表（格式）
详见附件：技术规格响应偏离表（格式）

采购包4：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：投标分项报价表（格式）

详见附件：节能环保环境标志产品明细表（格式若有）

详见附件：选配件报价表（格式若有）

详见附件：法定代表人授权书（格式）

详见附件：产品的佐证材料

详见附件：项目实施方案

详见附件：产品渠道

详见附件：质量保证

详见附件：履约能力

详见附件：业绩

详见附件：售后服务方案

详见附件：培训方案

详见附件：投标人认为有必要说明的事宜（若有）

详见附件：拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式）

详见附件：中小企业声明函

详见附件：资格证明文件

详见附件：商务条款响应偏离表（格式）

详见附件：技术规格响应偏离表（格式）

采购包5：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：投标分项报价表（格式）

详见附件：节能环保环境标志产品明细表（格式若有）

详见附件：选配件报价表（格式若有）

详见附件：法定代表人授权书（格式）

详见附件：产品的佐证材料

详见附件：项目实施方案

详见附件：产品渠道

详见附件：质量保证

详见附件：履约能力

详见附件：业绩

详见附件：售后服务方案

详见附件：培训方案

详见附件：投标人认为有必要说明的事宜（若有）

详见附件：拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式）

详见附件：资格证明文件

详见附件：商务条款响应偏离表（格式）

详见附件：技术规格响应偏离表（格式）

第七章 拟签订合同文本

详见附件：合同.docx

