


微珩回液、失吸容量与回收瓶接口

HJ-018

全湿段回流计入容量；瓶内库存由干式自由出液接口隔开；止回阀不计减益

液路布置（高程与管长按标注，NTS）

上下Ø60罩；下杯接触中心环，无孔壁滑擦



管线连续下坡固定；杯液位/净差压/瓶液位异常时0.10 s内停进给与供液
撤出前排尽并干燥、封回液口；不打开含液屏障，不以整腔冲洗补救

容量最不利：ID43.80、液深15.90

工具占位≤3.0 mL；杯在作液≤2.0

净容积20.957 mL

Ø4.10×1 m全管回流13.203 mL

上罩及接头回流≤1.0 mL

供液阀下游可排液≤0.50 mL

60 mL/min×0.10 s=0.10 mL

在作2+储备2亦计入故障需求

合计18.803，余量2.155 mL

瓶故障液位以下容量≥200 mL

净驱动差压≥2.5 kPa，扣测量U

$\Delta p = p_{\text{杯}} - p_{\text{瓶}} + \rho g(z_{\text{杯}} - z_{\text{出液}})$

计算流量154.510 mL/min

牛顿液 $\mu \leq 5 \text{ mPa}\cdot\text{s}$ ，局部 $K \leq 10$

非牛顿UT凝胶用独立回收资格

每件封闭供液筒≤35 mL；作业中不续液

开工前瓶存液≤100；单循环最高151.703

装机验收湿段、死腔、液位及停机延迟

工艺设计图·单位mm·未注公差±0.10 关键配合按尺寸；检验按说明书及对应卡	比例：NTS（不按比例） 视图NTS；不得量图取值	材料：316L / 回液软管 工序与零件见明细	工艺设计图 / 修订5 试制检验按说明书执行
--	------------------------------	----------------------------	---------------------------