| 二代基因组测序 | > |
|---------|---|
| 三代测序 | > |
| 转录组测序 | > |
| 表观组测序 | > |
| 单细胞测序 | > |
| 空间转录组 | > |
| 基因分型 | > |
| 质谱分析 | > |
| 自建库 | > |
| | |

扩增了 <u>送样建议</u>

1. 扩增子

- 1.1 组织样本
- 1.2 核酸样本

2. 样本打包及寄送建议

- <u>2.1 样本的打包</u>
- 2.2 样本的名称标识

声明:

实验室不接收<u>《人间传染的病原微生物名录》(点击查看)</u>的所有样品。对于高毒性动植物等样品,必须事先通过销售、客服或运营经理与诺禾致源技术人员联系,确定无高致病性和传染性后才能寄送样品。

提取风险提示和注意事项:核酸提取质量与物种及组织部位、采集方法及保存状态、提取方法及操作、实验器材及环境等因素均有密不可分的联系,尤其是三代超长提取对样本的要求更高。组织提取时可能受到上下游处理操作的影响,因此较难保证单次提取满足质量要求,客户应在寄送组织样品前进行备份。为了保障获得高质量的核酸,请务必按照送样手册所规定的准备样本。对珍贵样本或者微量样本,建议自行提取。取样过程中,需要全程佩戴手套,并且使用预冷乙醇对取样器材进行擦拭消毒,以免样本污染

1.扩增子

1.1 组织样本

- a. 植物组织>0.5g,成熟组织部位,例如植物根、茎、种子等部位建议2倍以上送样
- b. 动物组织>0.3q,核酸不丰富部位,例如脂肪、成熟皮肤、骨头等部位建议增加送样量
- c. 动物血液(哺乳类)>1mL; 动物血液(红细胞有核类)> 0.5mL, 血清血浆需酌情增加送样量
- d. 唾液>4mL
- e. 菌液(对数生长期)>4mL; 菌体: 对应菌液离心后菌沉淀30-50μL; 真菌菌丝>0.5g
- f. 土壤: 固体2g, 液体2mL
- g. 粪便、肠道内容物、食糜≥1mL (离心管刻度);瘤胃液>2mL

胃液有浑浊,离心送沉淀为佳

- h. 水体(滤膜): 直径4cm,滤膜3张,如果菌群丰度较低,建议增加送样量
- i. 拭子>4个, 拭子表面有明显颜色变化, 达到富集微生物的目的

1.2 核酸样本

| 文库类型 | 浓度 | 体积 | 总量 | 备注 |
|------------|----------|--------------|--------|--|
| PCR-free文库 | >24ng/μl | 50µl≤V≤120µl | >150ng | 针对核酸有杂质、污染、粘稠、颜色等情况,需要过柱纯化后送样或者酌情增加送样量 |

因部分客户核酸含有杂质、颜色等物质导致会产生大量损失,为保证您的样本一次检测合格并节约宝贵的重送样时间,送样建议量是高于公司判定标准的,请您在核酸量足够的前提下尽量按照送样建议来送样,感谢您的大力支持与配合。

2 样本打包及寄送建议

2.1 样本的打包

- (1) 核酸样品建议使用质量好的1.5ml或2ml 低吸附EP管装载样品,并用封口膜封口。为了防止样品管破裂,或者污染和混乱,请不要使用诸如PCR管、0.5ml EP管、八联管、96孔板、深孔板等非标准管送样。非标准管不利于样品保存以及后续实验的进行。如有样品使用非标准管制备,还请在送样前自行转管处理。
- (2)组织样本建议根据送样量使用合适规格带螺纹帽的EP管、冻存管或者离心管装载组织样品,并用封口膜封口。
- (3)为防止样品管在运输过程中受到干冰挤压破裂,最好将样品管放到50ml离心管或其他支撑物中,并在支撑物里添加棉花或卫生纸缓冲。大量样品建议将EP管放置在冻存盒中,并在冻存盒外面包裹气泡垫。如使用锡箔纸、自封袋装载

的样品,为防止运输中受挤压破损,建议将锡箔纸折叠整齐装在自封袋中,在样品包装外再用气泡垫包好并固定。

- (4) 对于血液样品,建议采用5-10ml 塑料抗凝采血管装载,为了防止运输过程中采血管因挤压而损坏,需要将每支采血管管身均用气泡垫包好,然后放置到塑料或纸质包装盒中。
- (5) 用乙醇沉淀的样品由于运输中会有少量乙醇挥发出,建议将样品管盖用封口膜缠绕4-5圈。
- (6) 为便于处理和保存,组织样品送样量请不要超过建议送样量的5倍(特殊的得率较低的样品除外)。

2.2 样本的名称标识

- (1) 所有的样品必须具有清晰的标记,并且简洁明了。
- (2)使用锡箔纸包装的组织样品建议在锡箔纸内外均标记样品名称,并将锡箔纸放在自封袋中,自封袋外面再标记上样品名称,防止锡箔纸上样品名称模糊引起样品混乱。
- (3)使用乙醇沉淀的核酸样品,由于挥发出的乙醇会使记号笔的标记模糊,建议用油性记号笔将样品名称写在标签纸上,然后用透明胶带将标签纸粘贴在样品管壁上,并缠绕2-3圈。
- (4)样品名称建议使用"字母+数字"命名方式标注在管盖。其他信息如日期、浓度、物种等可标注在管壁。所有标注内容需与《样品信息单》保持一致。