
Application 0 Guidage linéaire de systèmes médicaux

Corrigé

L'étude suivante porte sur le guidage en translation d'un chariot de scanner médical S1 par rapport au bâti de la machine S0. Ce guidage est réalisé par deux séries de billes, S2 et S3, qui roulent dans des rainures en V.

La figure ci-dessous présente, en coupe, la réalisation technologique de ce guidage.





Les billes S2 de rayon R roulent sans glisser sur les plans d'une rainure en V d'angle égal à 90° usinée dans S1 et sur les plans d'une autre rainure en V d'angle égal à 120° usinée dans S0. Les billes S3 de rayon r roulent sans glisser sur les plans d'une rainure en V d'angle égal à 2α usinée dans S1 et sur le plan (P) de S0.

On note $\{\mathcal{V}(1/0)\} = \left\{ \overrightarrow{v} \overrightarrow{x} \right\}_{\forall P}$ le torseur cinématique du mouvement du chariot S1 par rapport au bâti S0.

On pose $\overrightarrow{\Omega(2/0)} = \omega_{20} \overrightarrow{y}$ et $\overrightarrow{\Omega(3/0)} = \omega_{30} \overrightarrow{y}$.

Question 1 Traduire les conditions de non glissement. En déduire quelques axes instantanés de rotation.

Correction

Question 2 Déterminer V(C,2/0) en fonction de v, puis V(E,3/0) en fonction de v. Déterminer V(C,2/0) en fonction de ω_{20} , puis V(E,3/0) en fonction de ω_{30} . En déduire une relation entre ω_{20} et v, puis une relation entre ω_{30} et v.

Correction

Question 3 En déduire les torseurs cinématiques des mouvements de S2/S0 et S3/S0 en fonction de v et des caractéristiques géométriques.

Correction

Question 4 Préciser les composantes de roulement et de pivotement en *G* et *B*.

Correction

Question 5 Déterminer les vecteurs vitesses des centres des billes dans leur mouvement par rapport au bâti S0 : $\overrightarrow{V(O_2,2/0)}$ et $\overrightarrow{V(O_3,3/0)}$.

Correction

Question 6 Déterminer α pour que ces vecteurs vitesses soient identiques.

Correction

