



CÔNG TY TNHH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM
QUALITY ASSURANCE OF VIETNAM COMPANY LIMITED
GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION



Ngày/ Date: 17/07/2021

Số/ N^o: A10171030288012
1 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000

Trang/ Page: 1/2

1. Phương tiện đo/ Object: **NHIỆT ẨM KẾ/ THERMO - HYGROMETER**

2. Hãng sản xuất/ Manufacturer: **ETI**

3. Kiểu/ Model: **810-155**

4. Số hiệu/ SN: **N/A**

5. Đặc trưng kỹ thuật/ Specification:

+ Loại nhiệt kế/ Type: **Nhiệt kế đầu dò**

+ Khoảng nhiệt độ/ Temp. range: **-50 ÷ 70°C**

+ Độ phân giải/ Resolution: **0,1°C**

6. Khách hàng/ Customer: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XANH**

7. Địa chỉ/ Address: **Lô G3-1+G4+MB1-4, KCN Đức Hòa 1- Hạnh Phúc, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An**

8. Nơi hiệu chuẩn/ Place of calibration: **Phòng hiệu chuẩn 1**

9. Địa chỉ/ Address: **Tầng 4, 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội**

10. Phương pháp hiệu chuẩn/ Procedure of calibration: **A10-09 - Quy trình hiệu chuẩn nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự**

11. Chuẩn sử dụng/ Standards Used:

Chuẩn/ Standards	Mã nhận dạng/ ID	Liên kết chuẩn/ Traceable to	Hiệu lực đến/ Due date
Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm và áp suất / Dial Thermo-Hygrometer	TB-47	AoV	06/2022
Nhiệt kế Pt 100 chuẩn / Precision Thermometer	TB-59	AoV	08/2021
Lò Nhiệt Chuẩn / Field Metrology Well	TB-62	QUATEST3	06/2022

12. Môi trường hiệu chuẩn/ calibration environment:

Nhiệt độ/ Temperature: **[24,9 ÷ 25,2] °C**

Độ ẩm/ Humidity: **[52,5 ÷ 50,7] %RH**

13. Ngày hiệu chuẩn/ Date of calibration: **15/07/2021**

14. Ngày hiệu chuẩn tiếp theo/ Recommended date of next calibration: **15/07/2022**

15. Tem hiệu chuẩn/ calibration label: **A0288012**

Phó giám đốc AoV
Vice director of AoV



MAI THỊ THANH HỒNG

- Kết quả hiệu chuẩn ghi trong giấy chứng nhận này chỉ có giá trị đối với thiết bị đã được hiệu chuẩn trên đây.
The calibration results in this certificate are applicable to the above calibration instrument only.
- Không được trích sao một phần giấy chứng nhận này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của AoV.
This certificate shall not be reproduced, except in full without the written approval of AoV.
- Tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
Name of customer is written as customer's request.



CÔNG TY TNHH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM
QUALITY ASSURANCE OF VIETNAM COMPANY LIMITED
GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION



Ngày/ Date: 17/07/2021

Số/ N^o: A10171030288012
1 101010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010

Trang/ Page: 2/2

**KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN/
RESULTS OF CALIBRATION**

Đầu dò nhiệt độ ngoài				
Điểm hiệu chuẩn, °C/ Calibration point, °C	Giá trị chuẩn, °C/ Reference value, °C	Giá trị chỉ thị, °C/ Indication value, °C	Sai số, °C/ Error, °C	U ⁽¹⁾ , °C/ Uncertainty, °C
-20°C	-19,99	-19,9	+0,09	0,10
-10°C	-9,99	-9,9	+0,09	0,097
0°C	-0,00	0,1	+0,10	0,10
10°C	10,00	10,1	+0,10	0,10

⁽¹⁾: Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số mở rộng k = 2, mức tin cậy P = 0,95/
Expanded uncertainty of measurement is stated as standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a probability of approximately 95%.

--- Hết/ End ---



AoV

- Kết quả hiệu chuẩn ghi trong giấy chứng nhận này chỉ có giá trị đối với thiết bị đã được hiệu chuẩn trên đây.
The calibration results in this certificate are applicable to the above calibration instrument only.
- Không được trích sao một phần giấy chứng nhận này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của AoV.
This certificate shall not be reproduced, except in full without the written approval of AoV.
- Tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
Name of customer is written as customer's request.