

#### CÔNG TY TNHH ĐẨM BẢO CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM QUALITY ASSURANCE OF VIETNAM COMPANY LIMITED





#### GIẤY CHÚNG NHẬN HIỆU CHUẨN CERTIFICATE OF CALIBRATION

Ngày/ Date: 24/08/2024

Trang/ Page: 1/3

Số nhận dạng/ ID: BQC-F1

- 1. Phương tiện đo/ Object: BỘ QUẢ CÂN F1/ SET OF WEIGHT F1
- 2. Hãng sản xuất/ Manufacturer: NA
- 3. Kiểu/ Model: NA
- 4. Số hiệu/ SN: 1905
- 5. Đặc trung kỹ thuật/ Specification:
  - + Vật liệu/ Material: Thép không gỉ
- 6. Khách hàng/ Custommer: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XANH
- 7. Địa chỉ/ Address: Lô G3-1+G4+MB1-4, KCN Đức Hòa 1- Hạnh Phúc, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
- 8. Noi hiệu chuẩn/ Place of calibration: Phòng hiệu chuẩn 1
- 9. Địa chỉ/ Address: Tầng 4, 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
- 10. Phương pháp hiệu chuẩn/ Procedure of calibration: A10-67 Hướng dẫn hiệu chuẩn quả cân/ Guide on calibration of weights
- 11. Chuẩn sử dụng/ Standards Used:

Chuẩn/ Standards	Mã nhận dạng/ ID	Liên kết chuẩn/ Traceable to	Hiệu lực đến/ Due date
Bộ quả cân E2	TB-130	VMI	06/2025
Cân phân tích 6 số lẻ	TB-413	AoV	06/2025
Nhiệt ẩm kế IOT / IOT Thermohygrometer	TB-545	AoV	08/2024

12. Môi trường hiệu chuẩn/ calibration environment:

Nhiệt độ/ Temperature:  $[24,5 \div 24,7]$  °C

13. Ngày hiệu chuẩn/ Date of calibration: 22/08/2024

14. Ngày hiệu chuẩn lại theo yêu cầu của khách hàng/

Recalibration date as request of customer: 22/08/2025

15. Tem hiệu chuẩn/ calibration label: A0288043

Độ ẩm/ Humidity: [58,9 ÷ 61,2] %RH

COVICE director of AoV
T NHH
DAN BAD CHAT/UUNG \*

MAI THỊ THANH HỒNG

- 1. Kết quả hiệu chuẩn ghi trong giấy chúng nhận này chỉ có giá trị đối với thiết bị đã được hiệu chuẩn trên đây.

  The calibration results in this certificate are applicable to the above calibration instrument only.
- 2. Không được trích sao một phần giấy chứng nhận này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của AoV. This certificate shall not be reproduced, except in full without the written approval of AoV.
- 3. Tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. Name of customer is written as customer's request.

Rev 01, 08/2022

A10-67-02 Trụ sở chính: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội Tel: 0242 2136 935 Email: info@aov.vn



### CÔNG TY TNHH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM QUALITY ASSURANCE OF VIETNAM COMPANY LIMITED





#### GIẤY CHÚNG NHẬN HIỆU CHUẨN CERTIFICATE OF CALIBRATION

Số/ Nº: A10451030288043  Trang/ Page: 2/3

Ngày/ Date: 24/08/2024

#### KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN/ RESULTS OF CALIBRATION

	SULTS OF CALIE  Khối lượng quy ước/	Sai lệch/	Độ KĐBĐ/ Uncertainty, mg	Cấp chính xác Accuracy Class
Khối lượng danh nghĩa/ Nominal mass	Conventional mass	Difference, mg	0,0036	F1
1 mg	1,003 mg	-0,003	0,0028	F1
2 mg	2,002 mg	-0,002	0,0032	F1
5 mg	5,003 mg	-0,003	0,0060	F1
10 mg	10,008 mg	-0,008	0,0060	F1
20 mg	20,000 mg	0,000		F1
20* mg	20,002 mg	-0,002	0,0060	F1
	50,010 mg	-0,010	0,0060	F1
50 mg	100,010 mg	-0,010		
100 mg	200,010 mg	0.010		F1
200 mg	200 010 mg	0.010		774
200* mg	500 007 mg	-0.007	0,0099	
500 mg	500,007 mg		F2 M1 M1-2 M2	M2-3 and M3 Pa

Tiêu chí đánh giá/ Evaluation criteria: OIML R 111-1: 2004 Weights of classes E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 and M3 Part 1:

(1): Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số mở rộng k=2, mức tin cậy P=0.95/ Expanded uncertainty of measurement is stated as standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for 20 normal distribution corresponds to a probability of approximately 95%.

- Độ không đảm bảo đo chuẩn được xác định theo tài liệu ISO/IEC GUIDE 98-3:2008- GUM:1995/ The standard uncertainty Thông tin thêm/ Other informations determined according to the document: ISO/IEC GUIDE 98-3:2008- GUM:1995.
- Giấy chứng nhận này có hiệu lực với các phương tiện đo nhóm 1/ This certificate available to group 1 measuring instruments.
- Phương tiện đo này không được sử dụng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2/ This measuring instrument is not used directly to verify the measuring instrument of group 2.
- Quy tắc ra quyết định và tuyên bố sự phù hợp được xác định theo tài liệu ILAC-G8:09-2019 mục 4.2.1 "Tuyên bố nhị phân cho quy tắc chấp nhận đơn giản"/ Decision rules and statements of conformity is determined according to the documents ILAC-G8:09-2019 item
- Các tiêu chí đánh giá (nếu có) được thể hiện trong phụ lục hợp đồng với khách hàng/ Evaluation criteria (if any) are shown in contract appendix with the customers.
- Các kết quả hiệu chuẩn của AoV cho các phép đo được công nhận trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn này được liên kết tới Hệ Đo lường Quốc tế (SI) thông qua Viện Đo lường Việt Nam (VMI) hoặc phòng hiệu chuẩn áp dụng ISO/IEC 17025:2017 được ILAC công Liên kết chuẩn/ Traceability nhận./ The AoV's calibration result for the accredited measurements in this calibration certificate are traceable to the International System of Unit (SI) though a National Metrology Institute (VMI) or an ILAC recognized ISO/IEC 17025:2017 calibration laboratory.
- Hệ đơn vị được sử dụng trong GCN hiệu chuẩn này tuân theo hệ đơn vị đo lường pháp định quy định trong "Luật đo lường 2011 và "Nghị định số 86/2012/NĐ-CP"./ The unit system used in this calibration certificate complies with the system of legal unit of measurement specified in "Law on Measurement 2011" and "Decree No.86/2012/ND-CP".

## Xem các thông tin khác tại/ See more information at: https://server2.aov.vn/app/cus/?id\_phieu=103924

- Kết quả hiệu chuẩn ghi trong giấy chứng nhận này chỉ có giá trị đối với thiết bị đã được hiệu chuẩn trên đây.
- The calibration results in this certificate are applicable to the above calibration instrument only. 1.
- Không được trích sao một phần giấy chứng nhận này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của AoV. This certificate shall not be reproduced, except in full without the written approval of AoV. 2.
  - Tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Name of customer is written as customer's request. 3.



# CÔNG TY TNHH ĐẨM BẢO CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM QUALITY ASSURANCE OF VIETNAM COMPANY LIMITED





#### GIẤY CHÚNG NHẬN HIỆU CHUẨN CERTIFICATE OF CALIBRATION

Ngày/ Date: 24/08/2024

Trang/ Page: 3/3



--- Hết/ End ---





- Kết quả hiệu chuẩn ghi trong giấy chứng nhận này chỉ có giá trị đối với thiết bị đã được hiệu chuẩn trên đây. The calibration results in this certificate are applicable to the above calibration instrument only.
- Không được trích sao một phần giấy chứng nhận này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của AoV. This certificate shall not be reproduced, except in full without the written approval of AoV. 2.
- Tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.

Name of customer is written as customer's request.