

PHIẾU THIẾT BỊ

1. Tên thiết bị: Cân phân tích 4 số lẻ	
2. Mã số: CPT04	3. Nhãn hiệu: Shimadzu AUX-220
4. Nước sản xuất: Nhật Bản Số hiệu S/N:D449425745	
5. Đặc trưng kỹ thuật/đo lường: Max: 220g Min: 10mg d: 0.1mg e: 1mg Cấp chính xác: I	
6. Mục đích sử dụng: Cân hóa chất, mẫu thuốc BVTV	
7. Năm đưa vào sử dụng: 2018	
8. Tình trạng khi nhận: <input checked="" type="checkbox"/> Mới <input type="checkbox"/> Đã sử dụng <input type="checkbox"/> Tân trang <input type="checkbox"/>	
9. Hiệu chuẩn thiết bị : <input checked="" type="checkbox"/> C Cần hiệu chuẩn <input type="checkbox"/> K Không cần Nơi hiệu chuẩn dự kiến: AoV, Quatest 3... Tần suất hiệu chuẩn: 1 năm / 1 lần	
10. Tài liệu kèm theo: Hướng dẫn sử dụng	
11. Yêu cầu thiết bị:	
Mức cân (g)	Sai lệch cho phép (mg)
$0 \leq M < 50$	± 0.5
$50 \leq M \leq 200$	± 1.0
> 200	± 1.5

Ngày 08 tháng 04 năm 2024

Người lập

Trần Thanh Xuân

Duyệt

Quản lý PTN

Lê Quang Hậu