


PHIẾU THIẾT BỊ

1. Tên thiết bị: Nhiệt ẩm kế	
2. Mã số: NAKM3	3. Nhãn hiệu: ROTRONIC HL-1D
4. Nước sản xuất: Số hiệu S/N: A20021261	
5. Đặc trưng kỹ thuật/đo lường: Khoảng nhiệt độ: -30 ÷ 70°C , độ phân giải: 0.1°C Khoảng độ ẩm: 0 ÷ 100%RH , độ phân giải: 0.1%RH	
6. Mục đích sử dụng: Theo dõi nhiệt độ, độ ẩm khu vực thử nghiệm, lưu mẫu,...	
7. Năm đưa vào sử dụng: 2021	
8. Tình trạng khi nhận: <input checked="" type="checkbox"/> Mới <input type="checkbox"/> Đã sử dụng <input type="checkbox"/> Tân trang <input type="checkbox"/>	
9. Hiệu chuẩn thiết bị : <input checked="" type="checkbox"/> C Cần hiệu chuẩn <input type="checkbox"/> K Không cần Nơi hiệu chuẩn dự kiến: AoV, Quatest 3... Tần suất hiệu chuẩn: 1 năm / 1 lần	
10. Tài liệu kèm theo:	
11. Yêu cầu thiết bị: - Sai số nhiệt độ: ±0.5°C - Sai số độ ẩm: ±5%RH	

Ngày 08 tháng 04 năm 2024

Người lập


Trần Thanh XuânDuyệt
Quản lý PTN
Lê Quang Hệu