

PHIẾU THIẾT BỊ

1. Tên thiết bị: Máy đo pH	
2. Mã số: pH02	3. Nhãn hiệu: Milwaukee MI-150
4. Nước sản xuất: Rumani Số hiệu S/N: J0073394	
5. Đặc trưng kỹ thuật/đo lường: - Khoảng pH hoạt động: $-2.00 \div 16.00$ - Độ phân giải: 0.01 - Khoảng nhiệt độ: $-20.0 \div 120.0^{\circ}\text{C}$, phân giải: 0.1°C	
6. Mục đích sử dụng: - Đo pH mẫu thuốc BVTV - Đo pH dung dịch hóa chất	
7. Năm đưa vào sử dụng: 2018	
8. Tình trạng khi nhận: <input checked="" type="checkbox"/> Mới <input type="checkbox"/> Đã sử dụng <input type="checkbox"/> Tân trang <input type="checkbox"/>	
9. Hiệu chuẩn thiết bị : <input checked="" type="checkbox"/> C Cần hiệu chuẩn <input type="checkbox"/> K Không cần Nơi hiệu chuẩn dự kiến: Quatest3 , EDC, AoV,... Tần suất hiệu chuẩn: 1 năm/1 lần	
10. Tài liệu kèm theo: Hướng dẫn sử dụng	
11. Yêu cầu thiết bị: sai lệch cho phép ± 0.02	

Ngày 08 tháng 04 năm 2024

Người lập


Trần Thanh Xuân

Duyệt

Quản lý PTN


Lê Quang Hậu