PHIẾU THIẾT BỊ

1. Tên thiết bị: Cân kỹ thuật			
2. Mã số: CAN02		3. Nhãn hiệu: OHAUS (SPX622)	
4. Nước sản xuất: Trung Quốc			
Số hiệu S/N: B950772302			
5. Đặc trưng kỹ thuật/đo lường:			
Max: 620g Min: 0.5g			
d: 0.01g e: 0.1g			
Cấp chính xác: II			
6. Mục đích sử dụng: Cân hóa chất, mẫu thuốc BVTV			
7. Năm đưa vào sử dụng: 2021			
8. Tình trạng khi nhận: ☑ Mới ☐ Đã sử dụng ☐ Tân trang ☐			
9. Hiệu chuẩn thiết bị : 🗹 C Cần hiệu chuẩn 🗌 K Không cần			
Nơi hiệu chuẩn dự kiến: Quatest3 , AoV,			
Tần suất hiệu chuẩn: 1 năm / 1 lần			
10. Tài liệu kèm theo: Hướng dẫn sử dụng			
11. Yêu cầu thiết bị:			
Mức cân (g)	Sai lệch cho	phép (g)	an a
0≤M<500	±0.0)5	
500≤M≤max	±0.	1	
Ngày 08 tháng 04 năm 2024 Người lập			Duyệt / Quản lý P/TN

Trần Thanh Xuân

Lê Quang Hậu