

CÔNG TY TNHH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM QUALITY ASSURANCE OF VIETNAM COMPANY LIMITED





GIẤY CHÚNG NHÂN HIỆU CHUẨN CERTIFICATE OF CALIBRATION

Ngày/ Date: 17/07/2021

Số/ Nº: A10171030288013

Trang/ Page: 1/2

Số nhận dạng/ ID: NAKT1

- 1. Phương tiện đo/ Object: NHIỆT ẨM KẾ/ THERMO HYGROMETER
- 2. Hãng sản xuất/ Manufactuer: ETI
- 3. Kiểu/ Model: 810-155
- 4. Số hiệu/ SN: N/A
- 5. Đặc trưng kỹ thuật/ Specification:
- + Loại nhiệt kế/ Type: Nhiệt kế đầu dò
- + Khoảng nhiệt độ/ Temp. range: -50 ÷ 70°C

+ Độ phân giải/ Resolution: 0,1°C

- 6. Khách hàng/ Custommer: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XANH
- 7. Địa chỉ/ Address: Lô G3-1+G4+MB1-4, KCN Đức Hòa 1- Hạnh Phúc, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
- 8. Nơi hiệu chuẩn/ Place of calibration: Phòng hiệu chuẩn 1
- 9. Địa chỉ/ Address: Tầng 4, 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
- 10. Phương pháp hiệu chuẩn/ Procedure of calibration: A10-09 Quy trình hiệu chuẩn nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự
- 11. Chuẩn sử dụng/ Standards Used:

Chuẩn/ Standards	Mã nhận dạng/ ID	Liên kết chuẩn/ Traceable to	Hiệu lực đến/ Due date
Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm và áp suất / Dial Thermo-Hygrometer	TB-47	AoV	06/2022
Nhiệt kế Pt 100 chuẩn / Precision Thermometer	TB-59	AoV	08/2021
Lò Nhiệt Chuẩn / Field Metrology Well	TB-62	QUATEST3	06/2022

12. Môi trường hiệu chuẩn/ calibration environment:

Nhiệt độ/ Temperature: [25,1 ÷ 24,8] °C

Độ ẩm/ Humidity: [54,5 ÷ 52,7] %RH

- 13. Ngày hiệu chuẩn/ Date of calibration: 15/07/2021
- 14. Ngày hiệu chuẩn tiếp theo/ Recommended date of next calibration: 15/07/2022
- 15. Tem hiệu chuẩn/ calibration label: A0288013

Phó giám đốc AoV e director of AoV

Kết quả hiệu chuẩn ghi trong giấy chứng nhận này chỉ có giá trị đối với thiết bị đã được hiệu chuẩn trên đây. 1 The calibration results in this certificate are applicable to the above calibration instrument only.

Không được trích sao một phần giấy chứng nhận này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của AoV. 2. This certificate shall not be reproduced, except in full without the written approval of AoV.

Tên khách hàng được ghi theo yêu cấu của nơi gửi mẫu. 3. Name of customer is written as customer's request.

Trụ sở chính: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nôi Tel: 0242 2136 935 Email: info@aov.vn

Rev 00, 06/2021 VPDD: 54 Trần Khánh Dư, Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Tel: 0283 5106 995 Website: www.aov.vn



CÔNG TY TNHH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM QUALITY ASSURANCE OF VIETNAM COMPANY LIMITED





GIÂY CHÚNG NHẬN HIỆU CHUẨN CERTIFICATE OF CALIBRATION

Ngày/ Date: 17/07/2021

Số/ №: **A10171030288013**

Trang/ Page: 2/2

KÉT QUẢ HIỆU CHUẨN/ RESULTS OF CALIBRATION

Đầu dò nhiệt độ ngoài							
Điểm hiệu chuẩn, ºC/ Calibration point, ºC	Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC	Giá trị chỉ thị, ºC/ Indication value,ºC	Sai số, ºC/ Error, ºC	U ⁽¹⁾ , ºC/ Uncertainty,ºC			
-20ºC	-19,99	-20,1	-0,11	0,10			
-10ºC	-9,98	-10,0	-0,02	0,10			
0ºC	0,01	0,0	-0,01	0,10			
10ºC	9,99	10,0	+0,01	0,10			

^{(1):} Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số mở rộng k=2, mức tin cậy P=0.95/Expanded uncertainty of measurement is stated as standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a probability of approximately 95%.

--- Hết/ End ---





- 1. Kết quả hiệu chuẩn ghi trong giấy chứng nhận này chỉ có giá trị đối với thiết bị đã được hiệu chuẩn trên đây. The calibration results in this certificate are applicable to the above calibration instrument only.
- 2. Không được trích sao một phần giấy chứng nhận này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của AoV. This certificate shall not be reproduced, except in full without the written approval of AoV.
- 3. Tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. Name of customer is written as customer's request.