



**GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN**  
**CERTIFICATE OF CALIBRATION**

**Số/  $N^0$ : A10221070288013**

Trang/ Page: 1/2

1. Phương tiện đo/ *Object*: **NHIỆT ẨM KẾ/ THERMO - HYGROMETER**

2. Hãng sản xuất/ *Manufacturer*: **ETI**

3. Kiểu/ Model: 810-155

4. Số hiệu/ SN: **N/A**

5. Đặc trưng kỹ thuật/ *Specification*:

+ Loại nhiệt kế/ *Type*: Nhiệt kế dầu dò+ Khoảng nhiệt độ/ *Temp. range*: [-50 ÷ 70]°C+ Độ phân giải/ *Resolution*:  $[0,1]^{\circ}\text{C}$ 

6. Khách hàng/ Customer: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XANH**

7. Địa chỉ/ Address: Lô G3-1+G4+MB1-4, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

8. Nơi hiệu chuẩn/ *Place of calibration*: Phòng hiệu chuẩn 1

9. Địa chỉ/ Address: **Tầng 4, 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hà Nội**

10. Phương pháp hiệu chuẩn/ *Procedure of calibration*: **A10-09 - Hướng dẫn hiệu chuẩn nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự/ *Guide on calibration of digital and analog thermometers***

11. Chuẩn sử dụng/ *Standards Used:*

Chuẩn/ Standards	Mã nhận dạng/ ID	Liên kết chuẩn/ Traceable to	Hiệu lực đến/ Due date
Nhiệt kế PRT chuẩn / Standard Platinum Resistance Thermometers	TB-150	VMI	11/2026
Nhiệt ẩm kế IOT / IOT Thermohygrometer	TB-543	AoV	07/2026
Lò Nhiệt Chuẩn / Field Metrology Well	TB-62	QUATEST3	03/2026

12. Môi trường hiệu chuẩn/ *calibration environment*:

Nhiệt độ/ *Temperature*: [24,6 ÷ 24,7] °C

Độ ẩm/ Humidity: [51,2 ÷ 53,2] %RH

13. Ngày hiệu chuẩn/ *Date of calibration*: 20/08/2025

14. Ngày hiệu chuẩn lại theo yêu cầu của khách hàng/

Recalibration date as request of customer: 20/08/2026

15. Tem hiệu chuẩn/ *calibration label*: **A0288013**

Phó Tổng giám đốc AoV

Vice General Director of AoV

**MAI THI THANH HỒNG**

1. Kết quả hiệu chuẩn ghi trong giấy chứng nhận này chỉ có giá trị đối với thiết bị đã được hiệu chuẩn trên đây.  
*The calibration results in this certificate are applicable to the above calibration instrument only.*
2. Không được trích sao một phần giấy chứng nhận này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của AoV.  
*This certificate shall not be reproduced, except in full without the written approval of AoV.*
3. Tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.  
*Name of customer is written as customer's request.*





Số/ N<sup>o</sup>: A10221070288013

Đầu dò nhiệt độ ngoài				
Điểm hiệu chuẩn, °C/ Calibration point, °C	Giá trị chuẩn, °C/ Reference value, °C	Giá trị chỉ thị, °C/ Indication value, °C	Sai số, °C/ Error, °C	U <sup>(1)</sup> , °C/ Uncertainty, °C
-20°C	-20,001	-19,8	+0,201	0,070
-10°C	-10,001	-9,8	+0,201	0,076
0°C	0,000	0,2	+0,200	0,070
10°C	10,001	10,1	+0,099	0,070



1. Kết quả hiệu chuẩn ghi trong giấy chứng nhận này chỉ có giá trị đối với thiết bị đã được hiệu chuẩn trên đây.  
*The calibration results in this certificate are applicable to the above calibration instrument only.*
2. Không được trích sao một phần giấy chứng nhận này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của AoV.  
*This certificate shall not be reproduced, except in full without the written approval of AoV.*
3. Tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.  
*Name of customer is written as customer's request.*