

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẨM BẢO CHẤT LƯỢNG AOV AOV QUALITY ASSURANCE JOINT STOCK COMPANY





GIẤY CHÚNG NHẬN HIỆU CHUẨN CERTIFICATE OF CALIBRATION

Ngày/ Date: 04/09/2025

Số/ N°: A10751050288055

Trang/ Page: 1/3

- 1. Phương tiện đo/ Object: NHIỆT ẨM KẾ/ THERMO-HYGROMETER
- 2. Hãng sản xuất/ Manufacturer: Rotronic
- 3. Kiểu/ Model: HL-1D

4. Số hiệu/ SN: A20021261

Số nhận dạng/ ID: NAKM3

- 5. Đặc trưng kỹ thuật/ Specification:
- + Thang đo nhiệt độ/ Temperature range: [-30 ÷ 70] °C
- + Độ phân giải nhiệt độ/ Resolution: 0,1 °C
- + Thang đo độ ẩm/ Humidity range range: [0 ÷ 100] %RH
- + Độ phân giải độ ẩm/ Resolution: 0,1 %RH

- + Loại nhiệt ẩm kế/ Type: Digital
- 6. Khách hàng/ Custommer: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG XANH
- 7. Địa chỉ/ Address: Lô G3-1+G4+MB1-4, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Mỹ Hạnh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
- 8. Nơi hiệu chuẩn/ Place of calibration: Phòng hiệu chuẩn 1
- 9. Địa chỉ/ Address: Tầng 4, 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hà Nội
- 10. Phương pháp hiệu chuẩn/ Procedure of calibration: A10-25 Hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế/ GUIDE ON CALIBRATION OF THERMO HYGROMETER

11. Chuẩn sử dụng/ Standards Used:

Chuẩn/ Standards	Mã nhận dạng/ ID	Liên kết chuẩn/ Traceable to	Hiệu lực đến Due date
Tủ nhiệt ẩm chuẩn / Temperature and Humidity Cabinet	TB-104	AoV	04/2026
Nhiệt ẩm kế IOT / IOT Thermohygrometer	TB-543	AoV	07/2026
Nhiệt ẩm kế chuẩn / Datalogger for Humidity and Temperature	TB-66	VMI	03/2026

12. Môi trường hiệu chuẩn/ calibration environment:

Nhiệt độ/ Temperature: [24,3 ÷ 24,6] °C

Đô ẩm/ Humidity: [56,1 ÷ 56,4] %RH

- 13. Ngày hiệu chuẩn/ Date of calibration: 22/08/2025
- 14. Ngày hiệu chuẩn lai theo yêu cầu của khách hàng/

Recalibration date as request of customer: 22/08/2026

15. Tem hiệu chuẩn/ calibration label: A0288055



- Kết quả hiệu chuẩn ghi trong giấy chứng nhận này chỉ có giá trị đối với thiết bị đã được hiệu chuẩn trên đầy. 1. The calibration results in this certificate are applicable to the above calibration instrument only.
- Không được trích sao một phần giấy chứng nhận này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của AoV. This certificate shall not be reproduced, except in full without the written approval of AoV.
- Tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. Name of customer is written as customer's request.

A10-25-02

Trụ sở chính: Tấng 4, 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hà Nội Tel: 0242 2136 935 Email: info@aov.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẨM BẢO CHẤT LƯỢNG AOV AOV QUALITY ASSURANCE JOINT STOCK COMPANY





GIÁY CHÚNG NHẬN HIỆU CHUẨN CERTIFICATE OF CALIBRATION

Ngày/ Date: 04/09/2025

Số/ Nº: **A10751050288055**

Trang/ Page: 2/3

KÉT QUẢ HIỆU CHUẨN/ RESULTS OF CALIBRATION

1. Độ chính xác nhiệt độ/ Accuracy of temperature

Giá trị chuẩn, ºC/ Reference value, ºC	Giá trị chỉ thị, ^o C/ Indication value, o	Sai số, ºC/ Error, ºC	U ⁽¹⁾ , ² C/ Uncertainty, ² C
19,99	20,0	+0,01	0,54
24,96	25,0	+0,04	0,54
30,04	29,8	-0,24	0,54

2. Độ chính xác độ ẩm/ Accuracy of humidity

Giá trị chuẩn, %RH/ Reference value, %RH	Giá trị chỉ thị, %RH/ Indication value,%RH	Sai số, %RH/ Error, %RH	U ⁽¹⁾ , %RH/ Uncertainty,%RH
40,03	39,7	-0,33	2,6
59,97	60,1	+0,13	2,6
79,97	81,4	+1,43	2,6

^{(1):} Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số mở rộng k = 2, mức tin cậy P = 0.95/E Expanded uncertainty of measurement is stated as standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2, which for a normal distribution corresponds to a probability of approximately 95%.

Liên kết chuẩn/ Traceability

- Các kết quả hiệu chuẩn của AoV cho các phép đo được công nhận trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn này được liên kết tới Hệ Đo lường Quốc tế (SI) thông qua Viện Đo lường Việt Nam (VMI) hoặc phòng hiệu chuẩn áp dụng ISO/IEC 17025:2017 được ILAC công nhận./ The AoV's calibration result for the accredited measurements in this calibration certificate are traceable to the International System of Unit (SI) though a National Metrology Institute (VMI) or an ILAC recognized ISO/IEC 17025:2017 calibration laboratory.
- Hệ đơn vị được sử dụng trong GCN hiệu chuẩn này tuân theo hệ đơn vị đo lường pháp định quy định trong "Luật đo lường 2011" và "Nghị định số 86/2012/NĐ-CP"./ The unit system used in this calibration certificate complies with the system of legal unit of measurement specified in "Law on Measurement 2011" and "Decree No.86/2012/NĐ-CP".
- Độ không đảm bảo đo chuẩn được xác định theo tài liệu ISO/IEC GUIDE 98-3:2008- GUM:1995/ The standard uncertainty is determined according to the document: ISO/IEC GUIDE 98-3:2008- GUM:1995.

Thông tin thêm/ Other informations

- Phương tiện đo này không được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng động, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác/ This measuring instrument must not be used for quantifying goods or services in trade, payment, ensuring safety, protecting public health, environmental protection, inspection, judicial expertise, or other official activities.
- Phương tiện đo này không được sử dụng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2/ This measuring instrument is not used directly to verify the measuring instrument of group 2.
 - 1. Kết quả hiệu chuẩn ghi trong giấy chứng nhận này chỉ có giá trị đối với thiết bị đã được hiệu chuẩn trên đây.

 The calibration results in this certificate are applicable to the above calibration instrument only.
 - 2. Không được trích sao một phần giấy chứng nhận này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của AoV. This certificate shall not be reproduced, except in full without the written approval of AoV.
 - 3. Tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
 Name of customer is written as customer's request.

TY ÂN ÂO ÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẨM BẢO CHẤT LƯỢNG AOV AOV QUALITY ASSURANCE JOINT STOCK COMPANY





GIẤY CHÚNG NHẬN HIỆU CHUẨN CERTIFICATE OF CALIBRATION

Ngày/ Date: 04/09/2025

Số/ N°: **A10751050288055**

Trang/ Page: 3/3

- Các tiêu chí đánh giá (nếu có) được thể hiện trong phụ lục hợp đồng với khách hàng/ Evaluation criteria (if any) are shown in contract appendix with the customers.
- Quy tắc ra quyết định và tuyên bố sự phù hợp được xác định theo tài liệu ILAC-G8:09-2019 mục 4.2.1 "Tuyên bố nhị phân cho quy tắc chấp nhận đơn giản"/ Decision rules and statements of conformity is determined according to the documents ILAC-G8:09-2019 item 4.2.1 "Binary statement for simple acceptance rule".
- Xem các thông tin khác tại/ See more information at: https://server2.aov.vn/app/cus/?id_phieu=131781

--- Hết/ End ---





- 1. Kết quả hiệu chuẩn ghi trong giấy chứng nhận này chỉ có giá trị đối với thiết bị đã được hiệu chuẩn trên đây. The calibration results in this certificate are applicable to the above calibration instrument only.
- 2. Không được trích sao một phần giấy chứng nhận này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của AoV. This certificate shall not be reproduced, except in full without the written approval of AoV.
- 3. Tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. Name of customer is written as customer's request.