


PHIẾU THIẾT BỊ

1. Tên thiết bị: Máy Sắc Ký Lỏng - HPLC	
2. Mã số: HPLC	3. Nhãn hiệu: Agilent Infinity II 1260
4. Nước sản xuất: Mỹ	
5. Đặc trưng kỹ thuật/đo lường: - Đầu dò: VWD - Cột: có gia nhiệt - Thể tích tiêm mẫu: 20 μ L, 5 μ L - 4 kênh dung môi	
6. Mục đích sử dụng: Xác định hàm lượng hoạt chất trong thuốc BVTV.	
7. Năm đưa vào sử dụng: 2018	
8. Tình trạng khi nhận: <input checked="" type="checkbox"/> Mới <input type="checkbox"/> Đã sử dụng <input type="checkbox"/> Tân trang <input type="checkbox"/>	
9. Hiệu chuẩn thiết bị : <input checked="" type="checkbox"/> C Cần hiệu chuẩn hoặc bảo trì <input type="checkbox"/> K Không cần	
Nơi hiệu chuẩn dự kiến: AoV, Agilent, Quatest 3...	
10. Tài liệu kèm theo: Hướng dẫn sử dụng	
11. Yêu cầu thiết bị: + Độ lệch nhiệt độ: $\pm 5^{\circ}\text{C}$ + Độ lặp lại diện tích peak: $\text{RSD} \leq 5\%$ + Độ lặp thời gian lưu: $\text{RSD} \leq 0.5\%$	

Ngày 08 tháng 04 năm 2024

Người lập


Trần Thanh XuânDuyệt
Quản lý PTN
Lê Quang Hậu