

PHIẾU THIẾT BỊ

1. Tên thiết bị: Máy Sắc Ký Khí - GC	
2. Mã số: GC	3. Nhãn hiệu: Agilent 7820A
4. Nước sản xuất: Mỹ Số hiệu S/N: CN16302004	
5. Đặc trưng kỹ thuật/đo lường: - Đầu dò: FID - Cột: HP-5 - Inlet: Split/Spitless - Khí mang: Nitơ	
6. Mục đích sử dụng: Xác định hàm lượng hoạt chất trong thuốc BVTV.	
7. Năm đưa vào sử dụng: 2016	
8. Tình trạng khi nhận: <input checked="" type="checkbox"/> Mới <input type="checkbox"/> Đã sử dụng <input type="checkbox"/> Tân trang <input type="checkbox"/>	
9. Hiệu chuẩn thiết bị : <input checked="" type="checkbox"/> C Cần hiệu chuẩn hoặc bảo trì <input type="checkbox"/> K Không cần Nơi hiệu chuẩn dự kiến: Quatest3 , EDC, AoV, Agilent... Tần suất hiệu chuẩn, bảo trì: 1 năm/ 1 lần	
10. Tài liệu kèm theo: Hướng dẫn sử dụng	
11. Yêu cầu thiết bị: + Độ lệch nhiệt độ: $\pm 5^{\circ}\text{C}$ + Độ lặp lại diện tích peak: $\text{RSD} \leq 5\%$ + Độ lặp thời gian lưu: $\text{RSD} \leq 0.5\%$	


Ngày 08 tháng 04 năm 2024

Người lập


Trần Thanh Xuân

Duyệt

Quản lý PTN


Lê Quang Hậu