

INFORME ESTADÍSTICO

Laboratorio: Laboratorio de Pruebas

Expediente: EXP-2024-001

Fecha de Ejecución: 30/12/2024

Ensayo: Ensayo de Calibración

Método: Método ISO-12345

Producto: Producto Químico X

Unidad de medida: mg/L

Parámetro: Analista

Participantes del Estudio:

ÍNDICE	NOMBRE DEL PARTICIPANTE
Analista 1	Juan Pérez
Analista 2	María García

PRUEBAS ESTADÍSTICAS APLICADAS A LOS RESULTADOS

- Prueba de Normalidad
- Prueba de Atípicos

VERACIDAD

- Test t de Student

Ing. Carlos López

Supervisor de Laboratorio

Soraya Guzman

Subgerente de laboratorios/Jefe de laboratorio/Jefe de operaciones

Revisado por:

FECHA DE REVISIÓN:

PRUEBAS ESTADÍSTICAS APLICADAS A LOS RESULTADOS

→ Prueba de Normalidad (Shapiro-Wilk)

Verifica que los datos siguen una distribución normal

- Nivel 1

N	MEDIA	P-VALUE	NORMAL
10	5.234	0.0523	Sí
10	5.312	0.0612	Sí

Conclusión: Los datos siguen una distribución normal ($p > 0.05$)

VERACIDAD

→ Test t de Student

Compara la media experimental con el valor de referencia

- Nivel 1

T CALCULADO	T CRÍTICO	RESULTADO
1.234	2.262	Cumple

Conclusión: El sesgo no es significativo ($t_{\text{calc}} < t_{\text{crit}}$)