

סדר הפעולות

1. מקם את קרש העיסוי של הלוקאס תחת שכמות המטופל.
 2. חבר את בוכנת הלוקאס לקרש העיסוי במקומות המיועדים. יש לוודא כי הבוכנה ממוקמת במרכז בית החזה.
 3. לחץ על כפתור ההפעלה של מכשיר הלוקאס.
 4. הורד את הבוכנה עד לחזהו של המטופל. ודא כי המיקום נכון וכי הבוכנה צמודה אל חזה המטופל.
 5. לחץ "הפעל ללא הפסקות" או "הפעל 30:2".
 6. חבר את רצועות הקיבוע של הלוקאס (ידיים וצוואר).
 7. המשך בביצוע פעולות החייאה בהתאם לפרוטוקול המתאים.
- [דום לב במבוגר VT/VF](#) | [דום לב במבוגר PEA/ASYSTOLE](#).

מטרה

השגת גישה ורידית לצורך מתן תרופות ו/או נוזלים כשאינן אפשרות להתקנת עירוי תוך־וריד או לאחר כשלון בהתקנתו (גפה או ג'יאגולרי חיצוני).

התוויות

- + צורך במתן תרופות תוך־ורידית.
- + צורך בעירוי נוזלים ו/או מוצרי דם.

סיבוכים אפשריים

- + חדירת המחט אל הרקמה התת־עורית לשריר או לכריאוסט, וכתוצאה מכך ההזרקה אינה תוך־ורידית (לרבות מעבר המחט מצד לצד).
- + אוסטיאומיאליטיס (סיבוכ מאוחר).
- + פגיעה במשטח הגדילה של העצמות הארוכות בילדים.

דגשים כלליים

- + מתן ב־1.5 זהה למתן 1.0. כלומר, ניתן לתת כל תרופה הניתנת תוך־ורידית גם במתן תוך־גרמי.
- + בזמן בדיקת המיקום, בעת השאיבה – אין חובה שיישאב מח עצם למזרק.
- + לאחר השאיבה יש להזריק כ־20 ml סליין ולוודא שאין התנפחות של הרקמה הסמוכה לנקודת ההחדרה.
- + יש לחבר עירוי בזרימה קבועה למניעת סתימה של המחט.

ציוד נדרש

- + מכשיר BIG או NIO לעירוי תוך־גרמי, מותאם לגילו ולגודלו של המטופל
- + מזרק 20 ml
- + אמצעי לחיטוי העור (ספונג'טה, פד גזה עם אלכוהול וכדומה)
- + אמצעים לקיבוע המחט לעצם וקיבוע התקן העירוי כולו (כגון, לויקופלסט, תחבושת וכדומה)
- + סט לעירוי נוזלים
- + סליין 0.9% לשטיפה
- + תמיסה לעירוי המשכי (סליין / פלזמה / הרטמן)
- + פח מחטים