

北京市清华园胶印厂支持文件	文件编号	QYYT-C-04
密度计检测规定	版本/修改	A/0
	页 次	1/1

1、范围

本标准规定了密度仪的检测和校正准则。

2、职责

本标准由各厂 设备动力技术质量 科实施和执行。

3、内容

密度仪的检测和校正步骤：

- a. 对标准测试条进行测量，将测量值与标准值进行比对，误差范围在 2% 以内。
- b. 如果误差超出范围，则按照仪器说明书对密度仪进行校正，在未校正前停止使用。
- c. 执行检测后，设备动力科 应填写检测记录 上报技术质量科进行审核。

4、对检测合格的密度仪，由技术质量科发放合格证， 进行登记、编号、标识之后发放使用。

5、对检测确认的不合格而又无法修复的密度仪，由技术质量科审签之后可作报废处理，并做好标识。

6、密度仪检测周期为 12 个月。

7、相关记录：

《密度仪检测记录》