



海盛集团
HAISHENG GROUP



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L22116

山东海盛海洋工程集团有限公司校准实验室

校准证书

证书编号：YB-H1-ZX1-2026040306

送检单位：海洋采油厂海一采油管理区

联系方式：1499613323@qq.com

计量器具名称：压力变送器

型号 / 规格：FMT600

出厂编号：2313072607

制造单位：北京菲舍波特科技发展有限公司

校准依据：JJG 882-2019 压力变送器检定规程



批准人：刘洋

核验人：李传滨

校准人：张明皓

接样日期：2026 年 03 月 30 日

校准日期：2026 年 04 月 03 日

批准日期：2026 年 04 月 03 日

地址：山东省东营市东营港海港路 8 号

邮编：257237

Email: wanghui@hssdcn.com

电话: 0546-8870364



山东海盛海洋工程集团有限公司

校准说明

1. 本次校准所使用的主要计量标准器具：

器具名称/型号	测量范围	不确定度或最大允差 或准确度等级	设备编号	证书号/溯源单位	有效日期
智能全自动压力 校验仪 /ConST811A-SD	(0~25) MPa	0.05 级	811AH220 40010	F17-20251760 山东省计量科 学研究院	2026.12.16

声明：本证书中的校准结果均可溯源至国际单位制（SI）单位和社会公用计量标准。

2. 校准地点、环境条件：

校准地点	环境条件	
山东海盛海洋工程集团有限公司校准实验室	温度：19.6 ℃	湿度：66.4 %RH

校准结果

3、示值误差：

被检点 (MPa)	理论输出 值 (mA)	实际输出值 (mA)		实际输出值 (mA)		最大示值误差 (mA)	最大回差 (mA)	扩展不确定度 $U_x, k=2$
		上行程	下行程	上行程	下行程			
0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0.002	0.002	0.003
0.005	8.000	8.002	8.002	8.002	8.002			
0.010	12.000	11.998	12.000	12.000	12.000			
0.015	16.000	16.000	16.000	16.002	16.000			
0.020	20.000	20.000	20.000	20.000	20.002			

以下空白

声明：此结果只对所检样品有效；未经本单位书面批准，不得部分复印此证书。