

Dirección Nacional de
Maternidad e Infancia

**PROGRAMA NACIONAL DE
FORTALECIMIENTO DE LA DETECCIÓN PRECOZ
DE ENFERMEDADES CONGÉNITAS**

Pesquisa Neonatal Auditiva



Edición 2014




Programa Nacional de Detección Temprana
y Atención de la HIPOACUSIA

**ARGENTINA
NOS INCLUYE**



Ministerio de
Salud
Presidencia de la Nación

Algoritmo de Pesquisa Neonatal Auditiva para niños sin factores de riesgo



Otoemisiones acústicas

Las Otoemisiones Acústicas son respuestas al sonido, emitidas por las células ciliadas externas de la cóclea, y recogidas en el conducto auditivo externo por medio de una sonda portadora de un micrófono. Están presentes desde el nacimiento, y pueden ser realizadas en pocos minutos.

Condiciones técnicas y causas de error

La inadecuada colocación de la sonda es el principal factor de error en el registro de las otoemisiones.

Otra causa de error es la interferencia de los ruidos, tanto ambientales como originados por el propio individuo -algunos inevitables, como la respiración, el parpadeo y los generados por la circulación sanguínea-. Por lo tanto, a fin de reducir estas últimas al mínimo posible, es recomendable adoptar algunas precauciones durante la medición, a saber:

- Realizar la prueba en un recinto silencioso, lo más alejado posible de fuentes de ruido como el tránsito, ascensores, cocinas, pasillos, aparatos de diagnóstico por imágenes, etc., así como de pare-

des y techos contruidos con materiales que propagan el sonido. Cerrar las puertas. Eliminar del recinto otras fuentes sonoras, como impresoras y teléfonos. Situar al paciente lo más alejado posible del equipo otoemisor y de la PC. Si hay un acompañante, debe ser informado sobre la necesidad de guardar silencio.

- Se podrá llevar a cabo dentro de una cabina sono-amortiguada.
- Instruir a quien sostiene al bebé para que permanezca durante la prueba lo más inmóvil y silencioso que le resulte posible.
- El niño no necesita estar dormido, aunque sí quieto y tranquilo. En los lactantes es útil realizar el estudio inmediatamente después de la comida, ya que habitualmente se encuentran en sueño profundo.

Tipos de otoemisiones

- Otoemisiones Acústicas Espontáneas:** sonido emitido por la cóclea en ausencia de estimulación.
 - Otoemisiones Acústicas Evocadas Transitorias:** sonidos emitidos por la cóclea en respuesta a un estímulo breve denominado click (chasquido que estimula una parte importante de la cóclea).
 - Productos de distorsión:** sonidos emitidos por la cóclea en respuesta a una estimulación continua de 2 sonidos puros presentados simultáneamente. Permiten obtener una respuesta parcial de diferentes zonas de la cóclea, por lo que presentan mayor especificidad para el análisis del estado de la respuesta coclear para las distintas frecuencias.
- Tanto las Otoemisiones Transitorias como los Productos de Distorsión están presentes en la mayoría de los oídos que tienen audición normal. Su principal aplicación es el tamizado auditivo. No determinan el umbral de audición. Solo informan si el estado coclear está dentro del rango normal.

Resultado

Los otoemisoros actuales analizan las respuestas y dan el resultado en forma automática. A partir del análisis de los parámetros de la respuesta, el fonoaudiólogo determinará si el niño PASA o NO PASA la prueba, y asesorará a los padres acerca de cómo deberá proceder según los resultados obtenidos.

Registro de los resultados de la prueba de OEA

- Para los padres:** en la Libreta Sanitaria o en la Epicrisis, donde consten las pesquisas endocrino-metabólica y auditiva.
- Para la institución²:** en la Historia Clínica del Recién Nacido, en el SIP, en los registros del Plan NACER/SUMAR.
- Para los programas provincial y nacional:** informar todos los casos a través de los mecanismos establecidos, especialmente aquellos que NO PASAN, ya que deben tener otra evaluación y, de ser necesario, continuar con las etapas de diagnóstico.

2. Ver MODELO de Planilla "A": Recolección diaria de datos, en pág. 16.