

Method: Light Elements | PP4

9/4/2024 2:53:57 PM

Name: sample kabel laut 4

Grade ID: LA-12Lxx (44% 6/0/2)

Grade Alias: 12Lxx

Duration of measurement: 12.1 s (2.1/10.0)

Symbol	Si / %	Mn / %	P / %	S / %	Cr / %	Mo / %	Ni / %	Cu / %
Conc.	1.11	«0.27	.023	0.32	<.011	<.007	<.018	.053
U	± 0.11	± 0.03	± .022	± 0.03				± .018

Symbol	Pb / %	Zn / %	Fe / %					
Conc.	«<0.10	0.50	97.7					
U		± 0.03	± 0.3					

Grade: LA-12Lxx

Alias: 12Lxx

Symbol	P / %	S / %	Cr / %	Mn / %	Ni / %	Cu / %	Mo / %	Pb / %
Ext.Min	.040	0.16		0.70				0.15
Ext.Max	0.12	0.35	0.15	1.15	0.20	0.20	.060	0.35