行人通道辐射监测系统

监视模式 | 21:25:27

通道总计数率: 2324 CPS | 主控在线 #1

✓ 通道辐射状态正常

所有通道探头实时数值均低于安全阈值



通道空闲

报警与复位控制 — 正常

辐射状态	全组正常
报警锁存	无锁存

通道报警复位

设备健康 — 降级运行

探头通信	2/2 在线
红外状态	传感器降级
主控硬件	正常

⚠ 故障摘要 — 0 活动故障

最近故障	无未处理故障
红外屏蔽	通道2 红外降级

探头实时计数率 (CPS)

1 号探头

左侧 · 上

402

CPS

● 状态: 正常 | 阈值: 1000 CPS

2 号探头

右侧 · 上

1922

CPS

● 状态: 正常 | 阈值: 1000 CPS

现场模拟调试:

2 探头 | 4 探头

模拟通行 | ⚠ 模拟超限