

南京医科大学眼科医院（汉中路院区）

眼轴测量检查报告

姓名：原型患者 年龄：14 检查号：DEMO20260802

病历号：DEMO00009340 检查日期：2026年08月02日

OD：检查固视！轴长略微不一致。固视不稳定？

OS：检查固视！轴长略微不一致。固视不稳定？

OD 右				IOL 计算				OS 左							
👁️				👁️											
眼睛状态															
LS: 有晶状体 Ref: --- LVC: 未治疗 目标屈光度: 平光				VS: 玻璃体 VA: --- LVC 模式: - SIA: +0.00 D @ 0°				LS: 有晶状体 Ref: --- LVC: 未治疗 目标屈光度: 平光				VS: 玻璃体 VA: --- LVC 模式: - SIA: +0.00 D @ 0°			
生物统计值															
AL: 24.61 mm ACD: 4.02 mm LT: 3.30 mm WTW: 11.9 mm				SD: 8 μm SD: 7 μm SD: 28 μm				AL: 24.84 mm ACD: 4.02 mm LT: 3.31 mm WTW: 12.1 mm				SD: 9 μm SD: 6 μm SD: 34 μm			
SE: 45.52 D ΔK: -0.94 D @ 9° TSE: 45.44 D (!) ΔTK: -0.88 D @ 13°				SD: 0.01 D K1: 45.05 D @ 9° K2: 45.99 D @ 99° TK1: 45.00 D @ 13° TK2: 45.89 D @ 103°				SE: 45.34 D ΔK: -1.26 D @ 175° TSE: 45.24 D ΔTK: -1.25 D @ 174°				SD: 0.01 D K1: 44.72 D @ 175° K2: 45.98 D @ 85° TK1: 44.62 D @ 174° TK2: 45.87 D @ 84°			
TK ZEISS CT ASPHINA 409M		TK Alcon AcrySof IQ Vivity DFT0 15		TK ZEISS CT ASPHINA 409M		TK Alcon AcrySof IQ Vivity DFT0 15		TK ZEISS CT ASPHINA 409M		TK Alcon AcrySof IQ Vivity DFT0 15		TK ZEISS CT ASPHINA 409M		TK Alcon AcrySof IQ Vivity DFT0 15	
- Barrett TK Universal II - LF: +1.54 DF: +0.0		- Barrett TK Universal II - LF: +1.93 DF: +5.0		- Barrett TK Universal II - LF: +1.54 DF: +0.0		- Barrett TK Universal II - LF: +1.93 DF: +5.0		- Barrett TK Universal II - LF: +1.54 DF: +0.0		- Barrett TK Universal II - LF: +1.93 DF: +5.0		- Barrett TK Universal II - LF: +1.54 DF: +0.0		- Barrett TK Universal II - LF: +1.93 DF: +5.0	
IOL (D) Ref (D)		IOL (D) Ref (D)		IOL (D) Ref (D)		IOL (D) Ref (D)		IOL (D) Ref (D)		IOL (D) Ref (D)		IOL (D) Ref (D)		IOL (D) Ref (D)	
+15.50 -0.53		+16.50 -0.82		+15.50 -0.86		+16.00 -0.82		+15.50 -0.86		+16.00 -0.82		+15.50 -0.86		+16.00 -0.82	
+15.00 -0.18		+16.00 -0.48		+15.00 -0.51		+15.50 -0.48		+15.00 -0.51		+15.50 -0.48		+15.00 -0.51		+15.50 -0.48	
+14.50 +0.16		+15.50 -0.15		+14.50 -0.16		+15.00 -0.15		+14.50 -0.16		+15.00 -0.15		+14.50 -0.16		+15.00 -0.15	
+14.00 +0.50		+15.00 +0.18		+14.00 +0.18		+14.50 +0.18		+14.00 +0.18		+14.50 +0.18		+14.00 +0.18		+14.50 +0.18	
+13.50 +0.83		+14.50 +0.51		+13.50 +0.51		+14.00 +0.51		+13.50 +0.51		+14.00 +0.51		+13.50 +0.51		+14.00 +0.51	
+14.74 正视		+15.28 正视		+14.26 正视		+14.78 正视		+14.26 正视		+14.78 正视		+14.26 正视		+14.78 正视	
TK Bausch + Lomb Akreos Adapt AO		TK 美国朗思泰克 Softec HD Click		TK Bausch + Lomb Akreos Adapt AO		TK 美国朗思泰克 Softec HD Click		TK Bausch + Lomb Akreos Adapt AO		TK 美国朗思泰克 Softec HD Click		TK Bausch + Lomb Akreos Adapt AO		TK 美国朗思泰克 Softec HD Click	
- Barrett TK Universal II - LF: +1.62 DF: -0.5		- Barrett TK Universal II - LF: +1.52 DF: 标准		- Barrett TK Universal II - LF: +1.62 DF: -0.5		- Barrett TK Universal II - LF: +1.52 DF: 标准		- Barrett TK Universal II - LF: +1.62 DF: -0.5		- Barrett TK Universal II - LF: +1.52 DF: 标准		- Barrett TK Universal II - LF: +1.62 DF: -0.5		- Barrett TK Universal II - LF: +1.52 DF: 标准	
IOL (D) Ref (D)		IOL (D) Ref (D)		IOL (D) Ref (D)		IOL (D) Ref (D)		IOL (D) Ref (D)		IOL (D) Ref (D)		IOL (D) Ref (D)		IOL (D) Ref (D)	
+16.00 -0.79		+15.50 -0.55		+15.50 -0.78		+15.00 -0.53		+15.50 -0.78		+15.00 -0.53		+15.50 -0.78		+15.00 -0.53	
+15.50 -0.45		+15.00 -0.20		+15.00 -0.43		+14.50 -0.18		+15.00 -0.43		+14.50 -0.18		+15.00 -0.43		+14.50 -0.18	
+15.00 -0.11		+14.50 +0.14		+14.50 -0.09		+14.00 +0.16		+14.50 -0.09		+14.00 +0.16		+14.50 -0.09		+14.00 +0.16	
+14.50 +0.23		+14.00 +0.48		+14.00 +0.24		+13.50 +0.49		+14.00 +0.24		+13.50 +0.49		+14.00 +0.24		+13.50 +0.49	
+14.00 +0.57		+13.50 +0.81		+13.50 +0.58		+13.00 +0.83		+13.50 +0.58		+13.00 +0.83		+13.50 +0.58		+13.00 +0.83	
+14.84 正视		+14.71 正视		+14.36 正视		+14.24 正视		+14.36 正视		+14.24 正视		+14.36 正视		+14.24 正视	

所见: 右眼眼轴约24.61 mm；左眼眼轴约 24.84mm

提示: