

PDF-звіт комп'ютерного аналізу PCG-сигналу

Технічний звіт сформовано автоматично програмним застосунком


Параметр	Значення
Файл	PCG_Movement 1.txt
Обраний сигнал	signal_2
Кількість рядків	24001
Тривалість запису	37.50 с
Частота дискретизації	800 Гц
Фільтрація	20-150 Гц, порядок 4
Пошук піків	distance=0.50 с, prominence=40.00
RMS початкового сигналу	95.99
RMS після фільтрації	34.02
Кількість піків у всьому записі	42
Домінантна частота у спектрі	66.66 Гц
Фрагмент для розширеного аналізу	5.0-10.0 с
RMS фрагмента	32.17
Піків у фрагменті	6

Короткий висновок: програма виконала зчитування PCG-файлу, вибір сигналу, смугову фільтрацію, спектральний аналіз, пошук характерних піків та розширений аналіз вибраного фрагмента.
Примітка: цей звіт не є медичним діагностичним висновком.


Огляд каналів сигналу та автоматична рекомендація

Сигнал	RMS після фільтрації	Кількість піків	Перетини нуля	Crest factor	Оцінка
signal_1	3.9843	5	1773	7.051	-0.1005
signal_2	34.0184	42	3516	6.4728	0.7304
signal_3	1.6028	0	3672	5.4756	0.3


Порівняння трьох сигналів у вхідному файлі




Порівняння сигналу до та після фільтрації: signal_2



Спектральний аналіз відфільтрованого сигналу: signal_2




Пошук характерних піків у повному записі: signal_2




Розширений аналіз фрагмента відфільтрованого PCG-сигналу (5.0-10.0 с)

Початковий фрагмент сигналу: signal_2



Відфільтрований фрагмент з характерними піками



Таблиця характерних піків у вибраному фрагменті

Номер піка	Час, с	Амплітуда	Вираженість
1.0	5.0075	65.5419	142.429
2.0	5.775	118.2086	228.9025
3.0	6.8438	116.674	217.5015
4.0	7.9312	149.5786	265.6024
5.0	8.645	70.1351	155.0513
6.0	9.2975	57.9309	130.4223