

ECG QUALITY ANALYSIS REPORT

Дата та час аналізу
02.06.2026 11:34

ПРО СИСТЕМУ

Інформаційна система виконує автоматизовану обробку ЕКГ-сигналу, розрахунок індикаторів якості, визначення R-піків, оцінювання ЧСС та формування підсумкового висновку.

ПІДСУМКОВА ОЦІНКА ЯКОСТІ

A

Сигнал середньої якості

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ

24001 Кількість відліків	800 Гц Частота	30 R-піки	60.75 уд/хв ЧСС	0.988 с RR
-----------------------------	-------------------	--------------	--------------------	---------------

ДЕТАЛЬНІ ІНДИКАТОРИ ЯКОСТІ

Показник	Значення	Показник	Значення
Кількість відліків	24001	Максимальна амплітуда	41.43
Частота дискретизації	800 Гц	Пікова амплітуда	62.71
Кількість знайдених R-піків	30	Середнє значення	-0.2144
Орієнтовна ЧСС	60.75 уд/хв	Дисперсія	83.4862
Середній RR-інтервал	0.988 с	Стандартне відхилення	9.1371
Мінімальний RR-інтервал	0.471 с	RMS	9.1396
Максимальний RR-інтервал	1.316 с	Енергія сигналу	2004855.8611
Мінімальна ЧСС	45.59 уд/хв	Рівень шуму	1.4516
Максимальна ЧСС	127.39 уд/хв	SNR	15.7 дБ
Мінімальна амплітуда	-21.28	Оцінка якості	Сигнал середньої якості

ВИСНОВОК


Сигнал має середній рівень якості. Значення SNR становить 15.7 дБ, що вказує на наявність помірного шуму. Після фільтрації основна форма ЕКГ-сигналу збережена, однак для точнішого аналізу бажано використовувати додаткову попередню обробку.

ECG QUALITY ANALYSIS REPORT

Дата та час аналізу
02.06.2026 11:34

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АНАЛІЗУ

Фрагмент обробленого ЕКГ-сигналу



Виявлення R-піків



Спектральний аналіз сигналу

