
mindray 迈瑞

MH髋关节

关节产品系统技术手册





迈瑞医疗官方微信　客服中心官方微信

客服热线 400 700 5652
www.mindray.com

P/N:CHN-MH髋关节产品系统技术手册-210285X34P-20240129

本产品彩页及其内容仅供公司内部交流使用和参考，产品具体内容信息详见产品实物及相关资料。
未经我公司书面许可，任何单位或个人均不得以任何形式复制、引用、分发或转载。
产品规格如有变化，恕不另行通知，谨以最新技术资料及检验结果为准。

©2024 武汉迈瑞科技有限公司版权所有

mindray 迈瑞

生 命 科 技 如 此 亲 近

目录

产品特点

适应症与禁忌症

手术操作说明

产品目录

MH髋臼杯三孔

MH髋臼内衬

MH高交联髋臼内衬

MH陶瓷内衬

粉陶球头

金属球头

MH股骨柄Ⅴ型

MH股骨柄Ⅲ型

器械目录

MH全髋髋臼手术器械包


股骨柄C型器械包

股骨柄圆形器械包

本产品彩页及其内容仅供公司内部交流使用和参考，产品具体内容信息详见产品实物及相关资料。
未经我公司书面许可，任何单位或个人均不得以任何形式复制、引用、分发或转载。


本产品彩页及其内容仅供公司内部交流使用和参考，产品具体内容信息详见产品实物及相关资料。
未经我公司书面许可，任何单位或个人均不得以任何形式复制、引用、分发或转载。


一杯多衬，多种摩擦界面，灵活组配，充分满足不同的临床需求




Ti-Growth®涂层

独特的表面特征确保骨与植入物界面的高摩擦度，高孔隙率，合理的孔径，高的涂层粘结强度，提供给临床优异的初始稳定性与长期骨长入效果。





结合Ti-Growth蜂窝钛涂层良好的摩擦力与孔隙率，配合MH髋臼杯单边0.6MM的预留压配量设计，配合单号髋臼锉，可以确保臼杯合理的压配量，通过标准实验室测试，对比同类产品，抗脱出性能增加139%，抗撬出性能增加166%，抗扭转性能增加115%，可以为临床提高优异的初始稳定性，为后期的骨长入提供良好的基础。*



* MH髋臼杯与主流产品的初始稳定性量化对比，标准实验室测试稳定性指标的场景及方法（来源：实验室数据）

本产品彩页及其内容仅供公司内部交流使用和参考，产品具体内容信息详见产品实物及相关资料。
未经我公司书面许可，任何单位或个人均不得以任何形式复制、引用、分发或转载。

本产品彩页及其内容仅供公司内部交流使用和参考，产品具体内容信息详见产品实物及相关资料。
未经我公司书面许可，任何单位或个人均不得以任何形式复制、引用、分发或转载。

双锥度三维复合固定

沟槽设计接触面积 **增加20%**

髓腔理念实现最优匹配

初始稳定性 **增强30%**





单半径髋臼杯

接触面积 **增加30%**

初始稳定性 **提升40%**


超导轨专利设计

内衬植入提供三觉反馈，避免内衬安装失败，减少手术风险。




规格全面，最优匹配


适配大直径球头，增加活动度，减少术后脱位率



标配高边防脱位内衬

满足日常活动度的同时有效防止球头脱出





本产品彩页及其内容仅供公司内部交流使用和参考，产品具体内容信息详见产品实物及相关资料。
未经我公司书面许可，任何单位或个人均不得以任何形式复制、引用、分发或转载。

本产品彩页及其内容仅供公司内部交流使用和参考，产品具体内容信息详见产品实物及相关资料。
未经我公司书面许可，任何单位或个人均不得以任何形式复制、引用、分发或转载。

适应症

常见的适应症：

退行型骨性关节炎OA，占70%

类风湿性关节炎RA

股骨头坏死AVN

发育性髋关节不良DDH

创伤性骨性关节炎

骨肿瘤

强制性脊柱关节炎

内固定失效翻修

股骨颈骨折

禁忌症

绝对禁忌症主要为感染和自身疾病。

感染：若在手术治疗前,患者髋关节局部就存下感染病灶，或者是身体其他部位存在感染情况，是不允许接受人工全髋关节置换手术治疗的。例如我们最常见的皮肤局部感染病灶、痤疮、牙龈肿痛上呼吸道感染等。

自身疾病：手术本来就是一种创伤性操作，而手术操作因素会导致我们的局部坏死，甚至还会有个别患者，在手术操作的影响下出现残疾和死亡 ：最常见的疾病包括心脑血管疾病。心功能处于亚级、IV 级者，或者是新鲜脑出血的患者，是人工全髋关节置换手术治疗的绝对禁忌。

相对禁忌症主要有以下几种人群：

肥胖
严重者 >>> 此类患者接受手术治疗，会增加手术难度

骨质疏松
严重者 >>> 此类患者骨质基础不好，因此没有办法顺利开展手术治疗

精神疾病
严重者 >>> 此类患者依从性差，没有办法在术后很好的保护术区

本产品彩页及其内容仅供公司内部交流使用和参考，产品具体内容信息详见产品实物及相关资料。
未经我公司书面许可，任何单位或个人均不得以任何形式复制、引用、分发或转载。

本产品彩页及其内容仅供公司内部交流使用和参考，产品具体内容信息详见产品实物及相关资料。
未经我公司书面许可，任何单位或个人均不得以任何形式复制、引用、分发或转载。

手术操作说明


1 体位摆放

选择侧卧位进行患者体位摆放，将患者的髋臼稳定固定垂直于地面，此过程避免损伤患者的皮肤，同时确保手术过程中髋臼位置不会发生改变。




2 切开皮肤

以大转子顶点为标志，从大转子顶点以上30%，以下70%，做弧形切口，切口长10-15cm左右，依次切开皮肤，脂肪，显露关节囊。



3 股骨颈截骨


切开关节囊，暴露股骨颈，找到小转子，以小转子为标志点，在小转子上1cm垂直于股骨颈进行截骨，可分两次完成截骨，以便于取出截下的股骨头；



4 取出股骨头

使用股骨头取出器，将尖端螺纹旋转进入从股骨头截骨面旋转进入，切断圆韧带，取出股骨头；


TIPS：新版取头器底部增加金属敲击点，可帮助固定进入股骨头；



5 髋臼磨锉

连接并安装髋臼锉动力连杆与髋臼锉，保持动力连杆外展 40°前倾 20°，从小到大依次进行髓臼磨锉，直至髋臼底部显露松质骨，并出现均匀出血点；

TIPS：注意确认髋臼锉置入髋臼后，启动电动动力进行磨锉，第一锉建议垂直于髋臼底部磨锉，注意髋臼磨锉深度，避免穿透髋臼底部。



6 测试髋臼杯大小

选择对应型号大小的螺纹试杯，打入磨锉完成的髓臼内，前后提拉测试其稳定性；

TIPS：螺纹试杯打入髋臼窝后，避免多次旋转，影响髋臼骨床，测试螺纹试杯立于髋臼窝中不掉落即可。



本产品彩页及其内容仅供公司内部交流使用和参考，产品具体内容信息详见产品实物及相关资料。
未经我公司书面许可，任何单位或个人均不得以任何形式复制、引用、分发或转载。

本产品彩页及其内容仅供公司内部交流使用和参考，产品具体内容信息详见产品实物及相关资料。
未经我公司书面许可，任何单位或个人均不得以任何形式复制、引用、分发或转载。

7 植入MH髋臼杯假体

选择与髋臼杯螺纹试杯对应型号大小的髋臼杯假体，用臼杯安装器连接髋臼杯假体，髋臼杯螺钉孔位于宽臼后上方安全区域位置，均匀敲击植入髋臼内；


TIPS: 髋臼杯假体安装保持前倾20°外展40°。如髋臼杯打入困难，可适当选择大一号髋臼锉进行髋臼口磨锉扩大，同时适当处理髋臼缘周围软组织。



8 植入MH髋臼杯假体

上下提拉，测试髋臼杯稳定度，确定髋臼杯于髋臼窝中固定良好。取下髋臼杯安装器，使用髋臼测深工具测量髋臼杯打入深度。确保髋臼杯底部与髋臼底接触无明显空隙。


TIPS: 如测试髋臼稳定较差，必要情况下建议选择大一个号的髋臼锉进行磨锉，更换大一号的髋臼杯假体进行植入。



9 植入髋臼螺钉


使用动力钻连接钻头导向器与软钻，沿着臼杯后上方三个螺钉孔进行转孔；

TIPS: 髋臼螺钉有助于髋臼杯的稳定性，但并非强制条件，需要根据患者情况及术中情况酌情选择。髋臼螺钉具备自攻自转功能，建议选择Φ3.2×30软钻进行钻孔，避免穿出髋臼损伤血管。




本产品彩页及其内容仅供公司内部交流使用和参考，产品具体内容信息详见产品实物及相关资料。
未经我公司书面许可，任何单位或个人均不得以任何形式复制、引用、分发或转载。

使用髋臼测深尺测试钉孔的深度；



选择对应长度的髋臼螺钉，使用持钉钳，连接梅花万向改锥，依次植入髋臼杯螺钉孔中；

TIPS: 万向改锥为梅花设计，非六角改锥，安装髋臼螺钉需要注意改锥角度过大锁死，导致髋臼螺钉拧入困难。



10 植入孔塞

试用直角改锥杆连接棘轮手柄，顺时针拧入中央封堵孔塞；

TIPS: 孔塞分为螺孔塞与底孔塞，可封闭髋臼表面螺钉与底孔，避免髋臼内衬与髋臼杯内表面之间的聚乙烯磨损颗粒聚集到髋臼底部，影响髋臼杯的长期稳定性。




本产品彩页及其内容仅供公司内部交流使用和参考，产品具体内容信息详见产品实物及相关资料。
未经我公司书面许可，任何单位或个人均不得以任何形式复制、引用、分发或转载。

11 安装聚乙烯髋臼内衬

选择与髋臼杯假体相互匹配规格型号的聚乙烯髋臼内衬（高交联聚乙烯髋臼内衬同上）轻轻放入髋臼杯假体，调整高边角度，旋转内衬，将聚乙烯髋臼的花瓣与髋臼杯假体的凹槽对在同一条直线上，用手轻轻压入导轨，听到“咔哒”一声表示内衬已经进入轨道，安装直型快换手柄与髋臼内衬安装器，轻轻敲击内衬打入髋臼杯底部

TIPS: MH 髋臼内衬具备超导轨设计，可通过视觉听觉触觉的反馈，帮助术者准确安装髋臼内衬与髋臼杯中，避免髋臼内衬的损坏。



12 安装陶瓷髋臼内衬

选择与髋臼杯假体相互匹配规格型号的陶瓷内衬轻轻放入髋臼杯假体，旋转内衬，确保内衬边缘与髋臼杯边缘保持平行，安装直型快换手柄与髋臼内衬安装器，轻轻敲击内衬打入髋臼杯底部

TIPS: 陶瓷内衬安装推荐徒手操作，放入髋臼杯中，使用大拇指沿内衬缘一圈抹平，确保内衬边缘与髋臼杯边缘平齐后方可打入内衬。



13 暴露股骨髓腔


保持髋臼位置不动，将患者大腿屈曲内收内旋，暴露股骨髓腔截骨面；



14 股骨髓腔开口


使用股骨髓腔开口器贴着大粗隆，沿着股骨髓腔纵轴的方向进行髓腔开口；

TIPS: 开口需要保持前倾15°的角度，同时开口方向需要与股骨髓腔中心线方向保持一致。



使用髓腔开口铰刀 C 型贴着大粗隆，沿着股骨髓腔纵轴的方向进行股骨髓腔开髓；

TIPS: 开口铰刀需要紧贴股骨大粗隆内侧，同时方向需要与股骨髓腔中心线方向保持一致，避免发生内翻或者外翻。



15 股骨髓腔打压

选择最小号的髓腔锉，使用髓腔锉打拔器 C 型连接安装髓腔锉，保持前倾 15 度，依次从小到大均匀敲击打入股骨髓腔中。直至髓腔锉稳定固定于股骨髓腔中，测试提拉旋转髓腔锉，可带动股骨活动即可；


TIPS: 测试髓腔锉稳定性可通过声音来判断，声音呈现金石撞击之声可表示髓腔锉与股骨髓腔骨床紧密接触，但同时需要避免过度暴力敲击导致股骨近端劈裂，髓腔锉位置建议与股骨颈截骨面保持平齐，超出或者陷入过深均会影响髋关节偏心距。髓腔打入困难时，可适当选择使用手锉与近端开髓铰刀，对股骨髓腔近端内侧进行磨锉，扩大开口。



16 试模复位测试

安装对应型号试颈，选择对应型号的球头试模，使用球头打入器复位髋关节，测试髋关节活动度与稳定度。


TIPS: 通常情况下选择标准球头试模进行测试，也可以通过观察球头试模的选择中心与股骨大粗隆顶点的位置是否平行来帮助判断。



本产品彩页及其内容仅供公司内部交流使用和参考，产品具体内容信息详见产品实物及相关资料。
未经我公司书面许可，任何单位或个人均不得以任何形式复制、引用、分发或转载。

本产品彩页及其内容仅供公司内部交流使用和参考，产品具体内容信息详见产品实物及相关资料。
未经我公司书面许可，任何单位或个人均不得以任何形式复制、引用、分发或转载。


安装试颈，选择对应型号的试头，使用球头打入器复位髋关节，测试髋关节活动度与稳定度；



17 安装股骨柄假体


脱位髋关节，依次取下试头，试颈，取出髓腔锉，选择对应型号的MH股骨柄V型假体，使用柄安装器辅件C&圆连接股骨柄假体，，放入建立好的髓腔通道中；使用柄安装器C&圆最终敲紧股骨柄假体，确保股骨柄假体的涂层平面与截骨线一致；

TIPS: 禁止使用柄安装器辅件C&圆一次植入股骨柄假体，避免连接股骨柄的螺纹冷焊接或断裂。推荐徒手将股骨柄放入建立好的股骨髓腔通道，确保股骨柄角度保持在前倾15°。




选择对应的股骨头假体，使用球头打入器轻轻敲击打入球头；

TIPS: MH 股骨头假体采用 12/14 莫氏锥度，但因不同厂家锥深不同，禁止匹配不同厂家的假体，同时安装股骨头假体前，需要保持股骨柄近端锥螺纹清洁无异物血渍。



18 复位测试

屈曲外展外旋，复位髋关节，测试髋关节活动度与稳定性，缝合切口，手术结束；




本产品彩页及其内容仅供公司内部交流使用和参考，产品具体内容信息详见产品实物及相关资料。
未经我公司书面许可，任何单位或个人均不得以任何形式复制、引用、分发或转载。

本产品彩页及其内容仅供公司内部交流使用和参考，产品具体内容信息详见产品实物及相关资料。
未经我公司书面许可，任何单位或个人均不得以任何形式复制、引用、分发或转载。

产品目录

髋臼侧

MH 髋臼外杯



材料：T　　涂层厚度：500μm

品号	规格	外径(mm)A	内径(mm)B	匹配内衬
F13AA-PA00030	44/36	44	36	36
F13AA-PA00744	46/38	46	38	38
F13AA-PA00032	48/40	48	40	40
F13AA-PA00748	50/42	50	42	42
F13AA-PA00034	52/44	52	44	44
F13AA-PA00752	54/46	54	46	46
F13AA-PA00036	56/48	56	48	48
F13AA-PA00756	58/50	58	50	50
F13AA-PA00038	60/52	60	52	52
F13AA-PA00760	62/54	62	54	54
F13AA-PA00761	64/54	64	54	54

MH 髋臼内衬



材料：PE　　高边角度：15°

品号	规格	外径(mm)	内径(mm)	匹配外杯
F13AA-PA01048	28/36	36	28	44
F13AA-PA01049	28/38	38	28	46
F13AA-PA01054	32/40	40	32	48
F13AA-PA01055	32/42	42	32	50
F13AA-PA01056	32/44	44	32	52
F13AA-PA01057	32/46	46	32	54
F13AA-PA01058	32/48	48	32	56
F13AA-PA01059	32/50	50	32	58
F13AA-PA01060	32/52	52	32	60
F13AA-PA01061	32/54	54	32	62/64

MH 高交联髋臼内衬





材料：XLPE　　产品通用名：MH 高交联髋臼内衬

MH高交联髋臼内衬（可搭配36球头）

品号	规格	外径(mm)	内径(mm)	匹配外杯	高边角度
F13AA-PA00509	28/36	36	28	44	10°
F13AA-PA00510	28/38	38	28	46	10°
F13AA-PA00520	32/40	40	32	48	10°
F13AA-PA00521	32/42	42	32	50	10°
F13AA-PA00529	36/44	44	36	52	10°
F13AA-PA00530	36/46	46	36	54	10°
F13AA-PA00566	36/48	48	36	56	15°
F13AA-PA00567	36/50	50	36	58	15°
F13AA-PA00568	36/52	52	36	60	15°
F13AA-PA00569	36/54	54	36	62/64	15°

材料：XLPE　　产品通用名：MH 高交联髋臼内衬

MH高交联聚乙烯髋臼内衬（不可搭配36球头）

品号	规格	外径(mm)	内径(mm)	匹配外杯	高边角度
F13AA-PA00509	28/36	36	28	44	10°
F13AA-PA00510	28/38	38	28	46	10°
F13AA-PA00520	32/40	40	32	48	10°
F13AA-PA00521	32/42	42	32	50	10°
F13AA-PA00557	32/44	44	32	52	15°
F13AA-PA00558	32/46	46	32	54	15°
F13AA-PA00559	32/48	48	32	56	15°
F13AA-PA00560	32/50	50	32	58	15°
F13AA-PA00561	32/52	52	32	60	15°
F13AA-PA00562	32/54	54	32	62/64	15°

MH 陶瓷内衬



材料：BIOLOX®delta　　高边角度：0°

品号	规格	外径(mm)	内径(mm)	匹配外杯
F13AA-PA00099	28/36	36	28	44
F13AA-PA00679	28/38	38	28	46
F13AA-PA00101	32/40	40	32	48
F13AA-PA00681	32/42	42	32	50
F13AA-PA00103	36/44	44	36	52
F13AA-PA00683	36/46	46	36	54
F13AA-PA00104	36/48	48	36	56
F13AA-PA00684	36/50	50	36	58
F13AA-PA00105	36/52	52	36	60
F13AA-PA00685	36/54	54	36	62/64

本产品彩页及其内容仅供公司内部交流使用和参考，产品具体内容信息详见产品实物及相关资料。
未经我公司书面许可，任何单位或个人均不得以任何形式复制、引用、分发或转载。

本产品彩页及其内容仅供公司内部交流使用和参考，产品具体内容信息详见产品实物及相关资料。
未经我公司书面许可，任何单位或个人均不得以任何形式复制、引用、分发或转载。

粉陶球头



材料：BIOLOX®delta

品号	规格	颈长(mm)	直径(mm)	锥度
F13AA-PA00043	28S	-3.5	28	12/14
F13AA-PA00044	28M	0	28	12/14
F13AA-PA00045	28L	+3.5	28	12/14
F13AA-PA00046	32S	-4	32	12/14
F13AA-PA00047	32M	0	32	12/14
F13AA-PA00048	32L	+4	32	12/14
F13AA-PA00049	32XL	+8	32	12/14
F13AA-PA00050	36S	-4	36	12/14
F13AA-PA00051	36M	0	36	12/14
F13AA-PA00052	36L	+4	36	12/14
F13AA-PA00053	36XL	+8	36	12/14

金属球头




材料：CoCrMo

品号	规格	颈长(mm)	直径(mm)	锥度
F13AA-PA00059	24S	-3.5	24	12/14
F13AA-PA00061	24M	0	24	12/14
F13AA-PA00063	24L	3.5	24	12/14
F13AA-PA00065	28S	-3.5	28	12/14
F13AA-PA00067	28M	0	28	12/14
F13AA-PA00069	28L	+3.5	28	12/14
F13AA-PA00071	28XL	+7	28	12/14
F13AA-PA00473	32S	-4	32	12/14
F13AA-PA00474	32M	0	32	12/14
F13AA-PA00475	32L	+4	32	12/14
F13AA-PA00476	32XL	+8	32	12/14

MH 股骨柄 V 型

材料：T　　颈干角：135°　　涂层厚度：平均 250μm


品号	规格	柄长 (mm)X	偏心距 (mm)O	颈长 (mm)C	远端宽度 (mm)A	近端宽度 (mm)H	峡部宽度 (mm)G
F13AA-PA00480	5/115/135°	115	38	38	5	25	18
F13AA-PA00481	5/130/135°	130	38	38	5	26	20
F13AA-PA00482	6/140/135°	140	39	38	6	26	20
F13AA-PA00483	7/145/135°	145	40	38	7	27	21
F13AA-PA00484	8/150/135°	150	41	38	8	29	22
F13AA-PA00485	9/155/135°	155	41	38	9	30	23
F13AA-PA00486	10/160/135°	160	42	38	10	31	24
F13AA-PA00487	11/165/135°	165	43	38	10	32	26



MH 股骨柄 Ⅲ 型

材料：T　　颈干角：130°　　涂层厚度：250μm

品号	规格	柄长 (mm)X	偏心距 (mm)O	颈长 (mm)C	远端宽度 (mm)A	近端宽度 (mm)H	峡部宽度 (mm)G
F13AA-PA00406	6/140/130°	125	36	31	6	28	12
F13AA-PA00407	7/145/130°	130	38	32	7	29	13
F13AA-PA00408	8/151/130°	135	38	32	8	31	14
F13AA-PA00409	9/156/130°	140	40	34	9	31	15
F13AA-PA00410	10/162/130	145	40	34	10	33	16
F13AA-PA00411	11/167/130	150	42	36	11	34	17
F13AA-PA00412	12/173/130°	155	42	36	12	36	19



本产品彩页及其内容仅供公司内部交流使用和参考，产品具体内容信息详见产品实物及相关资料。
未经我公司书面许可，任何单位或个人均不得以任何形式复制、引用、分发或转载。


本产品彩页及其内容仅供公司内部交流使用和参考，产品具体内容信息详见产品实物及相关资料。
未经我公司书面许可，任何单位或个人均不得以任何形式复制、引用、分发或转载。

手术工具

MH全髋髋臼手术器械包使用指南

全览图







21 髋臼锉动力连杆

单号髋臼锉

双号髋臼锉

1





使用顺序

①



①a
截骨指示板



①b
摆锯



①c
股骨头取出器

②



21
髋臼锉动力连杆



1
髋臼锉

③



31
臼杯安装器



32
髋臼定位器



22
螺纹试杯

④

40
压配臼探针

⑤



33
软钻



35
万向钻头导向器

⑥



39
髋臼测深尺

本产品彩页及其内容仅供公司内部交流使用和参考，产品具体内容信息详见产品实物及相关资料。
未经我公司书面许可，任何单位或个人均不得以任何形式复制、引用、分发或转载。

本产品彩页及其内容仅供公司内部交流使用和参考，产品具体内容信息详见产品实物及相关资料。
未经我公司书面许可，任何单位或个人均不得以任何形式复制、引用、分发或转载。

⑦



36

梅花万向改锥



37

棘轮扳手



38

持钉钳

⑧



41

选择大小合适的髋臼内衬安装器



31

臼杯安装器

MH 全髋髋臼手术器械包(F16AA-PA00653)

序号	货号	编号	名称	规格	数量
1	XJ0112H	F16AA-PA00624	髋臼锉	Φ42	1
2	XJ0113H	F16AA-PA00626	髋臼锉	Φ44	1
3	XJ0114H	F16AA-PA00628	髋臼锉	Φ46	1
4	XJ0115H	F16AA-PA00630	髋臼锉	Φ48	1
5	XJ0116H	F16AA-PA00632	髋臼锉	Φ50	1
6	XJ0117H	F16AA-PA00634	髋臼锉	Φ52	1
7	XJ0118H	F16AA-PA00636	髋臼锉	Φ54	1
8	XJ0119H	F16AA-PA00638	髋臼锉	Φ56	1
9	XJ0120H	F16AA-PA00640	髋臼锉	Φ58	1
10	XJ0121H	F16AA-PA00642	髋臼锉	Φ60	1
11	XJ0122H	F16AA-PA00622	髋臼锉	Φ40	1
12	XJ0123H	F16AA-PA00625	髋臼锉	Φ43	1
13	XJ0124H	F16AA-PA00627	髋臼锉	Φ45	1
14	XJ0125H	F16AA-PA00629	髋臼锉	Φ47	1
15	XJ0126H	F16AA-PA00631	髋臼锉	Φ49	1
16	XJ0127H	F16AA-PA00633	髋臼锉	Φ51	1
17	XJ0128H	F16AA-PA00635	髋臼锉	Φ53	1
18	XJ0129H	F16AA-PA00637	髋臼锉	Φ55	1
19	XJ0130H	F16AA-PA00639	髋臼锉	Φ57	1
20	XJ0131H	F16AA-PA00641	髋臼锉	Φ59	1
21	XJ0132V	F16AA-PA00647	髋臼锉动力连杆	/	1
22	XJ0133N	F16AA-PA00143	螺纹试杯	Φ44	1
23	XJ0134N	F16AA-PA00144	螺纹试杯	Φ46	1
24	XJ0135N	F16AA-PA00145	螺纹试杯	Φ48	1
25	XJ0136N	F16AA-PA00146	螺纹试杯	Φ50	1
26	XJ0137N	F16AA-PA00147	螺纹试杯	Φ52	1
27	XJ0138N	F16AA-PA00148	螺纹试杯	Φ54	1
28	XJ0139N	F16AA-PA00149	螺纹试杯	Φ56	1
29	XJ0140N	F16AA-PA00150	螺纹试杯	Φ58	1
30	XJ0141N	F16AA-PA00151	螺纹试杯	Φ60	1
31	XJ0142N	F16AA-PA00606	臼杯安装器	/	1

本产品彩页及其内容仅供公司内部交流使用和参考，产品具体内容信息详见产品实物及相关资料。
未经我公司书面许可，任何单位或个人均不得以任何形式复制、引用、分发或转载。

（接上表）

序号	货号	编号	名称	规格	数量
32	XJ0143N	F16AA-PA00607	髋臼定位器	/	1
33	XJ0144V	F16AA-PA00570	软钻	Φ3.2*30	1
34	XJ0145V	F16AA-PA00571	软钻	Φ3.2*37	1
35	XJ0146N	F16AA-PA00612	万向钻头导向器	/	1
36	XJ0147V	F16AA-PA00616	梅花万向改锥	/	1
37	XJ0148N	F16AA-PA00666	棘轮扳手	/	1
38	XJ0149N	F16AA-PA00614	持钉钳	/	1
39	XJ0150V	F16AA-PA00615	髋臼测深尺	/	1
40	XJ0151N	F16AA-PA00017	压配臼探针	/	1
41	XJ0152N	F16AA-PA00617	髋臼内衬安装器	24	1
42	XJ0153N	F16AA-PA00618	髋臼内衬安装器	28	1
43	XJ0154N	F16AA-PA00619	髋臼内衬安装器	32	1
44	XJ0155N	F16AA-PA00620	髋臼内衬安装器	36	1
45	XJ0156N	F16AA-PA00648	MH 全髋髋臼手术器械箱	/	1
		合计：			45
			选配（带※为选配工具）		
※1	XJ0157H	F16AA-PA00621	髋臼锉	Φ38	1
※2	XJ0158H	F16AA-PA00623	髋臼锉	Φ41	1
※3	XJ0159H	F16AA-PA00643	髋臼锉	Φ61	1
※4	XJ0160H	F16AA-PA00644	髋臼锉	Φ62	1
※5	XJ0161H	F16AA-PA00645	髋臼锉	Φ63	1
※6	XJ0162H	F16AA-PA00646	髋臼锉	Φ64	1
※7	XJ0163N	F16AA-PA00142	螺纹试杯	Φ42	1
※8	XJ0164N	F16AA-PA00152	螺纹试杯	Φ62	1
※9	XJ0165N	F16AA-PA00605	螺纹试杯	Φ64	1
※10	XJ0166N	F16AA-PA00013	快换把手	/	1
※11	XJ0167N	F16AA-PA00023	聚乙烯防脱位髋臼安装器	/	1
※12	XJ0168N	F16AA-PA00037	内衬分离器	/	1
※13	XJ0169N	F16AA-PA00668	陶瓷内衬取出器	/	1
※14	XJ0170N	F16AA-PA00018	钻头导向器	/	1
※15		F16AA-PA00686	直柄改锥杆		1


本产品彩页及其内容仅供公司内部交流使用和参考，产品具体内容信息详见产品实物及相关资料。
未经我公司书面许可，任何单位或个人均不得以任何形式复制、引用、分发或转载。

手术工具
股骨柄C型器械包使用指南

全览图



42 MH股骨柄 C 型手术器械包



髋臼拉钩双齿 23
股骨头取出器 37
T型连接把手 39
手锉 25
20-22 髋臼拉钩
38 槽锤
2 髋腔开口器
试头 3-17
试颈 C 型 35
26-33 髓腔锉C型
36 髓腔锉打拔器 C 型
股骨距锉 41
截骨指示板 C 型 1
髓腔开口铰刀 19
40 柄安装器 C&圆
24 柄安装器辅件 C&圆
18 球头打入器
34 松质骨压实器

本产品彩页及其内容仅供公司内部交流使用和参考，产品具体内容信息详见产品实物及相关资料。
未经我公司书面许可，任何单位或个人均不得以任何形式复制、引用、分发或转载。

使用顺序

①



20-23 髋臼拉钩、髋臼拉钩双齿



1 截骨指示板 C 型



37 股骨头取出器

②




2 髓腔开口器



38 槽锤

③



39 T型连接把手



19 髓腔开口铰刀

④



36 髓腔锉打拔器 C 型



26-33 髓腔锉C型



38 槽锤

⑤



35 试颈 C 型



3-17 试头



18 球头打入器



38 槽锤

⑥



40 柄安装器 C&圆



24 柄安装器辅件 C&圆



38 槽锤

本产品彩页及其内容仅供公司内部交流使用和参考，产品具体内容信息详见产品实物及相关资料。
未经我公司书面许可，任何单位或个人均不得以任何形式复制、引用、分发或转载。

附加



25

手锉



34

松质骨压实器



41

股骨距锉

MH股骨柄C型手术器械包(F16AA-PA00651)

序号	货号	编号	名称	规格	数量
1	XJ0059N	F16AA-PA00353	截骨指示板 C 型	/	1
2	XJ0045N	F16AA-PA00041	髓腔开口器	/	1
3	XJ0037N	F16AA-PA00056	试头	28S	1
4	XJ0038N	F16AA-PA00057	试头	28M	1
5	XJ0039N	F16AA-PA00058	试头	28L	1
6	XJ0040N	F16AA-PA00059	试头	28XL	1
7	XJ0041N	F16AA-PA00060	试头	24S	1
8	XJ0042N	F16AA-PA00061	试头	24M	1
9	XJ0043N	F16AA-PA00062	试头	24L	1
10	XJ0060N	F16AA-PA00577	试头	32S	1
11	XJ0061N	F16AA-PA00578	试头	32M	1
12	XJ0062N	F16AA-PA00579	试头	32L	1
13	XJ0063N	F16AA-PA00580	试头	32XL	1
14	XJ0064N	F16AA-PA00608	试头	36S	1
15	XJ0065N	F16AA-PA00609	试头	36M	1
16	XJ0066N	F16AA-PA00610	试头	36L	1
17	XJ0067N	F16AA-PA00611	试头	36XL	1
18	XJ0046N	F16AA-PA00064	球头打入器	/	1
19	XJ0068V	F16AA-PA00416	髓腔开口铰刀 C 型	/	1
20	XJ0069N	F16AA-PA00654	髋臼拉钩	20	1
21	XJ0070N	F16AA-PA00655	髋臼拉钩	30	1
22	XJ0071N	F16AA-PA00656	髋臼拉钩	40	1
23	XJ0072N	F16AA-PA00657	髋臼拉钩 双齿	/	1
24	XJ0073N	F16AA-PA00140	柄安装器辅件 C& 圆	/	1
25	XJ0074V	F16AA-PA00084	手锉	/	1
26	XJ0075V	F16AA-PA00658	髓腔锉 C 型	0	1
27	XJ0076V	F16AA-PA00659	髓腔锉 C 型	1	1
28	XJ0077V	F16AA-PA00660	髓腔锉 C 型	2	1
29	XJ0078V	F16AA-PA00661	髓腔锉 C 型	3	1
30	XJ0079V	F16AA-PA00662	髓腔锉 C 型	4	1
31	XJ0080V	F16AA-PA00663	髓腔锉 C 型	5	1
32	XJ0081V	F16AA-PA00664	髓腔锉 C 型	6	1
33	XJ0082V	F16AA-PA00665	髓腔锉 C 型	7	1
34	XJ0083N	F16AA-PA00426	松质骨压实器	/	1
35	XJ0084N	F16AA-PA00507	试颈 C 型	/	1
36	XJ0085N	F16AA-PA00399	髓腔挫打拔器 C 型	/	1
37	XJ0044N	F16AA-PA00511	股骨头取出器	/	1
38	XJ0086N	F16AA-PA00420	槽锤	/	1
39	XJ0017N	F16AA-PA00387	T 型连接把手	/	1
40	XJ0087N	F16AA-PA00101	柄安装器 C& 圆	/	1
41	XJ0088N	F16AA-PA00497	股骨距锉	/	1
42	XJ0089N	F16AA-PA00649	MH 股骨柄 C 型手术器械箱	/	1
		合计：			42

选配（带※为选配工具）					
※1	XJ0090V	F16AA-PA00603	髓腔铰刀 C 型	Φ9.5	1
※2	XJ0091V	F16AA-PA00604	髓腔铰刀 C 型	Φ10.5	1

本产品彩页及其内容仅供公司内部交流使用和参考，产品具体内容信息详见产品实物及相关资料。
未经我公司书面许可，任何单位或个人均不得以任何形式复制、引用、分发或转载。


本产品彩页及其内容仅供公司内部交流使用和参考，产品具体内容信息详见产品实物及相关资料。
未经我公司书面许可，任何单位或个人均不得以任何形式复制、引用、分发或转载。

手术工具
股骨柄圆形器械包使用指南


全览图




48 MH股骨柄圆形手术器械包



髋臼拉钩 双齿 29
股骨头取出器 31
T 型连接把手 33
髓腔开口器 1
手锉 25
26-28 髋臼拉钩
32 槽锤



试头 2-16
试颈圆形 42-45
35-41 髓腔锉 圆形
34 髓腔锉打拔器 圆形



球头打入器 17
髓腔开口铰刀 圆形 19
股骨距锉 47
24 截骨指示板圆形
20-23 髓腔铰刀 圆形
18 髓腔近端铰刀 圆形
46 柄安装器 C&圆
30 柄安装器铺件 C&圆

使用顺序

①



26-29 髋臼拉钩、髋臼拉钩双齿



24 截骨指示板 圆形



31 股骨头取出器

②




1 髓腔开口器



32 槽锤

③



33 T 型连接把手

20-23 髓腔铰刀 圆形

④



34 髓腔锉打拔器 圆形



35-41 髓腔锉 圆形



32 槽锤

⑤



42-45 试颈圆形



2-16 试头



17 球头打入器



32 槽锤

⑥

附加



46 柄安装器 C&圆



30 柄安装器辅件 C&圆



25 手锉



松质骨压实器



47 股骨距锉

本产品彩页及其内容仅供公司内部交流使用和参考，产品具体内容信息详见产品实物及相关资料。
未经我公司书面许可，任何单位或个人均不得以任何形式复制、引用、分发或转载。

本产品彩页及其内容仅供公司内部交流使用和参考，产品具体内容信息详见产品实物及相关资料。
未经我公司书面许可，任何单位或个人均不得以任何形式复制、引用、分发或转载。

MH股骨柄圆形手术器械包(F16AA-PA00652)

序号	货号	编号	名称	规格	数量
1	XJ0045N	F16AA-PA00041	髓腔开口器	/	1
2	XJ0037N	F16AA-PA00056	试头	28S	1
3	XJ0038N	F16AA-PA00057	试头	28M	1
4	XJ0039N	F16AA-PA00058	试头	28L	1
5	XJ0040N	F16AA-PA00059	试头	28XL	1
6	XJ0041N	F16AA-PA00060	试头	24S	1
7	XJ0042N	F16AA-PA00061	试头	24M	1
8	XJ0043N	F16AA-PA00062	试头	24L	1
9	XJ0060N	F16AA-PA00577	试头	32S	1
10	XJ0061N	F16AA-PA00578	试头	32M	1
11	XJ0062N	F16AA-PA00579	试头	32L	1
12	XJ0063N	F16AA-PA00580	试头	32XL	1
13	XJ0064N	F16AA-PA00608	试头	36S	1
14	XJ0065N	F16AA-PA00609	试头	36M	1
15	XJ0066N	F16AA-PA00610	试头	36L	1
16	XJ0067N	F16AA-PA00611	试头	36XL	1
17	XJ0046N	F16AA-PA00064	球头打入器	/	1
18	XJ0092V	F16AA-PA00491	髓腔近端铰刀 圆形	/	1
19	XJ0093V	F16AA-PA00492	髓腔开口铰刀 圆形	/	1
20	XJ0094V	F16AA-PA00493	髓腔铰刀 圆形	1	1
21	XJ0095V	F16AA-PA00494	髓腔铰刀 圆形	2&3	1
22	XJ0096V	F16AA-PA00495	髓腔铰刀 圆形	4&5	1
23	XJ0097V	F16AA-PA00496	髓腔铰刀 圆形	6&7	1
24	XJ0098N	F16AA-PA00082	截骨指示板 圆形	/	1
25	XJ0074V	F16AA-PA00084	手锉	/	1
26	XJ0069N	F16AA-PA00654	髋臼拉钩	20	1
27	XJ0070N	F16AA-PA00655	髋臼拉钩	30	1
28	XJ0071N	F16AA-PA00656	髋臼拉钩	40	1
29	XJ0072N	F16AA-PA00657	髋臼拉钩 双齿	/	1
30	XJ0073N	F16AA-PA00140	柄安装器辅件 C& 圆	/	1
31	XJ0044N	F16AA-PA00511	股骨头取出器	/	1
32	XJ0086N	F16AA-PA00420	槽锤	/	1
33	XJ0017N	F16AA-PA00387	T 型连接把手	/	1
34	XJ0099N	F16AA-PA00669	髓腔锉打拔器 圆形	/	1
35	XJ0100V	F16AA-PA00090	髓腔锉 圆形	1	1
36	XJ0101V	F16AA-PA00091	髓腔锉 圆形	2	1
37	XJ0102V	F16AA-PA00092	髓腔锉 圆形	3	1
38	XJ0103V	F16AA-PA00093	髓腔锉 圆形	4	1
39	XJ0104V	F16AA-PA00094	髓腔锉 圆形	5	1
40	XJ0105V	F16AA-PA00095	髓腔锉 圆形	6	1
41	XJ0106V	F16AA-PA00096	髓腔锉 圆形	7	1
42	XJ0107N	F16AA-PA00499	试颈 圆形	1	1
43	XJ0108N	F16AA-PA00500	试颈 圆形	2&3	1
44	XJ0109N	F16AA-PA00501	试颈 圆形	4&5	1
45	XJ0110N	F16AA-PA00502	试颈 圆形	6&7	1
46	XJ0087N	F16AA-PA00101	柄安装器 C& 圆	/	1
47	XJ0088N	F16AA-PA00497	股骨距锉	/	1
48	XJ0111N	F16AA-PA00650	MH 股骨柄圆形手术器械箱	//	1
		合计：			48

本产品彩页及其内容仅供公司内部交流使用和参考，产品具体内容信息详见产品实物及相关资料。
未经我公司书面许可，任何单位或个人均不得以任何形式复制、引用、分发或转载。

本产品彩页及其内容仅供公司内部交流使用和参考，产品具体内容信息详见产品实物及相关资料。
未经我公司书面许可，任何单位或个人均不得以任何形式复制、引用、分发或转载。