

Додаток 5 до
ПРОТОКОЛУ №
(Додаткова перевірка спеціалізованого санітарного автомобіля бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги)

Об'єкт і предмет перевірки	Відповідність	Код невідповідності
1.1 Наявне закріплене спеціальне обладнання		
1.2 Наявний діючий окремий вимикач додаткової акумуляторної батареї		
1.3 Наявний діючий перетворювач постійного струму базового автомобіля в змінний струм напругою 220 В, частотою 50 Гц		
1.4 Не можливо здійснити пуск двигуна і рух у разі, коли спеціальне устаткування живить зовнішнє джерело		
1.5 Додаткові електричні системи живлення спеціального устаткування мають окремі запобіжники або відповідні електронні пристрої		
1.6 Кузов, елементи шасі не повинні використовуватись як "заземлення" додаткових електричних систем		
1.7 Двері медичного салону зафіксуються у відчиненому положенні, аудіо- та (або) візуальний сигнал попереджає водія про відчинення дверей медичного салону		
1.8 У систему вентилявання-обігрівання медичного салону не повинні потрапляти спалини		