校正試験成績書

成績書番号	CAL-2026-0412
クレーム番号	CLM-2026-0002
対象機器	電磁流量計 EMF-200 口径50A / 製造番号 E2405-0321
試験日	2026年9月16日 (現地) / 2026年5月20日 (工場出荷時)
基準器	クランプオン式超音波流量計 UF-10 (校正有効期限 2027年3月)
試験者	サンプル精機株式会社 フィールドサービス課 佐藤 花子

1. 試験条件

測定流体は中和前の排水(導電率約850μS/cm、液温28℃)です。各流量点で3分間の安定待ちの後、60秒間の平均値を記録しました。流量レンジは0〜20m3/hに設定されています。

2. 現地試験結果

流量点	基準器 (m3/h)	EMF-200 指示値 (m3/h)	誤差 (%)	許容差	判定
25%	5.02	5.44	+8.4	±1.0%	不合格
50%	10.05	10.83	+7.8	±1.0%	不合格
75%	14.98	16.08	+7.3	±1.0%	不合格
100%	19.96	21.34	+6.9	±1.0%	不合格

3. 工場出荷時試験結果 (参考)

流量点	基準 (m3/h)	指示値 (m3/h)	誤差 (%)	判定
25%	5.00	5.02	+0.4	合格
50%	10.00	10.03	+0.3	合格
75%	15.00	14.97	-0.2	合格
100%	20.00	20.04	+0.2	合格

4. 所見

工場出荷時の試験では全流量点で許容差±1.0%以内であり、変換器および検出器の性能に異常は認められません。現地試験では全流量点で+6.9〜+8.4%の正方向の偏差が生じており、設置環境(接地不良および上流直管長不足)に起因する誤差と判断します。接地工事の実施後に再試験を行い、本成績書を更新いたします。