# ICLS救急時計 導入ガイド（ブラウザ版）

ICLS救急時計 ブラウザ版 v1.2-html（2026-10-08 版）

端末に救急時計を置いて、使える状態にするまでの手順です。インストーラーは使いません。**ファイルを置いて、アイコンを作るだけ**です。所要は5分ほどです。

使うブラウザは **Microsoft Edge** です。Pythonも、プログラムのインストールも要りません。外部とは通信しません（ネットワークに繋がっていなくても動きます）。

---

## 手に入れる（どれも同じ中身です）

| 経路 | 入手するもの |
|---|---|
| 共有フォルダ | 配布セット（ZIP）。ショートカットを作る道具つき |
| メール | 配布セット（メール用ZIP）。メールで止められやすい .bat などを含みません |
| USBメモリなど | 上のZIP。または `救急時計.html` だけ（すでに配布セットを入れている端末の更新用） |
| 配布ページ（QR） | `https://yuuna707-debug.github.io/kyukyu-tokei/download/` からダウンロード |

---

## 手順（最初の1回だけ）

### ① ZIPを許可してから展開する

ZIPを右クリック →「プロパティ」→ 下のほうの「**許可する**」にチェック →「OK」。そのあとで展開します。（先に展開すると、ファイルを開くときに警告が出ることがあります）

### ② 決まった場所にフォルダごとコピーする

展開してできたフォルダ（`救急時計_HTML版`）を、`C:\ICLS\` などにコピーします。

- 英数字だけの短い名前の場所にします
- ネットワーク上の共有フォルダや、OneDriveの中は避けます
- **コピーしたあと、フォルダを動かさないでください。** 動かしたときは、③をやり直します

### ③ デスクトップにアイコンを作る

フォルダ内の「**ショートカットを作る.bat**」をダブルクリックします。デスクトップに「**ICLS救急時計**」のアイコンができます。

**.bat が動かないとき（制限されている端末）**は、手でショートカットを作ります。

1. デスクトップで右クリック →「新規作成」→「ショートカット」
2. 「項目の場所」に、次を貼り付けます（`C:\ICLS\` に置いた場合）

```
"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --app=file:///C:/ICLS/救急時計.html
```

3. 名前を「ICLS救急時計」にして、完了します

それも使えないときは、Edgeを開いて、`救急時計.html` を画面にドラッグしても使えます。

### ④ 開いて、確かめる

アイコンをダブルクリックします。

- **ファイル（`救急時計.html`）を直接ダブルクリックすると、端末によっては、古い「Internet Explorer」で開いてしまいます。** Internet Explorer では、救急時計は動きません（開くと、案内が出ます）。**右クリック →「プログラムから開く」→「Google Chrome」（または Microsoft Edge）**で開くか、③のアイコンから開いてください
- 古いブラウザ（Google Chrome 60 など）でも動くように作ってあります（v1.1.1 を Chrome 60 の端末で試し、記録・書き出し・コピー・声が動くことを確認済みです。v1.2 で増えた「タイムライン拡大」は、実機確認チェックシートで確かめます）。ただし、すき間などの見た目が、新しいブラウザと少し違うことがあります

- 開けないとき、白い画面ではなく、「救急時計を起動できませんでした」と原因の手がかりが出ます。それを、システム責任者に伝えてください
- ブラウザの種類・バージョン・足りない機能を調べたいときは、同じフォルダの「**ブラウザ診断.html**」を開きます（外部とは通信しません） アドレスバーのない専用の窓で開きます。
- **開いたら、画面のどこかを一度クリック**します。音声が鳴るようになります
- 画面の左下に「**v1.2-html**」と出ています。下の列に「🔍 **タイムライン拡大**」のボタンがあります（v1.2 から）。上に「練習用です…」の帯が出ていたら、**練習用を配ってしまっています**（本番用ではありません）
- 正しいファイルかどうかは、PowerShellで次を実行し、配布ページ（または `はじめにお読みください.txt`）のSHA256と照らします

```
Get-FileHash 救急時計.html -Algorithm SHA256
```

---

## 更新するとき（v1.1.1 → v1.2 への入れ替えを含む）

新しい `救急時計.html` が配られたら、**同じ場所のファイルを上書きするだけ**です。ショートカットの作り直しは要りません。**記録はEdgeの中にあるので、ファイルを差し替えても残ります**（v1.2 は v1.1.1 と記録の保存場所が同じです）。

1. 開いている救急時計を、すべて閉じます（CPR中の端末では、終わってから）
2. 新しい `救急時計.html`（v1.2-html）を、`C:\ICLS\救急時計_HTML版\` に上書きコピーします（ZIP一式を入れ直しても同じです）
3. デスクトップのアイコンで開き、**左下が「v1.2-html」**になっていて、下の列に「🔍 **タイムライン拡大**」が出ていることを確かめます
4. 前の記録が残っていれば、「前回の記録が残っています」と出ます（「はい」で続きを開けます）

**v1.2 で変わったのは、「タイムライン拡大」が増えたことだけです。**ほかの画面・時計・記録のしかたは v1.1.1 のままです。使いかたは簡易マニュアルの⑦に載っています（拡大・直す・コピー・全画面 F11）。

## 外すとき

アイコンと、`C:\ICLS\` のフォルダを削除します。記録は、Edgeの中に残っています。患者さんの情報が入っているので、**先に「症例の管理」で「すべて削除」**してください。

---

## 使いはじめる前に知っておくこと

- 記録は、**その端末のEdgeの中**に保存されます。別の端末や、別のブラウザ（Chromeなど）からは見えません
- 保存期間は7日です。過ぎた記録は、次に開いたときに自動で消えます
- プライベートウィンドウ（InPrivate）では使いません。閉じると記録が消えます
- 共用の端末では、使い終わった症例を「症例の管理」から削除します
- 使いかたは「簡易マニュアル_ブラウザ版.pdf」を、設定を変えるときは「設定ガイド_ブラウザ版.pdf」を見ます

## 電子カルテ端末に初めて入れたとき

端末ごとにEdgeの設定やセキュリティソフトが違うため、**初めて入れた端末では、実機確認を行います**（「実機確認チェックシート」）。特に「Edgeを閉じても、端末を再起動しても、記録が残るか」が通らなければ、そのまま使ってはいけません。

---

※ 表示される用量とタイミングは目安です。臨床判断は、必ず医師が行います。※ 記録の正本は診療録です。