

Број: 2627

Дана: 05.08.2020.

На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на основу приговора понуђача „Кефо“ д.о.о. Београд и измене Извештаја о стручној оцени понуда, в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин доноси

**ИЗМЕНУ
ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ – ЛАМИНАРНА КОМОРА
РЕДНИ БРОЈ: 15/2020**

У поступку јавне набавке мале вредности: медицинска опрема – ламинарна комора, редни број 15/2020, уговор се додељује понуђачу „Кефо“ д.о.о. Београд, чија је понуда најповољнија.

I ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су добра: медицинска опрема – ламинарна комора.

II ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка мале вредности.

III ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Процењена вредност јавне набавке у укупном износу без ПДВ-а износи 570.000,00 динара.

IV ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА

У поступку јавне набавке мале вредности – медицинска опрема – ламинарна комора, редни број 15/2020 нема неблагоприятно поднетих понуда.

Благовремено је поднето 5 понуда:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Назив понуђача: | „Mega Solution“ д.о.о. Београд |
| Адреса седишта: | Београд, Шидска бр. 10 |
| Матични број: | 21323829 |
| ПИБ: | 110244960 |
| Рачун: | 330-0000004017864-08 Credit Agricole Banka |
| Лице овлашћено за потпис: | Ивана Меговска-Петковић |
| Особа за контакт: | Јасмина Илић |
| Телефон: | 011/2150-556 |
| Телефакс: | 011/2150-556 |
| Електронска пошта: | office@megasolution.rs |

2. Назив понуђача: „Alfa Genetics“ д.о.о. Београд
Адреса седишта: Београд, Цвијићева бр. 128/3
Матични број: 20800445
ПИБ: 107427806
Рачун: 160-366724-78 Banca Intesa
Лице овлашћено за потпис: Горан Ракић
Особа за контакт: Светислав Кнежевић
Телефон: 011/329-12-19
Телефакс: 011/329-12-19
Електронска пошта: office@alfagenetics.rs
3. Назив понуђача: „ProMedia“ д.о.о. Кикинда
Адреса седишта: Кикинда, Краља Петра I бр. 114
Матични број: 08704210
ПИБ: 100579471
Рачун: 220-21933-59 ProCredit Bank
Лице овлашћено за потпис: Милан Јовановић
Особа за контакт: Владимир Киш
Телефон: 0230/40-11-50
Телефакс: 0230/40-11-40
Електронска пошта: office@promedia.rs
4. Назив понуђача: „Gramma Libero Tehnika“ д.о.о. Београд
Адреса седишта: Београд, Кумодрашка бр. 56
Матични број: 20491671
ПИБ: 105937334
Рачун: 165-0007009068327-37 Addiko
Лице овлашћено за потпис: Либерозо Сапунџић
Особа за контакт: Адриана Ангелов
Телефон: 011/6557-333
Телефакс: /
Електронска пошта: office@gramma.rs
5. Назив понуђача: „Кефо“ д.о.о. Београд
Адреса седишта: Београд, Бачка бр. 1У
Матични број: 20302216
ПИБ: 105046072
Рачун: 340-11012806-03 Ерсте банка
Лице овлашћено за потпис: Соња Јеремић
Особа за контакт: Петар Аврамовић
Телефон: 011/36 99 209
Телефакс: 011/36 99 309
Електронска пошта: info@kefo.rs

V ПРЕГЛЕД И ОЦЕНА ПОНУДА

1) Понуда понуђача „Mega solution“ д.о.о. Београд је:

- благовремена;
- садржи битне недостатке – понуђач „Mega solution“ д.о.о. Београд није доставио Образац 4 – Изјава о независној понуди. Конкурсном документацијом је као додатни услов захтевано да је понуђач овлашћен за продају и сервис опреме која ја предмет јавне набавке, као и да има најмање 1 запосленог или по другом основу ангажованог сервисера, који је обучен за сервисирање опреме која је предмет јавне набавке, што се доказује достављањем потврде произвођача апарата да је понуђач овлашћен да продаје и сервисира опрему која је предмет јавне набавке, као и копије лиценце, сертификата или потврде произвођача

апарата о обучености сервисера за сервисирање опреме која је предмет јавне набавке. Понуђач „Mega solution“ д.о.о. Београд је доставио потврду произвођача апарата да је овлашћени продавац, али не и овлашћени сервисер опреме коју нуди, а такође није доставио доказ којим доказује обученост сервисера за сервисирање опреме која је предмет јавне набавке.

- није у складу са техничком спецификацијом – конкурсном документацијом су захтеване одређене техничке карактеристике:
 - ULPA филтер са ефикасношћу бољом од 99,999% MPPS (EN-1822), а понуђач „Mega solution“ д.о.о. Београд нуди апарат са HEPA филтером;
 - димензије спољашњег простора 1340 x 810 x 1400 mm (Š x D x V) (+/- 5 mm), а понуђач „Mega solution“ д.о.о. Београд нуди апарат спољашњих димензија 1383 x 775 x 2295 mm;
 - димензије унутрашњег простора 1220 x 580 x 660 mm (Š x D x V) (+/- 5 mm), а понуђач „Mega solution“ д.о.о. Београд нуди апарат унутрашњих димензија 1210 x 600 x 660 mm;
 - интезитет флуоресцентне лампе min 1400 lux, а понуђач „Mega solution“ д.о.о. Београд нуди ≥1000 lux.
- не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Понуда понуђача је неприхватљива.

2) Понуда понуђача „Alfa genetics“ д.о.о. Београд је:

- благовремена;
- без битних недостатака;
- није у складу са техничком спецификацијом – конкурсном документацијом су захтеване одређене техничке карактеристике:
 - ULPA филтер са ефикасношћу бољом од 99,999% MPPS (EN-1822), а понуђач „Alfa genetics“ д.о.о. Београд нуди апарат са HEPA филтером;
 - димензије спољашњег простора 1340 x 810 x 1400 mm (Š x D x V) (+/- 5 mm), а понуђач „Alfa genetics“ д.о.о. Београд нуди апарат спољашњих димензија 1200 x 770 x 2150 mm;
 - димензије унутрашњег простора 1220 x 580 x 660 mm (Š x D x V) (+/- 5 mm), а понуђач „Alfa genetics“ д.о.о. Београд нуди апарат унутрашњих димензија 1105 x 610 x 750 mm;
 - интезитет флуоресцентне лампе min 1400 lux, а понуђач „Alfa genetics“ д.о.о. Београд нуди ≥1000 lux.
- прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Понуда понуђача је неприхватљива.

3) Понуда понуђача „ProMedia“ д.о.о. Кикинда је:

- благовремена;
- без битних недостатака;
- није у складу са техничком спецификацијом – конкурсном документацијом су захтеване одређене техничке карактеристике:
 - ULPA филтер са ефикасношћу бољом од 99,999% MPPS (EN-1822), а понуђач „ProMedia“ д.о.о. Кикинда нуди апарат са HEPA филтером;
 - димензије спољашњег простора 1340 x 810 x 1400 mm (Š x D x V) (+/- 5 mm), а понуђач „ProMedia“ д.о.о. Кикинда нуди апарат спољашњих димензија 1300 x 750 x 2250 mm;
 - димензије унутрашњег простора 1220 x 580 x 660 mm (Š x D x V) (+/- 5 mm), а понуђач „ProMedia“ д.о.о. Кикинда нуди апарат унутрашњих димензија 1150 x 600 x 660 mm;
 - интезитет флуоресцентне лампе min 1400 lux, а понуђач „ProMedia“ д.о.о. Кикинда нуди ≥1000 lux.

- не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Понуда понуђача је неприхватљива.

4) Понуда понуђача „Gramma Libero Tehnika“ д.о.о. Београд је:

- благовремена;
- није у складу са техничком спецификацијом – конкурсном документацијом су захтеване одређене техничке карактеристике:
 - ULPA филтер са ефикасношћу бољом од 99,999% MPPS (EN-1822), а понуђач „Gramma Libero Tehnika“ д.о.о. Београд нуди апарат са HEPA филтером;
 - проток ваздуха: Inflow min. 292 cmh, Downflow min. 730 cmh, за шта понуђач „Gramma Libero Tehnika“ д.о.о. Београд није доставо податке;
- не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Понуда понуђача је неприхватљива.

5) Понуда понуђача „Кефо“ д.о.о. Београд је:

- благовремена;
- без битних недостатака;
- у складу са техничком спецификацијом;
- не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача;
- не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Понуда понуђача је прихватљива.

VI ПОНУДЕ КОЈЕ СУ ОДБИЈЕНЕ, РАЗЛОЗИ ЗА ЊИХОВО ОДБИЈАЊЕ И ПОНУЂЕНА ЦЕНА ТИХ ПОНУДА

Одбијена је понуда понуђача „Mega solution“ д.о.о. Београд као неприхватљива, јер садржи битне недостатке и није у складу са техничком спецификацијом.

Понуђена цена износи 556.530,00 динара без пдв-а, односно 667.836,00 динара са пдв-ом.

Одбијена је понуда понуђача „Alfa genetics“ д.о.о. Београд као неприхватљива, јер није у складу са техничком спецификацијом и прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Понуђена цена износи 828.000,00 динара без пдв-а, односно 993.600,00 динара са пдв-ом.

Одбијена је понуда понуђача „ProMedia“ д.о.о. Кикинда као неприхватљива, јер није у складу са техничком спецификацијом.

Понуђена цена износи 487.160,00 динара без пдв-а, односно 584.592,00 динара са пдв-ом.

Одбијена је понуда понуђача „Gramma Libero Tehnika“ д.о.о. Београд као неприхватљива, јер није у складу са техничком спецификацијом.

Понуђена цена износи 534.000,00 динара без пдв-а, односно 640.800,00 динара са пдв-ом.

VII КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену, предност има понуда понуђача који има краћи рок испоруке предмета јавне набавке.

У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену и исти рок испоруке, предност има понуда понуђача који има дужи гарантни рок за предмет јавне набавке

Ранг листа понуђача:

1. Понуђач „Кефо“ д.о.о. Београд понудио је 560.480,00 динара (без ПДВ-а), односно 672.576,00 динара (са ПДВ-ом);

VIII НАЗИВ ПОНУЂАЧА КОЈЕМ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР

Уговор о јавној набавци мале вредности – медицинска опрема – ламинарна комора, редни број 15/2020 додељује се понуђачу „Кефо“ д.о.о. Београд, чија је понуда најповољнија.

Образложење

У спроведеном поступку јавне набавке мале вредности – медицинска опрема – ламинарна комора, редни број 15/2020, наручилац је донео Одлуку о додели уговора број 2573 од 31.07.2020. године, којом је уговор о јавној набавци доделио понуђачу „Gramma Libero Tehnika“ д.о.о. Београд, као најповољнијој прихватљивој понуди.

Понуђач „Кефо“ д.о.о. Београд се дана 04.08.2020. године обратио наручиоцу захтевом за приспитување Одлуке о додели уговора од 31.07.2020. године, а након извршеног увида у документацију о спроведеном поступку јавне набавке.

Наведеним захтевом понуђач „Кефо“ д.о.о. Београд истиче да понуђач „Gramma Libero Tehnika“ д.о.о. Београд нуди ламинарну комору произвођача COLO Lab Experts, каталогски број BSCABT2130.

Понуђач „Кефо“ д.о.о. Београд истиче да је у документацији коју је понуђач „Gramma Libero Tehnika“ д.о.о. Београд приложио, утврђено да на техничком цртежу ламинарна комора поседује ХЕПА филтер, док у опису производа стоји да комора поседује УЛПА филтер. Такође наводи да јединица у којој је захтевана улазна и излазна брзина у тендерској документацији је cmh, док понуђач „Gramma Libero Tehnika“ д.о.о. Београд је дефинисао јединице као m³/s (запремина ваздуха по јединици времена).

Понуђач „Кефо“ д.о.о. Београд даље истиче да фирма COLO Lab Experts није произвођач, већ да под њиховим „brand name-ом“ ламинарне коморе производи Кинеска фирма Biobase (чије производе и „Кефо“ д.о.о. Београд може понудити). Истиче да је понуђач „Gramma Libero Tehnika“ д.о.о. Београд прекршио захтев из тендерске документације да је потребно доставити спецификацију произвођача (каталог, проспекти и сл.) у којој су обележени подаци о траженим техничким карактеристикама из спецификације наручиоца.

Понуђач „Кефо“ д.о.о. Београд наводи да је COLO Lab Experts ламинарна комора BSCABT2130 у ствари Biobase BSC-1300IIA2-X (која се заправо серијски производи), што се може неоспорно утврдити на основу слика које су приложене са званичних сајтова (на којима се виде слике ламинарне коморе, њеног дисплеја, положаја утичница, свих додатака који иду уз њу), и изражавају основану сумњу да је понуђач „Gramma Libero Tehnika“ д.о.о. Београд кривотворио техничку документацију у циљу поклапања са траженом техничком спецификацијом, а у питању су следеће позиције:

- УЛПА филтер – понуђена ламинарна комора поседује ХЕПА филтер, што се види на техничком цртежу, који је део њихове тендерске документације;
- Димензије спољашњег простора – тражене 1340 x 810 x 1400 mm (+/- 5 mm), док Biobase BSC-1300IIA2-X поседује димензије 1300 x 750 x 2250 mm;
- Димензије унутрашњег простора – тражене 1220 x 580 x 660 mm (+/- 5 mm), док Biobase BSC-1300IIA2-X поседује димензије 1150 x 600 x 660 mm;
- Интезитет флуоросцентне лампе – тражено мин. 1400 lux, док Biobase BSC-1300IIA2-X поседује интезитет флуоросцентне лампе 1000 lux.

Комисија за јавну набавку је о стављеним примедбама извршила поновни увид у достављену докуменацију понуђача и утврдила да је приликом сачињавања Извештаја о стручној оцени понуда учињен пропуст и није правилно оценила прихватљивост понуда, те извршила исправку и донела измену Извештаја о стручној оцени понуда, на основу које наручилац доноси ову измену Одлуке о додели уговора.

IX УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ

Понуђач може да поднесе захтев за заштиту права у року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.



В.д. директора

Жељко З.
мр сци. мед. др Здравко Ждрале