Legacy MDD/AIMDD/IVDD: `globalModelDescription` & FLD-UDID-22

Frage von Maik & Antwort von Zeno — Status quo + Umstellungsplan sobald GS1-Rule 097.116 auf MDR/IVDR-only verfeinert ist.

eudamed2firstbase v1.0.44 · 2026-05-01

Frage von Maik

> Mir fällt was auf: Wie hatten wir das Problem bei MDD/AIMDD/IVDD gelöst, wenn in EUDAMED das Attribut **Model Name (FLD-UDID-22)** nicht in `globalModelDescription` reingemappt bekommst, weil die `globalModelNumber` dann auch gefüllt sein muss, aber wir können diese wegen firstbase rule **097.116 (Prüfziffervalidierung)** nicht mit B-GTIN values mappen?
>
> Ich arbeite mit TC an einer Verfeinerung von 097.116 (nur bei MDR/IVDR), weil uns das auch an einer anderen Stelle auf die Füsse fällt. Dann könntest du zukünftig bei MDD/AIMDD/IVDD records `globalModelNumber` mit B-GTIN (sog. EUDAMED DI) schicken. Und dann müssen aber auch immer die Model Name (FLD-UDID-22) in `globalModelDescription` gemappt kommen.

Aktueller Status MDD/AIMDD/IVDD

In `src/transform_detail.rs` (Zeile 600–624):

```
// 097.095: Legacy devices must not have globalModelNumber
global_model_info: if is_legacy {
    Vec::new()           // ← komplett leer, weder Number noch Description
} else {
    vec![GlobalModelInformation {
        number:       <Basic UDI-DI Code, fallback Primary DI>,
        descriptions: <FLD-UDID-22 deviceName, fallback Primary DI, lang=en>,
    }]
}
```

D.h. **bei MDD/AIMDD/IVDD landet weder `globalModelNumber` noch `globalModelDescription` im Output**. FLD-UDID-22 (Model Name) geht aktuell bei Legacy verloren.

Als Ersatz emittieren wir bei Legacy ein `MODEL_NUMBER` in `additionalTradeItemIdentification` — gefüllt mit `deviceModel` (FLD-UDID-20), und falls leer mit dem Basic UDI-DI Code (= EUDAMED B-GTIN). Siehe `src/transform_detail.rs:244–266`. Aber das ist nur Number, nicht Name.

Plan, sobald 097.116 auf MDR/IVDR-only verfeinert ist

Anpassung an einer einzigen Stelle — der `if is_legacy { Vec::new() }`-Zweig fällt weg, dann gilt bei Legacy derselbe Pfad wie heute bei MDR/IVDR:

- `globalModelNumber` ← Basic UDI-DI Code (EUDAMED DI / B-GTIN)
- `globalModelDescription` ← FLD-UDID-22 (`deviceName`) auf `en`

Alle vier Konverter-Pfade (`transform.rs` , `transform_api.rs` , `transform_detail.rs` , `transform_eudamed_json.rs`) greifen auf dieselbe Funktion zurück.

Offene Punkte

- ☐ Termin für 097.116-Verfeinerung von TC abwarten
- ☐ Entscheidung: Feature-Flag in `config.toml` (z. B. `legacy_global_model = true`) zur stufenweisen Aktivierung, oder Direktumstellung mit Release?
- ☐ Bei Legacy-Devices ohne `deviceModel` / `basic_udi.code` : ist `MODEL_NUMBER` in `additionalTradeItemIdentification` dann noch nötig oder redundant zu `globalModelNumber` ?

---

ywesee GmbH · zdavatz@ywesee.com