

Bài luyện - Hóa phân tích và đo lường

Tự kiểm tra theo 4 tầng: nhận diện, nhớ nghĩa, dùng trong câu và phân biệt khái niệm

Quy tắc: làm bài không nhìn PDF từ vựng. Đánh dấu từ chưa chắc, sau đó đối chiếu đáp án ở cuối file và ôn lại sau 1-3-7-14 ngày.

Bài 1 - Nối thuật ngữ với nghĩa

1. analytical chemistry	A. mẫu thêm chuẩn
2. instrumental analysis	B. kế hoạch lấy mẫu
3. test portion	C. chuẩn bị mẫu
4. method blank	D. phân hủy axit
5. certified reference material	E. vi chiết pha rắn
6. spike	F. làm giàu
7. sampling plan	G. độ chọn lọc
8. sample preparation	H. hóa học phân tích
9. acid digestion	I. phân tích công cụ
10. solid-phase microextraction	J. phần mẫu thử
11. preconcentration	K. mẫu trắng phương pháp
12. selectivity	L. vật liệu chuẩn được chứng nhận

Bài 2 - Điền từ tiếng Anh

1. độ đúng xác: _____
2. độ chụm trung gian: _____
3. khoảng làm việc: _____
4. độ vững: _____
5. xác nhận phương pháp: _____
6. hiệu chuẩn: _____
7. hiệu chuẩn nhiều điểm: _____
8. tỷ số tín hiệu trên nhiễu: _____

Bài 3 - Dịch và đặt câu

1. blank correction Nghĩa: _____ | Câu mới: _____
2. primary standard Nghĩa: _____ | Câu mới: _____
3. precipitation gravimetry Nghĩa: _____ | Câu mới: _____
4. back titration Nghĩa: _____ | Câu mới: _____

Bài 4 - Mẫu tự kiểm tra sâu

- Từ này thuộc mảng nào? Đại lượng, chất, thiết bị, thao tác hay hiện tượng?
- Nó dễ nhầm với thuật ngữ nào? Hãy viết một câu phân biệt hai từ.
- Có ký hiệu, đơn vị, công thức hoặc điều kiện sử dụng đi kèm không?
- Khi đọc bài báo, từ này thường đứng cạnh động từ hoặc tính từ nào?

ĐÁP ÁN

Bài 1: 1-H, 2-I, 3-J, 4-K, 5-L, 6-A, 7-B, 8-C, 9-D, 10-E, 11-F, 12-G.

Bài 2:

1. trueness — độ đúng xác
2. intermediate precision — độ chụm trung gian
3. working range — khoảng làm việc
4. robustness — độ vững
5. verification — xác nhận phương pháp
6. calibration — hiệu chuẩn
7. multi-point calibration — hiệu chuẩn nhiều điểm
8. signal-to-noise ratio — tỷ số tín hiệu trên nhiễu

Bài 3 - đáp án tham khảo:

1. blank correction = hiệu chỉnh mẫu trắng. The report uses the term “blank correction” in the section on analytical chemistry and metrology.
2. primary standard = chất chuẩn gốc. The report uses the term “primary standard” in the section on analytical chemistry and metrology.
3. precipitation gravimetry = phân tích khối lượng kết tủa. The report uses the term “precipitation gravimetry” in the section on analytical chemistry and metrology.
4. back titration = chuẩn độ ngược. The back titration was measured or calculated from the experimental data.