Configuração da calculadora de bolus mySugr

Utilização prevista para a calculadora de bolus

A Calculadora de bolus mySugr, enquanto componente da aplicação de Diário mySugr, destina-se a ser utilizada no tratamento da diabetes insulinodependente, permitindo calcular uma dose de bolus de insulina ou de ingestão de hidratos de carbono, com base nos dados da sua terapia. Antes de ser utilizada é necessário configurá-la utilizando valores específicos da glicemia-alvo, do rácio de hidratos de carbono/insulina, do fator de correção de insulina e do tempo de ação de insulina fornecidos pelo profissional de saúde que o assiste. No cálculo, para além dos parâmetros de configuração, o algoritmo utiliza os valores de glicemia atuais, a ingestão programada de hidratos de carbono e o valor atual da insulina ativa que é calculado com base nas curvas de ação do tipo de insulina utilizado.

	Definições da terapia	Valores	Comentários
Informação pessoal	Tipo de diabetes	Tipo 1	
Definições gerais	Unidade de glicose	mg/dL	
	Recomendação de hidratos de carbono	70 mg/dL	
	Unidade de carboidratos	Gramas	
	Aumento pós-prandial	75 mg/dL	
	Bolus máximo	50 Unidades	
Intervalo-alvo	Todo o dia	80 – 120 mg/dL	
Sobre sua insulina	Insulina (ação rápida)	Fiasp®	
	Tempo de ação	3 h e 0 min	
	Tempo de espera	1 h e 0 min	
	Incrementos de insulina	Meias unidades	
Fator de correção de insulina	Todo o dia	20 mg/dL	
Rácio de carboidratos/insulina	00:00–07:30	5,0 g	
	07:30–11:30	7,0 g	
	11:30–19:00	5,0 g	
	19:00–00:00	6,0 g	