

检测报告



送检单位	XXXX有限公司		
送检设备	大理石平板		
设备编号	0001	规格型号	600*400
制造厂	XXXX精密机械有限公司		
标准器具			
标准器名称	电子水平仪	标准器编号	5423
范围	+2500	等级	002
检验环境			
温度	20℃	湿度	45
其它	-		
检验地点	苏州		
检验结论	合格		
批准人	王XXX	核准人	刘XXX
检验日期	2023-9-10	有效日期	2024-9-10

平面度(方格法) 评定方法：方格法评定

等级	0 级	1 级	2 级	3 级
允许误差	7.22 um	14.44 um	28.89 um	57.78 um

序号	项目	检测结果
1	平面度	1512.16 (um)
2	扩展不确定度	No
3	变动量	1511.84 um
4	标准	JJG_117_2013
5	等级	No 级
6		
7	宽度(水平)	1270 (mm)
8	边距(水平)	10 (mm)
9	步数(水平)	4
10	步长(水平)	312.50(mm)
11		
12	高度(垂直)	930(mm)
13	边距(垂直)	10 (mm)
14	步数(垂直)	3
15	步长(垂直)	303.33 (mm)
16		
17	步长(对角)	
18		
19	水平仪分辨率	0.01 mm/m



