# 生物危险因子现场快检仪操作手册

### 1. 系统准备

将生物危险因子现场快检仪放置在稳固的表面上 连接电源线并打开设备 确保设备的显示屏正常显示并系统已经初始化完成

# 2. 样本准备

准备待测样本并确保其标识清晰 根据实验要求采集样本,并确保采样容器干净 将样本放入检测仪的样本槽中

#### 3. 操作步骤

启动设备并选择相应的检测模式 设置合适的参数,如检测时间、温度等 启动检测程序并等待结果显示 根据结果进行解读并记录数据 如有必要,进行进一步的数据分析

#### 4. 清洁和维护

每次使用后清洁设备外壳和样本槽 定期检查仪器各部件是否正常工作 定期维护设备以确保其正常运行 存放在干燥通风的地方,避免灰尘和湿气侵入

### 5. 安全注意事项

操作人员需穿戴防护服、口罩、手套等防护装备 避免直接接触样本以及设备内部部件 禁止非操作人员接近设备 如发现设备故障或异常情况,立即停止使用并通知相关人员