设备维修工单

工单编号：FX-2026-044　　（扫描件）

项目	内容
设备名称	3D打印机（FDM / 300mm成型尺寸）
所属实验室	综合开放实验室（创新中心G区一层）
故障现象	挤出器步进电机异响，送料卡死，无法正常出丝
报修日期	2026年10月12日
报修人	陈嘉树（联系电话：13800001004）
初步判断	步进电机联轴器松动并伴有驱动板过热痕迹
处理措施	整台返厂维修，期间设备停用并悬挂停用标识
预计完成	2026年11月15日前
状态	维修中（数据库状态已置为维修中，系统不可预约）

维修负责人签字：周子墨　　管理员签字：孙晓萌

智能实验中心 专用章