设备故障登记单

项目	内容
登记编号	GZ-2026-033
设备名称	示波器（100MHz双通道）
所属实验室	物联网实验室
故障现象	CH2通道波形显示抖动
登记日期	2026年10月11日
登记人	王雨桐

值班员初查备注：　怀疑探头地夹氧化，已换探头复测，CH2仍抖动，初步判断通道前端故障，走报修流程外送检测。

登记人签字：王雨桐　　日期：2026年10月11日

★ 智能实验中心 专用章