CD138 分选磁珠（抗人）产品说明书

产品简介：

纳米级 CD138 分选磁珠是通过在粒径为 50-100nm 的可降解磁珠表面偶联抗人 CD138 单克隆抗体从而实现 CD138+细胞分选。无需样本前处理（如密度梯度离心或红细胞裂解），纳米级 CD138 分选磁珠可直接与骨髓或全血孵育并进行磁性分离，使 CD138+细胞富集并分离，从而起到纯化 CD138+细胞的作用。

基质	可降解纳米磁珠
粒径范围	50-100nm
表面配基	CD138 单克隆抗体（抗人）
反应种属	人
性状	棕色胶体
处理细胞数	1 x 10^9 total cells/2mL
贮存温度	2-8℃，不可冷冻

使用方法：

1、试剂准备

分选缓冲液：磷酸盐缓冲液（PBS），pH 7.2，0.5% 牛血清白蛋白（BSA），2 mM EDTA。

注：▲可用人血清白蛋白（HSA）、人血清或胎牛血清（FBS）代替 BSA。

▲可用柠檬酸钠代替 EDTA。

2、样本准备

注：▲骨髓或全血样本应使用 EDTA 作为抗凝剂。

1) 当样本为人骨髓时，用 100μm 细胞滤器过滤样本，去除骨碎片或细胞团块。
2) 当样本为人全血时，用 30μm 细胞滤器过滤细胞悬液，去除细胞团块。

3、磁性分选

注：▲以下步骤给出的试剂推荐用量可处理 1mL 抗凝骨髓或全血，若样本量小于 1mL（最小处理体积为 0.25mL），应按比例相应减少试剂用量和孵育总体积；若样本量大于 1mL，应按比例相应增加试剂用量和孵育总体积。

▲尽量快速操作，保持细胞冷却，并使用预冷溶液，以减少非特异性细胞标记。

▲磁珠与细胞孵育时需要温和地彻底混匀，以提高分选效率。

1) 向 1mL 抗凝骨髓或全血加入 50μL CD138 分选磁珠，混合均匀后室温（19~25℃）孵育 30min。
2) 将分选柱放入磁分离器上，用 3mL 分选缓冲液润洗 1 次。
3) 将孵育完成后的样品加入分选柱中。
4) 用 15mL 离心管收集流出液，再用 3mL 分选缓冲液洗涤分选柱 3 次，收集流出液，这是未标记的细胞。
5) 待分选缓冲液全部流出后，将分选柱从 MACS 分选器上取下，放入到另一新的 15mL 离心管中，向分选柱中加入 5mL 分选缓冲液，立即将配套活塞推入分选柱，磁性标记的细胞即被冲洗下来。
6) 磁性标记的细胞 1500rpm，离心 5min，弃上清后可用于后续应用。

电话：+86-512-80905220
网址：www.vdobiotech.com.cn
地址：苏州市星湖街 218 号生物医药产业园 C18
Suzhou Vdobiotech Co.,Ltd.
苏州为度生物技术有限公司

注意事项:

本产品仅适用于体外细胞培养，不可直接用于临床治疗。

产品列表：


名称	货号	规格
CD138 分选磁珠（抗人）	CS1005-1	200μL
	CS1005-2	2mL

储存条件及有效期:

2°C-8°C，请勿冷冻；效期详见标签。

应用案例:

使用 CD138 分选磁珠、LS 柱及配套分离器从人骨髓样本中分离 CD138+细胞。用 CD138-PE 对细胞进行荧光染色，并通过流式细胞术进行分析。



其他：

如需定制其他规格的产品请电话联系 0512-80905220 或发送邮件至 vdo@vdobiotech.com