VDS 单核细胞阴选试剂盒（抗人）产品说明书

产品简介

VDS 单核细胞阴选试剂盒（抗人）通过免疫磁珠负选，在短至 15 分钟内从新鲜或冻存的人外周血单核细胞 (PBMCs) 或洗涤的白细胞单采术样本中分离出高度纯化的 CD14+CD16-单核细胞。该试剂盒通过靶向非单核细胞表面标志物的抗体去除非单核细胞，非目的细胞用抗体和磁珠标记，并使用磁极进行无柱分选。目的细胞被简单地倾倒入新管中即可。分选后的细胞可立即用于下游应用，如流式细胞术、培养或 DNA/RNA 提取。

组成成分	人单核细胞阴选抗体混合物
	人单核细胞阴选磁珠
	人血小板去除试剂
反应种属	人
处理细胞数	Up to 1 x 10^9 total cells
性状	棕色溶液
保存液	PBS(pH 7.2)，0.5% BSA，2 mM EDTA

使用方法

1、试剂准备

分选缓冲液：磷酸盐缓冲液 (PBS)，pH 7.2，0.5% 牛血清白蛋白 (BSA)，2 mM EDTA。

注：▲可用人血清白蛋白 (HSA)、人血清或胎牛血清 (FBS) 代替 BSA。

▲可用柠檬酸钠代替 EDTA。

2、样本准备

外周血样本

EDTA 的存在对本试剂盒的性能非常重要。使用 K2EDTA 或 K3EDTA 作为抗凝剂采集血液。如果使用非 EDTA 的抗凝剂，则必须在全血样本中加入最终浓度为 3mM 的 EDTA。

通过使用密度梯度离心液离心，从全血中制备外周血单个核细胞（PBMC）悬液。如果使用冻存的 PBMC，在室温 (15-25°C) 下用终浓度 100 μg/mL 的 DNase I 溶液孵育细胞至少 15 分钟，再进行标记和分选。使用 37 μm 的细胞过滤器过滤细胞悬液去除聚团，以获得最佳结果。制备完成后，将细胞以 5 x 10^7 细胞/mL 的浓度重悬于推荐的缓冲液中。

白细胞单采术样本

加入等体积的分选缓冲液，在室温（15-25°C）下以 120g 离心 10 分钟，清洗外周血白细胞单采样本，重复清洗一遍。如果需要裂解红细胞 (RBC)，请在第一次清洗步骤前使用氯化铵溶液进行裂解。去除上清液，并将细胞以 5 x 10^7 细胞/mL 的浓度重悬于分选缓冲液中。

3、磁性分选

注：▲以下步骤给出的试剂推荐用量可处理 1×10^7 个总细胞，若细胞数量少于 1×10^7，则按 1×10^7 个细胞加入试剂；若细胞数量多于 1×10^7，应按比例相应增加试剂用量。

▲尽量快速操作，保持细胞冷却，并使用预冷溶液，以减少非特异性细胞标记。

▲磁珠与细胞孵育时需要温和地彻底混匀，以提高分选效率。

1) 取 1×10^7 细胞加入到 5mL 流式管中。
2) 加入 10μL 抗体 mix。
3) （可选）加入 10μL 血小板去除试剂。
4) 混匀后室温孵育 5min。
5) 加入 10μL 磁珠，混匀后室温孵育 5min，磁珠使用前应充分混匀。
6) 加入 2mL 分选缓冲液，使用移液器吹打混匀，置于 VDO 5mL 单孔超强磁极中（货号：CS2001-1），室温静置 3min。
7) 拿起磁力架，以一个连续的动作将磁力架和试管倒置，将富集的细胞悬液倒入新试管中。倒出的细胞即为目的细胞。

注意事项

1.本产品仅适用于体外细胞培养，不可直接用于临床治疗。
2.去除血小板 ： 人血小板去除试剂在用于按照样本制备流程从人外周全血制备的新鲜 PBMC 时，效果最佳。 人血小板去除试剂用于白细胞单采术样本或冻存的 PBMC 样本时，可能会导致单核细胞回收率降低。

产品列表


名称	货号	规格
VDS 单核细胞阴选试剂盒（抗人）	CS1014-1	100μL 磁珠； 100μL 抗体混合物； 100μL 血小板去除试剂
	CS1014-2	1mL 磁珠； 1mL 抗体混合物； 1mL 血小板去除试剂

储存条件及有效期

2-8℃，请勿冷冻，效期详见标签。

应用案例

使用 VDS 单核细胞阴选试剂盒（抗人）从 PBMC 中分离单核细胞。用 CD14-PE 对分离出的细胞进行荧光染色，并通过流式细胞术进行分析。



其他

如需定制其他规格的产品请电话联系 0512-80905220 或发送邮件至 vdo@vdobiotech.com